



Všetkým záujemcom

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/Linka

Ing. Michal Plesník

062/6566 838

michal.plesnik@fntn.sk

Trenčín

06.12.2019

Vec: Oznámenie verejného obstarávateľa o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu

Verejný obstarávateľ:	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Typ zákazky:	Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Predmet zákazky:	Jednorovinový angiografický systém
Vyhlásené a publikované	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku EÚ zo dňa 22.11.2019, pod č. 2019/S 226-553522 a vo Vestníku VO č. 240/2019 dňa 25.11.2019 pod sp. zn. č. 34109-MST

Dňa 05.12.2019 záujemca v rámci vyššie uvedeného verejného obstarávania doručil verejnému obstarávateľovi Žiadosť o nápravu.

Žiadosť o nápravu smeruje v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Stanovisko verejného obstarávateľa:

V súlade s § 165 ods. 3 písm. a) ZVO, Vám verejný obstarávateľ oznamuje, že doručенú žiadosť o nápravu

akceptoval

a úpravy vykonal v rozsahu a spôsobom uvedeným ďalej v rámci zdôvodnenia

Zdôvodnenie:

AD1) Verejný obstarávateľ upravuje prílohu č. 2 Súťažných Podkladov — Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností — Technická špecifikácia - časť 2. Vyšetrovací stôl, bod 2.4 nasledovne : „**Motorizovaný vertikálny pohyb dosky stola v rozsahu min. 78 - 102,0 cm**”.

AD2) Verejný obstarávateľ akceptuje navrhovanú úpravu prílohy č. 2 Súťažných Podkladov – Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností – Technikacká špecifikácia – časť 4. Digitálny systém akvizície obrazu a zobrazovanie, bod 4.1 v plnom rozsahu nasledovne: **„Plochý dynamický detektor s vysokým rozlíšením a veľkosťou rozmerov strán v rozmedzí od 25cm do 31 cm, alebo detektor s možnosťou zobrazenia väčšieho FOV a väčších rozmerov ako 25cm x 31 cm s možnosťou nastavenia FOV v min. 7 veľkosti FOV (formátov) zobrazovania, pričom v prípade obdĺžnikového detektora musí byť zachovaná možnosť jeho rotácie.“**

AD3) Verejný obstarávateľ akceptuje navrhovanú úpravu prílohy č. 2 Súťažných Podkladov – Opis technicko-medicínskych parametrov a vlastností – Technikacká špecifikácia - časť 6. Multimodalitná pracovná stanica a intervenčný softvér, bod 6.3 v plnom rozsahu nasledovne: **„2ks Farebný TFT-LCD diagnostický monitor o uhlopriečke minimálne 19“ alebo 1 ks s rozmermi min. 24“**

S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy:

Príloha č. 1 - FNTN-2019-09-NZ-VS-angiografický systém-SP-p2-opis – úprava č. 1