

Názov predmetu zákazky:
Hlavica centrifugálneho čerpadla

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
Položka predmetu zákazky - Hlavica centrifugálneho čerpadla	
Špeciálny zdravotnícky materiál (sterilná, nepyrogenická, jednorazová hlava) do pumpy mimotelovej krvi, ktorý sa používa iba pri kardiopulmonárnych bypasových zákrokoch kompatibilných s centrifugálnymi riadiacimi systémami CP 5.	
1.1	Na jednorazové použitie (na vedenie mimotelového obehu neoklúznym spôsobom).
1.2	Sterilne balená každá časť jednotlivito.
1.3	Obal musí obsahovať minimálne názov a katalógové číslo
1.4	Nízky hlavný plniaci objem
1.5	Nízka tvorba tepla počas použitia
1.6	Nižší index hemolýzy
1.7	Bezprecedentná efektívnosť toku = požadované prietoky s minimom otáčok za minútu
1.8	Otvorený dizajn obežných kolies = ľahké plnenie a odvzdušnenie
1.9	Objem naplnenia: max do (ml) 60
1.10	Maximálny prietok: (l / min) 8
1.11	Maximálny výstupný tlak: (mmHg) 800
1.12	Vstupný / výstupný port: 3/8"
1.13	Teleso čerpadla - polykarbonát
1.14	Hriadeľ - nehrdzavejúca oceľ
1.15	Ložiská - HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)
1.16	Potiahnuté coatingom
1.17	Validácia 6 hodín/max.prietoku 8 l.
1.18	Dobrá schopnosť manipulácie so vzduchom.
1.19	Kompatibilná s centrifugálnymi riadiacimi systémami CP 5.

Obchodné meno/Názov uchádzača

Sídlo/miesto podnikania uchádzača

V:

Dňa

Podpis a pečiatka:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby