

Vyhodnotenie prípravnej trhovej konzultácie

Verejný obstarávateľ vykonal v termíne 26.2.2024 - 05.03.2024 prípravnú trhovou konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Zariadenia pre operačnú urologickú sálu" za účelom získania prehľadu o potenciálnych dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú resp. po úprave pôvodnej špecifikácie budú spĺňať verejným obstarávateľom definované požiadavky.

Dodávateľ:	
Sídlo:	

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky: Zariadenia pre operačnú urologickú sálu

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Položka	MJ	Predpokladaný počet MJ
Položka č.1	Rigidný cystoskop 22,5 Fr	ks	3 ks
Položka č.1	Bipolárny resektoskop 26 Fr	ks	1 ks
Položka č.1	Bipolárny resektoskop 27 Fr	ks	1 ks

1.2 CPV:

33168000-5 Endoskopia, endochirurgické prístroje
51410000-8 Inštalácia lekárskeho zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar, služba

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Zariadenia pre operačnú urologickú sálu

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Dodávateľ 1		Dodávateľ 2		Dodávateľ 3		Definitívna požiadavka
		spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	
Položka č.1 - Rigidný cystoskop 22,5 Fr / 3ks								
1.	Optika č.1 - 3ks							1. Optika č.1 - 3ks
1.1	vonkajší priemer tela optiky 4-5 mm	spĺňa	4 mm	spĺňa	4 mm	spĺňa	4 mm	1.1 vonkajší priemer tela optiky 4-5 mm
1.2	smer zobrazenia 12°-15°	spĺňa	12°	spĺňa	12°	spĺňa	12°	1.2 smer zobrazenia 12°-15°
1.3	pracovná dĺžka 280 – 300 mm	spĺňa	300 mm	spĺňa	280 mm	spĺňa	297 mm	1.3 pracovná dĺžka 280 – 300 mm
1.4	autoklávovateľná	spĺňa	áno	spĺňa		spĺňa		1.4 autoklávovateľná
1.5	na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie pracovnej vložky a prepájacieho mostíka	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.5 na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie pracovnej vložky a prepájacieho mostíka
1.6	vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.6 vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu
1.7	vrátane sterilizačnej kazety	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.7 vrátane sterilizačnej kazety
1.8	smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očnícou optiky			spĺňa		spĺňa		1.8 smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očnícou optiky
1.9	optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky	spĺňa	optika je vhodná na zobrazenie v rôznych rozlíšeniach v závislosti od použitého videoreťazca (HD, FULL HD, 4K)	spĺňa		spĺňa		1.9 optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky
1.10	optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.10 optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom
2.	Optika č.2 - 3ks							2. Optika č.2 - 3ks
2.1	vonkajší priemer tela optiky 4-5 mm	spĺňa	4 mm	spĺňa	4 mm	spĺňa	4 mm	2.1 vonkajší priemer tela optiky 4-5 mm
2.2	smer zobrazenia 65°-75°	spĺňa	70°	spĺňa	70°	spĺňa	70°	2.2 smer zobrazenia 65°-75°
2.3	pracovná dĺžka 260 – 305 mm	spĺňa	300 mm	spĺňa	284 mm	spĺňa	302 mm	2.3 pracovná dĺžka 260 – 305 mm
2.4	autoklávovateľná	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.4 autoklávovateľná
2.5	na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie pracovnej vložky a prepájacieho mostíka	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.5 na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie pracovnej vložky a prepájacieho mostíka
2.6	vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.6 vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu
2.7	vrátane sterilizačnej kazety	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.7 vrátane sterilizačnej kazety
2.8	smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očnícou optiky	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.8 smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očnícou optiky
2.9	optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky	spĺňa	optika je vhodná na zobrazenie v rôznych rozlíšeniach v závislosti od použitého videoreťazca (HD, FULL HD, 4K)	spĺňa		spĺňa		2.9 optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky
2.10	optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.10 optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom
3.	Cystoskopický terapeutický plášť - 3 ks							3. Cystoskopický terapeutický plášť - 3 ks
3.1	priemer plášte 22-23 Fr., vrátane obtútoru	spĺňa	22 Fr.	spĺňa	22,5 Fr.	spĺňa	23 Fr.	3.1 priemer plášte 22-23 Fr., vrátane obtútoru
4.	Pracovná vložka pre cystoskopický plášť - 3 ks							4. Pracovná vložka pre cystoskopický plášť - 3 ks
4.1	2-cestné prevedenie	spĺňa		spĺňa		spĺňa		4.1 2-cestné prevedenie
4.2	Albarranov mostík	spĺňa		spĺňa		spĺňa		4.2 Albarranov mostík
4.3	automatická aretácia Albarranovho mostíka	spĺňa		spĺňa		spĺňa		4.3 automatická aretácia Albarranovho mostíka
5.	Svetelný kábel - 3ks							5. Svetelný kábel - 3ks
5.1	dĺžka min. 3 m	spĺňa	3 m	spĺňa	3 m	spĺňa	3 m	5.1 dĺžka min. 3 m
6.	Bioptické optické kliešte -3ks							6. Bioptické optické kliešte -3ks
6.1	lyžičkový typ, vrátane 2 ks adaptérov LuerLock	spĺňa		spĺňa		spĺňa		6.1 lyžičkový typ, vrátane 2 ks adaptérov LuerLock
6.2	kompatibilita s optikou WA2T412A	spĺňa	bioptické kliešte sú kompatibilné s akoukoľvek optikou, nakoľko ide o seminigidný nástroj používaný v pracovnom kanáli s požadovaným priemerom	spĺňa		nespĺňa	kompatibilita s optikou 8650 (optika č.1 a č.2)	6.2 Parameter sa vypúšťa
Položka č.2 - Bipolárny resektoskop 26 Fr. - 1 ks								
1.	Optika - 1ks							1. Optika - 1ks
1.1	vonkajší priemer tela optiky 4 mm	spĺňa	4 mm	spĺňa		spĺňa	4 mm	1.1 vonkajší priemer tela optiky 4 mm
1.2	smer zobrazenia min.12°, max. 15°	spĺňa	12°	spĺňa	12°	spĺňa	12°	1.2 smer zobrazenia min.12°, max. 15°
1.3	pracovná dĺžka min. 280 mm	spĺňa	300 mm	spĺňa	280 mm	spĺňa	297 mm	1.3 pracovná dĺžka min. 280 mm
1.4	autoklávovateľná	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.4 autoklávovateľná
1.5	na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie optiky a pracovného elementu resektoskopu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.5 na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie optiky a pracovného elementu resektoskopu
1.6	vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.6 vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu
1.7	vrátane sterilizačnej kazety	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.7 vrátane sterilizačnej kazety
1.8	smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očnícou optiky	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.8 smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očnícou optiky
1.9	optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky	spĺňa	optika je vhodná na zobrazenie v rôznych rozlíšeniach v závislosti od použitého videoreťazca (HD, FULL HD, 4K)	spĺňa		spĺňa		1.9 optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky
1.10	optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.10 optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom
2.	Pracovný element pre bipolárne resektoskop 1 ks							2. Pracovný element pre bipolárne resektoskop 1 ks
2.1	pre bipolárne resektoskop	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.1 pre bipolárne resektoskop
2.2	možnosť pripojenia resektoskopných slučiek s rôznymi priermi resektoskopných drôtov a rôznym uhlom náklonu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.2 možnosť pripojenia resektoskopných slučiek s rôznymi priermi resektoskopných drôtov a rôznym uhlom náklonu
2.3	možnosť pripojenia minimálne 2 druhov vaporizačných elektród	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.3 možnosť pripojenia minimálne 2 druhov vaporizačných elektród
2.4	možnosť pripojenia ihlovej incíznej elektródy (kolmej a šikmej)	spĺňa		spĺňa		nespĺňa	kolmá ihlová elektróda	2.4 Úprava znenia na: možnosť pripojenia ihlovej incíznej elektródy (kolmej)
2.5	možnosť pripojenia guľčikovitej koagulačnej elektródy (malá, veľká)	spĺňa		spĺňa		nespĺňa		2.5 Parameter sa vypúšťa
2.6	aktívny princíp	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.6 Parameter sa vypúšťa
2.7	resektoskop po pripojení k elektrochirurgickej jednotke automaticky nastaví potrebný resektoskopný bipolárny mód a výkon elektrochirurgickej jednotky ESG-400	nespĺňa		spĺňa		nespĺňa	nastavenie má štandardný mód	2.7 Parameter sa vypúšťa
2.8	po aktivácii resektoskopu prebehne rozoznávajúce fyziologické roztoky a v prípade nesprávneho neumožní prevedenie výkonu	nespĺňa		spĺňa		nespĺňa		2.8 Parameter sa vypúšťa
2.9	pre použitie s elektrochirurgickou jednotkou ESG-400	nespĺňa		spĺňa		spĺňa		2.9 Parameter ostáva v pôvodnom znení: pre použitie s elektrochirurgickou jednotkou ESG-400
3.	Vnútrošľachový plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks							3. Vnútrošľachový plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks
3.1	priemer plášte 24 Fr	spĺňa		spĺňa		spĺňa		3.1 priemer plášte 24 Fr
3.2	dvojplášťový rotačný systém s pripojením hadíc pre kontinuálny preplach	spĺňa		spĺňa		spĺňa		3.2 dvojplášťový rotačný systém s pripojením hadíc pre kontinuálny preplach
3.3	vrátane obtútoru	spĺňa		spĺňa		spĺňa		3.3 vrátane obtútoru
4.	Vonkajší plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks							4. Vonkajší plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks
4.1	priemer plášte 26 Fr	spĺňa		spĺňa		spĺňa		4.1 priemer plášte 26 Fr
4.2	rotačný s dvomi ventilmi	spĺňa		spĺňa		spĺňa		4.2 rotačný s dvomi ventilmi
5.	Svetelný kábel -1 ks							5. Svetelný kábel -1 ks
5.1	pripojiteľný k svetelnému zdroju OTV-S200	spĺňa		spĺňa		spĺňa		5.1 pripojiteľný k svetelnému zdroju OTV-S200
5.2	dĺžka min. 3 m	spĺňa		spĺňa	3 m	spĺňa	3 m	5.2 dĺžka min. 3 m
6.	Bipolárny kábel - 1 ks							6. Bipolárny kábel - 1 ks
6.1	pre pripojenie do elektrochirurgickej jednotky ESG-400	nespĺňa		spĺňa		spĺňa		6.1 Parameter ostáva v pôvodnom znení: pre pripojenie do elektrochirurgickej jednotky ESG-400

7.	Sklonená janetka - 1 ks							7.	Sklonená janetka - 1 ks
7.1	objem 150 ml	spĺňa		spĺňa		spĺňa		7.1	objem 150 ml
7.2	vrátane 2 ks. adaptéra LuerLock	spĺňa		spĺňa		spĺňa		7.2	vrátane 2 ks. adaptéra LuerLock
Položka č.3 - Bipolárny resektoskop 27 Fr - 1 ks									
1.	Optika - 1ks							1.	Optika - 1ks
1.1	vonkajší priemer tela optiky 4 mm	spĺňa	4 mm	spĺňa		spĺňa	4 mm	1.1	vonkajší priemer tela optiky 4 mm
1.2	smer zobrazenia min.12", max. 15"	spĺňa	12"	spĺňa	12"	spĺňa	12"	1.2	smer zobrazenia min.12", max. 15"
1.3	pracovná dĺžka min. 280 mm	spĺňa	300 mm	spĺňa	280 mm	spĺňa	297 mm	1.3	pracovná dĺžka min. 280 mm
1.4	autoklávovateľná	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.4	autoklávovateľná
1.5	na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie optiky a pracovného elementu resektoskopu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.5	na hlave optiky je kolík konektora určený na pripojenie optiky a pracovného elementu resektoskopu
1.6	vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.6	vrátane ochranného autoklávovateľného polymérového tubusu
1.7	vrátane sterilizačnej kazety	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.7	vrátane sterilizačnej kazety
1.8	smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očícou optiky	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.8	smer zobrazenia je označený farebným kruhom príslušnej farby pod očícou optiky
1.9	optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky	spĺňa	optika je vhodná na zobrazenie v rôznych rozlíšeniach v závislosti od použitého videoreťazca (HD, FULL HD, 4K)	spĺňa		spĺňa		1.9	optika je určená pre HD zobrazenie, čo je označené na hlave optiky
1.10	optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom	spĺňa		spĺňa		spĺňa		1.10	optika je označená laserom typovým číslom a jedinečným výrobným číslom
2.	Pracovný element pre bipolárne resektoskopné slučky 1 ks							2.	Pracovný element pre bipolárne resektoskopné slučky 1 ks
2.1	pre bipolárne resektoskopné slučky	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.1	pre bipolárne resektoskopné slučky
2.2	možnosť pripojenia resektoskopných slučiek s rôznymi priermi resektoskopných drôtov a rôznym uhlom	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.2	možnosť pripojenia resektoskopných slučiek s rôznymi priermi resektoskopných drôtov a rôznym uhlom
2.3	možnosť pripojenia minimálne 2 druhov vaporizačných elektród	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.3	možnosť pripojenia minimálne 2 druhov vaporizačných elektród
2.4	možnosť pripojenia ihlovej incíznej elektródy (kolmej a šikmej)	spĺňa		spĺňa		nespĺňa	kolmá ihlová hlavica	2.4	Úprava znenia na: možnosť pripojenia ihlovej incíznej elektródy (kolmej)
2.5	možnosť pripojenia guľčikovej koagulačnej elektródy (malá, veľká)	spĺňa		spĺňa		nespĺňa		2.5	Parameter sa vypúšťa
2.6	aktívny princíp	spĺňa		spĺňa		spĺňa		2.6	aktívny princíp
2.7	resektoskop po pripojení k elektrochirurgickej jednotke automaticky nastaví potrebný resektoskopný bipolárny mód a výkon elektrochirurgickej jednotky ESG-400	nespĺňa		spĺňa		nespĺňa	nastavenie má štandardný mód	2.7	Parameter sa vypúšťa
2.8	po aktivácii resektoskopu prebehne rozoznávanie fyziologického roztozu a v prípade nesprávneho neumožní prevedenie výkonu	nespĺňa		spĺňa		nespĺňa		2.8	
2.9	pre použitie s elektrochirurgickou jednotkou ESG-400	nespĺňa		spĺňa		spĺňa		2.9	Parameter ostáva v pôvodnom znení: pre použitie s elektrochirurgickou jednotkou ESG-400
3.	Vnútrotný plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks							3.	Vnútrotný plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks
3.1	priemer plášťa 24 Fr	spĺňa	24 Fr.	spĺňa		spĺňa	24 Fr.	3.1	priemer plášťa 24 Fr
3.2	dvojplášťový rotačný systém s pripojením hadíc pre kontinuálny preplach	spĺňa		spĺňa		spĺňa		3.2	dvojplášťový rotačný systém s pripojením hadíc pre kontinuálny preplach
3.3	vrátane obturátora	spĺňa		spĺňa		spĺňa		3.3	vrátane obturátora
4.	Vonkajší plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks							4.	Vonkajší plášť pre bipolárny resektoskop 1 ks
4.1	priemer plášťa 27 Fr	nespĺňa	26 Fr.	spĺňa		nespĺňa	26 Fr.	4.1	Parameter sa vypúšťa
4.2	rotačný s dvomi ventilmi	spĺňa		spĺňa		spĺňa		4.2	rotačný s dvomi ventilmi
5.	Svetelný kábel -1 ks							5.	Svetelný kábel -1 ks
5.1	pripojiteľný k svetelnému zdroju OTV-S200	spĺňa		spĺňa		spĺňa		5.1	pripojiteľný k svetelnému zdroju OTV-S200
5.2	dĺžka min. 3 m	spĺňa	3 m	spĺňa	3 m	spĺňa	3 m	5.2	dĺžka min. 3 m
6.	Bipolárny kábel - 1 ks							6.	Bipolárny kábel - 1 ks
6.1	pre pripojenie do elektrochirurgickej jednotky ESG-400	nespĺňa		spĺňa		spĺňa		6.1	Parameter ostáva v pôvodnom znení: pre použitie s elektrochirurgickou jednotkou ESG-400
7.	Sklonená janetka - 1 ks							7.	Sklonená janetka - 1 ks
7.1	objem 150 ml	spĺňa		spĺňa		spĺňa		7.1	objem 150 ml
7.2	vrátane 2 ks. adaptéra LuerLock	spĺňa		spĺňa		spĺňa		7.2	vrátane 2 ks. adaptéra LuerLock

5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZY

Požaduje sa:	RADIX MEDICAL spol. s.r.o.		ULTRAMED s.r.o.		MG - SLOVAKIA s.r.o.		Definitívna požiadavka
	akceptujem / neakceptujem	dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy	akceptujem / neakceptujem	dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy	akceptujem / neakceptujem	dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy						1. Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy
2.	Požaduje sa dodanie prístroja :						2. Požaduje sa dodanie prístroja :
2.1.	do tridsiatich (60) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy	60 dní		akceptujem	60	akceptujem	2.1. do 60 pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2.2.	v pracovných dňoch,	akceptujem		akceptujem		akceptujem	2.2. v pracovných dňoch,
2.3.	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem		akceptujem		akceptujem	2.3. v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4.	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem		akceptujem		akceptujem	2.4. do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5.	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem		akceptujem		akceptujem	2.5. po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6.	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	2.6. s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu nia.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	3. Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu nia.
4.	Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	4. Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie nia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalácia protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	5. Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie nia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie nia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalácia protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja.
6.	Súčasťou dodania nia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	6. Súčasťou dodania nia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk" pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	7. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kúpnu zmluvu. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	8. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH"), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu tovaru podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy.
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	9. Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	10. Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
11.	Kúpna cena nia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného nia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením nia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k niu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	11. Kúpna cena nia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného nia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením nia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k niu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "nie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatištyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je nie uvedená do prevádzky. Uvedenie nia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť nie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem		akceptujem		akceptujem	12. Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "nie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatištyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je nie uvedená do prevádzky. Uvedenie nia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť nie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
13.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za nie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na nie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii nia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem		akceptujem		akceptujem	13. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za nie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na nie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii nia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
13.1	oprava väd a porúch nia, t.j. uvedenie nia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem		akceptujem		akceptujem	13.1 oprava väd a porúch nia, t.j. uvedenie nia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
13.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem		akceptujem		akceptujem	13.2 dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
13.3	vykonanie štandardných vylepšení nia odporúčaných a predpísaných výrobcom nia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia nia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem		akceptujem		akceptujem	13.3 vykonanie štandardných vylepšení nia odporúčaných a predpísaných výrobcom nia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia nia, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,

13.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, nájmi a náhradných dielov,	akceptujem		akceptujem		akceptujem		13.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, nájmi a náhradných dielov,
13.5	vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu nia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem		akceptujem		akceptujem		13.5	vykonanie validácií a kalibrácií nia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu nia, min. však jedenkrát ročne,
13.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcu predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 20. tejto časti,	akceptujem		akceptujem		akceptujem		13.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcu predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 20. tejto časti,
13.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem		akceptujem		akceptujem		13.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
13.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie nia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem		akceptujem		akceptujem		13.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie nia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
13.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu nia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky nia, vrátane generálnej opravy,	akceptujem		akceptujem		akceptujem		13.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu nia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky nia, vrátane generálnej opravy,
13.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 12 tejto časti, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní nia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		13.10	technická telefonická podpora v pracovných dňoch v rozsahu podľa bodu 12 tejto časti, a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní nia prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa 24 hodín denne a 7 dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
14.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie nia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		14.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie nia do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
14.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie nia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		14.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie nia, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
15.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem		akceptujem		akceptujem		15.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
15.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichštyroch (48) hodín,	akceptujem		akceptujem		akceptujem		15.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichštyroch (48) hodín,
15.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.	akceptujem		akceptujem	168	akceptujem		15.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín.
16.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na ním počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätého telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		16.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na ním počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätého telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
17.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávatel neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		17.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávatel neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
18.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby nia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		18.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby nia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
19.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		19.	V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
20.	V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		20.	V prípade, že dodávateľ zľavu podľa predchádzajúceho bodu neposkytne do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa, bude sa takéto konanie dodávateľa považovať za porušenie jeho zmluvných povinností, pričom objednávateľ je oprávnený uplatniť si z tohto titulu u dodávateľa zmluvnú pokutu stanovenú vo výške zisteného rozdielu, t.j. rozdielu medzi poskytovanou cenou podľa uzavretej zmluvy a nižšou cenou.
21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbvavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbvavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvy. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od tejto zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem		akceptujem		akceptujem		24.	Dodávateľ je povinný podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvorenej rámcovej dohody. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania rámcovej dohody. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobné požiadavky na predmet zákazky:	RADIX MEDICAL spol. s r.o.		ULTRAMED s.r.o.		MG - SLOVAKIA s.r.o.		Definitívna požiadavka	
	akceptujem / neakceptujem	dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy	akceptujem / neakceptujem	dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy	akceptujem / neakceptujem	dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy		
6.1	akceptujem		akceptujem		akceptujem		6.1	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
6.2	akceptujem		akceptujem		akceptujem		6.2	Prospektový materiál
6.3	akceptujem		akceptujem		akceptujem		6.3	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.