



Všetkým záujemcom

V Trenčíne, dňa 29.11.2019

## Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov - 1

### Úprava súťažných podkladov – 1

Verejný obstarávateľ:	<b>Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín</b>
Predmet zákazky:	<b>Endoprotézy bedrového kĺbu a kolenného kĺbu</b>
Postup:	Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím elektronickej aukcie
Vyhlásenie:	Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 11.11.2019, pod č. 2019/S 217-532084 a vo Vestníku VO č. 321/2019 dňa 12.11.2019 pod sp. zn. č. 33400 – MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie zo dňa 29.11.2019, poskytuje záujemcom/uchádzačom nasledovné vysvetlenie.

Verejný obstarávateľ nijakým spôsobom neupravoval znenie otázok uchádzača.

## A) Vysvetlenie súťažných podkladov

### Otázka uchádzača 1

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov, v opise predmetu zákazky pre časť č. 4 a 5 verejný obstarávateľ požaduje acetabulárnu komponentu ... s možnosťou aj bez možnosti uzamknutia hlavičky vo vložke...". Dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie resp. určenie medicínskeho dôvodu, pre ktorý verejný obstarávateľ požaduje dodanie acetabulárnej komponenty s možnosťou uzamknutia hlavičky vo vložke. Koľko percent pacientov bolo v minulosti vo FN Trenčín indikovaných na tento typ acetabulárnej komponenty? Bude verejný obstarávateľ akceptovať, ak uchádzač predloží ponuku bez tejto diskriminačnej požiadavky?

### Odpoveď verejného obstarávateľa 1:

Verejný obstarávateľ upravuje znenie Opisu predmetu zákazky/Zmluvy pre časť 4 a 5 odstránením textu, „s možnosťou aj bez možnosti uzamknutia hlavičky vo vložke...“ .

### Otázka uchádzača 2

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov, v opise predmetu zákazky pre časť č. 4 a 5 verejný obstarávateľ požaduje acetabulárnu komponentu ... s vložkou v prevedení v rôznych vnútorných priemeroch 22,225 mm, 28 mm, 32 mm a 36. Vložku s vnútorným priemerom 22,225 mm vyrába iba jeden výrobca, preto žiadame tento parameter odstrániť, nakoľko diskriminuje ostatných potenciálnych uchádzačov bez zjavného medicínskeho dôvodu. Navyše, v časti 5 je rozpor medzi požadovaným vnútorným priemerom vložky — 22,225 mm ktorý nekorešponduje s požadovaným priemerom keramickej hlavičky 28 mm, 32 mm a 36 mm. Žiadame nezrovnalosť odstrániť a to upustením od požiadavky na vložku s vnútorným priemerom 22,225mm, ktorú ponúka len jeden výrobca.



### **Odpoveď verejného obstarávateľa 2:**

Verejný obstarávateľ upravuje znenie Opisu predmetu zákazky/Zmluvy pre časť 4 a 5 odstránením požiadavky na vnútorný priemer 22,225 mm.

### **Otázka uchádzača 3**

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov, v opise predmetu zákazky pre časť č. 4 a 5 verejný obstarávateľ požaduje „Titánový necementovaný femorálny driek „triple tapered“ s golierom aj bez goliera,...“. Požiadavka verejného obstarávateľa na s golierom navádza ku produktu konkrétneho výrobcu, takže sa jedná o tendenčný parameter s cieľom diskriminovať iných potenciálnych uchádzačov a docieľiť úspech vopred určeného uchádzača, bez zjavného medicínskeho dôvodu. Žiadame tento parameter odstrániť.

### **Odpoveď verejného obstarávateľa 3:**

Verejný obstarávateľ upravuje znenie Opisu predmetu zákazky/Zmluvy pre časť 4 a 5 odstránením textu „*s golierom aj bez goliera...*“.

### **Otázka uchádzača 4**

V prílohe č. 1 Súťažných podkladov, v opise predmetu zákazky pre časť č. 4 a 5 verejný obstarávateľ požaduje „...PE necementovaná titánová hemisférická pressfit acetabulárna komponenta s poróznym povrchom s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu...“. Dovoľujeme si požiadať o vysvetlenie a uvedenie medicínskeho dôvodu, prečo verejný obstarávateľ požaduje acetabulárnu komponentu s koeficientom frikcie najmenej 1,2 ? Tento koeficient frikcie sa nachádza priamo v produktovom katalógu konkrétneho výrobcu a produktu. V žiadnom posudzovaní kvality resp. prežitia implantátu nehrá tento parameter samostatnú úlohu, Výsledok implantátu určuje vždy súbor viacerých faktorov. Prečo verejný obstarávateľ vyzdvihol práve tento konkrétny parameter? Žiadame tento parameter odstrániť.

Kombinácia parametrov, ktoré požaduje verejný obstarávateľ pre časti č. 4 a 5 — konkrétny nepoužívaný rozmer hlavičky 22,225 mm, presná kvantifikácia frikcie, definovanie veľkostí acetabulárnej komponenty, rozmerov, materiálov a typov vložiek, priamo navádzajú ku produktu konkrétneho výrobcu, preto žiadame tieto časti verejnej súťaže upraviť tak, aby sa do nich mohol prihlásiť viac ako jeden uchádzač.

### **Odpoveď verejného obstarávateľa 4:**

Verejný obstarávateľ upravuje znenie Opisu predmetu zákazky/Zmluvy pre časť 4 a 5 odstránením textu „*s koeficientom frikcie najmenej 1,2 pre stabilnú primárnu fixáciu...*“

### **Otázka uchádzača 5**

V časti C súťažných podkladov, bod 2.2.1 (strana 19) verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača predloženie platného Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR v zmysle zákona č. 140/1998. Dovoľujeme si upozorniť verejného obstarávateľa, že uvedený zákon už nie je v platnosti. Navyše, podľa aktuálne platnej legislatívy, zákona č. 362/2011, je povolenie na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami potrebné len na vybrané druhy činností (par. 6), medzi ktoré nepatrí distribúcia Endoprotéz bedrového a kolenného kĺbu. Považujeme preto požiadavku verejného obstarávateľa na predloženie platného Rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva za bezdôvodnú a žiadame ju odstrániť.



### **Odpoveď verejného obstarávateľa 5:**

Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 2.2. - Ostatné požiadavky na predmet zákazky a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky kapitoly C- opis predmetu zákazky súťažných podkladov odstránením požiadavky uvedenej v bode 2.2.1. na predloženie Platného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR...

### **Otázka uchádzača 6**

V Rámcovej zmluve, Článok X. „Sankcie za porušenie zmluvných povinností”, bod 3. sa píše: „Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní do zaplatením kúpnej ceny za dodaný Tovar o Viac ako 30 dní, vzniká Predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo Výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.”

Dovoľujeme si požiadať o vypustenie dĺžky omeškania „Viac ako 30 dní”. Bod 3. by znel nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní do zaplatením kúpnej ceny za dodaný Tovar, vzniká Predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo Výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.”

Bude verejný obstarávateľ akceptovať úpravu Článku X. „Sankcie za porušenie zmluvných povinností”, bod 3 ?

### **Odpoveď verejného obstarávateľa 6:**

Verejný obstarávateľ akceptuje navrhovanú úpravu Článku X. „Sankcie za porušenie zmluvných povinností”, bod 3.

## **B) Úprava súťažných podkladov**

Verejný obstarávateľ týmto oznamuje, že prijal rozhodnutie, ktorým upravuje Súťažné podklady nasledovným spôsobom:

- a) Vykonaním aktualizácie Prílohy súťažných podkladov - FNTN-2019-04-NZ-VS-TEP-SP-p1-Opis a cena – aktualizácia - 1 pre časť č. 4 a časť č. 5.
- b) Vykonaním aktualizácie Súťažných podkladov FNTN-2019-04-NZ-VS-TEP-SP-aktualizácia 1, v kapitole C - opis predmetu zákazky bodu 2.2. Ostatné požiadavky na predmet zákazky a doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky a s tým súvisiaceho bodu 16.8. kapitoly A- Pokyny na vypracovanie ponuky.
- c) Vykonaním aktualizácie Prílohy súťažných podkladov FNTN-2019-04-NZ-VS-TEP-SP-p4-zmluva – aktualizácia 1 v článku X. bod 3.

**Upravené súťažné podklady a prílohy verejný obstarávateľ zverejňuje v príslušnej zákazke v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:**

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5470/summary>

**Verejný obstarávateľ upozorňuje, že údaje, ktoré boli ku dňu 29.11.2019 poskytnuté týmto oznámením, musia byť zohľadnené v relevantných dokumentoch predložených ponúk, ktorých sa to v zmysle Súťažných podkladov týka, v súlade s informáciami uvedenými v tomto oznámení.**

Alena Skočiková  
zodpovedná osoba verejného obstarávateľa