

Z á u j e m c i

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážení záujemci,

zasielame Vám vysvetlenie súťažných podkladov ako odpoveď na dotaz jedného zo záujemcov k verejnej súťaži na predmet zákazky: „**Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu**“ vyhlásenej vo VVO č. 54/2017 zo dňa 16.03.2017 pod značkou 3301-MST.

Otázka č. 1 :

Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 5 „Opis predmetu zákazky časť 5 : Kategória L 5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom“:

Žiadame o bližšie špecifikovanie požiadavky "Nožný ovládač pre polohovanie" v Štandardnej výbave nemocničného lôžka. Štandardne sú nožné ovládače rozdelené na nožné ovládače pre výškový zdvih lôžka a nožné ovládače pre laterálny náklon lôžka.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Daný parameter hovorí o zabezpečení polohovania lôžka nožným ovládačom pre časti, ktoré sú polohovateľné okrem chrbtového, stehenného a lýtkového dielu. Verejný obstarávateľ akceptuje, ak spoločnosť poskytne jeden nožný ovládač, ktorým je možné nastaviť výškový zdvih a s tým istým ovládačom aj laterálny náklon lôžka, rovnako akceptuje dva nožné ovládače, ktoré nastavujú polohy na dvoch rôznych ovládačoch.

Otázka č. 2:

Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 5 „Opis predmetu zákazky časť 5 : Kategória L 5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom“:

Požaduje obstarávateľ v Štandardnej výbave nemocničného lôžka, aby uchádzač zahrnul do tejto výbavy aj sadu ochranných piien v nepremokavom potahu, ktorými sa stabilizuje (vypolstruje/obloží) pacient v prípade, že je laterálne polohovaný, čím sa zabráni jeho voľnému pohybu po ložnej ploche?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť štandardné lôžko s laterálnym náklonom, a z toho dôvodu požaduje riešenia stabilizácie pacienta, čo môžu byť napr. aj spomínané „ochranné peny“.

Otázka č. 3:

Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 6 „, Opis predmetu zákazky časť 6 : Kategória L 6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu“:

Žiadame o bližšie špecifikovanie požiadavky "Nožný ovládač pre polohovanie“ v Štandardnej výbave nemocničného lôžka. Štandardne sú nožne ovládače rozdelené na nožne ovládače pre výškový zdvih lôžka a nožné ovládače pre laterálny náklon lôžka.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Daný parameter hovorí o zabezpečení polohovania lôžka nožným ovládačom pre časti, ktoré sú polohovateľné okrem chrbtového, stehenného a lýtkového dielu. Verejný obstarávateľ akceptuje, ak spoločnosť poskytne jeden nožný ovládač, ktorým je možné nastaviť výškový zdvih a s tým istým ovládačom aj laterálny náklon lôžka, rovnako akceptuje dva nožné ovládače, ktoré nastavujú polohy na dvoch rôznych ovládačoch.

Otázka č. 4:

Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 6 „, Opis predmetu zákazky časť 6 : Kategória L 6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu“:

Požaduje obstarávateľ“ v Štandardnej výbave nemocničného lôžka, aby uchádzač zahrnul do tejto výbavy aj sadu ochranných pien v nepremokavom poťahu, ktorými sa stabilizuje (vypolstruje/obloží) pacient v prípade, že je laterálne polohovaný, čím sa zabráni jeho vodnému pohybu po ložnej ploche?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť štandardné lôžko s laterálnym náklonom, a z toho dôvodu požaduje riešenia stabilizácie pacienta, čo môžu byť napr. aj spomínané „ochranné peny“.

Otázka č. 5:

Časť A1 pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 26.7.3

Žiadame o vysvetlenie požiadavky na predloženie potvrdenia o evidencii úspešného uchádzača v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Týmto potvrdením má obstarávateľ na mysli kód ŠUKL pre ponúknuté lôžko?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, verejný obstarávateľ má potvrdením o evidencii úspešného uchádzača v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv na mysli kód Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.

Otázka č. 6:

Časť A1 pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 26.7.2

Žiadame o bližšie špecifikovanie požiadavky na predloženie kompletnej vzorky nemocničného lôžka vrátane matracu a doplnkovej výbavy. Uchádzač má predložiť vzorku lôžka v prevedení štandardnej výbavy nemocničného lôžka platnej pre každú kategóriu lôžka, na ktorú uchádzač predkladá ponuku?

V prípade, že u lôžka je viacero typov matracov, má uchádzač predložiť vzorku ktorého matraca?

Má uchádzač predkladať aj vzorku nočného stolíku? V prípade, že áno, ktorý variant - s jedálenskou doskou alebo bez jedálenskej dosky?

V prípade, že uchádzač podáva ponuku na viacero kategórii lôžok u ktorých ponúka rovnaký typ nočného stolíka, postačuje aby uchádzač predložil iba jednu vzorku na daný - rovnaký - typ nočného stolíka?

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Áno, úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi v zmysle § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní za účelom preukázania naplnenia tejto požiadavky do 14 dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, kompletnú vzorku nemocničného lôžka vrátane matracov, nočných stolíkov a doplnkovej výbavy tej časti predmetu zákazky, v zmysle špecifikácie B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, na ktorú uchádzač predložil ponuku. V prípade totožných komponentov je postačujúce predložiť jeden predmetný komponent.

S pozdravom

JUDr. Miroslav BOHÁČ v.r.
riaditeľ OVO