

- 4. Príloha č. 2 Rámцovej dohody: Záruka a služby poskytované počas záručnej doby bod 6:

Obstarávateľ požaduje aby dodávateľ počas trvania záručnej doby odstránil vady do 24 hodín v prípade, že nie je potrebná dodávka originálneho náhradného dielu, prípadne do 72 hodín v prípade, že pre opravu vady je potrebná dodávka originálneho dielu.

Takúto požiadavku pre všetky kategórie lôžok považujeme za neprimeranú. Pre vysvetlenie, vychádzajúc z bežnej praxe, lôžka kategórie L1, L2, L3, L8, L9 sú základnými bežnými lôžkami prevažne používanými na oddeleniach štandardnej, t.j. nie kritickej a intenzívnej starostlivosti, a preto požiadavka na odstránenie vád vo vyššie uvedených lehotách je podľa nášho názoru neopodstatnená.

Odboved' verejného obstarávateľa:

Pôvodný text verejný obstarávateľ nahrádza: Verejný obstarávateľ požaduje, aby dodávateľ počas trvania záručnej doby odstránil vady do **72 hodín** v prípade, že nie je potrebná dodávka originálneho dielu, prípadne do **120 hodín**, v prípade, že pre opravu je potrebná dodávka originálneho náhradného dielu.

Uvedené platí pre kategórie L1, L2, L3, L8, L9

- 6. Príloha č. 2 Rámцovej dohody: Záruka a služby poskytované počas záručnej doby bod 4:

Obstarávateľ stanovuje zmluvnú pokutu za porušenie povinnosti odpovedania dodávateľa na nahlásenie vady o viac ako 1 hodinu od predpokladaného času na 1000 EUR za každé jedno porušenie zvlášť. Pokuta v takejto výške je vzhľadom na charakter predmetu zákazky neprimeraná. Chápeme, že obstarávateľ chce mať istotu, že dodávateľ bude kladne pristupovať k plneniu servisných záležitostí, no podmieňovanie takouto pokutou je neprimerané. Opäť vychádzajúc z bežnej praxe, lôžka kategórie L1, L2, L3, L8, L9 sú základnými bežnými lôžkami prevažne používanými na oddeleniach štandardnej, t.j. nie kritickej a intenzívnej starostlivosti, v prípade, že sa aj vyskytne nejaká vada, ktorá spôsobí čiastočne obmedzenie funkčnosti lôžka, nedochádza tým k priamemu a neodkladnému ohrozeniu zdravia pacienta.

Chápeme potrebu promptného odpovedania na nahlásenie vady na intenzívnych lôžkach kategórie L4, L5, L6 a L7, no aj v tomto prípade pokuta v požadovanej výške je neprimeraná.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme zmeniť výšku zmluvnej pokuty v tomto bode na 100 EUR za každé jedno porušenie zvlášť.

Odboved' verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ akceptuje Vašu požiadavku v uvedenom bode

S pozdravom

JUDr. Miroslav Boháč
riaditeľ
Odbor verejného obstarávania