

Kupujúci:
Typ zákazky:
Predmet zákazky:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Srdcové chlopňové protézy

Dokument:

Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o., Donská 61, 841 06 Bratislava

1. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.	Dvojlísté (bileafletové) s úzkym šicím ringom pre supraanulárnu aortálnu implantáciu v štandardnej alebo flexibilnej konfigurácii veľkostí 17-29 s nasledovnými parametrami:	áno
1.1	- Nízkoprofilová chlopňová protéza so supraanulárnou výškou: Nr.19 ≤ 6mm; Nr.23 ≤ 7,5mm	áno
1.2	- Hodnoty EOA (Effective Orifice Area) : Nr.19 ≥ 1,8cm ² ; Nr.23 ≥ 2,9cm ²	áno
1.3	- Otvárací uhol listov protézy ≥ 85°	áno
1.4	- Rotabilita	áno
1.5	- Biokompatibilita	áno
1.6	- RTG kontrastný prstenec	áno

2. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
2.	Dvojlísté so širším šicím ringom pre intraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 17-37 s nasledovnými parametrami:	áno
2.1	- Nízkoprofilová chlopňová protéza	áno
2.2	- GOA (Geometric Orifice Area) Nr.27 ≥ 3,67 cm ²	áno
2.3	- Otvárací uhol listov ≥ 85°	áno
2.4	- Rotabilita	áno
2.5	- Biokompatibilita	áno
2.6	- RTG kontrastný prstenec (platí aj pre rotačný mechanizmus)	áno

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Silvia Augustinová, konateľ