

Kupujúci:  
 Typ zákazky:  
 Predmet zákazky:  
 Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica  
 Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru  
**Srdcové chlopňové protézy**  
 Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

MEDITRADE spol. s r.o., Levočská 1, 851 01 Bratislava

### 1. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do aortálnej pozície

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
1.	Dvojlisté pre intraanulárnu a supraanulárnu aortálnu implantáciu veľkostí 27/29 intraanulárne, 19 – 25 supraanulárne s nasledovnými parametrami:	áno
1.1	- Otvárací uhol listov protézy = 90°	áno
1.2	- Rotabilita	áno
1.3	- Biokompatibilita	áno
1.4	- RTG kontrastný prstenec	áno
1.5	- Možnosť redukcie bezpečnej hladiny antikoagulácie ( INR < 2)	áno

### 2. Mechanické chlopňové protézy pre implantáciu do mitrálnej pozície

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)
2.	Dvojlisté pre intraanulárnu a supraanulárnu mitrálnu implantáciu veľkostí 25/33 supraanulárne, s nasledovnými parametrami:	áno
2.1	- Otvárací uhol listov protézy = 90°	áno
2.2	- Rotabilita	áno
2.3	- Biokompatibilita	áno
2.4	- RTG kontrastný prstenec	áno
2.5	- Možnosť redukcie bezpečnej hladiny antikoagulácie ( INR < 2)	áno

V Bratislave, dňa

Ing. Pavel Bohdal, konateľ spoločnosti