

Kupujúci:
 Typ zákazky:
 Predmet zákazky:
 Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
 Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Srdcové chlopňové protézy
 Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Predávajúci:

UNOMED spol. s r.o.

1. Krúžok anuloplastický mitrálny

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.	Semiflexibilný anuloplastický prstenec na mitrálny anulus veľkostí 24-40 so zachovávaním anteroposteriórneho a transverzálneho diametru mitrálneho ústia v pomere 3:4 počas systoly	áno
1.1	- Sedlovitý tvar anteriórnej rigidnej časti	áno
1.2	- Posteriórna flexibilita	áno
1.3	- Plný ring	áno
1.4	- Markery interkomisurálnej vzdialenosti	áno
1.5	- Rigidita ringu počas implantácie a viazania uzlov	áno
1.6	- RTG kontrastný prstenec	áno
1.7	- Biokompatibilita	áno

2. Krúžok anuloplastický trikuspidálny

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
2.	Inkompletný semirigidný anuloplastický prstenec na trikuspidálne ústie veľkostí 26-36 s progresívnou flexibilitou anatomického 3D tvar	áno
2.1	- Rigidita a stabilizácia ringu počas implantácie a viazania uzlov	áno
2.2	- RTG kontrastný prstenec	áno
2.3	- Biokompatibilita	áno

V Trenčíne, dňa

.....
 Ing. Róbert Kútny, konateľ

