

RYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŤIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky:

Monitory a monitorovacia centrála

1.2 CPV:

33195000-3 - Systém monitorovania pacientov
33195200-5 - Centrálné monitorovacie stanice
51410000-9 - Inštalácia lekárskeho zariadení
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskeho zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1.3 Druh:

tovar

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Monitory a monitorovacie centrály

3. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

3.1.a) Rozdelenie na časti:

- Áno
 Nie

3.1.b) Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	Požadovaný počet MJ
časť 1. - Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH			
Položka č. 1	Hemodynamický patientský monitor	ks	4 ks na pevno, 2 ks na stojan
Položka č. 2	Centrálna monitorovacia stanica	ks	1
časť č. 2 - Monitory pre I. KK - Arytmologické odd.			
Položka č. 1	Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota	ks	9
Položka č. 2	Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota	ks	9

3.2 Dostupnosť na trhu:

- Bežná dostupnosť
 Nie bežná dostupnosť

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		Dodávateľ č. 1 ELMED, s.r.o. Neresnícka cesta 13 980 01 Zvolen	Dodávateľ č. 2 MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra	Dodávateľ č. 3 Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	Dodávateľ č. 4 BLUEMED s.r.o. Nevádzová 17211/6E 821 01 Bratislava	Dodávateľ č. 5 TradeMedical a.s. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	DEFINITÍVNE POŤIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY				
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky. V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty		Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky	
časť 1. - Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH		časť č. 1		časť č. 1		časť č. 1		časť č. 1		časť 1. - Monitory a monitorovacia centrála pre KCCH	
Položka č. 1 - Hemodynamický patientský monitor		Položka č. 1		Položka č. 1		Položka č. 1		Položka č. 1		Položka č. 1 - Hemodynamický patientský monito	
Počet monitorov - 4 ks na pevno, 2 ks na stojan		xxx		xxx		xxx		xxx		Počet monitorov - 4 ks na pevno, 2 ks na stojan	
1.	Použitie pre novorodencov, detí a dospelých pacientov (bez ďalšieho rozšírenia softwaru) s automatickým nastavením algoritmov podľa zvolenej kategórie pacienta	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		1. Použitie pre novorodencov, detí a dospelých pacientov (bez ďalšieho rozšírenia softwaru) s automatickým nastavením algoritmov podľa zvolenej kategórie pacienta	
2.	EKG 3 resp. 5 zvod. káblami s detekciou základných arytmií (možnosť jednoduchého SW rozšírenia o plné arytmie)	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		2. EKG 3 resp. 5 zvod. káblami s detekciou základných arytmií (možnosť jednoduchého SW rozšírenia o plné arytmie)	
3.	Vyžaduje sa analýza ST segmentu	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		3. Vyžaduje sa analýza ST segmentu	
4.	Vyžaduje sa detekcia pacemakeru	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		4. Vyžaduje sa detekcia pacemakeru	
5.	Vyžaduje sa odolnosť proti defibrilačnému výboju	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		5. Vyžaduje sa odolnosť proti defibrilačnému výboju	
6.	Vyžaduje sa možnosť monitorovania 12 zvodového EKG	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		6. Vyžaduje sa možnosť monitorovania 12 zvodového EKG	
7.	SpO2 monitorovanie (možnosť použitia Masimo SET ako aj NellcorOximax technológie merania)	spĺňa		spĺňa		spĺňa		nespĺňa SpO2 monitorovanie (možnosť použitia Masimo aj Nellcor technológie merania) takto uvedené technológie plne spĺňajú všetky požiadavky aj vysokošpecializovaných pracovníkov na slovensku i vo svete		7. Platí pôvodná hodnota: SpO2 monitorovanie (možnosť použitia Masimo SET ako aj NellcorOximax technológie merania)	
8.	Meranie neinvazívneho tlaku krvi (jednorazové, periodické, nepretržité meranie) s venostázou	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		8. Meranie neinvazívneho tlaku krvi (jednorazové, periodické, nepretržité meranie) s venostázou	
9.	Súčasný meranie min. 2 invazívnych tlakov s možnosťou rozšírenia na 8 invazívnych tlakov krvi a srdcového výdaja	spĺňa		spĺňa		spĺňa		spĺňa		9. Súčasné meranie min. 2 invazívnych tlakov s možnosťou rozšírenia na 8 invazívnych tlakov krvi a srdcového výdaja	

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

10.	Meranie respirácie so sledovaním respiračnej frekvencie z EKG elektród s možnosťou voľby zvodu	spĺňa				spĺňa	10.	Meranie respirácie so sledovaním respiračnej frekvencie z EKG elektród s možnosťou voľby zvodu
11.	Meranie teploty 2x s možnosťou merania kožnou aj vnútro-telovou sondou	spĺňa				spĺňa	11.	Meranie teploty 2x s možnosťou merania kožnou aj vnútro-telovou sondou
12.	Integrované monitorovanie etCO2 minimálne technológiou mainstream	spĺňa				spĺňa	12.	Integrované monitorovanie etCO2 minimálne technológiou mainstream
13.	Možnosť doplnenia o meranie etCO2 technológiou microstream a sidestream (pre meranie u neintubovaných aj intubovaných pacientov)	spĺňa				spĺňa	13.	Možnosť doplnenia o meranie etCO2 technológiou microstream a sidestream (pre meranie u neintubovaných aj intubovaných pacientov)
14.	Možnosť doplnenia o meranie kontinuálneho srdcového výdaja	spĺňa				spĺňa	14.	Možnosť doplnenia o meranie kontinuálneho srdcového výdaja
Ďalšie vlastnosti hemodynamického monitora:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Ďalšie vlastnosti hemodynamického monitora:	
15.	3 úrovne alarmov podľa priority (život ohrozujúci, hraničný, technický), zvukovo a vizuálne-farebne odlišných, manuálne alebo automatické nastavenie	spĺňa				spĺňa	15.	3 úrovne alarmov podľa priority (život ohrozujúci, hraničný, technický), zvukovo a vizuálne-farebne odlišných, manuálne alebo automatické nastavenie
16.	Automatické alebo manuálne nastavenie alarmových hraníc a ich zobrazenie	spĺňa				spĺňa	16.	Automatické alebo manuálne nastavenie alarmových hraníc a ich zobrazenie
17.	Možnosť nastavenia alarmových hraníc pomocou centrálného monitora	spĺňa				spĺňa	17.	Možnosť nastavenia alarmových hraníc pomocou centrálného monitora
18.	Voľba farby pre zobrazenie jednotlivých parametrov (hodnoty aj krivky)	spĺňa				spĺňa	18.	Voľba farby pre zobrazenie jednotlivých parametrov (hodnoty aj krivky)
19.	Možnosť rozšírenia o kalkulácie liekov	spĺňa				spĺňa	19.	Možnosť rozšírenia o kalkulácie liekov
20.	Trendy min. 72 hodín	spĺňa				spĺňa	20.	Trendy min. 72 hodín
21.	Automatický záznam udalostí vrátane kriviek (min 150 udalostí) s možnosťou spätného vyvolania, archivácie, tlače	spĺňa				spĺňa	21.	Automatický záznam udalostí vrátane kriviek (min 150 udalostí) s možnosťou spätného vyvolania, archivácie, tlače
22.	Užívateľsky konfigurovateľná obrazovka s možnosťou uloženia aspoň 4 nastavení monitora	spĺňa				spĺňa	22.	Užívateľsky konfigurovateľná obrazovka s možnosťou uloženia aspoň 4 nastavení monitora
23.	Vizualizácia chybových hlásení - textov na obrazovke	spĺňa				spĺňa	23.	Vizualizácia chybových hlásení - textov na obrazovke
24.	Monitor musí umožniť priame prepojenie do monitorovacej siete s centrálnym monitorom, ako aj so sieťovou tlačiarňou s možnosťou priamej tlače z monitora	spĺňa				spĺňa	24.	Monitor musí umožniť priame prepojenie do monitorovacej siete s centrálnym monitorom, ako aj so sieťovou tlačiarňou s možnosťou priamej tlače z monitora
25.	Hemodymický monitor musí umožniť priame prepojenie s externými zariadeniami, minimálne patientske servoventilátory a anesteziologické prístroje so zobrazením kriviek, slučiek a hodnôt ich parametrov	spĺňa				spĺňa	25.	Hemodymický monitor musí umožniť priame prepojenie s externými zariadeniami, minimálne patientske servoventilátory a anesteziologické prístroje so zobrazením kriviek, slučiek a hodnôt ich parametrov
26.	Hemodymický monitor musí umožniť pripojenie ďalšieho displeja pre rozšírené zobrazenie	spĺňa				spĺňa	26.	Hemodymický monitor musí umožniť pripojenie ďalšieho displeja pre rozšírené zobrazenie
27.	Zostava hemodynamického monitora musí byť tvorená dvomi komponentmi: zobrazovacia/ovládacia funkčná jednotka a transportný modul/monitor vitálnych funkcií	spĺňa				spĺňa	27.	Zostava hemodynamického monitora musí byť tvorená dvomi komponentmi: zobrazovacia/ovládacia funkčná jednotka a transportný modul/monitor vitálnych funkcií
Vlastnosti transportného modulu / monitora:		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Vlastnosti transportného modulu / monitora:	
28.	Transportný modul/monitor musí byť súčasne použiteľný ako samostatný transportný monitor aj bedside monitor vitálnych funkcií	spĺňa				spĺňa	28.	Transportný modul/monitor musí byť súčasne použiteľný ako samostatný transportný monitor aj bedside monitor vitálnych funkcií
29.	Možnosť okamžitého použitia pre transport bez odpojovania monitora zo siete a od pacienta	spĺňa				spĺňa	29.	Možnosť okamžitého použitia pre transport bez odpojovania monitora zo siete a od pacienta
30.	Uhlopriečka farebnej dotykovej obrazovky transportného modulu/monitora: maximálne 6,5"	spĺňa				spĺňa	30.	Uhlopriečka farebnej dotykovej obrazovky transportného modulu/monitora: maximálne 6,5"
31.	Plnohodnotné ovládanie ako pri klasickom monitore vitálnych funkcií	spĺňa				spĺňa	31.	Plnohodnotné ovládanie ako pri klasickom monitore vitálnych funkcií
32.	Výdrž prevádzky na jedno nabitie integrovanej batérie: min. 4 hodiny	spĺňa				spĺňa	32.	Výdrž prevádzky na jedno nabitie integrovanej batérie: min. 4 hodiny
33.	Vyžaduje sa bezdrôtový prenos a obojsmerná komunikácia transportného modulu s monitorovacou centrálnou stanicou najmä počas transportu pacienta po nemocničnom oddelení	spĺňa				spĺňa	33.	Vyžaduje sa bezdrôtový prenos a obojsmerná komunikácia transportného modulu s monitorovacou centrálnou stanicou najmä počas transportu pacienta po nemocničnom oddelení
34.	Hmotnosť: max 1 kg	spĺňa				spĺňa	34.	Hmotnosť: max 1 kg
35.	Rozmery: max. 260 x 90 x 45 mm	spĺňa				nesplňa 150x103x81 mm (Požadovaná hodnota nemá žiadny vplyv na funkčnosť prístroja. Každý výrobca má svoj vlastný dizajn a tomu prispôbenú veľkosť. Preto žiadame o nedefinovanie veľkosti prístroja prihladnúc k faktu, že spĺňa maximálnu hmotnosť i veľkosť obzovky) Vyhradený rozmer je diskriminujúci	35.	Plati pôvodná hodnota: Rozmery: max. 260 x 90 x 45 mm
36.	Požadované možnosti uchytenia: do dokovacej stanice umiestnenej na postranicu (čelo, bočnicu) lôžka, stropný statív, ako aj na eurolištu	spĺňa				spĺňa	36.	Požadované možnosti uchytenia: do dokovacej stanice umiestnenej na postranicu (čelo, bočnicu) lôžka, stropný statív, ako aj na eurolištu
37.	Požadované integrované monitorovanie parametrov v rámci transportného modulu/monitora:	spĺňa				spĺňa	37.	Požadované integrované monitorovanie parametrov v rámci transportného modulu/monitora:
37.1	Vstup pre monitorovanie EKG (3/5 zvodové káble)	spĺňa				spĺňa	37.1	Vstup pre monitorovanie EKG (3/5 zvodové káble)
37.2	Vstup pre monitorovanie saturácie (možnosť Nelicor aj Masimo technológie)	spĺňa				spĺňa	37.2	Vstup pre monitorovanie saturácie (možnosť Nelicor aj Masimo technológie)
37.3	Vstup pre monitorovanie neinvazívneho tlaku krvi	spĺňa				spĺňa	37.3	Vstup pre monitorovanie neinvazívneho tlaku krvi
37.4	2 vstupy pre invazívne tlaky krvi	spĺňa				spĺňa	37.4	2 vstupy pre invazívne tlaky krvi
37.5	2 vstupy pre teplotu (dutinková - univerzálna)	spĺňa				spĺňa	37.5	2 vstupy pre teplotu (dutinková - univerzálna)
37.6	Vstup pre monitorovanie CO2	spĺňa				spĺňa	37.6	Vstup pre monitorovanie CO2
38.	Zostava transportného modulu/monitora musí obsahovať:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	38.	Zostava transportného modulu/monitora musí obsahovať:
38.1	transportný modul/monitor	spĺňa				spĺňa	38.1	transportný modul/monitor
38.2	dokovacia stanica (s rozhraním pre elektrické napájanie transportného modulu/monitora), dobíjanie jeho batérie a dátovú komunikáciu, uchytená na statíve/eurolište staticky, ako samostatná funkčná jednotka fungujúca v prípade nutnosti aj nezávisle od napájania celého systému	spĺňa				spĺňa	38.2	dokovacia stanica (s rozhraním pre elektrické napájanie transportného modulu/monitora), dobíjanie jeho batérie a dátovú komunikáciu, uchytená na statíve/eurolište staticky, ako samostatná funkčná jednotka fungujúca v prípade nutnosti aj nezávisle od napájania celého systému
38.3	transportná dokovacia stanica pre uchytenie k lôžku pacienta/inkubátoru pri transporte	spĺňa				spĺňa	38.3	transportná dokovacia stanica pre uchytenie k lôžku pacienta/inkubátoru pri transporte

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Zobrazovacia / ovládacia funkčná jednotka (ZOFJ) hemodynamického monitora:		xxx	xxx	xxx	xxx	Zobrazovacia / ovládacia funkčná jednotka (ZOFJ) hemodynamického monitora:	
39.	Farebná dotyková uhlopriečka s dotykovým ovládaním o veľkosti minimálne 17"	spĺňa				spĺňa	Farebná dotyková uhlopriečka s dotykovým ovládaním o veľkosti minimálne 17"
40.	Vyžaduje sa funkčné prepojenie s transportným modulom/monitorom tvoriaca jeden ucelený hemodynamický patientský monitor s veľkou obrazovkou poskytujúcou polnohodnotné zobrazenie monitorovaných parametrov, trendov, udalostí ako aj rôznych terapeutických funkcií pri rozšírenom monitoringu	spĺňa				spĺňa	Vyžaduje sa funkčné prepojenie s transportným modulom/monitorom tvoriaca jeden ucelený hemodynamický patientský monitor s veľkou obrazovkou poskytujúcou polnohodnotné zobrazenie monitorovaných parametrov, trendov, udalostí ako aj rôznych terapeutických funkcií pri rozšírenom monitoringu
41.	ZOFJ musí poskytovať kontinuálne trendy a udalosti pacienta bez prerušenia pri jeho prevezení späť z transportu	spĺňa				spĺňa	ZOFJ musí poskytovať kontinuálne trendy a udalosti pacienta bez prerušenia pri jeho prevezení späť z transportu
42.	ZOFJ musí umožniť rozšírenie o prepojenie do nemocničnej siete (NIS, PACS, WEB) pre elektronický prenos údajov medzi nimi - prenos patientských údajov, snímok RTG, a pod.	spĺňa				spĺňa	ZOFJ musí umožniť rozšírenie o prepojenie do nemocničnej siete (NIS, PACS, WEB) pre elektronický prenos údajov medzi nimi - prenos patientských údajov, snímok RTG, a pod.
43.	Vyžaduje sa možnosť pripojenia klávesnice a myši k ZOFJ pre jednoduchšie zadávanie demografických údajov pacienta a nastavení monitora	spĺňa				spĺňa	Vyžaduje sa možnosť pripojenia klávesnice a myši k ZOFJ pre jednoduchšie zadávanie demografických údajov pacienta a nastavení monitora
44.	Vybavenie hemodynamického monitora o príslušenstvo a senzory pre monitorovanie parametrov: EKG, neinv. TK, SpO2, 2x IBP, 2 x teplota	spĺňa				spĺňa	Vybavenie hemodynamického monitora o príslušenstvo a senzory pre monitorovanie parametrov: EKG, neinv. TK, SpO2, 2x IBP, 2 x teplota
45.	Monitor vybavený všetkými potrebnými senzormi a káblami, okrem prevodníkov IBP, podľa uvedenej špecifikácie pre jeho uvedenie do prevádzky. Senzory pre kategóriu pacientov dospelý v minimálnom množstve 1 ks na parameter.	spĺňa				spĺňa	Monitor vybavený všetkými potrebnými senzormi a káblami, okrem prevodníkov IBP, podľa uvedenej špecifikácie pre jeho uvedenie do prevádzky. Senzory pre kategóriu pacientov dospelý v minimálnom množstve 1 ks na parameter.
Položka č. 2 - Centrálna monitorovacia stanica		Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2 - Centrálna monitorovacia stanica
Počet - 1 ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Počet - 1 ks
1.	Centrálna monitorovacieho systému pre pripojenie patientských monitorov vitálnych funkcií, hemodynamických patientských monitorov pomocou LAN a WiFi siete	spĺňa				spĺňa	Centrálna monitorovacieho systému pre pripojenie patientských monitorov vitálnych funkcií, hemodynamických patientských monitorov pomocou LAN a WiFi siete
2.	Možnosť súčasného pripojenia a zobrazenia minimálne 16 pacientov na jednej centrálnej stanici s možnosťou rozšírenia minimálne do 32 pacientov	spĺňa				spĺňa	Možnosť súčasného pripojenia a zobrazenia minimálne 16 pacientov na jednej centrálnej stanici s možnosťou rozšírenia minimálne do 32 pacientov
3.	72 hodín FullDisclosure/EventDisclosure pre 12 pacientov vrátane hemodynamiky	spĺňa				spĺňa	72 hodín FullDisclosure/EventDisclosure pre 12 pacientov vrátane hemodynamiky
4.	Grafické a tabuľkové trendy na 72 hodín	spĺňa				spĺňa	Grafické a tabuľkové trendy na 72 hodín
5.	1000 arytmií alebo alarmov uložených pre 1 pacienta	spĺňa				spĺňa	1000 arytmií alebo alarmov uložených pre 1 pacienta
6.	HL7 Interface	spĺňa				spĺňa	HL7 Interface
7.	Vzdialený prístup z centrálneho monitora k monitorom vitálnych funkcií s potlačením alarmu na lôžkovom monitore	spĺňa				spĺňa	Vzdialený prístup z centrálneho monitora k monitorom vitálnych funkcií s potlačením alarmu na lôžkovom monitore
8.	Vybavenie k centrálnej stanici:	xxx				spĺňa	Vybavenie k centrálnej stanici:
8.1.	displej s uhlopriečkou minimálne 21"	spĺňa				spĺňa	8.1. displej s uhlopriečkou minimálne 21"
8.2	UPS	spĺňa				spĺňa	8.2 UPS
8.3	laserová tlačiareň	spĺňa				spĺňa	8.3 laserová tlačiareň
8.4	klávesnica	spĺňa				spĺňa	8.4 klávesnica
8.5	myš	spĺňa				spĺňa	8.5 myš
8.6	switch	spĺňa				spĺňa	8.6 switch
9.	V prípade prepojenia servoventilátorov, anestéziologických prístrojov, telemetrických monitorov sa vyžaduje zobrazenie ich kriviek a parametrov na obrazovke centrálnej stanice	spĺňa				spĺňa	V prípade prepojenia servoventilátorov, anestéziologických prístrojov, telemetrických monitorov sa vyžaduje zobrazenie ich kriviek a parametrov na obrazovke centrálnej stanice
časť č. 2 - Monitory pre I. KK - Arytmologické odd.		časť č. 2	časť č. 2	časť č. 2	časť č. 2	časť č. 2	časť č. 2 - Monitory pre I. KK - Arytmologické odd.
Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota		Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1	Položka č. 1 - Modulárny monitor vitálnych funkcií, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, TT, NIBP, 2xIBP, teplota
Počet - 9 ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Počet - 9 ks
1.	Monitor vitálnych funkcií so základnými modulmi musí monitorovať: EKG (ST segment), respirácia, SpO2, neinv.TK, 2x invaziv. KT, teplotu	spĺňa				spĺňa	Monitor vitálnych funkcií so základnými modulmi musí monitorovať: EKG (ST segment), respirácia, SpO2, neinv.TK, 2x invaziv. KT, teplotu
2.	Minimálny počet zobrazených kriviek vitálnych funkcií pacienta na jednej obrazovke - min. 8 ks	spĺňa				spĺňa	Minimálny počet zobrazených kriviek vitálnych funkcií pacienta na jednej obrazovke - min. 8 ks
3.	Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 15 palcov	spĺňa				spĺňa	Farebná dotyková obrazovka s uhlopriečkou min. 15 palcov
4.	Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks	spĺňa				spĺňa	Počet vstupov pre zásuvné moduly - min. 4 ks
5.	Maximálna váha monitora s batériou - max. 8 kg	spĺňa				spĺňa	Plati pôvodná hodnota: Maximálna váha monitora s batériou - max. 8 kg
6.	Minimálny rozsah pre merania HR od 15 do 300 bmp	spĺňa				spĺňa	Minimálny rozsah pre merania HR od 15 do 300 bmp
7.	Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.	spĺňa				spĺňa	Pamäť trendov v monitore - min. 48 hod.
8.	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min	spĺňa				spĺňa	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
9.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %	spĺňa				spĺňa	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0 - 100 %
10.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu	spĺňa				spĺňa	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
11.	Meranie EKG 12 - zvodové	spĺňa				spĺňa	Meranie EKG 12 - zvodové
12.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr. fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu	spĺňa				spĺňa	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr. fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
13.	Meranie Qt/Qtc intervalu	spĺňa				spĺňa	Meranie Qt/Qtc intervalu
14.	Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách	spĺňa				spĺňa	Neinvazívny krvný tlak spustiteľný aj s centrálnej stanice s možnosťou voľby intervalu pravidelných meraní, manuálne merania, možnosť merania v 4 rôznych nastaviteľných sekvenciách
15.	Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority	spĺňa				spĺňa	Monitor vitálnych funkcií musí mať rozlíšené alarmy vizuálne aj akusticky minimálne do 2 úrovní podľa priority
16.	Monitor s funkciou zrkadlenia obrazovky a vzdialeného ovládania z iného miesta v sieti	spĺňa				spĺňa	Monitor s funkciou zrkadlenia obrazovky a vzdialeného ovládania z iného miesta v sieti

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

17.	Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	17.	Monitor vitálnych funkcií musí zobrazovať stav alarmu ostatných monitorov na oddelení a musí byť neustále viditeľný na obrazovke monitora (bez ďalších kliknutí).
18.	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, Teplotný modul, BIS modul, CO2 modul, NMT modul, modul pre regionálnu cerebrálnu oxygenáciu, C.O. PICCO modul		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	18.	Monitor vitálnych funkcií musí umožňovať priame pripojenie modulov: IBP modul, Teplotný modul, BIS modul, CO2 modul, NMT modul, modul pre regionálnu cerebrálnu oxygenáciu, C.O. PICCO modul
19.	Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	19.	Monitor vitálnych funkcií musí mať výstup na externý displej
20.	Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	20.	Monitor vitálnych funkcií musí mať možnosť pripojenia čítačky čiarových kódov
21.	Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	21.	Monitor vitálnych funkcií musí byť kompatibilný s protokolom HL7
22.	Monitor musí byť plne kompatibilný a schopný pripojenia do centrálnej stanice PIICIX ver. B. ktorá je súčasťou arytmiologického oddelenia spolu s telemetrickými modulmi MX40		spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa Zmena požiadavky Monitor musí byť schopný pripojenia do centrálnej monitorovacej stanice <i>Požiadavka na kompatibilitu centrálnej stanice PIICIX ver. B. a s telemetrickými modulmi MX40 značky Philips je diskriminačná pre všetkých potencionálnych uchádzačov. Na slovensku je jediný výhradný distribútor, ktorý môže ponúkať monitorovacie jednotky vitálnych funkcií zn. Philips pre slovenský trh. Bez ich súhlasu nemôže dodávať na slovensko žiadny iný dodávateľ a ani zo zahraničia</i>	22.	Plati pôvodná hodnota: Monitor musí byť plne kompatibilný a schopný pripojenia do centrálnej stanice PIICIX ver. B. ktorá je súčasťou arytmiologického oddelenia spolu s telemetrickými modulmi MX40
23.	Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (12 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	23.	Minimálne príslušenstvo k monitorom vitálnych funkcií - senzory a káble pre monitorovanie vitálnych funkcií: EKG (12 zvodové), Neinv.TK, SpO2 senzor, teplotná sonda
24.	Modul pre monitor vitálnych funkcií umožňujúci nepretržité neinvazívne monitorovanie Pleth variability index, Total hemoglobín, Methemoglobín, Carboxyhemoglobín, Oxygen content - 1ks		spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa Zmena požiadavky - Modul pre monitor vitálnych funkcií umožňujúci nepretržité monitorovanie PI Perfusion indicator, Dual-SpO2 SpO2, SpO2b, ΔSpO2 <i>Uvedená požiadavka verejného obstarávateľa v kontexte požadovanej technickej špecifikácie je diskriminačná pre všetkých potencionálnych uchádzačov, ktorí nie sú distribútormi monitorov značky Philips. Z celkového pohľadu na plnenie technickej špecifikácie vie plniť len výrobca značky PHILIPS. Na slovensku je jediný výhradný distribútor, ktorý môže predávať monitorovacie jednotky vitálnych funkcií zn. PHILIPS pre slovenský trh. Bez ich súhlasu nemôže dodávať na slovensko žiadny iný dodávateľ a ani zo zahraničia. Trvanie na takej to požiadavke je v rozpore so slovenskou legislatívou o verejnom obstarávaní o nediskriminácii.</i>	24.	Plati pôvodná hodnota: Modul pre monitor vitálnych funkcií umožňujúci nepretržité neinvazívne monitorovanie Pleth variability index, Total hemoglobín, Methemoglobín, Carboxyhemoglobín, Oxygen content - 1ks
Položka č. 2 - Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota		Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2	Položka č. 2 - Transportný zásuvný modul monitora vitálnych funkcií s obrazovkou, vrátane základného modulu pre monitorovanie EKG, SpO2, NTK, ITK, teplota	
Počet - 9 ks		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	Počet - 9 ks	
1.	Transportný modul musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinv.TK, 2x inaziv. TK, teplotu		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	1.	Transportný modul musí monitorovať: EKG (ST segment), respiráciu, SpO2, neinv.TK, 2x inaziv. TK, teplotu
2.	Dotyková farebná obrazovka s uhlopriečkou min. 15 cm		spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa Zmena požiadavky: Uhlopriečka farebnej dotykovej obrazovky transportného modulu/monitora: maximálne 6,5"i <i>Veľkosť obrazovky nemá vplyv na funkčnosť samotného transportného modulu/monitora. V Ponukovej časti č. 1 je uvedená maximálna veľkosť. Žiadame o zachovanie požiadavky na maximálnu veľkosť.</i>	2.	Plati pôvodná hodnota: Dotyková farebná obrazovka s uhlopriečkou min. 15 cm Plati pôvodná hodnota: Uhlopriečka max. 6,5"; t.j. 16,5 cm je obsiahnutá v špecifikácii minimum 15 cm.
3.	Minimálny počet zobrazených kriviek - min. 3x		spĺňa	spĺňa	spĺňa	spĺňa	3.	Minimálny počet zobrazených kriviek - min. 3x
4.	Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora a centrálnej siete PIICIX		spĺňa	spĺňa	spĺňa	nesplňa Zmena požiadavky: Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora a centrálnej monitorovacej siete <i>Požiadavka na prenosom údajov do centrálnej siete PIICIX je diskriminačná. Opakujem Na slovensku je jediný výhradný distribútor, ktorý môže ponúkať monitorovacie jednotky vitálnych funkcií zn. Philips pre slovenský trh. Bez ich súhlasu nemôže dodávať na slovensko žiadny iný dodávateľ a ani zo zahraničia.</i>	4.	Plati pôvodná hodnota: Transportný modul musí kontinuálne monitorovať pacienta počas transportu s následným prenosom údajov do modulárneho monitora a centrálnej siete PIICIX

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

5.	Transportný modul musí byť plne kompatibilný a priamo pripojiteľný do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č. 1		spĺňa	spĺňa	spĺňa	5.	Transportný modul musí byť plne kompatibilný a priamo pripojiteľný do ľubovoľného monitora VF opísaného v položke č. 1
6.	Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozorovania pre obsluhujúci personál		spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Rotácia obrazovky (zobrazovaných údajov) podľa polohy modulu pre uľahčenie pozorovania pre obsluhujúci personál
7.	Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny		spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Prevádzka na internú batériu - min. 4 hodiny
8.	Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice		spĺňa	spĺňa	spĺňa	8.	Nabíjanie modulu je priamo z monitora VF alebo dokovacej stanice
9.	Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg		spĺňa	spĺňa	spĺňa	9.	Hmotnosť modulu s batériou a rukoväťou na prenášanie - max. 1,5 kg
10.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp		spĺňa	spĺňa	spĺňa	10.	Rozsah merania HR minimálne v rozsahu - 15 - 300 bmp
11.	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min		spĺňa	spĺňa	spĺňa	11.	Monitorovanie respirácie so zobrazením krivky aj hodnoty (impedančnou formou z EKG zvodov) pre pacienta kategórie dospelý/dieťa minimálne v rozsahu 0 - 150 dych/min
12.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %		spĺňa	spĺňa	spĺňa	12.	Pulzná oxymetria kompatibilná v rozsahu minimálne 0-100 %
13.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu		spĺňa	spĺňa	spĺňa	13.	Meranie pulzov pri neinvazívnom krvnom tlaku min. v rozsahu 40-300 úderov za minútu
14.	Monitorovanie 12-zvodového EKG		spĺňa	spĺňa	spĺňa	14.	Monitorovanie 12-zvodového EKG
15.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu		spĺňa	spĺňa	spĺňa	15.	Analýza arytmií (asystola, brady, tachy, ventr.fibrilácia/tachycardia) a analýza ST segmentu
16.	Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF		spĺňa	spĺňa	spĺňa	16.	Zobrazenie grafických trendov na obrazovke aj bez modulárneho monitora VF
17.	Prenosná dokovacia stanica pre nabíjanie transportného modulu aj mimo monitora - 1ks		spĺňa	spĺňa	spĺňa	17.	Prenosná dokovacia stanica pre nabíjanie transportného modulu aj mimo monitora - 1ks

5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK		ELMED, s.r.o. Neresnícka cesta 13 980 01 Zvolen	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra	Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	BLUEMED s.r.o. Nevádzová 17211/6E 821 01 Bratislava	TradeMedical a.s. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY	
Požaduje sa:		Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky	Požaduje sa:	
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	2.	Požaduje sa dodanie zariadenia:
2.1	do tridsiatich (30) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),	neakceptujem 60 pracovných dní	akceptujem	neakceptujem navrhujeme 45 pracovných dní. S výrobcom máme dohodu na dodaní tovaru do 45 prac. dní	neakceptujem 40 pracovných dní	neakceptujem navrhujem dodanie do 60 dní (kalendárnych) z dôvodu že sa jedná o špecifickú konfiguráciu	2.1	Nová hodnota: do štyridsiatichpäť (45) pracovných dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy resp. odo dňa doručenia Oznámenia o splnení objednávateľom stanovených podmienok a požiadaviek na predmet zákazky dodávateľovi (ďalej len "Oznámenie"),
2.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2	v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky),
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6	s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia zariadenia prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu zariadenia.
4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného zariadenia je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní zariadenia, ostáva zariadenie vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie zariadenia na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie zariadenia v slovenskom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalčný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou zariadenia.
6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" a pod. pre potreby plnenia zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Súčasťou dodania zariadenia a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum" a pod. pre potreby plnenia zmluvy.
7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný tovar v súlade s ustanovením §73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).
9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	9.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: podatelna@vus.ch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	10.	Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splnosť faktúry v lehote šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade úhrady faktúry za dodanie prístroja objednávateľom do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, sa dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške ... %* z fakturovanej sumy. *V prípade, ak sa predávajúci rozhodne kupujúcemu poskytnúť zľavu za tzv. predčasnú úhradu (t.j. úhradu pred uplynutím lehoty splatnosti), uvedie výšku %, v akej bude zľava z fakturovanej sumy poskytnutá. Ak takúto zľavu predávajúci nechce poskytnúť, uvedie 0%.
11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného zariadenia a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením zariadenia do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k zariadeniu na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie.
12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - uchádzač, ktorý verejnemu obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúkanej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejnú obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné, odstúpiť od zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Požaduje sa, aby v prípade ak sa úspešným uchádzačom (t.j. dodávateľom) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, resp. po elektronickej aukcii stane: - uchádzač, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú verejný obstarávateľ nakupuje alebo nakupoval od dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - uchádzač, ktorý verejnemu obstarávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúkanej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo neuzavrieť s uchádzačom zmluvný vzťah a zrušiť verejnú obstarávanie v príslušnej časti predmetu zákazky a v prípade, ak je to relevantné, odstúpiť od zmluvy.
13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Dodávateľ poskytuje na predmet zákazky a všetky jeho súčasti (ďalej len "zariadenie") komplexnú záruku v trvaní dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je zariadenie uvedené do prevádzky. Uvedenie zariadenia do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohlo byť zariadenie využívané na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
14.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za zariadenie vykonávať dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na zariadenie za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
14.1	oprava väd a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.1	oprava väd a porúch zariadenia, t.j. uvedenie zariadenia do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
14.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom,
14.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisná aktualizácia softvérového vybavenia zariadenia, k splneniu uvedenej povinnosti sa vyžaduje poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.3	vykonanie štandardných vylepšení zariadenia odporúčaných a predpísaných výrobcom zariadenia podľa rozhodnutia dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisná aktualizácia softvérového vybavenia zariadenia, k splneniu uvedenej povinnosti sa vyžaduje poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
14.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke zariadenia, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
14.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.5	vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s peridicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia, min. však jedenkrát ročne,
14.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou väd uvedených v bode 19. tejto časti,
14.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
14.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia v rámci zabezpečenia záručného servisu,
14.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy.
15.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichštyroch (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie zariadenia do štyridsiatichštyroch (48) hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
16.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
16.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do sedemdesiatichdvoch (72) hodín,

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE
STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

16.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do stodvadsiatich (120) hodín, resp. v závažných prípadoch v termíne po dohode s objednávateľom.
17.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť zariadenie do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
17.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,- € (slovom: desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.1	nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 10,- € (slovom: desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
17.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,- € (desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.2	nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 10,- € (desať EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 10% kúpnej ceny zariadenia, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania dodávateľa.
18.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klienta pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klienta pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klienta pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klienta pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencie, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na zariadení počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klienta pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klienta pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia emailovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klienta pracoviska dodávateľa je fax, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej správy dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klienta pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo emailového potvrdenia objednávateľovi a jeho evidencie, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živeľnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby zariadenia budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbažené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nepĺnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnotný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbažené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nepĺnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto nepĺnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Tá zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnotný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	23.	Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Blížšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
24.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	24.	Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činnosti vyplývajúcej z uzatvorenej zmluvy. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
25.	Požaduje sa, aby sa dodávateľ oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	25.	Požaduje sa, aby sa dodávateľ oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov objednávateľa zverejnenom na www.vusch.sk. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe objednávateľa.
26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	26.	V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/.

6. MINIMÁLNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencijným dodávateľom v rámci PTK		ELMED, s.r.o. Neresnicka cesta 13 980 01 Zvolen	MEDIS Nitra, spol. s r.o. Pri Dobrotke 659/81 949 01 Nitra	Únique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava	BLUEMED s.r.o. Nevádzová 17211/6E 821 01 Bratislava	TradeMedical a.s. Fraňa Mojtu 1 949 01 Nitra	DEFINITÍVNE OSOBNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY	
Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady	Požaduje sa:	
6.1	Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkané produkty spĺňajú verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.1	Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkané produkty spĺňajú verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka.
6.2	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.2	Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6.3	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.3	Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie.