

Obstarávateľ: Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Ondavská 8, 040 11 Košice

Predmet zákazky: „Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3“

**Uchádzač: Surgitech s.r.o., Zárubova 1, 841 06 Bratislava-mestská časť Záhorská
Bystrica**

ZOZNAM DOKUMENTOV PONUKY:

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
2. VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
3. VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
4. Vyhlásenie uchádzača ku konfliktom záujmov
5. Špecifikácia predmetu zákazky
6. KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
7. Sortiment ponúkaného tovaru
8. Osobné postavenie uchádzača
9. ES vyhlásenie o zhode
10. ŠUKL
11. Prospektový materiál
12. Rozhodnutie o zaradení

V Bratislave 27.05.2024



Príloha č. 1 SP

Identifikačné údaje uchádzača

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY SKUPINY 3

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

Obchodný názov uchádzača: **Surgitech s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Zárubova 1, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
IČO: 50197975
DIČ: 2120238736

Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO

Meno a priezvisko: **PhDr. Kristína Šoltysová**
Telefónne číslo: +421 911 500 464
E-mail: kristina.soltysova@surgitech.sk

Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu

Meno a priezvisko: **PhDr. Kristína Šoltysová**
Tefelónne číslo: +421 911 500 464
E-mail: kristina.soltysova@surgitech.sk

V: Bratislave
Dňa: 27.5.2024

Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 2 SP

Vyhlasenie uchádzača vo verejnom obstarávaní

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY SKUPINY 3

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Obchodný názov uchádzača: **Surgitech s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Zárubova 1, 841 06 Bratislava -
mestská časť Záhorská Bystrica
IČO: 50197975
DIČ: 2120238736

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predložennom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

V: Bratislave
Dňa: 27.5.2024

.....
Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných
podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 3 SP

Vyhlásenie uchádzača o súhlase s obsahom návrhu zmluvných podmienok

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY SKUPINY 3

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Obchodný názov uchádzača: **Surgitech s.r.o.**
Sídlo uchádzača: Zárubova 1, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
IČO: 50197975
DIČ: 2120238736

Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Závazné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad **SÚHLASÍ**.

V: Bratislave

Dňa: 27.5.2024

.....
Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 4 SP

Vyhlasenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY SKUPINY 3

Vyhlasenie uchádzača ku konfliktom záujmov

Obchodný názov uchádzača: **Surgitech s.r.o.**

Sídlo uchádzača: Zárubova 1, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

IČO: 50197975

DIČ: 2120238736

Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akékoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akékoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.

V: **Bratislave**

Dňa: **27.5.2024**

.....
Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných
podkladov

Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY SKUPINY 3

Špecifikácia predmetu zákazky

Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky		Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)	
		spĺňa/nespĺňa	hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Oxygenátor			
<i>Membránový kapilárny oxygenátor s rezervoárom so širokou škálou použitia, vysokoúčinný aj pri menšej ploche membrán, pre malých a stredne veľkých pacientov s nasledovnými parametrami:</i>			
1.	materiál hollow fiber membrane,	spĺňa	
2.	krvný prietok 0,5 – 7,0 l/min,	spĺňa	
3.	oxygenačná plocha membrány – maximálne do 1,8 m ² ,	spĺňa	
4.	plniaci objem (priming volume) – min. 210 ml, resp. min. 330 ml pre oxygenátor s integrovaným arteriálnym filtrom,	spĺňa	
5.	index efektivity výmenníka tepla 0,6 a vyššie,	spĺňa	
6.	prenos O ₂ – pri prietoku krvi 7 l/min viac ako 400 ml/min,	spĺňa	
7.	prenos CO ₂ – nad 300 ml/min,	spĺňa	
8.	integrovaný systém pre odstránenie vzduchových mikrobublín pre zvýšenú bezpečnosť prostredníctvom hydrofóbnej membrány,	spĺňa	
9.	arteriálny filter integrovaný v oxygenátore, alebo v hadicovom sete s veľkosťou pórov 40µm s nízkym plniacim objemom – len 120 ml s integrovaným stand by bypass vo filtri,	spĺňa	
10.	venózný rezervoár:	spĺňa	
	• špeciálny kónický tvar s vynikajúcou viditeľnosťou, optimálnou dynamikou toku a s nízkymi turbulenciami,	spĺňa	
	• maximálna kapacita – 4200 ml, vhodný aj ako drenážna nádoba a autotransfúzny rezervoár,	spĺňa	
	• minimálny prevádzkový objem – 200 ml,	spĺňa	
	• kardiotoomický filter s vyšším stupňom záchytnosti - 40µm,	spĺňa	
	• veko rezervoára je otočné so zakriveným venóznym vstupom pre individuálne umiestnenie,	spĺňa	
	• možnosť potiahnutia všetkých komponentov kvalitným biopotiahnutím,	spĺňa	
	• hadicový set ku každému oxygenátoru podľa individuálnych požiadaviek potiahnutý zhodným potiahnutím.	spĺňa	
Položka č. 2 - Hadicový set			
Súčasťou oxygenátora musí byť aj jednorázový sterilný hadicový set, ktorý obsahuje:			
1.	arteriálny filter (ak nie je integrovaný v oxygenátore),	spĺňa	
2.	kyslíkový filter,	spĺňa	
3.	arteriálna (3/8) a venózna linka (1/2) , 1 ks cca 160 – 180 cm,	spĺňa	
4.	arteriálna linka (3/8) pre čerpadlo so silikónovou vložkou (1/2) cez čerpadlo 1 ks o celkovej dĺžke cca 180 cm,	spĺňa	
5.	hadice pre odsávanie (1/4) 3 x cca 350 – 400 cm,	spĺňa	
6.	vysávačové nadstavce minimálne 2 ks,	spĺňa	
7.	recirkulačné drény s chlopničkou proti spätnému toku 2x,	spĺňa	
8.	odberovú rampičku pre odber krvi na laboratórne vyšetrenie – ak nie je súčasťou oxygenátora,	spĺňa	
9.	spojky : priame 1/4 - 1/4, 3/8 – 3/8, 3/8-1/2, 1/2-1/2, Y- ové, 3/8 – 3/8 – 3/8, 3/8-3/8-1/4, (prípadná zmena veľkosti,	spĺňa	
10.	spojky podľa potreby pre určitý typ oxygenátora,	spĺňa	
11.	dvojcestný kohútik 2x, trojcestný kohútik 3x, adaptér – male – female,	spĺňa	

Príloha č. 5 SP (Príloha č. 1 RD)
Špecifikácia predmetu zákazky

12.	vak pre odber heparinizovanej krvi – možnosť zabudovania do venóznej linky,	spĺňa	
13.	rýchloplnič rezervoára - Y – ová hadica (1/4) cca 1 m s hrubším punkčným zariadením – ihlou pre napichnutie infúzie a s pripojením na vstup rezervoára, s uzatváracou tlačkou (okluder) – 1 ks.	spĺňa	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Surgitech s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Zárubova 1, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská

IČO:

50197975

DIČ:

2120238736

V: Bratislave

Dňa: 27.5.2024

.....
Podpis podľa bodu 11.9 časti
A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov
súťažných podkladov

Poznámka:

- povinné údaje vyplní uchádzač

Príloha č. 6 SP

Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

Názov predmetu zákazky:

OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY SKUPINY 3**KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK****Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3**

Por. č.	Názov položky	Mer. jed. (MJ)	Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)	Jednotková cena za MJ v EUR				Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR		
				bez DPH	sadzba DPH v %	DPH v EUR	s DPH	bez DPH	DPH v EUR	s DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Oxygenátor	ks	750	574,80	20%	114,96	689,76	431 100,00	86 220,00	517 320,00
2.	Hadicový set	ks	750	230,77	20%	46,15	276,92	173 077,50	34 615,50	207 693,00
SPOLU za predmet zákazky:								604 177,50		725 013,00

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača:

Surgitech s.r.o.

Sídlo uchádzača:

Zárubova 1, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

IČO:

50197975

DIČ:

2120238736

V: Bratislave

Dňa: 27.5.2024

Podpis podľa bodu 11.9 časti

A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov

Poznámka:

 - povinné údaje vyplní uchádzač

Názov predmetu zákazky:
OXYGENÁTORY A HADICOVÉ SETY SKUPINY 3

Sortiment ponúkaného tovaru

Oxygenátory a hadicové sety skupiny 3

Položka č. 1 - Oxygenátor

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
									bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Quadrox-i s rezervoárom	Maquet Cardiopulmonary GmbH	701067942	33186000-7	P70113 P70119	X00810	áno	ks	574,80	20%	689,76	750

Položka č. 2 - Hadicový set

Por. č.	Obchodný názov ponúkaného produktu	Výrobca ponúkaného produktu	Katalógové číslo	CPV kód	ŠUKL	Kategorizačný kód	Produkt zaradený v aktuálne platnom Zozname kategorizovaných ŠZM áno / nie	Merná jednotka (MJ)	Jednotková cena za MJ v EUR			Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (36 mesiacov)
									bez DPH	sadzba DPH v %	s DPH	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Set hadicový pre Quadrox-i	Maquet Cardiopulmonary GmbH	701030394	33186000-7	P 70116	X00818	áno	ks	230,77	20%	276,92	750

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Obchodný názov uchádzača: **Surgitech s.r.o.**
 Sídlo uchádzača: Zárubova 1, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
 IČO: 50197975
 DIČ: 2120238736

V: Bratislave
 Dňa: 27.5.2024

Poznámka:
 - povinné údaje vyplní uchádzač

Podpis podľa bodu 11.9 časti
 A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov