

**VYHODNOTENIE**  
**prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov**  
**(ďalej aj "PTK")**

Verejný obstarávateľ realizoval v mesiaci 06/2024 prípravné trhové konzultácie (ďalej len "PTK") na predmet zákazky „Dezinfekčné prostriedky určené na dezinfekciu infúznej techniky“ za účelom získania prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných produktoch, ktoré spĺňajú, resp. po korekcii pôvodnej technickej špecifikácie budú spĺňať požiadavky na predmet zákazky. V rámci PTK boli oslovení 2 potencionálni dodávatelia. Ponuku predložili 2 hospodárske subjekty.

<b>Dodávateľ:</b>
<b>Sídlo:</b>

**1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**1.1 Predmet zákazky: Dezinfekčné prostriedky určené na dezinfekciu infúznej techniky**

**1.2 CPV**

50400000-9 Opravy a údržba lekárskeho a presného zariadenia  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**2. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY**

2.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti

**3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

**Špecifikácia predmetu zákazky a kalkulácia ceny**

Dezinfekčné prostriedky určené na dezinfekciu infúznej techniky											
Špecifikácia predmetu zákazky						Ponuka č. 1			Ponuka č. 2		
Položka č. 1	merná jednotka	veľkosť balenia min.	veľkosť balenia max.	veľkosť balenia presne	predpokladaná spotreba MJ na 24 mesiacov v litroch	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Dezinfekčný prípravok s obsahom KAZ a s nízkym obsahom alkoholu do 20%	liter	0,5	1		1 000	0,75			0,75		
<b>Požadované technické vlastnosti</b>	<b>jednotka</b>	<b>min</b>	<b>max</b>	<b>presne</b>							
účinnosť	spektrum	A(B)T(V)					áno				
účinnosť podľa platných EN: A(B)T(V)	min		3				áno				
Kompatibilita s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO			áno				
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO			áno				
Položka č. 2	merná jednotka	veľkosť balenia min.	veľkosť balenia max.	veľkosť balenia presne	predpokladaná spotreba MJ na 24 mesiacov v litroch	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Dezinfekčný prípravok s obsahom KAZ a s nízkym obsahom alkoholu do 20%	liter			5	800	5			5		

Požadované technické vlastnosti	jednotka	min	max	presne							
účinnosť	spektrum	A(B)T(V)						áno			áno
účinnosť podľa platných EN: A(B)T(V)	min		3					áno			áno
Kompatibilita s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO				áno			áno
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO				áno			áno
Položka č. 3	merná jednotka	veľkosť balenia min.	veľkosť balenia max.	veľkosť balenia presne	predpokladaná spotreba na 24 mesiacov v počte ks utierok	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Dezinfekčné utierky s obsahom KAZ a s nízkym obsahom alkoholu do 20%	ks	90	100		150 000	100			100	áno	
Technické vlastnosti požadované	jednotka	min	max	presne							
Balenie Flowpack				ÁNO				áno			áno
účinnosť	spektrum	A(B)T(V)						áno			áno
účinnosť podľa platných EN: A(B)T(V)	min		3					áno			áno
Kompatibilita s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO				áno			áno
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO				áno			áno
Položka č. 4	merná jednotka	veľkosť balenia min.	veľkosť balenia max.	veľkosť balenia presne	predpokladaná spotreba na 24 mesiacov v počte ks utierok	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu	Veľkosť balenia	spĺňa / nespĺňa	hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Dezinfekčné utierky na báze KAZ	ks	90	100		75 000	100			100	áno	
Technické vlastnosti požadované	jednotka	min	max	presne							
Box s utierkami				ÁNO				áno			áno
účinnosť	spektrum	A, B, (V), C. difficile						áno			áno
účinnosť podľa platných EN: A, B, (V), C. difficile	min		2 (mimo C)					áno			áno
Kompatibilita s infúznou technikou Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO				áno			áno
Doporučený pre dezinfekciu infúznej techniky Perfusor Space a Infusomat Space				ÁNO				áno			áno

## 4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

Minimálne osobitné zmluvné požiadavky:	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2
Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody (ďalej len "zmluva"), a to na zmluvné obdobie 24 mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr	akceptujem	akceptujem

Požaduje sa poskytovanie plnenia na základe písomných elektronických čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") kupujúceho, v ktorých bude uvedená presná špecifikácia druhu tovaru a jeho množstvo.	akceptujem	akceptujem
Požaduje sa dodanie tovaru:	akceptujem	akceptujem
do 4 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej objednávky predávajúcemu,	akceptujem	akceptujem
v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod.,	akceptujem	akceptujem
miestom dodania tovaru je Všeobecný sklad Tr. SNP 1 a/alebo Všeobecný sklad Rastislavova 43	akceptujem	akceptujem
s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH	akceptujem	akceptujem
Prevzatie dodaného tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva kupujúcemu	akceptujem	akceptujem
Cena tovaru je vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), colných sadzieb, poistného, nákladov dopravy do miesta dodania tovaru, nákladov za vyloženie tovaru, nákladov za zaškolenie zamestnancov kupujúceho a iných nákladov súvisiacich s obstaraním tovaru a jeho predaja kupujúcemu.	akceptujem	akceptujem
Predávajúci je povinný k faktúre priložiť kópiu objednávky a dodacieho listu ako jej povinnú prílohu.	akceptujem	akceptujem
Predávajúci garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti	akceptujem	akceptujem
Dodávateľ je povinný počas trvania tejto dohody informovať objednávateľa o všetkých zmenách údajov podstatných pre plnenie tejto dohody, najmä však o zmenách údajov týkajúcich sa tovaru - napr. zmena názvu tovaru, ukončená výroba tovaru, a pod., príp. iná podstatná zmena dodávaných tovarov.	akceptujem	akceptujem
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je predmet tejto dohody a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto dohody, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto dohody a nižšou cenou	akceptujem	akceptujem
Záruka za akosť predávajúcim dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby najmenej 24 mesiacov	akceptujem	akceptujem
Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok dodať tovar kupujúcemu	akceptujem	akceptujem
Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho ako dlžníka. Písomný súhlas za kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.	akceptujem	akceptujem

#### 5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky:	Ponuka č. 1	Ponuka č. 2
Technický list, produktový list, potvrdenie od výrobcu, manuály, resp. iné informačné materiály, katalóg ponúkaného tovaru	akceptujem	akceptujem
Karty bezpečnostných údajov ponúkaného tovaru podľa nariadenia CLP (klasifikácia, označovanie a balenie) (ES) 1272/2008	akceptujem	akceptujem
Potvrdenie o registrácii v Centre pre chemické látky a prípravky (CCHLP), prípadne registráciu na ŠUKL ponúkaného tovaru, podľa platnej legislatívy	akceptujem	akceptujem

Každý dezinfekčný prípravok, musí byť registrovaný ako biocíd, resp. ako liečivo (ŠÚKL kód), prípadne ako zdravotnícka pomôcka	akceptujem	akceptujem
Splnenie mikrobiologickej účinnosti v zmysle aktuálne platných STN EN:	akceptujem	akceptujem
(A) baktericídny podľa STN EN 13727 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli); uchádzač predloží aj nosičový test 16 615 (mechanická akcia), 17 387 (bez mechanickej akcie), ak ním disponuje	akceptujem	akceptujem
(B) EN14476 (Adenovírus, norovírus), virucidny na obalené vírusy, vrátane HBV, HIV, HCV podľa odporúčania DVV/RKI (Vacciniavirus, BVDV, norovírus	akceptujem	akceptujem
T tuberkulocídny podľa STN EN 14348 (Mycobacterium terrae), uchádzač predloží aj nosičový test 16 777 (bez mechanickej akcie), ak ním disponuje	akceptujem	akceptujem
(V) fungicídny - účinnosť na kvasinky podľa STN EN 13624 (Candida albicans), uchádzač predloží aj nosičový test 17 387 (bez mechanickej akcie), ak ním disponuje	akceptujem	akceptujem
Testy potvrdzujúce deklarovanú mikrobiologickú účinnosť z akreditovaného laboratória	akceptujem	akceptujem