

V Brezne, dňa 18.05.2020

Vec: Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky – Časť I. až VI. Predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“) **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) vyhlásil oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo Vestníku EÚ zo dňa 07.02.2020 pod zn. 2020/S 027-061130 a vo vestníku verejného obstarávania ÚVO č. 35/2020 zo dňa 10.02.2020 pod značkou 9279 - MST (ďalej „Oznámenie“), verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky „Zdravotnícka prístrojová technika III.“ v súlade so Zákonom (ďalej len „Verejná súťaž“).

Nadlimitná zákazka bola rozdelená na sedem samostatných častí, pričom Verejný obstarávateľ Vám týmto oznamuje, že verejné obstarávanie Častí I., II., III., IV., V. a VI. predmetu zákazky v súlade s § 57 ods. 2 Zákona

ruší.

Odôvodnenie:

V priebehu postupu verejného obstarávania sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od Verejného obstarávateľa požadovať, aby vo Verejnej súťaži pokračoval.

V rámci procesu hodnotenia ponúk, a to najmä po uskutočnení elektronickej aukcie, ktorej výsledkom boli mimoriadne nízke ponuky uchádzačov (niekoľkonásobne nižšie ako sú bežné trhové ceny obstarávaných zdravotníckych zariadení), sa vyskytli pochybnosti, či ponuky spĺňajú všetky požiadavky na predmet zákazky, tak ako ich uchádzači deklarovali vo svojich ponukách. Na základe tejto skutočnosti Verejný obstarávateľ detailnou analýzou ním stanovených technických požiadaviek obstarávaných zariadení zadefinovaných v opise predmetu zákazky a parametrov ponúkaných zariadení, identifikoval Verejným obstarávateľom nesprávne stanovený technický parameter „Maximálna zobrazovacia hĺbka“, následkom čoho bolo predloženie ponúk, ktoré nezodpovedajú reálnym potrebám Verejného obstarávateľa.

Súčasťou každej z predmetných častí predmetu zákazky bol diagnostický ultrazvukový prístroj vrátane príslušných sond, pričom každá z nich bola definovaná vlastným frekvenčným rozsahom, avšak parameter maximálna zobrazovacia hĺbka bol stanovený ako jedna min. požadovaná hodnota, ktorú mali spĺňať všetky sondy. Z technického hľadiska je však nemožné, aby každá vyšetrovacia sonda, ktorá bola súčasťou predmetu zákazky splnila predmetný parameter, keďže vyšetrovacie sondy sa v dosahovaní maximálnej zobrazovacej hĺbky líšia. Je preto potrebné definovať maximálnu zobrazovaciu hĺbku pre každú vyšetrovaciu sondu osobitne.

Dodanie diagnostických ultrazvukových prístrojov vrátane príslušných sond s pôvodne zadefinovanými technickými a funkčnými parametrami by spôsobilo nižšiu kvalitu vyšetrení, t. z. kvalita vyšetrení by nebola na požadovanej úrovni, ktoré Verejný obstarávateľ potrebuje.

Na základe uvedeného Verejný obstarávateľ dospel k záveru, že predmet zákazky pre Časti I. až VI. nebol prostredníctvom technických a funkčných parametrov zadefinovaný tak, aby obstarávané zariadenia v plnej miere zabezpečili účel, na ktorý sa majú využívať, a preto sa rozhodol postup zadávania zákazky pre uvedené časti predmetu zákazky zrušiť.



Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Verejný obstarávateľ na Časť I. až VI. predmetu zákazky bezodkladne vyhlási nové verejné obstarávanie, v ktorom vykoná opravu požiadaviek na predmet zákazky.

S pozdravom

U

Ing. Jaroslav Mačejovský
riaditeľ