



Identifikačné údaje o uchádzačovi

verejná súťaž: Zdravotnícka prístrojová technika III. – Časť VII

Obchodné meno: **INDUBIA s. r. o.**

So sídlom: Milady Horákové 42/127, 160 00 Praha, Česká republika

Zastúpený: Ing. Tomáš Köhler, konateľ

Spoločnosť zapísaná: v obchodnom registri vedeného Městským soudem v Praze, oddiel: C, vložka číslo: 166500

IČO: 28111290

IČ DPH: CZ28111290 resp. SK4020452513

DIČ: CZ28111290

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.

IBAN: SK7175000000004019571098

Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Köhler

Telefónny kontakt: : +420 605 419 592

E-mailová adresa: tomas.kohler@indubia.cz

V Prahe dňa: 15.03.2020

Ing. Tomáš Köhler – konateľ INDUBIA s.r.o.



Kontaktné údaje pre elektronickú aukciu
verejnú súťaž: Zdravotnícka prístrojová technika III. – Časť VII

Primárna kontaktná osoba : **Ing. Tomáš Köhler**

Telefónny kontakt: : +420 605 419 592

E-mailová adresa: tomas.kohler@indubia.cz

Sekundárne kontaktné osoby :

Ing. Radovan Hornáček, telefónny kontakt: : +421 949 433 366, e-mailová adresa: radovan.hornacek@indubia.cz

Pavel Toužimský , telefónny kontakt: : +420 739 486 410, e-mailová adresa: pavel.touzimsky@indubia.cz

V Prahe dňa: 15.03.2020

Ing. Tomáš Köhler – konateľ INDUBIA s.r.o.

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.

Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĺŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
DOLSAN Medical Industries Co. Ltd /DOLSAN / 90101137 /VIGOROUS 11 + matrac JOSEPH PUR			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		 (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 1 - Expektačné elektricky polohovateľné lôžka požadovaný počet: 4 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52	áno	áno/nie	áno	
2	Nosnosť lôžka	min. 220 kg	uvedte hodnotu	250 kg	
3	Ložná plocha : Výška	min. 39 cm	uvedte hodnotu	39 cm	
4	Ložná plocha: Šírka	min. 88 cm	uvedte hodnotu	89 cm	
5	Ložná plocha: Dĺžka	min. 200 cm	uvedte hodnotu	200 cm	
6	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 224 cm	uvedte hodnotu	221 cm	
7	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami (maximálne uvedená hodnota - požiadavka na základe bezpečnostných protipožiarnych predpisov z ohľadom na veľkosť stavebných otvorov)	max. 98 cm	uvedte hodnotu	98 cm	
8	delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane) alebo 3/4 kovové sklápacie bočnice (1 bočnica na každej strane)	áno	áno/nie	áno	delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)
9	4-dielna ložná plocha, z vyberateľných plastov	áno	áno/nie	áno	
10	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
11	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	áno/nie	áno	
12	Polohovanie lýtkového dielu mechanicky	áno	áno/nie	áno	
13	Rozsah polohovania chrbtového dielu	min. (0°- 60°)	uvedte hodnotu	0°- 68°	elektricky
14	Rozsah polohovania stehenného dielu	min. (0°- 20°)	uvedte hodnotu	0° - 32°	elektricky
15	Rozsah polohovania lýtkového dielu	min. (0°- 10°)	uvedte hodnotu	0°- 15°	rastromat
16	Priemer koliesok	min. 150 mm	uvedte hodnotu	150 mm	
17	Centrálne brzdenie koliesok	áno	áno/nie	áno	plus smerová aretácie
18	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	áno/nie	áno	
19	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 30 cm	uvedte hodnotu	36 cm	
20	Funkcia autoregresie	áno	áno/nie	áno	obojsstranná
21	Pohon TR náklonu mechanicky alebo elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
22	Pohon ATR náklonu mechanicky alebo elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
23	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	áno/nie	áno	
24	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti	min. 20 cm	uvedte hodnotu	20 cm	plus dodatočná výplň matraca
25	Zálohová batéria	áno	áno/nie	áno	
26	Ovládacie možnosti na polohovanie výšky lôžka, ložných dielov ak je elektrický ovládateľný ručný ovládač alebo ovládač umiestnený v bočniciach	áno	áno/nie	áno	ručný ovládač
27	Pár bočných lŕst na drobné príslušenstvo	áno	áno/nie	áno	
28	Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu v prípade delených sklopných bočníc	áno	áno/nie	áno	
29	Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba	áno	áno/nie	áno	základná biela
30	Farebné dekory lôžka	min. 5 možností	uvedte hodnotu	20 možností	
31	Držiak kyslíkovej fľaše	min. 3 l	uvedte hodnotu	3l	
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
32	Hrazda + hrazdička	áno	áno/nie	áno	
33	Infúzny stojan	áno	áno/nie	áno	
34	Pasívny antidekubitný matrac	áno	áno/nie	áno	JOSEPH PUR
35	Rozmery matraca zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	áno	áno/nie	áno	
36	Počet vrstiev matraca	min. 2	uvedte hodnotu	2 vrstvy	
37	Vonkajšie rozmery: Výška matraca	min. 14 cm	uvedte hodnotu	14 cm	
38	Počet anatomických zón matraca	min. 3 zóny	uvedte hodnotu	3 zóny	
39	Stupeň antidekubitného charakteru matraca	min. II stupnica Norton	uvedte hodnotu	II. stupeň Norton	
40	Nosnosť matraca	min. 150 kg	uvedte hodnotu	150 kg	
41	Vodeodolnosť poľahu	min. 200 cm vodného stĺpca	uvedte hodnotu	200 cm	

42	Paropriepustnosť poľahu	min. 600 g/m ² /24 h	uveďte hodnotu	600 g/m ² /24h	
43	Ohňovzdornosť poľahu matraca min. CRIB5	áno	áno/nie	áno	
44	Zips poľahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	áno/nie	áno	
45	Poľah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	áno/nie	áno	
46	Poľah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný číidkami v koncentráciach pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
47	Poľah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
48	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
49	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
50	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
51	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
52	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**

Dňa: **15.03.2020**

.....
Ing. Tomáš Köhler

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.

Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA  (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş /DUMAN / AD-227/H/AD-227/H - ER STRETCHERS					
Položka č. 2 - Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher - traumatologický požadovaný počet: 1 ks			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uveďte ponúkané parametre	2.
1	Nosnosť lôžka	min. 190 kg	uveďte hodnotu	200 kg	
2	Ložná plocha: Šírka	min. 65 cm	uveďte hodnotu	65 cm	
3	Ložná plocha: Dĺžka	min. 190 cm	uveďte hodnotu	192 cm	
4	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 220 cm	uveďte hodnotu	212 cm	
5	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami	max. 90 cm	uveďte hodnotu	77 cm	
6	Hydraulické nastavenie výšky ložnej plochy ovládané z oboch strán lôžka.	áno	áno/nie	áno	580- 900 mm
7	Sklopné zábrany pri transporte	áno	áno/nie	áno	plast+hliník
8	Ložná plocha	min. 2 diely	uveďte hodnotu	2 diely	z HPL chrbtový diel polohovateľný plynovou pružinou 70 st.
9	Madlo na tlačenie lôžka	áno	áno/nie	áno	z oboch strán pri hlave sklápacie
10	Bezpečnostné nárazové kolieska v rohoch ložnej plochy	min. 4 ks	uveďte hodnotu	áno	
11	Stojan alebo držiak na infúziu	áno	áno/nie	áno	vysúvací stojan
12	Odkladací košík alebo priestor na odkladanie pod ložnou plochou	áno	áno/nie	áno	priestor na odkladanie pod ložnou plochou
13	Priemer koliesok	min. 150 mm	uveďte hodnotu	200 mm	
14	Centrálné brzdenie koliesok ovládané zo všetkých rohov lôžka	áno	áno/nie	áno	plus smerová aretácia
15	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 30 cm	uveďte hodnotu	32 cm	
16	Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu 5. koliesko	áno	áno/nie	áno	výsuvacie
17	TR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky)	áno	áno/nie	áno	15 stupňov hydraulicky
18	ATR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky)	áno	áno/nie	áno	15 stupňov hydraulicky
19	RTG ložná plocha vhodná pre vyšetřovanie za pomoci C ramena a RTG kaziet.	áno	áno/nie	áno	kompaktné HPL
20	Zakladanie RTG kaziet pod ložnou plochou tak, minimálne pod chrbtový diel	áno	áno/nie	áno	
21	Ložná plocha s odnímateľným matracom a povrchom z vodovzdorného materiálu	áno	áno/nie	áno	
22	Výška matracu	min. 7 cm	uveďte hodnotu	7 cm	
23	Potah matracu antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný činidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
24	Potah matracu odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
25	Výškovo nastaviteľný infúzný stojan	áno	áno/nie	áno	
26	Fixačné pásy	áno	áno/nie	áno	
27	Polička pre defibrilátor	áno	áno/nie	áno	
28	Kryt podvozku z odkladacím priestorom	áno	áno/nie	áno	plastový z priestorom pre CO fľašu, a odkladacím priestorom
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
29	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
30	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
31	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
32	Vykonalenie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
33	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**
Dňa: **15.03.2020**

Ing. Tomáš Köhler

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.

Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş /DUMAN / AD-227/H/AD-227/H - ER STRETCHERS					
Položka č. 3 - Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher - všeobecný požadovaný počet: 2 ks			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Nosnosť lôžka	min. 190 kg	uvedte hodnotu	200 kg	
2	Ložná plocha: Šírka	min. 65 cm	uvedte hodnotu	65 cm	
3	Ložná plocha: Dĺžka	min. 190 cm	uvedte hodnotu	192 cm	
4	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 220 cm	uvedte hodnotu	212 cm	
5	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami	max. 90 cm	uvedte hodnotu	77 cm	
6	Hydraulické nastavenie výšky ložnej plochy ovládané z oboch strán lôžka.	áno	áno/nie	áno	580- 900 mm
7	Sklapné zábrany pri transporte	áno	áno/nie	áno	plast+hliník
8	Ložná plocha	min. 2 diely	uvedte hodnotu	2 diely	z HPL chrbtový diel polohovateľný plynovou pružinou 70 st.
9	Madlo na tlačenie lôžka	áno	áno/nie	áno	z oboch strán pri hlave sklápacie
10	Bezpečnostné nárazové kolieska v rohoch ložnej plochy	min. 4 ks	uvedte hodnotu	4 ks	
11	Stojan alebo držiak na infúziu	áno	áno/nie	áno	vysúvací stojan
12	Odkladací košík alebo priestor na odkladanie pod ložnou plochou	áno	áno/nie	áno	priestor na odkladanie pod ložnou plochou
13	Priemer koliesok	min. 150 mm	uvedte hodnotu	200 mm	
14	Centrálne brzdenie koliesok ovládané zo všetkých rohov lôžka	áno	áno/nie	áno	plus smerová aretácia
15	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 30 cm	uvedte hodnotu	32 cm	
16	TR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky)	áno	áno/nie	áno	výsuvacie
17	ATR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky)	áno	áno/nie	áno	15 stupňov hydraulicky
18	RTG ložná plocha vhodná pre vyšetovanie za pomoci C ramena a RTG kaziet.	áno	áno/nie	áno	15 stupňov hydraulicky
19	Zakladanie RTG kaziet pod ložnou plochou tak, minimálne pod chrbtový diel	áno	áno/nie	áno	kompaktné HPL
20	Ložná plocha s odnímateľným matracom a povrchom z vodovzdorného materiálu	áno	áno/nie	áno	
21	Výška matraca	min. 7 cm	uvedte hodnotu	7 cm	
22	Potah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný činidlami v koncentráciach pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
23	Potah matraca odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
24	Výškovo nastaviteľný infúzný stojan	áno	áno/nie	áno	
25	Kryt podvozku z odkladacím priestorom	áno	áno/nie	áno	plastový z priestorom pre CO fľašu, a odkladacím priestorom
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
26	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
27	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
28	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
29	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
30	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Praha**
Dňa: **15.03.2020**

Ing. Tomáš Köhler

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.

Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş /DUMAN / AD-227/H/AD-227/H - ER STRETCHERS			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		 (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 4 - Transportné lôžko požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Nosnosť lôžka	min. 170 kg	uvedte hodnotu	200 kg	
2	Ložná plocha: Šírka	min. 65 cm	uvedte hodnotu	65 cm	
3	Ložná plocha: Dĺžka	min. 190 cm	uvedte hodnotu	192 cm	
4	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 220 cm	uvedte hodnotu	212 cm	
5	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami	max. 90 cm	uvedte hodnotu	77 cm	
6	Sklopné zábrany pri transporte	áno	áno/nie	áno	plast+hliník
7	Ložná plocha	min. 2 diely	uvedte hodnotu	2 diely	z HPL chrbtový diel polohovateľný plynovou pružinou 70 st.
8	Madlo na tlačenie lôžka	áno	áno/nie	áno	z oboch strán
9	Bezpečnostné nárazové kolieska v rohoch ložnej plochy	min. 4 ks	uvedte hodnotu	4 ks	
10	Stojan alebo držiak na infúziu	áno	áno/nie	áno	sklopný
11	Odkladací košík alebo priestor na odkladanie pod ložnou plochou	áno	áno/nie	áno	priestor na odkladanie pod ložnou plochou
12	Priemer koliesok	min. 150 mm	uvedte hodnotu	200 mm	
13	Centrálné brzdenie koliesok ovládané zo všetkých rohov lôžka	áno	áno/nie	áno	
14	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 30 cm	uvedte hodnotu	32 cm	580- 900 mm
15	TR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky)	áno	áno/nie	áno	15 stupňov hydraulicky
16	ATR náklon min. 12 stupňov mechanicky alebo hydraulicky (pneumaticky)	áno	áno/nie	áno	15 stupňov hydraulicky
17	Ložná plocha s odnímateľným matracom a povrchom z vodovzdorného materiálu	áno	áno/nie	áno	
18	Výška matraca	min. 7 cm	uvedte hodnotu	7 cm	
19	Potah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný číniadami v koncentráciách pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
20	Potah matraca odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
21	Výškovo nastaviteľný infúzný stojan	áno	áno/nie	áno	
22	Fixačné pásy	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
23	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
24	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
25	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
26	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
27	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**

Dňa: **15.03.2020**

Ing. Tomáš Köhler

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.

Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
DOLSAN Medical Industries Co. Ltd /DOLSAN / 90101137 /VIGOROUS 11 + matrac JOSEPH VISCO			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		 (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 5 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko požadovaný počet: 6 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Nosnosť lôžka	min. 220 kg	uvedte hodnotu	250 kg	
2	Ložná plocha : Výška	min. 45 cm	uvedte hodnotu	39 cm	
3	Ložná plocha: Šírka	min. 85 cm	uvedte hodnotu	89 cm	
4	Ložná plocha: Dĺžka	min. 200 cm	uvedte hodnotu	200 cm	
5	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 224 cm	uvedte hodnotu	221 cm	
6	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami (maximálne uvedená hodnota - požiadavka na základe bezpečnostných protipožiarnych predpisov z ohľadom na veľkosť stavebných otvorov)	max. 98 cm	uvedte hodnotu	98 cm	
7	Nastavenie výšky ložnej plochy elektricky	áno	áno/nie	áno	
8	Delené plastové sklápacie bočnice - 2 bočnice na každej strane	áno	áno/nie	áno	
9	4-dielna plastová ložná plocha, RTG transparentná minimálne pre chrbtovú časť so systémom na uchytenie RTG kazety	áno	áno/nie	áno	
10	Výberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubic, hadičiek	áno	áno/nie	áno	
11	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
12	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	áno/nie	áno	
13	Elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu	áno	áno/nie	áno	mechanické
14	Rozsah polohovania chrbtového dielu	min. (0°- 60°)	uvedte hodnotu	0°- 68°	elektricky
15	Rozsah polohovania stehenného dielu	min. (0°- 20°)	uvedte hodnotu	0° - 32°	elektricky
16	Rozsah polohovania lýtkového dielu	min. (0°- 10°)	uvedte hodnotu	0°- 15°	rastromat
17	Priemer koliesok	min. 150 mm	uvedte hodnotu	150 mm	
18	Systém na uťahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu - 5. koliesko vrátane systému centrálneho brzdenia koliesok	áno	áno/nie	áno	
19	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	áno/nie	áno	
20	Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba	áno	áno/nie	áno	biela
21	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 35 cm	uvedte hodnotu	36 cm	
22	Funkcia autoregresie	áno	áno/nie	áno	obojsstranná
23	Pohon TR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
24	Pohon ATR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
25	Predné, zadné plastové čelá	áno	áno/nie	áno	
26	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	áno/nie	áno	
27	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti	min. 15 cm	uvedte hodnotu	20 cm	plus dodatočná výplň matraca
28	Zálohová batéria	áno	áno/nie	áno	
29	Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov,) ovládací panel - určený pre personál	áno	áno/nie	áno	sesterský ovládač s predprogramovanými polohami
30	Ovládanie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií alebo ovládač umiestnený v bočniciach	áno	áno/nie	áno	ručný ovládač z možnosťou blokovania funkcií
31	Ovládací panel s predprogramovanými polohami min. poloha "Kardio kreslo"; "Trendelenburg"; "CPR"	áno	áno/nie	áno	Kardio kreslo; Trendelenburg; CPR, vzpriamovacia, Flower, Vascular,
32	CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
33	Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo	áno	áno/nie	áno	
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
34	Hrazda + hrazdička	áno	áno/nie	áno	
35	Infúzny stojan	áno	áno/nie	áno	
36	Pasívny antidekubitný matrac	áno	áno/nie	áno	JOSEPH VISCO
37	Rozmery matraca zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	áno	áno/nie	áno	
38	Počet vrstiev matraca	min. 3	uvedte hodnotu	3 vrstvy	
39	Vonkajšie rozmery: Výška matraca	min. 14 cm	uvedte hodnotu	14 cm	
40	Počet anatomických zón matraca	min. 5 zón	uvedte hodnotu	5 zón	

41	Stupeň antidekubitného charakteru matraca min. III stupnica Norton	áno	áno/nie	áno	III. stupnica Norton
42	Nosnosť matraca	min. 150 kg	uvedte hodnotu	200 kg	
43	Vodeodolnosť poťahu	min. 200 cm vodného stĺpca	uvedte hodnotu	200 cm vodného stĺpca	
44	Paropriepustnosť poťahu	min. 600 g/m ² /24 h	uvedte hodnotu	600 g/m ² /24 h	
45	Ohňovzdornosť poťahu matraca min. CRIB5	áno	áno/nie	áno	
46	Zips poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	áno/nie	áno	
47	Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	áno/nie	áno	
48	Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný číničkami v koncentráciách pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
49	Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
50	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
51	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
52	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
53	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
54	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**

Dňa: **15.03.2020**

.....
Ing. Tomáš Köhler

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA  (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. /DUMAN / AD-379 /AD-379 CYGNUS			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		
Položka č. 6 - Zdvíhacie zariadenie pre imobilných pacientov požadovaný počet: 1 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Nastavenie výšky elektrický	áno	áno/nie	áno	
2	Nosnosť zdvíhacieho zariadenia	min. 180 kg	uvedte hodnotu	200 kg	
3	Rozšírená základňa zdviháku pre lepšiu stabilitu	áno	áno/nie	áno	
4	Zadné kolieska brzdené	áno	áno/nie	áno	
5	Rozsah rozsah výšky zdvíhania	min. 130 cm	uvedte hodnotu	130 cm	80 - 210 cm
6	Ručný ovládač	áno	áno/nie	áno	
7	Núdzový vypínač	áno	áno/nie	áno	
8	Zálohová batéria	áno	áno/nie	áno	
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
9	Náhradná zálohová batéria	áno	áno/nie	áno	
10	2-bodová závesná hlavica pre vak	áno	áno/nie	áno	
11	Závesný vak pre transport v sede min. 2 veľkosti	áno	áno/nie	áno	
12	Vodiace popruhy min. 2 veľkosti	áno	áno/nie	áno	
13	Závesná hlavica pre transport vo vodorovnej polohe	áno	áno/nie	áno	4 - bodová
14	Závesný vak pre transport vo vodorovnej polohe	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
15	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
16	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
17	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
18	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného zariadenia do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
19	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**

Dňa: 15.03.2020

Ing. Tomáš Köhler

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.

Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplní ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
DOLSAN Medical Industries Co. Ltd /DOLSAN / 90101136 /VIGOROUS 10 z váhovým systémom + matrac Real/NEODEC			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		 (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 7 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom určené pre JIS požadovaný počet: 4 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Lôžko splňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52	áno	áno/nie	áno	
2	Nosnosť lôžka	min. 220 kg	uvedte hodnotu	250 kg	
3	Ložná plocha: Výška	min. 45 cm	uvedte hodnotu	45 cm	
4	Ložná plocha: Šírka	min. 89 cm	uvedte hodnotu	89 cm	
5	Ložná plocha: Dĺžka	min. 200 cm	uvedte hodnotu	200 cm	
6	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 225 cm	uvedte hodnotu	222 cm	
7	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami (maximálne uvedená hodnota - požiadavka na základe bezpečnostných protipožiarnych predpisov z ohľadom na veľkosť stavebných otvorov)	max. 98 cm	uvedte hodnotu	98 cm	
8	Nastavenie výšky ložnej plochy elektricky	áno	áno/nie	áno	
9	Delené plastové sklápacie bočnice - 2 bočnice na každej strane	áno	áno/nie	áno	
10	4-dielna plastová ložná plocha, RTG transparentná minimálne pre chrbtovú časť so systémom na uchytenie RTG kazety	áno	áno/nie	áno	
11	Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek	áno	áno/nie	áno	
12	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
13	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	áno/nie	áno	
14	Elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu	áno	áno/nie	áno	mechanické
15	Rozsah polohovania chrbtového dielu	min. (0°- 60°)	uvedte hodnotu	0°- 68°	elektricky
16	Rozsah polohovania stehenného dielu	min. (0°- 20°)	uvedte hodnotu	0°- 40°	elektricky
17	Rozsah polohovania lýtkového dielu	min. (0°- 10°)	uvedte hodnotu	0°- 25°	rastromat
18	Priemer koliesok	min. 150 mm	uvedte hodnotu	150 mm	
19	Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu - 5. koliesko vrátane systému centrálného brzdzenia koliesok	áno	áno/nie	áno	
20	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	áno/nie	áno	
21	Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba	áno	áno/nie	áno	biela
22	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 35 cm	uvedte hodnotu	37 cm	45 - 82 cm
23	Funkcia autoregresie	áno	áno/nie	áno	obojsstranná
24	Pohon TR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
25	Pohon ATR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
26	Predné, zadné plastové čelá	áno	áno/nie	áno	
27	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	áno/nie	áno	
28	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti	min. 20 cm	uvedte hodnotu	20 cm	plus dodatočná výplň matraca
29	Zálohová batéria	áno	áno/nie	áno	
30	Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov,) ovládací panel - určený pre personál	áno	áno/nie	áno	sesterský ovládač s predprogramovanými polohami
31	Ovládanie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií alebo ovládač umiestnený v bočniciach	áno	áno/nie	áno	ovládač v bočniciach
32	Ovládací panel s predprogramovanými polohami min. poloha "Kardio kreslo"; "Trendelenburg"; "CPR"	áno	áno/nie	áno	Kardio kreslo; Trendelenburg; CPR, vzpriamovacia, Flower, Vascular,
33	CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
34	Integrovaná váha s možnosťou ukladania nameraných hodnôt	áno	áno/nie	áno	
35	Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdzenie) koliesok posteľe	áno	áno/nie	áno	
36	Pár bočných líšt na drobné prísľušenstvo	áno	áno/nie	áno	
Povinné prísľušenstvo			Povinné prísľušenstvo		
37	Hrazda + hrazdička	áno	áno/nie	áno	
38	Infúzny stojan	áno	áno/nie	áno	
39	Držiak kyslíkovej fľaše min. 3 l	áno	áno/nie	áno	5 l
40	Držiak infúzných púmp	áno	áno/nie	áno	

41	Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. III stupnica Norton	áno	áno/nie	áno	Real NEODEC 4. stupeň Norton
42	Rozmery matraca zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	áno	áno/nie	áno	
43	Výška matraca	min. 16 cm	uvedte hodnotu	16 cm	
44	Nastavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické	áno	áno/nie	áno	manuálna
45	CPR mód	áno	áno/nie	áno	
46	Nosnosť matraca	min. 200 kg	uvedte hodnotu	200 kg	
47	Počet vzduchových vrstiev	min. 1 vrstva	uvedte hodnotu	1 vrstva	
48	Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko	áno	áno/nie	áno	
49	Technológia spojených ciel 2-1 alebo 3-1	áno	áno/nie	áno	technológia spojených ciel 2-1
50	Pracovné režimy matraca	min. 3 režimy, jeden z režimov musí byť transportný mód	uvedte hodnotu	3 režimy	stacionárny, striedavý , transportný
51	Vodeodolnosť poťahu	min. 120 cm vodného stĺpca	uvedte hodnotu	150 cm vodného stĺpca	
52	Paropriepustnosť poťahu	min. 350 g/m2/24 h	uvedte hodnotu	400 g/m2/24 h	
53	Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický	áno	áno/nie	áno	akusticko-vizuálny
54	Zipš poťahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	áno/nie	áno	
55	Poťah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	áno/nie	áno	
56	Poťah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný číidkami v koncentráciách pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
57	Poťah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:		Osobitné požiadavky na plnenie:			
58	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
59	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
60	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
61	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
62	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**

Dňa: **15.03.2020**

Ing. Tomáš Köhler

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.


Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
DOLSAN Medical Industries Co. Ltd /DOLSAN / 90101136 /VIGOROUS 10 z váhovým systémom + matrac JOSEPH VISCO					 (napr. dopĺňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka č. 8 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom - traumatologické lôžko			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		
požadovaný počet: 3 ks					
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uveďte ponúkané parametre	2.
1	Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52	áno	áno/nie	áno	
2	Nosnosť lôžka	min. 220 kg	uveďte hodnotu	250 kg	
3	Ložná plocha: Výška	min. 45 cm	uveďte hodnotu	45 cm	
4	Ložná plocha: Šírka	min. 89 cm	uveďte hodnotu	89 cm	
5	Ložná plocha: Dĺžka	min. 200 cm	uveďte hodnotu	200 cm	
6	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 225 cm	uveďte hodnotu	222 cm	
7	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami	max. 98 cm	uveďte hodnotu	98 cm	
8	Nastavenie výšky ložnej plochy elektrický	áno	áno/nie	áno	
9	Delené plastové sklápacie bočnice - 2 bočnice na každej strane	áno	áno/nie	áno	
10	4-dielna plastová ložná plocha, RTG transparentná minimálne pre chrbtovú časť so systémom na uchytenie RTG kazety	áno	áno/nie	áno	
11	Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek	áno	áno/nie	áno	
12	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
13	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	áno/nie	áno	
14	Elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu	áno	áno/nie	áno	mechanické
15	Rozsah polohovania chrbtového dielu	min. (0°- 60°)	uveďte hodnotu	0°- 68°	elektricky
16	Rozsah polohovania stehenného dielu	min. (0°- 20°)	uveďte hodnotu	0°- 40°	elektricky
17	Rozsah polohovania lýtkového dielu	min. (0°- 10°)	uveďte hodnotu	0°- 25°	rastromat
18	Priemer koliesok	min. 150 mm	uveďte hodnotu	150 mm	
19	Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu - 5. koliesko - vrátane systému centrálneho brzdenia koliesok	áno	áno/nie	áno	
20	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	áno/nie	áno	
21	Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba	áno	áno/nie	áno	biela
22	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 30 cm	uveďte hodnotu	37 cm	45 - 82 cm
23	Funkcia autoregresie	áno	áno/nie	áno	obojsmerná
24	Pohon TR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
25	Pohon ATR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	14 st. - elektricky
26	Predné, zadné plastové čelá	áno	áno/nie	áno	
27	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	áno/nie	áno	
28	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti	min. 20 cm	uveďte hodnotu	20 cm	plus dodatočná výplň matraca
29	Zálohová batéria	áno	áno/nie	áno	
30	Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov) ovládaci panel - určený pre personál	áno	áno/nie	áno	sesterský ovládač s predprogramovanými polohami
31	Ovládanie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií alebo ovládač umiestnený v bočniciach	áno	áno/nie	áno	ovládač v bočniciach
32	Ovládaci panel s predprogramovanými polohami min. poloha "Kardio kreslo"; "Trendelenburg"; "CPR"	áno	áno/nie	áno	Kardio kreslo; Trendelenburg; CPR, vzpriamovacia, Flower, Vascular,
33	CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
34	Integrovaná váha s možnosťou ukladania nameraných hodnôt	áno	áno/nie	áno	
35	Pár bočných lýt na drobné príslušenstvo	áno	áno/nie	áno	
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
36	Hrazda + hrazdička	áno	áno/nie	áno	
37	Infúzny stojan	áno	áno/nie	áno	
38	Držiak kyslíkovej fľaše min. 5 l	áno	áno/nie	áno	5 l
39	Držiak infúzných púmp	áno	áno/nie	áno	
40	Pasívny antidekubitný matrac	áno	áno/nie	áno	JOSEPH VISCO
41	Rozmery matraca zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	áno	áno/nie	áno	
42	Počet vrstiev matraca	min. 3	uveďte hodnotu	3. vrstvy	

43	Vonkajšie rozmery: Výška matraca	min. 14 cm	uvedte hodnotu	14 cm	
44	Počet anatomických zón matraca	min. 5 zón	uvedte hodnotu	5 zón	
45	Stupeň antidekubitného charakteru matraca min. III stupnica Norton	áno	áno/nie	áno	III. stupeň stupnica Norton
46	Nosnosť matraca	min. 200 kg	uvedte hodnotu	200 kg	
47	Vodeodolnosť poľahu	min. 200 cm vodného stĺpca	uvedte hodnotu	200 cm vodného stĺpca	
48	Paropriepustnosť poľahu	min. 600 g/m2/24 h	uvedte hodnotu	600 g/m2/24 h	
49	Ohňovzdornosť poľahu matraca min. CRIB5	áno	áno/nie	áno	
50	Zips poľahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	áno/nie	áno	
51	Poľah matraca (vrátane dodatočného) antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	áno/nie	áno	
52	Poľah matraca (vrátane dodatočného) dezinfikovateľný číničmi v koncentráciách pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
53	Poľah matraca (vrátane dodatočného) odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:		
54	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
55	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
56	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
57	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
58	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**

Dňa: **15.03.2020**

Ing. Tomáš Köhler

Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika III.

Časť VII.: Nemocničné lôžka

Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vyplňa ak je to relevantné
uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		POZNÁMKA
Industrias H. Pardo SL /Pardo / HiTech ACT + matrac - Real/NEODEC					
Položka č. 9 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko s bočnicami, antidekubitným matracom špecializované pre OAIM požadovaný počet: 4 ks			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. V TOMTO STĽPCI uvedte ponúkané parametre	2.
1	Lôžko spĺňajúce bezpečnostnú normu STN EN 60601-2-52	áno	áno/nie	áno	
2	Nosnosť lôžka	min. 230 kg	uvedte hodnotu	250 kg	
3	Ložná plocha: Výška	min. 45 cm	uvedte hodnotu	42 cm	
4	Ložná plocha: Šírka	min. 89 cm	uvedte hodnotu	89 cm	
5	Ložná plocha: Dĺžka	min. 200 cm	uvedte hodnotu	200 cm	
6	Vonkajšie rozmery: Dĺžka	max. 225 cm	uvedte hodnotu	224 cm	
7	Vonkajšie rozmery: Šírka s bočnicami	max. 98 cm	uvedte hodnotu	97 cm	
8	Nastavenie výšky ložnej plochy elektricky	áno	áno/nie	áno	
9	Delené plastové sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)	áno	áno/nie	áno	
10	4-dielna ložná plocha, pričom každý diel je pevne uchytený s lôžkom	áno	áno/nie	áno	ložná plocha z HPL
11	Vyberateľné čelá s medzerou pre vedenie prívodných trubíc, hadičiek	áno	áno/nie	áno	z areáciou
12	Elektrické polohovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
13	Elektrické polohovanie stehenného dielu	áno	áno/nie	áno	
14	Elektrické alebo mechanické polohovanie lýtkového dielu	áno	áno/nie	áno	mechanické
15	Rozsah polohovania chrbtového dielu	min. (0°- 60°)	uvedte hodnotu	0°- 70°	elektricky
16	Rozsah polohovania stehenného dielu	min. (0°- 20°)	uvedte hodnotu	0°- 45°	elektricky
17	Rozsah polohovania lýtkového dielu	min. (0°- 10°)	uvedte hodnotu	0°- 18°	rastromat
18	Priemer koliesok	min. 150 mm	uvedte hodnotu	150 mm	
19	Systém na uľahčenie manipulácie s lôžkom v priestore alebo pri presune jedným členom personálu - 5. koliesko vrátane systému centrálného brzdenia koliesok	áno	áno/nie	áno	
20	Čelá a bočnice s aretáciou pre nechcené vytiahnutie alebo spustenie	áno	áno/nie	áno	
21	Farebné prevedenie lôžka základná biela alebo sivá farba	áno	áno/nie	áno	sivá farba
22	Rozsah nastavenia výšky ložnej plochy	min. 35 cm	uvedte hodnotu	40 cm	(42-82 cm)
23	Funkcia autoregresie	áno	áno/nie	áno	
24	Pohon TR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	
25	Pohon ATR náklonu elektricky	áno	áno/nie	áno	
26	Predné, zadné plastové čelá	áno	áno/nie	áno	
27	Predné, zadné plastové čelá a plastovné bočnice vyrobené bešpárovou technológiou	áno	áno/nie	áno	
28	Predĺženie ložnej plochy v nožnej časti min. 20 cm, dodatočná výplň matraca pri predĺžení ložnej plochy	áno	áno/nie	áno	
29	Zálohová batéria	áno	áno/nie	áno	
30	Ovládacie možnosti na polohovanie min. (TR poloha, ATR poloha, výška lôžka, polohovanie ložných dielov) ovládací panel - určený pre personál	áno	áno/nie	áno	LCD dotykový sesterský panel
31	Ukazovateľ zobrazujúci náklon ložnej plochy a chrbtového dielu.	áno	áno/nie	áno	
32	CPR mechanické odblokovanie chrbtového dielu	áno	áno/nie	áno	
33	Ložná plocha kompatibilná s RTG min. v chrbtovej časti so systémom na uchytenie RTG kazety	áno	áno/nie	áno	ložná plocha z HPL, držiak RTG kazety
34	Integrovaný váhový systém s možnosťou ukladania nameraných hodnôt	áno	áno/nie	áno	ovládanie združené v LCD panely
35	Ovládanie pre pacienta s možnosťou uzamknutia jednotlivých funkcií alebo ovládač umiestnený v bočniciach	áno	áno/nie	áno	v bočniciach
36	Ovládací panel s predprogramovanými polohami min. poloha "Kardio kreslo"; "Trendelenburg"; "CPR"	áno	áno/nie	áno	Kardio kreslo; Trendelenburg; CPR, ATr, Flower, Vascular,
37	Nožný ovládač pre polohovanie min. výšky ložnej plochy a aretáciu (brzdenie) koliesok posteľe	áno	áno/nie	áno	z oboch strán
38	Pár bočných líšt na drobné príslušenstvo	áno	áno/nie	áno	eurolíšty
39	Laterálny náklon ložnej plochy	min. (0°- 20°)	uvedte hodnotu	0°- 20°	z ochranou spustených bočníc
Povinné príslušenstvo			Povinné príslušenstvo		
40	Hrazda + hrazdička	áno	áno/nie	áno	
41	Infúzný stojan	áno	áno/nie	áno	

42	Držiak kyslíkovej fľaše min. 5 l	áno	áno/nie	áno	5 l
43	Držiak infúzných pŕp	áno	áno/nie	áno	
44	Aktívny antidekubitný matrac pre dekubity min. IV stupnica Norton	áno	áno/nie	áno	Real NEODEC 4. stupeň Norton
45	Rozmery matraca rozmery zodpovedajú rozmerom ložnej plochy ponúkaného lôžka	áno	áno/nie	áno	
46	Vonkajšie rozmery: Výška matraca	min. 16 cm	uvedte hodnotu	16 cm	
47	Nastavenie tlaku v matraci s ochranou proti nechcenému nastaveniu	áno	áno/nie	áno	
48	Nastavenie tlaku v matraci manuálne alebo automatické	áno	áno/nie	áno	manuálne
49	CPR mód	áno	áno/nie	áno	
50	Nosnosť matraca	min. 200 kg	uvedte hodnotu	200 kg	
51	Počet vzduchových vrstiev	min. 1 vrstva	uvedte hodnotu	1 vrstva	
52	Samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko	áno	áno/nie	áno	
53	Technológia spojených ciel 2-1 alebo 3-1	áno	áno/nie	áno	technológia spojených ciel 2-1
54	Pracovné režimy matraca	min. 3 režimy, jeden z režimov musí byť transportný mód	uvedte hodnotu	3 režimy	stacionárny, striedavý , transportný
55	Vodeodolnosť potahu	min. 120 cm vodného stĺpca	uvedte hodnotu	150 cm vodného stĺpca	
56	Paropriepustnosť potahu	min. 350 g/m2/24 h	uvedte hodnotu	400 g/m2/24 h	
57	Alarm výpadku tlaku / napájania minimálne akustický	áno	áno/nie	áno	akusticko-vizuálny
58	Zips potahu krytý krycou chlopňou pre odolnosť proti všetkým tekutinám	áno	áno/nie	áno	
59	Potah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný	áno	áno/nie	áno	
60	Potah matraca dezinfikovateľný čidlami v koncentráciách pre zdravotníctvo	áno	áno/nie	áno	
61	Potah matraca odolný voči účinkom krvi, moču	áno	áno/nie	áno	
Osobitné požiadavky na plnenie:		Osobitné požiadavky na plnenie:			
62	Záruka 24 mesiacov	áno	áno/nie	áno	
63	Doprava na miesto dodania	áno	áno/nie	áno	
64	Montáž a inštalácia na mieste dodania	áno	áno/nie	áno	
65	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného lôžka do prevádzky	áno	áno/nie	áno	
66	Prvé zaškolenie obsluhy	áno	áno/nie	áno	

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V: **Prahe**
Dňa: **15.03.2020**

Ing. Tomáš Köhler

Platná do 31.12.2020

Položka č. 1 - Expektačné elektricky polohovateľné lôžka, požadovaný počet: 4 ks

Elektrická polohovacia posteľ – DOLSAN **VIGOROUS 11** (90101137)

- lôžko v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52
- 4 - dielna ložná plocha z vyberateľných plastov
- plastové čelá a plastové bočnice vyrobené bešpárovou technológiou
- expektačné lôžko pre uloženie pacienta s možnosťou transportu

parameter	hodnota
Rozmer lôžka	2210 x 980 mm
Rozmer ložnej plochy	2000 x 890 mm
nosnosť lôžka	250 kg
výškový zdvih	390 - 750 mm
Náklon chrbtového dielu	0 - 68° - elektricky
Náklon stehenného dielu	0 - 32° - elektricky
Náklon lýtkového dielu	0 - 15° - rastromat
Autoregresia chrbtového dielu	80 mm
Autoregresia stehenného dielu	80 mm
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	± 14°
Podvozok	4 x Ø 150mm kolieska s centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Bočnice	integrovane plastové delené sklopne vertikálne s ochranou proti náhodnému spusteniu, s aretáciou tlmené
Čela	odnímateľné plastové s aretáciou
Polohovanie	chrbtový + stehenný diel elektricky, lýtkový manuálne
Mechanické odblokovanie chrbtového dielu (CPR)	áno
ovládače	ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu
ovládacie možnosti	Výška, polohovanie chrbtového a stehenného dielu, TR a ATR, kardio kreslo
záložný zdroj	áno
Držiak kyslíkovej fľaše	áno 3l
držiaky príslušenstvo	áno
farebný dekor	áno, výber z 20-tich dekorov
Hrazda s plastovou hrazdičkou	áno
Infúzny stojan	áno
Nárazové kolieska v rohoch	áno
Predĺženie lôžka	20 cm + dodatočná výplň matraca
Farebné prevedenie podvozku	biela
Uhlomery náklonu v bočniciach	áno



Matrac antidekubitný pasívny – **JOSEPH PUR**

parameter	hodnota
typ	Pasívny matrac II. stupeň rizika vzniku dekubitu
Počet vrstiev	2
Počet anatomických zón	3
Materiál jadra	PUR pena s prerezaním o hustote min. 40kg / m3
rozmer	200x89x14 cm
nosnosť matraca	150 kg
poťah matraca	Poťah pružný, paropriepustný 600 g/m2/24h, umývateľný, antialergický, antibakteriálne, odolný bežným dezinfekčným prostriedkom, so zníženou horľavosťou, prateľný, vodovzdornosť min. 2000 mm / Hg, CRIB 5
zips	Z dvoch strán, krytý légou proti zatečeniu



Výrobca: DOLSAN Medical Industries Co. Ltd

Položka č. 2 - Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher -traumatologický, požadovaný počet: 1 ks

RTG transparentné transportné lôžko (Stretcher) DUMAN AD – 227/H ER STRETCHER

parameter	hodnota
Rozmer vonkajší	2120 x 770 mm
Ložná plocha	2 dielna, HPL
Rozmer ložnej plochy	1920 x 650 mm
Podvozok kolieska	4 x 200 mm, z centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Max. hmotnosť pacienta	200 kg
Výškové nastavenie	580 – 900 mm hydraulicky
Polohovanie chrbtového dielu	0 – 70° plynová pružina
Matrac	Výška 70 mm odnímateľný (výber farieb)
Vlastnosti poťahu	Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný číidkami v koncentráciach pre zdravotníctvo
Piate koliesko	áno 100 mm
Nárazové kolieska	áno v každom rohu.
Polohovanie	TR a ATR 15 stupňov hydraulicky
Bočnice	áno sklopné , hliník plast
Transportné madlá	áno sklopné pri nohách pevné
Príslušenstvo	- sklopný infúzna stojan - fixačné pásy, - kryt podvozku pre odkladanie vecí a uloženie kyslíkovej fľaše - polička pre defibrilátor



Výrobca: Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş

Položka č. 3 - Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher – všeobecný, požadovaný počet: 2 ks

RTG transparentné transportné lôžko (Stretcher) DUMAN AD – 227/H ER STRETCHER

parameter	hodnota
Rozmer vonkajší	2120 x 770 mm
Ložná plocha	2 dielna, HPL
Rozmer ložnej plochy	1920 x 650 mm
Podvozok kolieska	4 x 200 mm, z centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Max. hmotnosť pacienta	200 kg
Výškové nastavenie	580 – 900 mm hydraulicky
Polohovanie chrbtového dielu	0 – 70° plynová pružina
Matrac	Výška 70 mm odnímateľný (výber farieb)
Vlastnosti poťahu	Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný číidkami v koncentráciach pre zdravotníctvo
Piate koliesko	nie
Nárazové kolieska	áno v každom rohu.
Polohovanie	TR a ATR 15 stupňov hydraulicky
Bočnice	áno sklopné , hliník plast
Transportné madlá	áno sklopné pri nohách pevné
Príslušenstvo	- sklopný infúzna stojan - kryt podvozku pre odkladanie vecí a uloženie kyslíkovej fľaše



Výrobca: Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş

Položka č. 4 - Transportné lôžko, požadovaný počet: 1 ks

RTG transparentné transportné lôžko (Stretcher) DUMAN AD – 227/H ER STRETCHER

parameter	hodnota
Rozmer vonkajší	2120 x 770 mm
Ložná plocha	2 dielna, HPL
Rozmer ložnej plochy	1920 x 650 mm
Podvozok kolieska	4 x 200 mm, z centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Max. hmotnosť pacienta	200 kg
Výškové nastavenie	580 – 900 mm hydraulicky
Polohovanie chrbtového dielu	0 – 70° plynová pružina
Matrac	Výška 70 mm odnímateľný (výber farieb)
Vlastnosti poťahu	Poťah matraca antimikrobiálny, nehorľavý, umývateľný, prateľný, dezinfikovateľný číidkami v koncentráciách pre zdravotníctvo
Piate koliesko	nie
Nárazové kolieska	áno v každom rohu.
Polohovanie	TR a ATR 15 stupňov hydraulicky
Bočnice	áno sklopné, hliník plast
Transportné madlá	áno sklopné pri nohách pevné
Príslušenstvo	- sklopný infúzna stojan - fixačné pásy, - kryt podvozku pre odkladanie vecí a uloženie kyslíkovej fľaše



Výrobca: Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş

Položka č. 5 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko, požadovaný počet: 6 ks

Elektrická polohovacia posteľ – DOLSAN **VIGOROUS 11**(90101137)

- lôžko v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52
- 4 - dielna ložná plocha RTG transparentná
- plastové čelá a plastové bočnice vyrobené bešpárovou technológiou

parameter	hodnota
Rozmer lôžka	2210 x 980 mm
Rozmer ložnej plochy	2000 x 890 mm
nosnosť lôžka	250 kg
výškový zdvih	390 - 750 mm
Náklon chrbtového dielu	0 - 68° elektricky
Náklon stehenného dielu	0 - 32° elektricky
Náklon lýtkového dielu	0 - 15° rastromat
Autoregresia chrbtového dielu	80 mm
Autoregresia stehenného dielu	80 mm
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	± 14°
Podvozok	4 x Ø 150mm kolieska s centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Piate koliesko	áno 125 mm
Bočnice	integrované plastové delené sklopné vertikálne s ochranou proti náhodnému spusteniu, s aretáciou tlmené
Čelá	odnímateľné plastové s aretáciou
Polohovanie	chrbtový + stehenný diel elektricky, lýtkový manuálne
Mechanické odblokovanie chrbtového dielu (CPR)	áno
ovládače	ručný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu



	sesterský ovládač s funkciou uzamykania jednotlivých polôh a pamäťovými funkciami
ovládacie možnosti	Výška, polohovanie chrbtového a stehenného dielu, Kardio kreslo, TR / ATR, CPR, Fowler Vascular, vyšetrovací, vzpriamovací
záložný zdroj	áno
Držiak kyslíkovej fľaše	áno 3l
držiaky príslušenstva	áno
držiak RTG kazety	áno
farebný dekor	áno, výber z 20-tich dekorov
Hrazda s plastovou hrazdičkou	áno
Infúzny stojan	áno
Nárazové kolieska v rohoch	áno
Predĺženie lôžka	20 cm + dodatočná výplň matraca
Farebné prevedenie podvozku	biela
Uhlomery náklonu v bočniciach	áno



Matrac antidekubitný pasívny – JOSEPH VISCO

parameter	hodnota
typ	Pasívny matrac III. stupeň rizika vzniku dekubitu
Počet anatomických zón	5
Počet vrstiev	3
Materiál jadra	VISCO pena a PUR pena s prerezaním o hustote min. 40kg / m3
rozmer	200x89x14 cm
nosnosť matraca	200 kg
poťah matraca	Poťah pružný, paropriepustný 600 g/m2/24h, umývateľný, antialergický, antibakteriálne, odolný bežným dezinfekčným prostriedkom, so zníženou horľavosťou,ateľný, vodovzdornosť 2000 mm/Hg, CRIB 5
zips	Z dvoch strán, krytý légou proti zatečeniu



Výrobca: DOLSAN Medical Industries Co. Ltd

Položka č. 6 - Zdvíhacie zariadenie pre imobilných pacientov, požadovaný počet: 1 ks

Pacientsky zdvihák DUMAN AD-379 CYGNUS

- elektrické výškové nastavenie
- 4-bodová závesná hlavica

4 parameter	hodnota
Rozmer vonkajší	65-100 x 120 x 90-200h cm
Nastavenie šírky podvozku	65-100 cm
Výškové nastavenie	80-210 cm elektricky
Možnosti ovládania	Ručný ovládač Sesterský ovládač
Podvozok	4 kolieska 2x brzdo
Nosnosť zariadenia	200 kg
Núdzový vypínač	áno
Manuálne CPR	áno)
Záložný zdroj	áno, 2 ks
Príslušenstvo	- závesná hlavica pre vak - vak pre transport v sede 2x, - vodiace popruhy 2x - vak pre transport vo vodorovnej polohe




Výrobca: Duman Çelik Eşya San. ve Tic. A.Ş

Položka č. 7 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami antidekubitným matracom určené pre JIS, požadovaný počet: 4 ks

Intenzívne lôžko s RTG ložnou plochou DOLSAN **VIGOROUS 10** (90101136) a váhovým systémom

- lôžko pre OAIM – na uloženie pacienta v kritickom stave, v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52
- 4 dielna ložná plocha z HPL, s dvojitou autoregresiou, RTG plne kompatibilné s kazetou
- plastové bočnice po celej dĺžke pre maximálnu bezpečnosť pacienta, sklopné, s chráneným ovládaním
- centrálné brzdené kolieska pre ľahkú manipuláciu so smerovým vedením
- bočnice aj čelá vyrobená bezškárovú technológiou s aretáciou
- Integrovaný váhový systém z pamäťovými funkciami

parameter	hodnota
Rozmer lôžka	2220 x 980 mm
Rozmer ložnej plochy	2000 x 890mm
Nosnosť lôžka	250 kg
Výškový zdvih	450 - 820 mm elektricky
Polohovanie	chrbtový (0-68°) + stehenný (0-40°) diel elektricky, lýtkový (0-25°) manuálne
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	± 14° elektricky
Autoregresia	dvojitá
Ložná plocha	4-dielna,
Podvozok	4 x Ø 150mm kolieska s centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Bočnice	integrované plastové delené sklopné vertikálne s ochranou proti náhodnému spusteniu, tlmené
Čelá	odnímateľné plastové s aretáciou
Mechanické odblokovanie chrbtového dielu (CPR)	áno
Ovládače	sesterský ovládač s funkciou uzamykania jednotlivých polôh a pamäťovými funkciami CPR a TR, integrované v bočniciach s funkciou uzamykania jednotlivých polôh nožný ovládač pre nastavenie výšky, obojsrtanný
Predprogramované polohy	Kardio kreslo, TR / ATR, CPR, Fowler Vascular, vyšetrovacia,
Záložný zdroj	áno, s indikáciou na ovládači
Uhlomery náklonu v bočniciach	áno
5. koliesko	áno
Príslušenstvo	
Hrazda s plastovou hrazdičkou	áno
Infúzny stojan	áno,
Predĺženie lôžka	áno, o 20 cm s matracovým dielom
Nárazové kolieska v rohoch	áno
Držiak RTG kazety	áno
Držiaky príslušenstva	áno
Držiak infúzných púmp	áno
Držiak kyslíkovej fľaše	áno 5l
Farebné prevedenie podvozku	biela
Farebný dekor na bočniciach a čelách	áno, výber z 10-tich dekorov
Podsvietenie lôžka	áno



Výrobca: DOLSAN Medical Industries Co. Ltd

Aktívny antidekubitný matrac **NEODEC®** do IV. stupňa dekubitov

- samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko
- modulárna konštrukcia pre ľahkú údržbu
- transportný režim až 24 hodín
- Funkcia Easy Turn

parameter	hodnota
Typ	aktívny matrac IV. stupeň rizika vzniku dekubitu
Rozmer	2000x850x160 mm
Počet vrstiev	1
Technológia spojených ciel	2-1
Nosnosť	200 kg
Nastavenie tlaku	manuálne
Pracovný mód	statický, striedavý, transportný
Doba cyklu	10, 15, 20 min.
Funkcionalita	CPR, alarm – akusticko vizuálny
Kryt matraca	Paropriepustný 400 g/m ² /24 h a vode odolný 1500 mm/Hg, z antibakteriálnou úpravou pre pohodlie a hygienu pacienta obojstranne pružný horný kryt minimalizujúci trenie a šmykové sily, odolný voči účinkom krvi a moču a bežným dezinfekčným prostriedkom Pripevnené k základni matraca pomocou zipsov (360°) chránených krycou chlopňou na zabránenie vnikania tekutín Spomaľovač horenia, ľahko sa čistí a môže byť úplne odstránený na pranie



Výrobca: PPH „Real“

Položka č. 8 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom - traumatologické lôžko, požadovaný počet: 3 ks


Intenzívne lôžko s RTG ložnou plochou DOLSAN **VIGOROUS 10** (90101136) a váhovým systémom

- lôžko pre OAIM – na uloženie pacienta v kritickom stave, v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52
- 4 dielna ložná plocha z HPL, s dvojitou autoregresiou, RTG plne kompatibilné s kazetou
- plastové bočnice po celej dĺžke pre maximálnu bezpečnosť pacienta, sklopné, s chráneným ovládaním
- centrálné brzdené kolieska pre ľahkú manipuláciu so smerovým vedením
- bočnice aj čelá vyrobená bezškárovú technológiou s aretáciou
- Integrovaný váhový systém z pamäťovými funkciami

parameter	hodnota
Rozmer lôžka	2220 x 980 mm
Rozmer ložnej plochy	2000 x 890mm
Nosnosť lôžka	250 kg
Výškový zdvih	450 - 820 mm elektricky
Polohovanie	chrbtový (0-68°) + stehenný (0-40°) diel elektricky, lýtkový (0-25°) manuálne
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	± 14° elektricky
Autoregresia	dvojité
Ložná plocha	4-dielna,
Podvozok	4 x Ø 150mm kolieska s centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Bočnice	integrované plastové delené sklopné vertikálne s ochranou proti náhodnému spusteniu, tlmené
Čelá	odnímateľné plastové s aretáciou
Mechanické odblokovanie chrbtového dielu (CPR)	áno
Ovládače	sesterský ovládač s funkciou uzamykania jednotlivých polôh a pamäťovými funkciami CPR a TR, integrované



	v bočniciach s funkciou uzamykania jednotlivých polôh nožný ovládač pre nastavenie výšky, obojsrtanný
Predprogramované polohy	Kardio kreslo, TR / ATR, CPR, Fowler Vascular, vyšetrovacia,
Záložný zdroj	áno, s indikáciou na ovládači
Uhlomery náklonu v bočniciach	áno
5. koliesko	áno
Príslušenstvo	
Hrazda s plastovou hrazdičkou	áno
Infúzny stojan	áno,
Predĺženie lôžka	áno, o 20 cm s matracovým dielom
Nárazové kolieska v rohoch	áno
Držiak RTG kazety	áno
Držiaky príslušenstva	áno
Držiak infúzných púmp	áno
Držiak kyslíkovej fľaše	áno 5l
Farebné prevedenie podvozku	biela
Farebný dekor na bočniciach a čelách	áno, výber z 10-tich dekorov
Podsvietenie lôžka	áno



Matrac antidekubitný pasívny – JOSEPH VISCO

parameter	hodnota
typ	Pasívny matrac III. stupeň rizika vzniku dekubitu
Počet anatomických zón	5
Počet vrstiev	3
Materiál jadra	VISCO pena a PUR pena s prerezaním o hustote min. 40kg / m3
rozmer	200x89x14 cm
nosnosť matraca	200 kg
poťah matraca	Poťah pružný, paropriepustný 600 g/m2/24h, umývateľný, antialergický, antibakteriálne, odolný bežným dezinfekčným prostriedkom, so zníženou horľavosťou, prateľný, vodovzdornosť 2000 mm/Hg, CRIB 5
zips	Z dvoch strán, krytý légou proti zatečeniu

Výrobca: DOLSAN Medical Industries Co. Ltd



Položka č. 9 - Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko s bočnicami, antidekubitným matracom špecializované pre OAIM, požadovaný počet: 4 ks

Resuscitačné lôžko **PARDO HiTech ACT** s RTG ložnou plochou, integrovanými váhami a laterálnym náklonom

- lôžko pre OAIM – na uloženie pacienta v kritickom stave, v súlade s platnou normou STN EN 60601-2-52
- ložná plocha z HPL laminátu, s dvojitou autoregresiou, RTG plne kompatibilné s kazetou
- plastové bočnice po celej dĺžke pre maximálnu bezpečnosť pacienta, sklopné, s chráneným ovládaním
- centrálné brzdené kolieska pre ľahkú manipuláciu so smerovým vedením
- integrovaný váhový systém, dotykový ovládací panel
- Laterálny náklon 20°

parameter	hodnota
Rozmer lôžka	2240 x 970 mm
Rozmer ložnej plochy	2000 x 890 mm
Nosnosť lôžka	250 kg
Výškový zdvih	420 - 820 mm elektricky
Polohovanie	chrbtový (0-70°) + stehenný (0-45°) diel elektricky, lýtkový (0-18°) manuálne
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg:	± 18° elektricky
Autoregresia	dvojité (165 a 100 mm)
Ložná plocha	4-dielna, HPL laminát
Podvozok	4 x Ø 150mm dvojité kolieska s centrálnou brzdou a smerovou aretáciou
Bočnice	integrované plastové delené sklopné vertikálne s ochranou proti náhodnému spusteniu, tlmené
Čela	odnímateľné plastové s aretáciou
Mechanické odblokovanie chrbtového dielu (CPR)	áno
Laterálny náklon	0 - 20°
Ovládače	sesterský dotykový ovládač (LCD) s funkciou uzamykania jednotlivých polôh a pamäťovými funkciami CPR a TR, kardio kreslo a ovládaním váhového systému integrované v bočniciach s funkciou uzamykania jednotlivých polôh a pamäťou, nožný ovládač s ochranou proti nechcenému polohovaniu
Záložný zdroj	áno, s indikáciou stavu
Uhlomery náklonu v bočniciach	áno
5. koliesko	áno
Príslušenstvo	
Hrazda s plastovou hrazdičkou	áno
Infúzny stojan	áno,
Držiak infúzných púmp	áno
Predĺženie lôžka	áno, o 20 cm s matracovým dielom
Nárazové kolieska v rohoch	áno
Držiak RTG kazety	áno
Držiaky príslušenstva	Áno eurolišty
Držiak kyslíkovej fľaše	Áno 5 l
Farebné prevedenie podvozku	šedá
Farebný dekor na bočniciach a čelách	áno



Výrobca: Industrias H. Pardo SL

Aktívny antidekubitný matrac **NEODEC®** do IV. stupňa dekubitov

- samostatný matrac určený k uloženiu priamo na lôžko
- modulárna konštrukcia pre ľahkú údržbu
- transportný režim až 24 hodín
- Funkcia Easy Turn

parameter	hodnota
Typ	aktívny matrac IV. stupeň rizika vzniku dekubitu
Rozmer	2000x850x160 mm
Počet vrstiev	1
Technológia spojených ciel	2-1
Nosnosť	200 kg
Nastavenie tlaku	manuálne
Pracovný mód	statický, striedavý, transportný
Doba cyklu	10, 15, 20 min.
Funkcionalita	CPR, alarm – akusticko vizuálny
Kryt matraca	Paropriepustný 400 g/m ² /24 h a vode odolný 1500 mm/Hg, z antibakteriálnou úpravou pre pohodlie a hygienu pacienta obojstranne pružný horný kryt minimalizujúci trenie a šmykové sily, odolný voči účinkom krvi a moču a bežným dezinfekčným prostriedkom Pripevnené k základni matraca pomocou zipsov (360°) chránených krycou chlopňou na zabránenie vnikania tekutín Spomaľovač horenia, ľahko sa čistí a môže byť úplne odstránený na pranie



Výrobca: PPH „Real“

Všeobecné podmienky plnenia.

Na ponuku sa vzťahuje: záručná doba na všetky tovary 24 mesiacov, doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného tovaru a prvé zaškolenie obsluhy.

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Lehota viazanosti ponuky je do 31.12.2020

V Prahe 15. 03. 2020

Ing. Tomáš Köhler,
konateľ INDUBIA s.r.o

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Datum vystavení: 20.06.2019

Prohlášení o shodě vydává výrobce

**DOLSAN MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTION,
CONSTRUCTION, FOOD, MARKETING, INDUSTRY AND
TRADE LIMITED COMPANY**

Adresa:

Yenikent District Yavuz Road No: 31 Hasanoglan 06850
Ankara /Turecko

IČO:

310 058 4223 (Elmadag Vergi Dairesi)

Výrobek:

VIGOROUS 11 včetně variant 11S, 11SS

Model :

90101137

Popis a určení funkce výrobku:

Elektrické nemocniční lůžko, určené pro použití ve zdravotnictví
s aplikovaným příslušenstvím

Klasifikace výrobku jako prostředku
zdravotnické techniky:

Třída I nesterilní, bez měřicí funkce podle příl. 9 nařízení vlády
č. 54/ 2015 Sb - pravidlo 12.

1. Prohlášení

Prohlašuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití v souladu s návodem výrobce k obsluze bezpečný, účinný a vhodný pro poskytování zdravotní péče a že byly přijaté opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se něj vztahují, uvedených v odstavci 2.

2. Splněné technické požadavky

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, aplikovatelné specifické požadavky č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a č.481/2012 Sb. kterým se stanoví omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

3. Použité normy

Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným technickým normám, které byly použity při posuzování shody: EN 60601-1:2006/A1:2013, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6 ed. 3:2010, EN 60601-2-52:2010/A1:2015, EN ISO 14971:2012 , EN ISO 10993-10:2013, EN ISO 10993-5:2009,podle direktivy 93/42/EHS přílohy I.

4. Způsob posouzení shody a označení značkou shody CE

Posouzení shody bylo realizované stanoveným postupem podle přílohy 7 ve spojení s přílohou 5 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění. Výrobek je označený značkou shody CE a technická dokumentace je u ožena u výrobce.



Elmadag Vergi Dairesi

- ANKARA
ks: 866 14 51
10 058 4223

Podpis :

Generální ředitel

Ferhat YAVUZ

Dolsan Medikal Ekipmanlar İmalat İnşaat Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Bahçelievler Mah. Yavuz Cad. No: 31/A 06850 Hasanoğlu/Elmadag/Ankara/Türkiye Tel: 0312 866 19 74(pbx) Faks: 0312 866 14 51
Adres: Bahçelievler District Yavuz Road No: 31/A 06850 Hasanoğlu/Elmadag/Ankara/Turkey Phone: +90 312 866 19 74(pbx) Faks: +90 312 866 14 51

Web: www.dolsan.com.tr e-mail: info@dolsan.com.tr

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Datum vystavení: 20.06.2019

Prohlášení o shodě vydává výrobce :

**DOLSAN MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTION,
CONSTRUCTION, FOOD, MARKETING, INDUSTRY AND
TRADE LIMITED COMPANY**

Adresa:

Yenikent District Yavuz Road No: 31 Hasanoglan 06850
Ankara /Turecko

IČO:

310 058 4223 (Elmadag Vergi Dairesi)

Výrobek:

VIGOROUS 11 včetně variant 11S, 11SS

Model :

90101137

Popis a určení funkce výrobku:

Elektrické nemocniční lůžko, určené pro použití ve zdravotnictví
s aplikovaným příslušenstvím

Klasifikace výrobku jako prostředku
zdravotnické techniky:

Třída I nesterilní, bez měřicí funkce podle příl. 9 nařízení vlády
č. 54/ 2015 Sb - pravidlo 12.

1. Prohlášení

Prohlašuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití v souladu s návodem výrobce k obsluze bezpečný, účinný a vhodný pro poskytování zdravotní péče a že byly přijaté opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se něj vztahují, uvedených v odstavci 2.

2. Splněné technické požadavky

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, aplikovatelné specifické požadavky č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a č.481/2012 Sb. kterým se stanoví omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

3. Použité normy

Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným technickým normám, které byly použity při posuzování shody: EN 60601-1:2006/A1:2013, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6 ed. 3:2010, EN 60601-2-52:2010/A1:2015, EN ISO 14971:2012 , EN ISO 10993-10:2013, EN ISO 10993-5:2009,podle direktívy 93/42/EHS přílohy I.

4. Způsob posouzení shody a označení značkou shody CE

Posouzení shody bylo realizované stanoveným postupem podle přílohy 7 ve spojení s přílohou 5 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění. Výrobek je označený značkou shody CE a technická dokumentace je uložena u výrobce.



Podpis :

Generální ředitel

Ferhat YAVUZ

Dolsan Medikal Ekipmanlar İmalat İnşaat Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listu doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen, složenou z listu.

V Praze dne.....2.4.-06- 2019.....

Gabriela Kozáková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Evou Krejcarovou
notářkou v Praze



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Datum vystavení: 20.06.2019

Prohlášení o shodě vydává výrobce : **DOLSAN MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTION, CONSTRUCTION, FOOD, MARKETING, INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY**

Adresa: Yenikent District Yavuz Road No: 31 Hasanoglan 06850 Ankara /Turecko

IČO: **310 058 4223 (Elmadag Vergi Dairesi)**

Výrobek: **JOSEPH PUR**

Model : 90104101

Popis a určení funkce výrobku: Antidekubitní matrace z PUR pěny s příčným prořezem určené pro použití v standardní, akutní a dlouhodobé péči, včetně aplikovaného příslušenství - obalu

Klasifikace výrobku jako prostředku zdravotnické techniky: Třída I nesterilní, bez měřicí funkce podle příl. 9 nařízení vlády č. 54/ 2015 Sb - pravidlo 12.

1. Prohlášení

Prohlašuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití v souladu s návodem výrobce k obsluze bezpečný, účinný a vhodný pro poskytování zdravotní péče a že byly přijaté opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se něj vztahují, uvedených v odstavci 2.

2. Splněné technické požadavky

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

3. Použité normy

Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným technickým normám, které byly použity při posuzování shody : EN ISO 14971:2012, ČSN EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013 , podle direktivy 93/42/EHS přílohy I.

4. Způsob posouzení shody a označení značkou shody CE

Posouzení shody bylo realizované stanoveným postupem podle přílohy 7 ve spojení s přílohou 5 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění. Výrobek je označený značkou shody CE a technická dokumentace je uložena u výrobce.



Podpis :
Generální ředitel
Ferhat YAVUZ

Dolsan Medical Ekipmanlar İmalat İnşaat Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Datum vystavení: 20.06.2019

Prohlášení o shodě vydává výrobce : **DOLSAN MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTION,
CONSTRUCTION, FOOD, MARKETING, INDUSTRY AND
TRADE LIMITED COMPANY**

Adresa: Yenikent District Yavuz Road No: 31 Hasanoglan 06850
Ankara /Turecko

IČO: 310 058 4223 (Elmadag Vergi Dairesi)

Výrobek: **JOSEPH PUR**

Model : 90104101

Popis a určení funkce výrobku: Antidekubitní matrace z PUR pěny s příčným prořezem určené
pro použití v standardní, akutní a dlouhodobé péči, včetně
aplikovaného příslušenství - obalu

Klasifikace výrobku jako prostředku zdravotnické techniky: Třída I nesterilní, bez měřicí funkce podle příl. 9 nařízení vlády
č. 54/ 2015 Sb - pravidlo 12.

1. Prohlášení

Prohlašuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití v souladu s návodem výrobce k obsluze bezpečný, účinný a vhodný pro poskytování zdravotní péče a že byly přijaté opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se něj vztahují, uvedených v odstavci 2.

2. Splnění technické požadavky

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

3. Použité normy

Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným technickým normám, které byly použity při posuzování shody : EN ISO 14971:2012, ČSN EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013 , podle direktivy 93/42/EHS přílohy I.

4. Způsob posouzení shody a označení značkou shody CE

Posouzení shody bylo realizované stanoveným postupem podle přílohy 7 ve spojení s přílohou 5 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění. Výrobek je označený značkou shody CE a technická dokumentace je uložena u výrobce.



Generální ředitel
Ferhat YAVUZ

Dolsan Medikal Ekipmanlar İmalat İnşaat Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listu doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen, složenou z listu.

V Praze dne.....2.4.-06-2019

Gabriela Kozáková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Evou Krejcarovou
notářkou v Praze





AB – UYGUNLUK BEYANI
EC – DECLARATION of CONFORMITY

DATE OF ISSUE : 24.11.2016

CONFIRMATION DECLARATION ISSUED BY :

COMMERCIAL NAME : DUMAN ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

REGISTERED ADDRESS : BEYLİKDÜZÜ ORGANİZE SAN. BÖLGESİ AÇELYA CADDESİ
NO : 39/B1 PK.34524 BEYLİKDÜZÜ – İSTANBUL / TURKEY

PRODUCT NAME (MODEL) : AD-227/H

VARIANTS OF THE PRODUCT : Variants are specified in the technical documentation of the product .

DESCRIPTION AND FUNCTION DESIGNATION :

EMERGENCY STRECHER

SINIF / CLASSIFICATION : CLASS 1

DECLARATION :

I declare that the said product is safe under the conditions of common use in compliance with the instruction and that measures have been taken to ensure the conformity of all the products brought market with basic requirements of directives related MMD 93/42/EEC

MEANS OF ASSESSING CONFORMITY :

Conformity was assessed by the procedure stated MDD 93/42/EEC

AUTHORIZED :

ORHAN DUMAN
MANAGING DIRECTOR

Ověřený překlad z anglického jazyka

značka CE

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

DATUM VYDÁNÍ : 24. 11. 2016

POTVRZOVACÍ PROHLÁŠENÍ VYDANÉ :

OBCHODNÍ NÁZEV SPOLEČNOSTI : Duman Çelik Eşya San. Ve Tic. A.Ş.

REGISTROVANÁ ADRESA : BEYLIKDÜZÜ ORGANIZE SAN. BÖLGESİ AÇELYA CADDESİ
NO:39/B1 BEYLIKDÜZÜ - İSTANBUL / TÜRKİYE (Turecko)

NÁZEV PRODUKTU (MODEL) : AD 227/H

VARIANTA PRODUKTU: : varianty jsou uvedeny v technické dokumentaci výrobku

POPIS FUNKCE A OZNAČENÍ :
NOUZOVÝ NOSÍTKA

KLASIFIKACE : třída 1

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašujeme, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek běžného používání v souladu s pokyny a že byla přijata opatření k zajištění shody všech výrobků v souladu s požadavky směrnic Evropského hospodářského společenství o zdravotnických prostředcích / 93/42 / EHS

PROSTŘEDKY POSOUZENÍ SHODY:

Shoda byla hodnocena uvedeným postupem Evropského hospodářského společenství o zdravotnických prostředcích / 93/42 / EHS

OPRÁVNĚNÝ

ORHAN DUMAN

JEDNATEL FIRMY

razítko společnosti

_(podpis)

Duman Çelik Eşya San. Ve Tic. A.Ş

Orhan Duman

Beylikdüzü O.S.B. Açelya Cad.

No:39/B1 Beylikdüzü/İSTAMBUL

Beylikdüzü V.O.: 314 003 2991

Mersis No.: 0-3140-0328-9100012

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 3236/2019..... deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.: 3236/2019..... of the Journal.

Dne/on: 5.8.2019.....

kulaté razítko: Lenka Petrášová, tlumočnick jazyka anglického

round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Datum vystavení: 20.06.2019

Prohlášení o shodě vydává výrobce : **DOLSAN MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTION,
CONSTRUCTION, FOOD, MARKETING, INDUSTRY AND
TRADE LIMITED COMPANY**

Adresa: Yenikent District Yavuz Road No: 31 Hasanoglan 06850
Ankara /Turecko

IČO: **310 058 4223 (Elmadag Vergi Dairesi)**

Výrobek: **JOSEPH VISCO**

Model : 90104103

Popis a určení funkce výrobku: Antidekubitní matrace z PUR a VISCO pěny s příčným prořezem určené pro použití v standardní, akutní a dlouhodobé péči, včetně aplikovaného příslušenství - obalu

Klasifikace výrobku jako prostředku zdravotnické techniky: Třída I nesterilní, bez měřicí funkce podle příl. 9 nařízení vlády č. 54/ 2015 Sb - pravidlo 12.

1. Prohlášení

Prohlašuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití v souladu s návodem výrobce k obsluze bezpečný, účinný a vhodný pro poskytování zdravotní péče a že byly přijaté opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se něj vztahují, uvedených v odstavci 2.

2. Splněné technické požadavky

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

3. Použité normy

Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným technickým normám, které byly použity při posuzování shody : EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013 , podle direktivy 93/42/EHS přílohy I.

4. Způsob posouzení shody a označení značkou shody CE

Posouzení shody bylo realizované stanoveným postupem podle přílohy 7 ve spojení s přílohou 5 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění. Výrobek je označený značkou shody CE a technická dokumentace je uložena u výrobce.



Podpis :
Generální ředitel
Ferhat YAVUZ

Dolsan Medikal Ekipmanlar İmalat İnşaat Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Datum vystavení: 20.06.2019

Prohlášení o shodě vydává výrobce :

**DOLSAN MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTION,
CONSTRUCTION, FOOD, MARKETING, INDUSTRY AND
TRADE LIMITED COMPANY**

Adresa:

Yenikent District Yavuz Road No: 31 Hasanoglan 06850
Ankara /Turecko

IČO:

310 058 4223 (Elmadag Vergi Dairesi)

Výrobek:

JOSEPH VISCO

Model :

90104103

Popis a určení funkce výrobku:

Antidekubitní matrace z PUR a VISCO pěny s příčným prořezem určené pro použití v standardní, akutní a dlouhodobé péči, včetně aplikovaného příslušenství - obalu

Klasifikace výrobku jako prostředku zdravotnické techniky:

Třída I nesterilní, bez měřicí funkce podle příl. 9 nařízení vlády č. 54/ 2015 Sb - pravidlo 12.

1. Prohlášení

Prohlašuji, že uvedený výrobek je za podmínek obvyklého použití v souladu s návodem výrobce k obsluze bezpečný, účinný a vhodný pro poskytování zdravotní péče a že byly přijaté opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky nařízení vlády, která se něj vztahují, uvedených v odstavci 2.

2. Splnění technické požadavky

Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v platném znění Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky.

3. Použité normy

Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným technickým normám, které byly použity při posuzování shody : EN ISO 14971:2012, EN ISO 10993-5:2009, EN ISO 10993-10:2013 , podle direktivy 93/42/EHS přílohy I.

4. Způsob posouzení shody a označení značkou shody CE

Posouzení shody bylo realizované stanoveným postupem podle přílohy 7 ve spojení s přílohou 5 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. v platném znění. Výrobek je označený značkou shody CE a technická dokumentace je uložena u výrobce.



Generální ředitel
Ferhat YAVUZ

Dolsan Medikal Ekipmanlar İmalat İnşaat Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listu doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen, složenou z listu.

V Praze dne 24-06-2019

Gabriela Kozáková
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Evou Krejcarovou
notářkou v Praze





AB – UYGUNLUK BEYANI
EC – DECLARATION of CONFORMITY

DATE OF ISSUE : 24.11.2019

CONFIRMATION DECLARATION ISSUED BY :

COMMERCIAL NAME : DUMAN ÇELİK EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş.

REGISTERED ADDRESS : BEYLİKDÜZÜ ORGANİZE SAN. BÖLGESİ AÇELYA CADDESİ
NO : 39/B1 PK.34524 BEYLİKDÜZÜ – İSTANBUL / TURKEY

PRODUCT NAME (MODEL) : AD-379 CYGNUS

VARIANTS OF THE PRODUCT : Variants are specified in the technical documentation of the product .

DESCRIPTION AND FUNCTION DESIGNATION :

PATIENT LIFT

SINIF / CLASSIFICATION : CLASS 1

DECLARATION :

I declare that the said product is safe under the conditions of common use in compliance with the instruction and that measures have been taken to ensure the conformity of all the products brought market with basic requirements of directives related MMD 93/42/EEC

MEANS OF ASSESSING CONFORMITY :

Conformity was assessed by the procedure stated MDD 93/42/EEC

AUTHORIZED :

ORHAN DUMAN
MANAGING DIRECTOR

Ověřený překlad z anglického jazyka

značka CE

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

DATUM VYDÁNÍ : 24. 11. 2019

POTVRZOVACÍ PROHLÁŠENÍ VYDANÉ :

OBCHODNÍ NÁZEV SPOLEČNOSTI : Duman Çelik Eşya San. Ve Tic. A.Ş.

REGISTROVANÁ ADRESA : BEYLIKDÜZÜ ORGANIZE SAN. BÖLGESİ AÇELYA
CADDESİ

NO:39/B1 BEYLIKDÜZÜ - İSTANBUL / TÜRKİYE (Turecko)

NÁZEV PRODUKTU (MODEL) : AD - 379 CYGNUS

VARIANTA PRODUKTU: : varianty jsou uvedeny v technické dokumentaci výrobku

POPIS FUNKCE A OZNAČENÍ :

ZVEDAK PACIENTA

KLASIFIKACE : třída 1

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašujeme, že uvedený výrobek je bezpečný za podmínek běžného používání v souladu s pokyny a že byla přijata opatření k zajištění shody všech výrobků v souladu s požadavky směrnic Evropského hospodářského společenství o zdravotnických prostředcích / 93/42 / EHS

PROSTŘEDKY POSOUZENÍ SHODY:

Shoda byla hodnocena uvedeným postupem Evropského hospodářského společenství o zdravotnických prostředcích / 93/42 / EHS

OPRÁVNĚNÝ

ORHAN DUMAN

JEDNATEL FIRMY

razítko společnosti

(podpis)

Duman Çelik Eşya San. Ve Tic. A.Ş

Orhan Duman

Beylikdüzü O.S.B. Açelya Cad.

No:39/B1 Beylikdüzü/İSTAMBUL

Beylikdüzü V.O.: 314 003 2991

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č.138/2019..... deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.:28/2019..... of the Journal.

Dne/on:1. 2. 19.....



kulaté razítko: Lenka Petrášová, tlumočnick jazyka anglického
round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language



Dátum vystavenia: 01.03.2016

Vyhlásenie o zhode vydáva výrobca : **DOLSAN MEDICAL EQUIPMENT PRODUCTION, CONSTRUCTION, FOOD, MARKETING, INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY**

Adresa: Yenikent District Yavuz Road No: 31 Hasanoglan 06850
Ankara /Turecko

IČO: **310 058 4223 (Elmadag Vergi Dairesi)**

Výrobok: **VIGOROUS 10**

Model : 90101136 s váhami

Popis a určenie funkcie výrobku: Elektrické nemocničné lôžko určené pre použitie v štandardnej alebo intenzívnej starostlivosti , vrátane aplikovaného príslušenstva.

Klasifikácia výrobku ako prostriedku zdravotníckej techniky: **Trieda I nesterilná, s meracou funkciou podľa nariadenia vlády č. 215/ 2013.**

1. Prehlásenie

Prehlasujem, že uvedený výrobok je za podmienok obvyklého použitia v súlade s návodom k obsluhu bezpečný, účinný a vhodný pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, a že boli prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami nariadenia vlády, ktoré sa naň vzťahujú, uvedených v odstavci 2.

2. Splnené technické požiadavky

Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú a ktoré sú uvedené v platnom znení Nariadenia vlády č. **215/2013**, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na zdravotnícke pomôcky a tiež v Nariadení vlády č. **436/2008**, o technických požiadavkách na strojné zariadenia a ďalej v Nariadení vlády č. **126/2016** v platnom znení, ktorým sa stanovujú technické požiadavky na váhy s neautomatickou činnosťou.

3. Použité normy

Uvedený výrobok zodpovedá týmto harmonizovaným technickým normám, ktoré boli použité pri posudzovaní zhody: STN EN 60601-1:2009-11 (36 4800), STN EN 60601-1-2 :2008-4 (36 4800), STN EN 60601-1-6: 2011-1 (36 4800), **STN EN 60601-2-52:2010-12** (36 4800), STN EN ISO 14971:2013-02 (85 5231) , podľa direktívy 93/42/EHS.

4. Spôsob posúdenia zhody a označenie značkou zhody CE

Posúdenie zhody bolo realizované stanoveným postupom podľa Nariadenia vlády č. **č. 215/2013** Zb. v platnom znení. Výrobok je označený značkou zhody CE a technická dokumentácia je uložená u výrobcu.

Ferhat YAVUZ

Dolsan Medikal Ekipmanlar İmalat İnşaat Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.

Deklaracja zgodności WE
z Dyrektywą 93/42/EWG o wyrobach medycznych
EC Declaration of Conformity with Medical Device Directive 93/42/EEC

Firma:
Company:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „REAL”
ADAM JACEK ZBRŃSKI
UL. KASZTANOWA 27
10-156 OLSZTYN

zapewnia i deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:
ensure and declare under sole responsibility, that our product of kind:

Materac przeciwoleczynowy zmiennociśnieniowy

model NEODEC, typ ND100-13011, ND100-13011T

w skład którego wchodzi:
pompa model NEODEC, typ ND100
materac typ 13011, 13011T

jest zgodny z mającymi zastosowanie wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG jak i Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010, Rozporządzeniami Ministra Zdrowia i został sklasyfikowany do klasy I zgodnie z regułą 12.

meet, where applicable, requirements of Directive 93/42/EEC so as requirements of Polish Medical Devices Act of 20 May 2010, and Ministry of Health Regulations and belong to class I according to rule 12.

Firma zaświadcza, że postępuje zgodnie z procedurą oceny zgodności opisaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia, paragraf 4 pkt 5 oraz załącznikiem nr 7 do w/w Rozporządzenia.

Company depose, that follows conformity assessment procedure described in Minister of Health Act of 17 February 2016 regarding essential requirements for medical devices, paragraph 4 point 5 and enclosure no 7.

Podpisano dnia: 30.08.2016
Signed this day:

Miejsce: Olsztyn
Place:

Osoba reprezentująca firmę:
Company represented by:

Nazwisko: Adam Zbrński
Name:

Podpis:
Signature:

Pieczęć firmy:
Official Seal / Stamp



Prohlášení o shodě ES se Směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích

Firma:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „REAL”
ADAM JACEK ZBROŃSKI
UL. KASZTANOWA 27
10-156 OLSZTYN

s plnou odpovědností ujišťuje a deklaruje, že výrobek:

Antidekubitní matrace proti proleženinám

model NEODEC, typ ND100-13011, ND100-13011T

jejíž součástí je:
kompresor model NEODEC, typ ND100
matrace typ 13011, 13011T

je shodná s požadavky Směrnice 93/42/EHS, zákona o zdravotnických výrobcích ze dne 20.05.2010 a vyhláškou ministerstva zdravotnictví a byla zařazená do I. třídy podle směrnice 12.

Firma potvrzuje, že postupuje v souladu s procedurou hodnocení shody popsanou ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví ze dne 17. února 2016 o základních požadavcích pro zdravotnické výrobky různého určení, paragraf 4 bod 5 a dále v příloze č. 7 k výše uvedené vyhlášce.

Podepsáno dne: 30.08.2016

Místo: Olsztyn

Osoba zastupující firmu:

Jméno: Adam Zbroński

Podpis: *[podpis]*

Razítko firmy:

Hranaté razítko:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
„REAL”
Adam Jacek Zbroński
Sídlo firmy: Olsztyn, ul. Kasztanowa 27
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16 p. 805
tel.: 89 533 10 13, fax: 89 533 39 78
DIČ: 739-050-30-71

Jako tłumacz przysięgły języka czeskiego wpisany na listę tłumaczy na podstawie pisma prezesa Sądu Wojewódzkiego w Czechach Budziejowicach wydane dnia 21.10.1980 r., nr sygn. 1604/80 Spr. poświadczam, że przekład zgodny jest z treścią czeskiego dokumentu.

Czynność tłumacza wpisana jest do dziennika pod numerem porządkowym: 326

Mgr Tadeusz Mazurkiewicz

W Taborze, dnia 2.8.2019

Jako tlumočník jazyka polského jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.10.1980 č.j. 1604/80 Spr. potvrzuji, že překlad listiny souhlasí s obsahem připojeného originálu (opisu) dokladu.

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem: 326 tlumočnického deníku.

Mgr. Tadeusz Mazurkiewicz

V Táboře, dne 2.8.2019



"EC" DECLARATION OF CONFORMITY

INDUSTRIAS PARDO, S.L.
C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía)
50198 La Muela, Zaragoza (Spain)
CIF: 850057322

Authorized company by the Spanish Agency of Medicines and Medical Devices (AEMPS) of the Spanish Ministry of Health nº 261 P.S.

HEREBY DECLARES THE DESIGN AND MANUFACTURING OF THE FOLLOWING PRODUCTS:

Type:	MEDICAL BED
Model:	HITECH
Serial number:	See labels
Manufacturing year:	See labels

This product is classified as a class I device, according to annex 93/42/CE.

ARE IN CONFORMITY WITH THE FOLLOWING PROVISIONS:

- Directive 93/42/CE European Parliament and Council, 14th June 1993, concerning medical devices.
- Directive 2006/42/CE European Parliament and Council, 17th may 2006, concerning the machinery by amending Directive 95/16/CE.
- Directive 2006/95/CE European Parliament and Council, 12th December 2006, relative to the approximation of the legislations of the Member States on the electrical material destined to be used with certain limits of tension.
- Directive 2004/108/CE European parliament and Council, 15th December 2004, relative to the approximation of the legislations of the Member States as for electromagnetic compatibility.

STANDARDS OF REFERENCE:

- Standard UNE-EN ISO 12100 "Safety of machinery. General principles for design risk assessment and risk reduction"
- Standard UNE EN 20324. "Degrees of protection provided by enclosure, IP code". Same as IEC 60529"
- Standard UNE EN 60204 -1, "Safety of the machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements"
- Standard UNE EN 60601-1, "Medical electrical equipment. Part 1: General requirements for safety and essential performance"
- Standard UNE EN 60601-1-2, "Medical electrical equipment. Part 2: General requirements for safety. Collateral standard: electromagnetic compatibility. Requirements and test"
- Standard EN 60601-2-52, "Medical electrical equipment. Part 2-52: Particular requirements for basic safety and essential performance of medical beds"

 pardo



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

INDUSTRIAS PARDO, S.L.

C/Los Angeles 5, (Poligono Centrovía)
50198 La Muela, Zaragoza (Španělsko)
CIF: B50057322

Společnost autorizovaná Španělskou agenturou pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (AEMPS), španělské Ministerstvo zdravotnictví, č. 261 P.S.

TÍMTO PROHLAŠUJE, ŽE NÁVRH A VÝROBA NÁSLEDUJÍCÍCH VÝROBKŮ:

Typ:	ZDRAVOTNICKÉ LŮŽKO
Model:	HITECH
Výrobní číslo:	Viz štítky
Rok výroby:	Viz štítky

Tento výrobek je klasifikován jako prostředek **třídy I** podle přílohy 93/42/ES.

JSOU VE SHODĚ S NÁSLEDUJÍCÍMI SMĚRNICEMI A NORMAMI:

- směrnice Evropského parlamentu a Rady **93/42/ES** ze dne 14. června 1993, o zdravotnických prostředcích
- směrnice Evropského parlamentu a Rady **2006/42/ES** ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
- směrnice Evropského parlamentu a Rady **2006/95/ES** ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí
- směrnice Evropského parlamentu a rady **2004/108/ES** ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility

REFERENČNÍ NORMY:

- norma **UNE-EN ISO 12100** „Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro konstrukci, posouzení a snižování rizik.“
- norma **UNE EN 20324** „Stupně ochrany zajištěné krytem, IP kód“ Totožné s normou IEC 60529
- norma **UNE EN 60204-1** „Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů. Část 1: Všeobecné požadavky“
- norma **UNE EN 60601-1** „Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost a základní funkčnost“
- norma **UNE EN 60601-1-2** „Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost. Skupinová norma: elektromagnetická kompatibilita. Požadavky a zkoušky.
- norma **EN 60601-2-52** „Zdravotnické elektrické přístroje. Část 2-52: Konkrétní požadavky na základní bezpečnost a základní výkon zdravotnických lůžek“

razítka s logem společnosti:

Industrias Hidráulicas Pardo, SL
NIF B-50057322
C/. Los Angeles, 5 - P. Centrovía
50198 LA MUELA (Zaragoza)
Tel. 976 300 - dále nečitelné

[podpis]

Adolfo Gaudes Martí
Technický manažer jakosti
Zaragoza, 29. března 2016

logo společnosti

loga: IQNet, ER, AENON,
značka CE

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 3236/2019..... deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.: 3236/2019..... of the Journal.

Dne/on: 5.8.2019.....

kulaté razítko: Lenka Petrášová, tlumočnick jazyka anglického

round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language



KÚPNA ZMLUVA č. /

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

Kupujúci:

Obchodné meno: **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.**
Sídlo: Banisko 273/1, 977 01 Brezno
IČO: 31 908 969
DIČ: 2021607687
IČ DPH: SK2021607687
koná: Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2777 8739
(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Obchodné meno: **INDUBIA s.r.o.**
Sídlo: Milady Horákové 42/127, 160 00 Praha, Česká republika
IČO: 28111290
DIČ: CZ28111290
IČ DPH: CZ28111290 resp. SK4020452513
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri vedeného Městským soudem v Praze, oddiel: C, vložka číslo: 166500
V mene spoločnosti koná: Ing. Tomáš Köhler, konateľ INDUBIA s.r.o.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 1957 1098
SWIFT: CEKOSKBX
(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom súťaže na obstaranie Časti VII. predmetu nadlimitnej zákazky s názvom **Zdravotnícka prístrojová technika III.**, ktorá bola vyhlásená zverejnením Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2020 zo dňa 10.02.2020 pod číslom 9279 - MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 027-061130 zo dňa 07.02.2020 (ďalej len „Verejná súťaž“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Ponuka Predávajúceho bola vo Verejnej súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet Zmluvy bude financovaný z 95 % z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Poskytovateľ NFP“), pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno" v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program a z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

Čl. I

Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnuteľné veci uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný tovar dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný. Predmet kúpy je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Špecifikácia predmetu kúpy. Predmet kúpy tvoria nižšie uvedené veci:

Č.p.	Názov	Množstvo (ks)	Identifikácia predmetu kúpy
1.	Expektačné elektricky polohovateľné lôžka	4	<i>Elektricky polohovateľné lôžko VIGOROUS 11 (90101137)+ matrac JOSEPH PUR vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>
2.	Transportné lôžko pre RTG-traumastretcher -traumatologický	1	<i>Hydraulické transportné lôžko AD 227/H - ER STRETCHER vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>
3.	Transportné lôžko pre RTG-traumastretcher - všeobecný	2	<i>Hydraulické transportné lôžko AD 227/H - ER STRETCHER vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>
4.	Transportné lôžko	1	<i>Hydraulické transportné lôžko AD 227/H - ER STRETCHER vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>
5.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko	6	<i>Elektricky polohovateľné lôžko VIGOROUS 11 (90101137)+ matrac JOSEPH VISCO vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>
6.	Zdvíhacie zariadenie pre imobilných pacientov	1	<i>Zdvíhacie zariadenie AD-379 CYGNUS vrátane príslušenstva podľa špecifikácie.</i>
7.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom určené pre JIS	4	<i>Elektricky polohovateľné intenzívne lôžko VIGOROUS 10 (90101136) z váhovým systémom na stĺpových jednotkách+ aktívny matrac NEODEC vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>
8.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom - traumatologické lôžko	3	<i>Elektricky polohovateľné intenzívne lôžko VIGOROUS 10 (90101136) z váhovým systémom na stĺpových jednotkách+ matrac JOSEPH VISCO vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>
9.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko s bočnicami, antidekubitným matracom špecializované pre OAIM	4	<i>Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko HiTech ACT z váhovým systémom a laterálnym náklonom+ aktívny matrac NEODEC vrátane príslušenstva podľa špecifikácie</i>

vrátane dopravy na miesto dodania, t.j. zabezpečenie dopravy do miesta dodania a jeho vyloženie v mieste dodania, vybalenie a likvidáciu obalov, montáž a inštaláciu, uvedenie do prevádzky, preukázanie funkčnosti a zaškolenie zamestnancov Kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného tovaru Predávajúcim.

- 1.3. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
 - 1.3.1. návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
 - 1.3.2. záručný list,
 - 1.3.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
 - 1.3.4. vyhlásenia o zhode alebo CE certifikáty.
- 1.4. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

Čl. II

Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1. Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Kúpna cena**“).
- 2.2. Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH:	128 800,00 EUR
Sadzba DPH:	20 %
Cena s DPH:	154 560,00 EUR

(slovom: jedno sto päťdesiat štyri tisíc päťsto šesťdesiat EUR)

(ďalej aj ako „**Kúpna cena**“).
- 2.3. Kúpnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa bodu 1.2 článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.4. Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 2.5. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6. Splatnosť faktúry je (30) tridsať dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
- 1.1 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.7. Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
 - obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
 - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
 - číslo bankového účtu v tvare IBAN,

- názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru,
 - základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
 - výšku DPH spolu v mene EUR,
 - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
 - číslo a názov Zmluvy,
 - názov Projektu Rekonštrukcia a modernizácia Nemocnice s poliklinikou Brezno
- 2.8. Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami v zmysle bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

Čl. III

Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je adresa sídla Kupujúceho: Nemocnica s poliklinikou Brezno n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do ôsmich (8) týždňov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy v dohodnutom mieste dodania.
- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti: identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho, množstvo dodaného tovaru, sumu predmetného plnenia, potvrdenie o realizácii vyloženia tovaru v mieste dodania, jeho vybalenia a likvidácii obalov, montáži a inštalácii, uvedenia do prevádzky, preukázania funkčnosti a zaškolenia zamestnancov Kupujúceho týkajúce sa obsluhy dodaného tovaru, miesto dodania Predmetu kúpy, dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu, podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

Čl. IV

Záruka a zodpovednosť za vady

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Verejnej súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na Predmet kúpy je (24) dvadsaťštyri mesiacov odo dňa jeho prevzatia zo strany Kupujúceho.
- 4.3 Dátum prevzatia Predmetu kúpy bude uvedený na Preberacom protokole podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.

- 4.4 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.4.1 identifikáciu Zmluvy,
 - 4.4.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.4.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
 - 4.4.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.5 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.5.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
 - 4.5.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
 - 4.5.3 výmenu Predmet kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy,
 - 4.5.4 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.6 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.5 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.1 a 4.5.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.5.4 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný nastúpiť na odstránenie vady do (48) štyridsaťosem hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky. Predávajúci je povinný vykonať opravu Predmetu kúpy do (7) siedmich pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky. V prípade, ak nie je možné vykonať opravu Predmetu kúpy v lehote podľa prechádzajúcej vety tohto bodu Zmluvy a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak platí, že Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady zabezpečiť odobratie reklamovaného Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti a /alebo vady druhu z miesta dodania. Predávajúci je v tomto prípade povinný najneskôr do (10) desiatich pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky na vlastné náklady dodať Kupujúcemu do miesta dodania náhradný Predmet kúpy v kvalite dohodnutej podľa tejto Zmluvy (ďalej len „**náhradný Predmet kúpy**“). Na dodanie a preberanie náhradného Predmetu kúpy sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia týkajúce sa dodania a preberania Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy.
- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
 - bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Čl. V

Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,05 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

Čl. VI

Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho až momentom prevzatia príslušného Predmetu kúpy, resp. jeho časti. Do okamihu reálneho prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy Predávajúci.

Čl. VII

Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
- 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
 - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (30) tridsať dní,
 - 7.4.4 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,

- 7.4.5 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora,
- 7.4.6 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzvy Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 3.4 tejto Zmluvy.
- 7.5 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.6 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 7.7 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

Čl. VIII

Subdodávateľa

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 3 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.3 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 3 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie subdodávateľov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto článku Zmluvy.
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške

10 000,00 EUR (slovom: desaťtisíc euro) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

Čl. IX

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.3.1 za Predávajúceho:
meno: *Ing. Tomáš Köhler*
tel: *+420 605 419 592*
e-mail: *tomas.kohler@indubia.cz*
- 9.3.2 za Kupujúceho:
meno: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
tel: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
e-mail: *[doplní Kupujúci najneskôr pri podpise Zmluvy]*
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej lehote, písomnosť sa považuje za doručenie tretím dňom po vrátení písomnosti odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickú komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „Zmluva o NFP“), zaväzuje sa Predávajúci strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- 9.6.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- 9.6.2 Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- 9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- 9.6.4 orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

- 9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- 9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- 9.6.7 osoby prizvané orgánmi podľa bodu 9.6.1 až 9.6.6 vyššie v súlade s príslušnými Právnymi predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

Predávajúci je povinný strpieť kontrolu zo strany Poskytovateľa NFP v zmysle Zmluvy o NFP medzi poskytovateľom a prijímateľom NFP.

- 9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.8 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak.
- 9.9 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
- 9.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 9.11 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:
 - Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy *[predloží úspešný uchádzač - bude v súlade s jeho ponukou a Časťou B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov]*
 - Príloha č. 2 Cenová tabuľka *[predloží uchádzač vo svojej ponuke]*
 - Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov *[predloží úspešný uchádzač najneskôr pri podpise Zmluvy]*

V Brezne, dňa

V Prahe, dňa 15.03.2020

Kupujúci:

Predávajúci:

Za Nemocnicu s poliklinikou Brezno n.o.
Ing. Jaroslav Mačejovský, riaditeľ

Za INDUBIA s.r.o.
Ing. Tomáš Köhler, konateľ

DETAIL PLATBY



Číslo účtu:	SK71 7500 0000 0040 1957 1098
Typ platby	Odoslaná platba elektronicky
Dátum zaúčtovania	21.02.2020
Suma	-2 900,00 €
Číslo protiúčtu	SK74 1100 0000 0026 2777 8739
BIC	TATRSKBX
Referencia platiteľa	/VS28111290/SS/KS
Účel platby	Zdravotnicka pristrojova III. Cast 7
Identifikátor	SBA5W05311

Tento dokument je iba informatívny a nenahrádza výpis z účtu.

Československá obchodná banka, a. s., Žitkova 11, 811 02, Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B, www.csob.sk, tel. kontakt: 0850 111 777

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

INDUBIA s.r.o., zastúpený **Ing. Tomáš Köhler** ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Zdravotnícka prístrojová technika III. (Časť VII.)** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2020 zo dňa 10.02.2020 pod číslom 9279 - MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 027-061130 zo dňa 07.02.2020 (ďalej len „**verejná súťaž**“), týmto

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

- nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („**zainteresovaná osoba**“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto verejnej súťaže,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania v rámci verejnej súťaže,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania verejnej súťaže presné, pravdivé a úplné informácie.

V Prahe dňa 15. 03. 2020

Ing. Tomáš Köhler
konateľ INDUBIA s.r.o.

Vyhlasenie k podmienkam verejnej súťaže

INDUBIA s.r.o., zastúpený **Ing. Tomáš Köhler** ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky **Zdravotnícka prístrojová technika III. (Časť VII.)** vyhlásenej verejným obstarávateľom **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania č. 35/2020 zo dňa 10.02.2020 pod číslom 9279 - MST a v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 2020/S 027-061130 zo dňa 07.02.2020 (ďalej len „**verejná súťaž**“), týmto

vyhlasujem

- (i) že v plnom rozsahu a bez výhrad súhlasím so všetkými podmienkami verejnej súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže, v súťažných podkladoch pre vypracovanie ponúk a ich prílohách, ktoré som v súvislosti s touto verejnou súťažou prevzal, vrátane obchodných podmienok (návrh zmluvy), ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, a
- (ii) že všetky mnou predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

Zároveň týmto vyhlasujem, že v prípade uzavretia záväzkového vzťahu s verejným obstarávateľom na vyššie uvedený predmet obstarávania:

- ☒ nebudem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom subdodávateľa/-ov,
- ☐ informácie o subdodávateľoch uvediem verejnému obstarávateľovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy (napr. z dôvodu, že v čase predkladania ponuky mi informácie o subdodávateľoch nie sú známe),
- ☐ budem plnenie predmetu zmluvy poskytovať prostredníctvom nasledovných subdodávateľov v nasledovnom rozsahu:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa			Podiel subdodávky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 € bez DPH
			meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia		
							☐ Áno ☐ Nie
							☐ Áno ☐ Nie
							☐ Áno ☐ Nie

Ponuku v rámci tejto verejnej súťaže predkladám:

- ☒ samostatne,
- ☐ ako skupina dodávateľov, ktorú tvoria nasledovné subjekty:

Obchodné meno	Sídlo	IČO	Zástupca skupiny dodávateľov áno/nie

Vyhlasujeme, že pre účely elektronickej komunikácie k tejto zákazke, budeme využívať naše konto s užívateľským menom: **tomas.kohler@indubia.cz** (ďalej len „**Konto**“) na portáli **JOSEPHINE**. Berieme na vedomie, že dokumenty sa považujú za doručené ich odoslaním do nášho Konta na portáli **JOSEPHINE**, pričom kontrola Konta je na našej zodpovednosti.

V zmysle ustanovenia § 49 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujem, že sme ako uchádzač / uchádzač, ktorým je skupina dodávateľov vypracovali túto ponuku **

- ☒ samostatne,
- ☐ s využitím služieb alebo podkladov nasledovných osôb (pozn.: osôb odlišných od zamestnancov uchádzača / členov skupiny dodávateľov):

Obchodné meno / názov	Sídlo / adresa pobytu	IČO (ak bolo pridelené)

***Pri vyplňaní berte, prosím, do úvahy metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14.02.2019, východiskom ktorého je dôvodová správa k novele zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá v súvislosti s uvedením údajov osoby, ktorej služby uchádzač využil uvádza, že v praxi sa vyskytujú prípady, keď sa v tom istom verejnom obstarávaní objavujú ponuky obsahujúce rovnaké chyby, formulácie, prípadne iné znaky, ktoré sa javia ako indície protisúťažného správania. V rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa následne zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt, a tak sa pristúpilo k zavedeniu povinnosti uviesť údaje o takomto subjekte v ponuke. Vzhľadom na uvedené je možné vyjadriť názor, že v prípade ak sa na vypracovaní ponuky podieľal iný subjekt (napr. subdodávateľ) túto skutočnosť uchádzač uvedie.*

Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZoOU“), a v rozsahu, v akom to predpisuje ZoOU, som si od všetkých dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú obsiahnuté v mojej ponuke, zabezpečil všetky potrebné súhlasy so spracovaním osobných údajov za účelom podania tejto ponuky a poučil všetky dotknuté osoby o spôsobe a rozsahu spracovania ich osobných údajov na účel podania tejto ponuky. Zároveň vyhlasujem a potvrdzujem, že všetky dotknuté osoby mi udelili svoj súhlas na to, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté, a aby ich ďalej za deklarovaným účelom spracovával tak verejný obstarávateľ ako aj spoločnosť Tatra Tender s.r.o., ktorá pre verejného obstarávateľa vykonáva niektoré činnosti spojené s realizáciou verejného obstarávania.

V Prahe dňa 15. 03. 2020

Ing. Tomáš Köhler
konateľ INDUBIA s.r.o.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.

Predmet zákazky: **Zdravotnícka prístrojová technika III. – Časť VII.**

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	INDUBIA s.r.o., Milady Horákové 42/127, 160 00 Praha, Česká republika	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno ☒	Nie ☐
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača		
		bez DPH	Hodnota DPH (%)	s DPH
Najnižšia cena	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	128 800,00 €	20	154 560,00 €

V Prahe, dňa 15.03.2020

Ing. Tomáš Köhler,
konateľ INDUBIA s.r.o.

Časť F. Cenová tabuľka

CENOVÁ TABUĽKA PRE ČASŤ VII. PREDMETU ZÁKAZKY

č.p.	Názov položky Opis položky	Množstvo (ks)	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena za položku v EUR bez DPH	DPH v EUR (sadzba 20 %)	Celková cena za položku v EUR vrátane DPH
1.	Expektačné elektricky polohovateľné lôžka	4	1 850,00	7 400,00	1 480,00	8 880,00
2.	Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher - traumatologický	1	1 850,00	1 850,00	370,00	2 220,00
3.	Transportné lôžko pre RTG- traumastretcher - všeobecný	2	1 850,00	3 700,00	740,00	4 440,00
4.	Transportné lôžko	1	1 850,00	1 850,00	370,00	2 220,00
5.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko	6	2 350,00	14 100,00	2820,00	16 920,00
6.	Zdvíhacie zariadenie pre imobilných pacientov	1	2900,00	2900,00	580,00	3 480,00
7.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom určené pre JIS	4	4 600,00	18 400,00	3 680,00	22 080,00
8.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžka s bočnicami a antidekubitným matracom - traumatologické lôžko	3	4 200,00	12 600,00	2 520,00	15 120,00
9.	Intenzívne elektricky polohovateľné lôžko s bočnicami, antidekubitným matracom špecializované pre OAIM	4	16 500,00	66 000,00	13 200,00	79 200,00
Celková cena za Časť VII. v EUR bez DPH				128 800,00		
Výška DPH v EUR (sadzba 20 %)				25 760,00		
Celková cena za Časť VII. v EUR vrátane DPH				154 560,00		

V Prahe, dňa 15.03.2020

Ing. Tomáš Köhler,
konateľ INDUBIA s.r.o.