

Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia
 Predpokladaná hodnota časti predmetu zákazky: 17.964,40 EUR bez DPH
 predpokladaný počet 29 ks

Predkladá (dodávateľ):	ULTRAMED s.r.o., Š. Moyses 431/14 965 01 Žiar nad Hronom
Ponúkaný typ (označenie):	ATMOS® E 341 Battery
Výrobca:	ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Ludwig-Kegel-Str. 16, 79853 Lenzkirch, Nemecko
Cena v € bez DPH / 1 ks :	619,46
Spolu v € bez DPH / 29 ks:	17 964,34
DPH	20%
Spolu v € s DPH / 29 ks:	21 557,21

Časť III. 3. kategória: Odsávačka transportná pre novorodenecké oddelenia



I. Technické špecifikácie odsávačky	
Požiadavka / Parameter	Plnenie (áno / nie / skutočné plnenie)
Transportná odsávačka	áno
Bezolejová piestová výveva - bezúdržbová	áno
Prevádzka na 220 V, na batériu, alebo autokonektorom 12VDC	áno
Sací výkon: min. 20 L vzduchu/min.	áno/34 L/min.
Regulovateľný podtlak – dosiahnuteľné vacuum -85 kPa	áno/-85 kPa
Hlučnosť: max. 60 dB pri maximálnom zaťažení	áno/60 dB
Hmotnosť 5,5 kg. (prenosné prevedenie)	áno/3,6 kg
Doba prevádzky na batériu 3,5 – 4 hod.	áno/4 hod.
Doba nabíjania batérie 4 hod.	áno/4 hod.
Farebne kódovaný manometer	áno
Svetelná indikácia chodu odsávačky a stavu batérie – farebné LED diódy	áno
Dvojnásobná ochrana proti presatiu systémom plavákových ventilov a MSF filtra	áno
Držiak 1 L. fľaše, 1 ks.	áno
1 L. polykarbonátová fľaša so šrobovacím vekom a plastovými prestupmi, 1 ks.	áno
Systém uchytenia na čelo/bočnicu patientskeho lôžka, systémom odklápacích držiakov	áno
Gumová ochrana zadnej časti prístroja, tlmíaca náraz	áno
Silikónový odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, resterilizovateľný 134°C, 1 ks.	áno
PVC sterilný odsávací okruh so stop ventilom a MSF filtrom, 1 ks.	áno
Podrobný manuál , praktická príručka na používanie vrátane dekontaminačného procesu	áno
Záruka 3 roky	áno
II. Záručný a pozáručný servis	
Komplexný záručný servis po dobu 36 mesiacov od doby inštalácie a prevzatia prístroja, v rámci ktorého sa dodávateľ zaväzuje vykonávať záručné opravy a servis dodaného prístroja, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov za cenu stanovenú výrobcom minimálne po dobu životnosti prístroja (najmenej po dobu 10 rokov). Zároveň sa dodávateľ zaväzuje vykonávať pravidelné prehliadky a profilaktické kontroly prístroja podľa pokynov a v termínoch stanovených výrobcom, pri dodržiavaní nasledovných lehôt: Profylaktické kontroly budú vykonávané v dohodnutých dňoch, v prípade v deň dostavenia sa k odstráneniu poruchy prístroja. V prípade poruchy prístroja sa vyžaduje reakčný čas dodávateľa k dostaveniu sa do miesta poruchy v lehote najneskoršie do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch) a začatiu opravy na mieste poruchy alebo prevzatia prístroja na opravu. V prípade, ak si charakter opravy nevyžaduje dodanie originálneho náhradného dielca, bude oprava vykonaná v lehote najneskoršie do 72 hodín. V lehote 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykoná dodávateľ bezplatnú bezpečnostnú technickú kontrolu, vrátane bezplatného odstránenia všetkých zistených väd a nedostatkov spadajúcich pod záruku, vrátane výmeny opotrebených náhradných dielcov prehliadku a z kontroly vyhotoví protokol.	áno

V Žiari nad Hronom, dňa: 30.01.2020

Sídlo spoločnosti: Žiar nad Hronom
 IČO: 43114965
 www.ultramed.sk
 Martin Továrek - konateľ