

## Všetkým záujemcom

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / ☎

Košice

06.12.2024

Vec:

### Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ vyhlásil v Európskom vestníku č. 195/2024 - 601112 zo dňa 07.10.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2024 zo dňa 08.10.2024 pod označením 24631 - MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú

#### „Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu“.

Verejnému obstarávateľovi bola od jedného zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď.

#### Verejný obstarávateľ dáva záujemcom na vedomie:

Doručené otázky, ako aj samotné odpovede (ktoré sú súčasťou tohto dokumentu) obsahujú informácie ako názov výrobcu, názvy systémov konkrétneho výrobku, linky na webovú stránku výrobcu a pod.

Nakoľko plynie lehota na predkladanie ponúk a z dôvodu zachovania princípov verejného obstarávania, tieto informácie verejný obstarávateľ anonymizoval (zvýraznené **tmavočervenou farbou**, resp. **čiernym prekrytím**).

#### 1.

##### Otázka č. 15:

Vážený Verejný obstarávateľ. Na základe vašej odpovede zo dňa 21.11.2024 na našu žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s názvom „Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiodiagnostiky vrátane pozáručného servisu“ vyhlásenom v Európskom vestníku č. 195/2024 - 601112 zo dňa 07.10.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2024 zo dňa 08.10.2024 pod označením 24631 - MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní Vám predkladáme Prehlásenie výrobcu **Abc** k nami namietaným parametrom. Na základe prehlásenia výrobcu vás opätovne žiadame o zmenu technickej špecifikácie tak, aby sme sa mohli zúčastniť verejného obstarávania s nami ponúkaným MR prístrojom **Aaa**, ktorý predstavuje plnohodnotný technický aj klinicko-medicínsky ekvivalent k požadovanej špecifikácii verejného obstarávania. Pripomíname ešte, že čo sa týka popisu funkcie systému **Abc Xxx**, v návode na použitie je aj upozornenie ako sa nemá KPR vykonávať, a to je presne časť ktorú si Verejný obstarávateľ vybral a nesprávne interpretoval. Máme za to, že v prípade verejného obstarávania má byť dodržaný princíp transparentnosti a otvorenosti a má byť umožnená

účasť viacerých uchádzačov, a to najmä ak sa jedná o obstarávanie financované z verejných prostriedkov ako aj z Eurofondov. Ďakujeme.

Prehlásenie výrobcu:

## Vyhlásenie výrobcu

Týkajúce sa: Verejné obstarávanie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.  
Názov Verejného obstarávania: Prístroj pre magnetickú rezonanciu pre potreby kardiagnostiky vrátane pozáručného servisu (ID: 517322)  
Dátum zverejnenia: 08.10.2024  
Zverejnené vo vestníku: 199/2024 pod číslom 24631 - MST

Všetkým, ktorých sa to týka

My, [REDACTED] etablovaný výrobca a dodávateľ zdravotníckych zariadení, so sídlom na adrese [REDACTED] (" [REDACTED] ") chceli by sme potvrdiť nižšie uvedené špecifikácie pre Verejné obstarávanie vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. ("Verejné obstarávanie") podľa požiadaviek Verejného obstarávania. Tieto špecifikácie platia pre ponúkaný systém MR, [REDACTED] (" [REDACTED] "):

Požiadavka Verejného obstarávania č. 7.4:

Plne odnímateľný patientský stôl na kolieskach od gantry (tela) MR pre rýchlu evakuáciu pacienta v núdzovej situácii. Má sa na mysli schopnosť úplného odpojenia patientskeho lôžka aj s jeho spodnou bázou na kolieskach a schopnosť jeho transportu mimo faradayovej kľetky.

Odpoveď [REDACTED]:

Ponúkaný systém transportu pacienta [REDACTED] predstavuje plnohodnotný technický aj klinicko-medický ekvivalent k požiadavku č. 7.4. Je to celosvetovo používané a akceptované riešenie umožňujúce plnohodnotnú KPR v prípade emergentnej situácie ako aj plnohodnotnú manipuláciu s ležiacim pacientom a jeho transport v súlade s návodom na použitie.

[REDACTED] je kompatibilný s KPR podľa návodu na použitie. Podľa návodu na použitie by sa KPR mala vykonávať nasledovne: KPR u pacienta vykonávajú iba keď osoba vykonávajúca KPR stojí vedľa vozíka.

Požiadavka Verejného obstarávania č. 3.14:

Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na koleno), musí splniť Tx/Rx.

Odpoveď [REDACTED]:

Spoločnosť [REDACTED] prehlasuje, že aktuálne portfólio nových MR prístrojov s intenzitou magnetického poľa 1.5T, a to prístroje [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], nedodáva kolennú cievku, ktorá by splnila Tx/Rx. V návode na použitie je uvedená chybná informácia a aktuálne prebieha korekcia návodu na použitie.

[REDACTED]

Na základe horeuvedených prehlásení Vás žiadame o zmenu technickej špecifikácie tak, aby nebolo riešenie [REDACTED] diskriminované a vylúčené z verejného obstarávania.

V prípade rozporu medzi anglickou a miestnou verziou tohto vyhlásenia má prednosť anglický jazyk.

[REDACTED]

[REDACTED], 5 December 2024

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

### **Odpoveď na otázku č. 1**

Verejný obstarávateľ nemá za to, že by nesprávne interpretoval upozornenie na nesprávne vykonávanie KPR pri systéme Xxx, keďže vylúčený spôsob vykonávania KPR pre systém Xxx pri ktorom hrozí „vážne zranenie alebo smrť“ síce nepatrí medzi štandardné vykonávanie KPR, avšak vzhľadom na spektrum kardiologických pacientov so závažnou až morbidnou obezitou nie vylúčený tento postup v emergentných situáciách. Existuje významné riziko, že v prípade emergentnej situácie personál vykonávajúci KPR pristúpi k takémuto spôsobu realizovania rozšírenej resuscitácie s nutnosťou vykonávania KPR týmto spôsobom. Vzhľadom na uvedené a vzhľadom na predchádzajúcu argumentáciu verejného obstarávateľa v predchádzajúcich odpovediach na predchádzajúce otázky potenciálneho uchádzača verejný obstarávateľ nepovažuje systém Xxx za medicínsky ekvivalentný k požiadavke na „Plne odnímateľný patientský stôl na kolieskach od gantry (tela) MR pre rýchlú evakuáciu pacienta v núdzovej situácii, a taktiež verejný obstarávateľ nepovažuje tento systém za dostatočne bezpečný pri poskytovaní resuscitačnej starostlivosti. Má sa na mysli schopnosť úplného odpojenia patientskeho lôžka aj s jeho spodnou bázou na kolieskach a

schopnosť jeho transportu mimo faradayovej klietky.“. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ponuky ktoré nebudú spĺňať minimálne požiadavky pre prístroj v zmysle technickej špecifikácie.

Pri téme požadovanej kolennej cievky s technológiou Tx/Rx už verejný obstarávateľ uviedol svoju argumentáciu v predchádzajúcich odpovediach na predchádzajúce otázky potenciálneho uchádzača, pričom verejný obstarávateľ berie na vedomie prehlásenie výrobcu o chybných informáciách uvedenej na verejne dostupnom zdroji. Na základe už v predchádzajúcich odpovediach na otázky potenciálneho uchádzača uvedenej argumentácie verejného obstarávateľa verejný obstarávateľ nebude akceptovať ponuku prístroja bez kolennej cievky s technológiou Tx/Rx v zmysle znenia technickej špecifikácie.

Nakoľko predmetným vysvetlením nedošlo k naplneniu § 21 ods.4 ZVO, verejný obstarávateľ nepristúpi k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.