



Verejný obstarávateľ:

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica,  
Nám. L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA - VEREJNÁ SÚŤAŽ § 66 ods.7  
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov  
(TOVARY)**

## SÚŤAŽNÉ PODKLADY

**Predmet zákazky:** *Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb*

**Ing. Miriam Lapuníková, MBA**  
generálna riaditeľka

**Ing. Ivana Sklenková**  
ekonomická riaditeľka

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZovO“) potvrdzuje:

**Mgr. Michal Bošľa**  
referát verejného obstarávania

Osoba zodpovedná za vymedzenie predmetu zákazky a jeho opis podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní:

**Ing. Ľubica Mutalová**  
vedúca ONaL



## Obsah

- A Pokyny na vypracovanie ponuky
- B Podmienky účasti
- C Opis predmetu zákazky
- D Kritériá na vyhodnotenie ponúk
- E Spôsob určenia ceny
- F Obchodné podmienky
- G Tabuľka návrhov na plnenie kritérií

- Prílohy k SP:** Č.1 Identifikačné údaje uchádzača  
Č.2 Vyhlásenie ku konfliktu záujmov  
Č.3 JED

## A POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY

### 1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Úradný názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta B.Bystrica

IČO: 00 165 549

Poštová adresa: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

Krajina: Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Ing. Miriam Lapuníková, MBA – generálna riaditeľka

Ing. Ivana Sklenková - ekonomická riaditeľka

Internetová adresa: [www.nspbb.sk](http://www.nspbb.sk) ; <https://www.fnsfpdr.sk/>

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Bošela, referát verejného obstarávania

☎ Telefón: + 421 48 441 3240

✉ (e-mail): [mbosela@nspbb.sk](mailto:mbosela@nspbb.sk)

ďalej len „FNsP FDR“

Profil verejného obstarávateľa:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-profilov/detail/635>

### 2. Predmet zákazky

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZaVO“).

Predmetom zákazky je kúpa tovaru: **Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks** vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, fyzického prevzatia tovaru, odbornej inštalácie, technickej a sprievodnej dokumentácie, odovzdanie zariadenia do trvalej prevádzky, vykonania funkčnej skúšky, odborného zaškolenia personálu a záručného autorizovaného servisu v dĺžke minimálne 24 mesiacov, vrátane preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané zariadenie.

**Zákazka je rozdelená na 2 časti v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov a zostavy v nasledovnom rozsahu:**

#### Časť č.1:

**Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2 ks pre úsek Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN)**

Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2ks sa bude využívať pre novorodencov na úseku Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov úplne závislých na umelej pľúcnej ventilácii bez spontánnej dychovej aktivity, vyžadujúci rôzne modifikácie UPV (konvenčné a nekonvenčné)

#### Časť č.2:

**Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks pre úsek Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS)**

Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks sa bude využívať na úseku Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS) k starostlivosti o neodkladných novorodencov s čiastočne zachovalou dychovou aktivitou modifikáciou nCPCAP, ako aj iné podporné ventilačné systémy s prechodom na UPV

Dodávateľ je povinný zabezpečiť na daný predmet zákazky odborné zaškolenie obsluhy, protokol o prevzatí a odovzdaní zariadenia do trvalej prevádzky, odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu vzťahuje a ktorá je potrebná na jej užívanie a na výkon vlastníckeho práva, v rozsahu zodpovedajúcom charakteru a bezpečnostno-technickým požiadavkám k používaniu zariadení.

Prístrojová technika musí byť *NOVÁ, NEPOUŽITÁ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKÝMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI* uvedenými verejným obstarávateľom.

Ponúkané zariadenia pre jednotlivé časti predmetu zákazky musia spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje v tých častiach predmetu zákazky, v ktorých v špecifikácii môže súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. *Opis predmetu zákazky*.

**Predpokladaná hodnota zákazky: 212 445,00 € bez DPH:**

**Časť 1: 87 000,00 Eur bez DPH**

**Časť 2: 125 445,00 Eur bez DPH**

Názov predmetu zákazky: Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

33157400-9 Lekárske dýchacie prístroje

50400000-9 opravy a údržba lekárskeho a presných zariadení

51110000-6 inštalácia elektrických zariadení

60000000-8 dopravné služby

### Rozdelenie predmetu zákazky

- 2.1 Predmet zákazky, je rozdelený na 2 časti v zmysle časti C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti. Čiastkové plnenie jednotlivých častí sa nepripúšťa.  
Každá časť predmetu zákazky sa bude vyhodnocovať zvlášť.
- 2.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
- 2.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

### 3 Zdroj finančných prostriedkov

- 3.1 Uhrada nákladov spojených s obstaraním predmetu zákazky bude realizovaná z účelovo vyčlenených kapitálových výdavkov ŠR alebo z vlastných zdrojov obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúry v prípade poskytnutia kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu bude 60 dní odo dňa jej doručenia.
- 3.2 V prípade ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené a ak sa kúpa bude realizovať zo zdrojov kupujúceho, kupujúci si vyhradzuje právo predmet zákazky financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa formou nákupu na splátky – 18 po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátok splatných k 25. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry a splátkového kalendára – rozpisu splátok. V prípade, že verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z kapitálových prostriedkov ŠR, bude financovanie upravené v súlade s pokynmi poskytovateľa zdrojov.

### 4 Typ zmluvy

#### 4.1 Výsledok postupu verejného obstarávania:

- 4.2.1 Výsledkom zadávania tejto nadlimitnej zákazky bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom na každú časť samostatne. Ak víťazom súťaže bude jeden uchádzač na obe časti, uzatvorí sa Kúpna zmluva jedna na predmetné časti spolu.

Ide o kúpnu zmluvu uzatvorenú v súlade § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

- 4.2.2 V prípade, že uchádzačom/záujemcom bude skupina dodávateľov, takýto uchádzač/ záujemca je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade úspešnosti ponuky skupiny dodávateľov členovia sú povinní vytvoriť takú právnu formu, aby všetci členovia skupiny dodávateľov ručili spoločne a nerozdielne.

## 5 Miesto a termín dodania predmetu zákazky

- 5.1 Miestom plnenia predmetu zákazky bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.
- 5.2 Dodanie predmetu zákazky na miesto určenia je stanovené **do 8 týždňov** od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, vrátane súvisiacich služieb.

## 6 Platnosť ponuky

- 6.1 Ponuky ostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do **31.12.2020**.

## 7 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi

- 7.1 Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia („ďalej len komunikácia“) medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
- 7.2 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZoVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.
- 7.3 JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne <https://josephine.proebiz.com>.
- 7.4 Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
  - Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
  - Google Chrome
  - Microsoft Edge.
- 7.5 Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručení záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
- 7.6 Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi, resp. uchádzačovi bude na ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca, resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže v komunikačnom rozhraní zobrazit' celú históriu o svojej komunikácii s verejným obstarávateľom.
- 7.7 Ak je odosielateľom informácie záujemca, resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému JOSEPHINE a k predmetnému obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnemu obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručení verejnemu obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.
- 7.8 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „**ZAÚJÍMA MA**

- TO“** (v pravej hornej časti obrazovky). Notifikačné e-maily sú taktiež doručované záujemcom, ktorí sú evidovaní na elektronickom liste záujemcov pri danej zákazke.
- 7.9 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby si pozorne prečítali zverejnený manuál JOSEPHINE – skrátený návod Účastník, v ktorom sa dozvedia všetky podstatné informácie pre prácu so systémom JOSEPHINE. Manuál sa nachádza na základnej stránke josephine.proebiz.com vpravo hore
- 7.10 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Verejný obstarávateľ tieto všetky podklady / dokumenty bude uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme JOSEPHINE.
- 7.11 Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revízných postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle § 170 ods. 8 písm. b) ZoVO.

## 8 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- 8.1 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom na webovej adrese: <https://josephine.proebiz.com/>.
- 8.2 V profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie je vo forme linku uvedená informácia o verejnom portáli systému JOSEPHINE – kde budú všetky informácie k dispozícii.
- 8.3 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia požiadaviek a podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch, v inej sprievodnej dokumentácii a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.
- 8.4 Verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred v zmysle § 48 ZoVO a súčasne verejný obstarávateľ vysvetlenie zverejní v komunikačnom systéme JOSEPHINE v sekcii dokumenty.
- 8.5 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnená vo webovej aplikácii JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenie okamihom uverejnenia vo webovej aplikácii JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk.

## 9 Obhliadka – nie je potrebná

## 10 Vyhodenie ponuky

- 10.1 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).
- 10.2 Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné urobiť týmito spôsobmi:
- a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.
  - b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 – 16.00 hod.



- c) vložení plnej moci na kartu uživateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 – 16.00 hod.
- d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
- 10.3 Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke „Ponuky a žiadosti“.
- 10.4 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
- 10.5 Všetky doklady požadované v zmysle týchto súťažných podkladov uchádzač predkladá ako originály alebo úradne overené kópie (ak nie je uvedené inak) naskenované a vložené do systému ako súčasť ponuky.
- 10.6 Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v takomto prípade uchádzač v doručenej ponuke predloží aj splnomocnenie s overenými podpismi, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu. Všetky strany ponuky, na ktorých boli vykonané dodatočné záznamy a opravy, musia byť podpísané osobou alebo osobami, ktoré podpísali ponuku.
- 10.7 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné.
- 10.8 Verejný obstarávateľ v zmysle prvej vety § 66 ods. 7 ZoVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZoVO sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZoVO.

## 11 Obsah ponuky

- 11.1 **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** obchodné meno alebo názov uchádzača, adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, právna forma, zápis uchádzača v Obchodnom registri, štát, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, **kontaktná osoba pre elektronickú aukciu** - meno a priezvisko, telefónne číslo, číslo faxu a **e-mail, na ktorý bude zaslaná pozvánka do elektronickej aukcie** (v prípade skupiny dodávateľov je potrebné uviesť identifikačné údaje všetkých členov skupiny), podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny – v zmysle Prílohy č. 1 týchto SP;

**Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.**

- 11.2 **Vyhlásenie uchádzača**, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s platnými podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom v týchto SP a v ostatných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk a bez výhrady a obmedzenia súhlasí s tým, že obchodné podmienky poskytnutia predmetu zákazky podľa časti "F – Obchodné podmienky - Kúpna zmluva" sú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie predmetu zákazky podľa časti "C – Opis predmetu zákazky" týchto SP, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
- 11.3 **Vyhlásenie uchádzača** o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s

- pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;
- 11.4 **ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTU ZÁUJMOV** v zmysle *Prílohy č. 2 týchto SP*, doplnené o požadované údaje, podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov podpísané členom skupiny, ktorý bude splnomocnený konať v danej veci za členov skupiny;
- 11.5 V prípade, ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom uchádzača alebo člena skupiny, verejný obstarávateľ požaduje predložiť aj splnomocnenie s notársky osvedčenými podpismi pre zástupcu uchádzača, že je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;
- 11.6 V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia zmluvy a aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky;
- 11.7 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny - lídra, ktorý bude oprávnený konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny;
- 11.8 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov v súlade s oznámením o vyhlásení VO a časti „B – Podmienky účasti“;
- 11.9 Doklad o zložení zábezpeky, v zmysle bodu 14 súťažných podkladov.
- 11.10 Dokumenty požadované na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky uvedené v časti „C – Opis predmetu zákazky“.
- 11.11 Návrh obchodných zmluvných podmienok – Kúpnej zmluvy vrátane príloh - **Príl. č. 1.** Podrobný technický *Opis predmetu zákazky*, **Príl. č. 2.** *Cenová ponuka* v minimálnej štruktúre požadovanej verejným obstarávateľom v časti „E – Spôsob určenia ceny“, v ktorom zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené v časti „C – Opis predmetu zákazky“, „F – Obchodné podmienky - Kúpna zmluva“ týchto SP, **Príl. č. 3.** *Zoznam subdodávateľov*, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
- 11.12 Tabuľku návrhov uchádzačov na plnenie kritérií, vypracovanú podľa časti „D – Kritéria na hodnotenie ponúk“ podľa časti „G – Tabuľky návrhov na plnenie kritérií.“; **vyplnenú pre tie časti, na ktoré uchádzač predkladá ponuku. Ostatné časti, na ktoré uchádzač nepredkladá ponuku, ponechá v tabuľke nevyplnené bez úprav.**
- Údaje uvedené v „Tabuľke návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ musia byť totožné s údajmi v ostatných častiach ponuky. Tabuľka musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny;

## 12 Jazyk ponuky

- 12.1 Ponuka sa predkladá v úradnom jazyku verejného obstarávateľa - v slovenskom jazyku.
- 12.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do úradného (slovenského) jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka.



### 13 Mena a ceny uvádzané v ponuke

- 13.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva a v súlade s podmienkami v Časti E- *Spôsob určenia ceny* v týchto SP.
- 13.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta, musí byť konečná a zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky a súvisiacich služieb v rozsahu podrobne vymedzenom v časti „C - *Opis predmetu zákazky*“ a „F - *Obchodné podmienky*“.
- 13.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (*d'alej len "DPH"*), navrhovanú zmluvnú cenu pre každú ponúknutú časť osobitne uvedie v požadovanom zložení:
- ✓ navrhovaná zmluvná cena uvedená v EUR bez DPH,
  - ✓ sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,
  - ✓ navrhovaná zmluvná cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH.
- podľa časti „C – Opis predmetu zákazky“ a časti „E - *Spôsob určenia ceny*“.
- Ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, v predloženej ponuke uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.

### 14 Zábezpeka

Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky.

#### 14.1 Zábezpeka je stanovená vo výške

Pre časť č. 1 predmetu zákazky: 2 500,00 € (slovom: dvetisíc päťsto eur).

Pre časť č. 2 predmetu zákazky: 3 500,00 € (slovom: tritisíc päťsto eur)

#### 14.2 Spôsoby zloženia zábezpeky:

- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
- poskytnutím bankovej záruky,
- poistením záruky

- **zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa**

Finančné prostriedky musia byť zložené v uvedenej čiastke na bankový účet verejného obstarávateľa:

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| IBAN              | : SK3581800000007000278282 |
| BIC               | : SPSRSKBA,                |
| Konštantný symbol | : 0558                     |
| Variabilný symbol | : 224                      |

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk.

Doba platnosti zábezpeky ponuky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk ako aj do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej a predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

- **poskytnutím bankovej záruky za uchádzača**

- Banková záruka/zábezpeka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.
- Uchádzač v ponuke predloží doklad o zložení zábezpeky – **originál bankovej záruky**. Platnosť poskytnutej bankovej záruky po uzavretí Zmluvy zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
- Uchádzač doklad o poskytnutí bankovej záruky, predkladá (okrem skenu dokladu o poskytnutí bankovej záruky v systéme JOSEPHINE) **aj v listinnej podobe** v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. Uchádzač vloží **originál bankovej záruky do samostatnej nepriehľadnej obálky**, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: „**Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb**“ (banková záruka) a s poznámkou „**SÚŤAŽ-NEOTVARAŤ**“.

- Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Uchádzač predloží záručnú listinu, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky zábezpeky. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou. Záručná listina musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka, okrem záručnej listiny v českom jazyku. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V záručnej listine musí byť uvedené, že v prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neuplynú v dôsledku § 173 ods. 10 až ods. 13 ZoVO, čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, predlžuje sa doba platnosti bankovej záruky.

- **poskytnutím poistenia záruky za uchádzača**

Poistná zmluva musí byť uzatvorená v súlade s platnou legislatívou o poisťovníctve tak, že poisteným je uchádzač a oprávnenou osobou z poisťnej zmluvy je verejný obstarávateľ. Doba platnosti poistenia záruky musí byť určená v poisťnej zmluve, ako aj v doklade vystavenom poisťovňou o existencii poistenia záruky, minimálne do skončenia lehoty viazanosti ponúk (resp. predĺženej lehoty viazanosti). Z dokladu vystaveného poisťovňou musí ďalej vyplývať, že poisťovňa uspokojí oprávnenú osobu (verejného obstarávateľa) za poisteného (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa v tejto súťaži, pričom v texte dokladu vystaveného poisťovňou musí byť súťaž nezameniteľne identifikovateľná názvom súťaže a číslom Výzvy, ktorou bola vyhlásená. Poisťovňa predĺži platnosť poistenia záruky v prípade, že bola lehota viazanosti ponúk predĺžená. Poisťovňa sa musí bezpodmienečne zaviazat' zaplatiť na účet verejného obstarávateľa pohľadávku krytú poistením záruky do 7 (siedmich) dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na jej zaplatenie. Poistenie záruky vzniká dňom uzavretia poisťnej zmluvy medzi poisťovňou a poisteným (uchádzačom) a zábezpeka vzniká dorúčením dokladu vystaveného poisťovňou o poistení záruky verejnému obstarávateľovi.

- Uchádzač v ponuke predloží doklad o poistení záruky – **originál poistenia záruky**.
  - Uchádzač doklad o poskytnutí poistenia záruky, predkladá (okrem skenu dokladu v systéme JOSEPHINE) **aj v listinnej podobe** v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa. Uchádzač vloží **originál poistenia záruky do samostatnej nepriehľadnej obálky**, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže: „**Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb**“ (poistenie záruky)“ a s poznámkou „**SÚŤAŽ-NEOTVARAŤ**“.
- 14.3 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač v lehote viazanosti ponúk
- a) odstúpi od svojej ponuky alebo
  - b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 ZoVO.
- 14.4 Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:
- a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,
  - b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky alebo
  - c) uzavretia zmluvy.
- 14.5 Verejný obstarávateľ uchováva v dokumentácii k verejnému obstarávaniu kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou na účely poistenia záruky, ak došlo k vráteniu ich originálov uchádzačovi.

## 15 Náklady na ponuku

- 15.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- 15.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú súčasťou dokumentácie vyhlásenej súťaže.

## 16 Predloženie ponuky

- 16.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
- 16.2 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZoVO a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.
- 16.3 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.
- 16.4 V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE **musia byť pripojené požadované naskenované doklady** (odporúčaný formát je „PDF“) tak, ako je uvedené v týchto súťažných podkladoch a vyplnený položkový elektronický formulár, ktorý zodpovedá návrhu na plnenie kritérií uvedenom v súťažných podkladoch.
- 16.5 Ak ponuka obsahuje **dôverné** informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
- 16.6 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému JOSEPHINE za každú časť samostatne v štruktúre: cena za MJ bez DPH, cena celkom za požadované množstvo MJ v EUR bez DPH, výška DPH, cena celkom za požadované množstvo MJ v EUR s DPH (kritérium hodnotenia).
- Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v Prílohe - G -TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRITÉRIÍ musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v ponukovom formulári systém JOSEPHINE.**
- 16.7 Po úspešnom nahraní ponuky do systému JOSEPHINE je uchádzačovi odoslaný notifikačný informatívny e-mail (a to na emailovú adresu užívateľa uchádzača, ktorý ponuku nahral).
- 16.8 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.
- 16.9 Uchádzač môže predloženú ponuku vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo „Stiahnuť ponuku“ a predložením novej ponuky).
- 16.10 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty oznámenej verejným obstarávateľom, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa rozhodnutia verejného obstarávateľa. Prípadné predĺženie lehoty bude uchádzačom dostatočne vopred oznámené formou elektronickej komunikácie v systéme JOSEPHINE.
- 16.11 Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania a šifrovania.
- 16.12 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihladať. Výnimkou je predloženie originálu dokladu o poskytnutí bankovej záruky resp. dokladu o poskytnutí poistenia záruky.
- 16.13 V kontexte § 49, ods. 1, písm. a) ZoVO upozorňujeme uchádzačov na náležitosti ponuky predkladanej elektronicky: **Heslo súťaže:** „Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb“.
- 16.14 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak:
- nedodrжал určený spôsob komunikácie,
  - obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo
  - nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

## 17 Miesto a lehota na predkladanie ponuky

- 17.1 Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE (webová adresa systému je <https://josephine.proebiz.com>), kde autentifikovaný uchádzač vkladá ponuku k danej zákazke.
- 17.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **02.03.2020 o 10:00 hod.** miestneho času.

- 17.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 17.2 tejto časti súťažných podkladov sa elektronicky neotvorí.

## 18 Zmena a odvolanie ponuky

- 18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

## 19 Otváranie ponúk

- 19.1 Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **02.03.2020 o 13.00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.
- 19.2 Otváranie ponúk je podľa § 54 ZoVO neverejné z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej verejnej súťaže použije elektronickú aukciu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posunúť termín otvárania ponúk.

## 20 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

- 20.1 V zmysle § 66 ods.7 ZoVO, verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZoVO.
- 20.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil prvý v poradí.
- 20.3 Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované postupy uvedené v § 40 ZoVO a § 152 ods. 4 ZoVO.
- 20.4 Pri posudzovaní splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania JOSEPHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.
- 20.5 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6 ZoVO.

## 21 Vyhodnotenie ponúk z hľadiska požiadaviek na predmet zákazky

- 21.1 Komisia vyhodnocuje ponuky podľa podmienok určených v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch za každú časť samostatne.
- 21.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytl uchádzači. Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne prostredníctvom systému JOSEPHINE požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmych chýb v písaní a počítaní.
- 21.3 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia podľa § 53 ods. 3 ZoVO písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
- 21.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak nastanú okolnosti podľa § 53 ods. 5 ZoVO.
- 21.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
- 21.6 Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi prostredníctvom systému JOSEPHINE vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.

## 22 Elektronická aukcia

### 22.1 Všeobecné informácie

- **Elektronická aukcia** je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
- Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnutení ponúk.
- **Vyhlasovateľ eAukcie** (ďalej len „vyhlasovateľ“) je Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica, nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica, bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch.
- **Predmet eAukcie** je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení VO a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
- **Administrátor** vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
- **Elektronická aukčná sieň** (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
- **Prípravné kolo** je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).
- **Aukčné kolo** (elektronická aukcia) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.

### 22.2 Priebeh elektronickej aukcie

- **Názov eAukcie:** „*Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks*“.
- Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny a to za každú časť predmetu zákazky samostatne.
- Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti:  
**Časť č.1:** Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2 ks pre úsek Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN)  
**Časť č.2:** Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks pre úsek Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS),
- Predmetom úpravy v elektronickej aukcii bude **jednotková cena za MJ za každú časť samostatne v EUR bez DPH** - tzn. za každú časť samostatne zaokrúhlená na dve desatinné miesta, tak ako je definovaná v časti „C - Opis predmetu zákazky“ týchto SP, pričom sa bude automaticky prerátavať celková ponuková cena za požadované množstvo danej časti. Celková cena bude vyjadrená v EUR s DPH a zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Kritériom na hodnotenie bude **cena celkom v EUR vrátane DPH za každú časť samostatne za požadované množstvo v danej časti**, na základe čoho bude určené aj relatívne umiestnenie uchádzačov v elektronickej aukcii za každú časť samostatne.
- Verejný obstarávateľ v systéme PROEBIZ zašle **Výzvu na účasť v elektronickej aukcii** (ďalej len „Výzva“) uchádzačovi elektronickými prostriedkami na e-mailovú adresu uvedenú na identifikačnom liste ponuky uchádzača obsahujúcom jeho identifikačné a kontaktné údaje.

Kontaktná e-mailová adresa na administrátora elektronickej aukcie:

Mgr. Michal Bošela, e-mail mbosela@nspbb.sk, tel. č.: +421 48 441 3240,

- Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami v systéme PROEBIZ súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili požiadavky na predmet zákazky a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových jednotkových cien za MJ v EUR bez DPH v elektronickej aukcii.



Tieto nové jednotkové ceny za MJ v EUR bez DPH systém elektronickej aukcie automaticky prepočíta na celkovú ponukovú cenu v EUR vrátane DPH za požadované množstvo v jednotlivých častiach predmetu zákazky.

- Vo Výzve verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola (kola Elektronickej aukcie).

Súčasťou výzvy na účasť bude prihláška do elektronickej aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom ju elektronickými prostriedkami odošle verejnému obstarávateľovi – administrátorovi elektronickej aukcie. Systém po doručení prihlášky zašle uchádzačovi desaťmiestny prístupový kľúč, prostredníctvom ktorého bude môcť uchádzač vstúpiť do e-aukčnej siene.

Elektronická aukcia má dve kolá: prípravné kolo a Aukčné kolo (kolo Elektronickej aukcie)

- V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami e-aukcie a popisom aukčného prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia jednotkových cien za MJ v EUR bez DPH, pravidiel predlžovania Aukčného kola (kola elektronickej aukcie) a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
- Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená e-aukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá administrátor aukcie a to v súlade s pôvodnými predloženými ponukami v systéme JOSEPHINE. Každý uchádzač do začiatku Aukčného kola (kola Elektronickej aukcie) bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení, harmonograme budú uvedené vo Výzve.
- Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia (v tých častiach predmetu zákazky, kde podali ponuku a kde splnili podmienky súťaže):
  - ich jednotkové ceny v EUR bez DPH za MJ za dané časti predmetu zákazky samostatne, kde predložili ponuku,
  - najnižšie jednotkové ceny v EUR bez DPH za MJ za dané časti predmetu zákazky samostatne, kde predložili ponuku,
  - ich prepočítaná celková ponuková cena v EUR vrátane DPH za dané časti predmetu zákazky samostatne, kde predložili ponuku,
  - najnižšia prepočítaná celková ponuková cena v EUR vrátane DPH za dané časti predmetu zákazky samostatne, kde predložili ponuku,
  - ich priebežné poradie v danej časti predmetu zákazky, kde predložili ponuku.
- V priebehu eAukcie počas konania Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie v danej časti.  
Počas Aukčného kola budú mať jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole.  
Po ukončení Aukčného kola už nebude možné upravovať ceny predmetnej časti predmetu zákazky, ktoré boli predmetom daného Aukčného kola.
- Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu jednotkovú cenu za MJ v EUR bez DPH za danú časť predmetu zákazky (t. j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste v danej časti predmetu zákazky, a taktiež okrem jednotkovej ceny za MJ v EUR bez DPH za danú časť sa nebude dať dorovnať ani najnižšia celková cena vrátane DPH za danú časť).



- V prípade, že viacerí uchádzači v ponuke predložia v niektorej časti predmetu zákazky rovnakú celkovú konečnú zmluvnú cenu za dodávku príslušnej časti predmetu zákazky v EUR, systém na začiatku Aukčného kola zobrazí uchádzačom s touto rovnakou cenou rovnaké umiestnenie v relatívnom poradí. Všetkým uchádzačom, ktorí v priebežnom relatívnom poradí budú na 1. mieste, odošle administrátor v rámci systému eAukcie správu o tom, že v priebežnom relatívnom poradí sú na 1. mieste v tejto časti predmetu zákazky viacerí uchádzači. Ak v eAukcii do skončenia nenastane zmena na 1. mieste v príslušnej časti predmetu zákazky a po jej skončení sa na 1. mieste umiestnia viacerí uchádzači, takýto výsledok eAukcie nebude pre verejného obstarávateľa prijateľný. Verejný obstarávateľ v takom prípade zruší verejné obstarávanie v príslušnej časti.
- Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je **0,3 %** z aktuálnej ceny položky daného uchádzača.

Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako **50 %**. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene položky daného uchádzača.

**Všetky časti predmetu zákazky budú hodnotené v eAukcii súčasne.**

V priebehu elektronickej aukcie počas aukčného kola, ktoré je nastavené na základný časový limit **20 minút**, budú mať jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky upravovať smerom dole.

eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote **20 min.** žiadne nové ceny, v žiadnej časti predmetu zákazky ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich bodoch.

Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny v ktorejkoľvek časti predmetu zákazky) v posledných **dvoch minútach** trvania eAukcie vždy o ďalšie **dve minúty** (tzn. v čase, kedy došlo k predĺženiu sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé **2 min.**). Počet predĺžení nie je limitovaný.

Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.

- Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej ponukovej ceny za danú časť predmetu zákazky automatizovaným vyhodnotením. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium najnižšia celková ponuková cena v EUR vrátane DPH za každú časť samostatne.
- Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
  - a) Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
  - b) Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia
  - c) Google Chrome
  - d) Microsoft Edge
- Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.
- Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
- Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

- Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.

## 23 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- 23.1 Verejný obstarávateľ v súlade s § 55 a § 40 ZoVO vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa § 40 ZoVO u uchádzačov, ktorí sa v jednotlivých častiach predmetu zákazky po elektronickej aukcii umiestnili na 1. mieste. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov.
- 23.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) ZoVO.
- 23.3 Úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach predmetu zákazky v tejto súťaži sa stanú tí uchádzači, ktorí ponúknu najnižšiu cenu celkom za príslušnú časť a ktorí splnia požiadavky a podmienky stanovené verejným obstarávateľom v oznámení a v súťažných podkladoch.
- 23.4 Úspešní uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom tak, aby mohla byť podľa § 56 ZoVO uzavretá, ak bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný.
- 23.5 Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy v jednotlivých častiach predmetu zákazky v súlade s § 56 ZoVO po uplynutí zákonom stanovených lehôt.

## 24 Subdodávateľa

- 24.1 Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch minimálne v rozsahu údajov, vid' príloha č.3 k návrhu zmluvy.
- 24.2 Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy určuje:
- 24.2.1 povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
- 24.2.2 pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje podľa odseku 24.1 o novom subdodávateľovi.

## 25 Uzavretie zmluvy

- 25.1 Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá najskôr jedenásť deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZoVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 5 ZoVO alebo ak neboli doručené námietky podľa ZoVO.
- 25.2 Úspešný uchádzač, alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi v súlade s § 56 ods. 8 ZoVO riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZoVO, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
- 25.3 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti podľa § 56 ods. 8 ZoVO, verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 56 ods. 9 až ods. 11 ZoVO.
- 25.4 Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu len s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľov uchádzača, ktorí majú povinnosť zapisovať sa

do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov vo väzbe na úpravu § 11 ZoVO.

- 25.5 Verejný obstarávateľ odstúpi od zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo bol z registra partnerov verejného sektora vymazaný.

## 26 Konflikt záujmov

- 26.1 Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
- 26.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
- 26.3 Verejný obstarávateľ je povinný prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistí konflikt záujmov. Opatreniami sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO uchádzača z tohto verejného obstarávania.
- 26.4 Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby záujemca / uchádzač / člen skupiny dodávateľov vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov.
- 26.5 Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.

## 27 Záverečné ustanovenia

Pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi platia príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## B. PODMIENKY ÚČASTI

### 1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZoVO:

- 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZoVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZoVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo v zmysle § 152 ZoVO. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na zmeny v § 32 ods. 1 písm. b) a c) a v ods. 2 písm. c) ZoVO platné od 01.12. 2019.
- 1.2 V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
- 1.3 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods.2 ZoVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
- 1.4 Verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia súťaže nemá prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy, preto nepripúšťa preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.

## 2. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 ZoVO:

### 2.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží:

Uchádzač predloží zoznam dodaných tovarov (novorodenecký servoventilátor) rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania, obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ktoré v danom období poskytoval pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov alebo iných odberateľov. V prípade, že uchádzač dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, dôkazom je referencia.

#### **Minimálna úroveň štandardov:**

Uchádzač predloží potvrdené referencie od odberateľov, s ktorým/i mal/má uzatvorenú zmluvu na dodanie tovarov (novorodenecký servoventilátor) rovnakého alebo podobného charakteru ako je vyžadovaný predmet zákazky, vo výške pre časť rozdeleného predmetu zákazky:

pre časť I. vo výške **40.000,00 EUR bez DPH**

pre časť II. vo výške **40.000,00 EUR bez DPH**

za obdobie predchádzajúcich troch rokov s tým, že referencia sa musí týkať tovaru, ktorý je predmetom ponuky (novorodenecký servoventilátor). Referencia nesmie byť použitá opakovane pre rôzne časti rozdeleného predmetu zákazky.

Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky pred vyhlásením tejto verejnej súťaže. Dôkazom je referencia. Referencia bude obsahovať nasledujúce údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa
- názov/obchodné meno a sídlo dodávateľa
- predmet zmluvy
- miesto plnenia zmluvy
- lehotu plnenia zmluvy (od - do, mesiac, rok)
- celkovú zmluvnú cenu v EUR s DPH
- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje
- kladné stanovisko odberateľa o úspešnosti realizácie tejto zmluvy a podpis osoby odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje a ktorá toto stanovisko za odberateľa potvrdzuje.

### 2.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač predloží:

Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy, servis.

#### **Minimálna úroveň štandardov:**

Minimálne požiadavky na Údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných za plnenie zmluvy: uchádzač uvedie meno/á, priezvisko/á a odbornú kvalifikáciu, oprávnenie osoby alebo osôb (servisného technika), ktorí budú zodpovední za plnenie zmluvy - inštaláciu, uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky, zaškolenie obsluhy a záručný autorizovaný servis a predloží doklad o odbornej kvalifikácii - osvedčenie/certifikát o odbornom zaškolení servisného technika/ov na inštaláciu, autorizovaný servis a údržbu ponúkaného zariadenia vydaný výrobcom zariadenia alebo autorizovaným zástupcom výrobcu, tak aby bol predpoklad zabezpečenia odbornej inštalácie, zaškolenia, prevádzkovania a servisu obstarávaného predmetu zákazky.

### 2.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 uchádzač predloží:

Certifikát alebo potvrdenie s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

#### **Minimálna požadovaná úroveň štandardov:**

Minimálne požiadavky na Vyhlásenia o zhode s doplňujúcimi podkladmi k nim:

- uchádzač predloží ES vyhlásenie o zhode na ponúkané zariadenie s doplňujúcimi podkladmi k nemu, certifikáty vydané autorizovanými osobami resp. notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov. V prípade, ak uchádzač predkladá ES vyhlásenie o zhode, v ktorom sa odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho vydanie, musia byť tieto doplňujúce dokumenty súčasťou predloženého ES Vyhlásenia o zhode.

ES vyhlásenie o zhode uchádzač predkladá ako originál alebo jeho úradne overenú kópiu a doplňujúce dokumenty k ES Vyhláseniu o zhode (napr. CE Certifikát) ako neoverenú fotokópiu.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí ísť o osoby, ktoré reálne danými zdrojmi disponujú. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZoVO; oprávnenie dodávať tovar, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Iné osoby musia poskytovať kapacity **priamo** uchádzačovi, resp. záujemcovi a teda sa nemôžu spoliehať na kapacity iných subjektov v rade za sebou, t. z. že **nie je možné, aby došlo k poskytnutiu kapacít cez „ret’az“ iných (tretích) osôb.**

#### Jednotný európsky dokument

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 ZoVO Jednotným európskym dokumentom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Manuál k vyplňaniu jednotného európskeho dokumentu je možné nájsť na:

<https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html>

Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že

- a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
- b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
- c) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, jednotný európsky dokument obsahuje informácie podľa prechádzajúceho bodu týchto súťažných podkladov aj o tejto osobe.

Verejný obstarávateľ neumožňuje vyplniť oddiel Globálny údaj pre všetky podmienky účasti.

#### Spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti:

Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je preukázanie všetkých požadovaných dokladov a dokumentov uvedených v tejto časti SP – „B - Podmienky účasti“.

Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk budú splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži posudzovať v súlade s § 55, resp. 40 ZoVO a ďalšími ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s časťou „B – Podmienky účasti“ týchto súťažných podkladov.

Uchádzač, ktorého splnenie podmienok účasti bude aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom **N** – požiadavka nesplnená, nesplnil podmienky účasti verejného obstarávateľa a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a ponuka bude v súlade s § 40 ods. 6 ZoVO z verejnej súťaže vylúčená.



## C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

**Predmet zákazky:** „*Novorodenecký servoventilátor*“ v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadenia, odovzdania sprievodnej a technickej dokumentácie, odborného zaškolenia obsluhy a záručného autorizovaného servisu vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkané zariadenie pre potreby Neonatologickej kliniky SZU Perinatologického centra FNŠP F. D. Roosevelta Banská Bystrica na umelú pľúcnu ventiláciu v rámci vysokošpecializovanej intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti o kriticky chorých a predčasne narodených novorodencov poskytovanú v rámci celého Banskobystrického kraja.

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

### Časť č.1:

**Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2 ks pre úsek Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN)**

Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2 ks sa bude využívať pre novorodencov na úseku Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov úplne závislých na umelej pľúcnej ventilácii bez spontánnej dychovej aktivity, vyžadujúci rôzne modifikácie UPV (konvenčné a nekonvenčné)

### Časť č.2:

**Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks pre úsek Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS)**

Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks sa bude využívať na úseku Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS) k starostlivosti o neodkladných novorodencov s čiastočne zachovalou dychovou aktivitou modifikáciou nCPCAP, ako aj iné podporné ventilačné systémy s prechodom na UPV

Prístrojová technika musí byť *NOVÁ, NEPOUŽITÁ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKÝMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI* uvedenými verejným obstarávateľom.

Ponúkané zariadenia pre jednotlivé časti predmetu zákazky musia spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje v tých častiach predmetu zákazky, v ktorých v špecifikácii môže súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikovať výrobok konkrétneho výrobcu, predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú zariadenia určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodávka zariadenia na určené miesto určenia,
- inštalácia,
- funkčná skúška,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,
- zaškolenie obsluhy,
- plná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov

**Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:**

Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve

ČASŤ Č.1

| <b>Novorodenecký servoventilátor s presnou synchronizáciou v počte 2 ks</b>                                                                                            |                 |                                                                                                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technická špecifikácia prístroja</b>                                                                                                                                | <b>jednotka</b> | <b>Kvalifikačné hodnoty</b>                                                                                              | <b>Požadujeme uviesť, či spĺňa požiadavku resp. uviesť konkrétny číselný údaj</b> |
| <b>Ponúkaný typ zariadenia:</b>                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                          |                                                                                   |
| <b>Výrobca:</b>                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                          |                                                                                   |
| Servoventilátor určený pre ventiláciu novorodencov a detí s telesnou hmotnosťou v minimálnom rozsahu                                                                   | kg              | Neonatal: od 0,4 kg do 8 kg<br>Pediatric: od 4 do 30 kg                                                                  |                                                                                   |
| Ventilačná jednotka s farebným dotykovým displejom s veľkosťou uhlopriečky                                                                                             | palcov          | ≥ 15"                                                                                                                    |                                                                                   |
| Displej prístroja s farebnou dotykovou obrazovkou vybavenou svetelnou signalizáciou alarmových stavov s viditeľnosťou v celom rozsahu 360°                             | áno/nie         | min. áno                                                                                                                 |                                                                                   |
| Displej prístroja upevnený na otočnom a sklopnom ramene pre prispôsobenie jeho polohy podľa potrieb personálu                                                          | áno/nie         | min. áno                                                                                                                 |                                                                                   |
| Displej prístroja ako aj ventilačná jednotka odoberateľný od tela ventilátora s možnosťou jeho samostatného umiestnenia na držiak pre uchytenie na stenu/policu/statív | áno/nie         | min. áno                                                                                                                 |                                                                                   |
| Prístroj na mobilnom podvozku s bočnými koľajnicami pre uchytenie príslušenstva                                                                                        | áno/nie         | min. áno                                                                                                                 |                                                                                   |
| Mobilný podvozok s rýchloupínacím systémom pre uchytenie ventilačnej jednotky                                                                                          | áno/nie         | min. áno                                                                                                                 |                                                                                   |
| Mobilný podvozok musí umožňovať uchytenie:                                                                                                                             |                 | -aktívneho zvlhčovača,<br>-tlakových fliaš (O <sub>2</sub> ),<br>-ramena pre dýchacie hadice<br>a ďalšieho príslušenstva |                                                                                   |
| Mobilný podvozok musí mať možnosť doplnenie uchytenia držiaka tlakových fliaš priamo na podvozok                                                                       | áno/nie         | min. áno                                                                                                                 |                                                                                   |
| Mobilný podvozok s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia proti pohybu                                                                                                  | áno/nie         | min. áno                                                                                                                 |                                                                                   |
| Napájanie prístroja elektrické:                                                                                                                                        | VAC/Hz          | 200 – 240 VAC/50Hz                                                                                                       |                                                                                   |
| Prístroj vybavený integrovaným záložným zdrojom elektrického napájania                                                                                                 | minút           | ≥45 minút                                                                                                                |                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Napájanie prístroja plynne - z centrálnych rozvodov na stlačený medicínsky vzduch a kyslík                                                                                                                                                      | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Ovládanie v slovenskom resp. českom jazyku                                                                                                                                                                                                      | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Prístroj musí umožniť sledovanie priebehu terapie                                                                                                                                                                                               | áno/nie | grafické a numerické trendy monitorovaných parametrov                                                                 |  |
| Analýza zmeny pľúcnej mechaniky v reálnom čase (voľba referenčnej slučky)                                                                                                                                                                       | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Prístroj musí umožňovať uloženie snímky obrazovky                                                                                                                                                                                               | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Prístroj musí umožňovať uloženie záznamu                                                                                                                                                                                                        | s       | $\geq 30$ sekúnd                                                                                                      |  |
| Základné nastavenia parametrov, alarmových hraníc a vyhodnocovacích algoritmov                                                                                                                                                                  | kg      | v skupinách pre novorodeneckých pacientov (nízkeho gestačného veku) až po deti s telesnou (ideálnou) hmotnosťou 30 kg |  |
| Servoventilátor umožňujúci prednastavenie ventilačných parametrov na základe zadania kategórie pacienta                                                                                                                                         | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Servoventilátor vybavený senzormi pre monitoring nastavených parametrov a pľúcnej mechaniky                                                                                                                                                     | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Ventilačná jednotka vybavená inspiračnou a expiračnou vetvou s možnosťou pripojenia dýchacieho okruhu pre novorodencov a deti                                                                                                                   | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Prístroj musí umožňovať pripojenie vyhrievaného antibakteriálneho expiračného filtra pre ochranu prostredia miestnosti pri infekčných pacientoch                                                                                                | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Ventilačná jednotka modulárneho konceptu s navzájom kompatibilnými modulmi medzi jednotlivými prístrojmi pre monitoring etCO <sub>2</sub> , monitoring patientskeho úsilia, dychovú aktivitu meranú prietokovým snímačom na Y kuse (proximálne) | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Servoventilátor umožňujúci použitie jednorázových a opakovane sterilizovateľných okruhov s aktívnym zvlhčovaním                                                                                                                                 | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |
| Prístroj kompletne testujúci vlastnosti a tesnosť interného systému ako aj pripojených dýchacích okruhov so                                                                                                                                     | áno/nie | min. áno                                                                                                              |  |

|                                                                                                         |                    |                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--|
| zobrazením (ilustráciou) stavu aktuálne kontrolovanej časti pre jasnú identifikáciu                     |                    |                                          |  |
| Servoventilátor umožňujúci zapnutie alebo vypnutie kompenzácie dýchacích hadíc                          | áno/nie            | min. áno                                 |  |
| <b>Ventilačné parametre:</b>                                                                            |                    |                                          |  |
| Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas invazívne ventilovaného pacienta                       | l/min              | minimálne rýchlosťou 25 l/min            |  |
| Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas neinvazívne ventilovaného pacienta                     | l/min              | minimálne rýchlosťou 30 l/min            |  |
| Prístroj vybavený integrovaným ultrazvukovým nebulizátorom s časovým intervalom                         | minút              | min. v rozsahu 5 - 30 min                |  |
| Vyžaduje sa možnosť vypnutia nežiaducich režimov pre určitú kategóriu pacientov, najmä pre novorodencov | áno/nie            | min. áno                                 |  |
| dychový objem – Vt                                                                                      | ml                 | min. v rozsahu 2 - 300 ml                |  |
| dychový objem počas vysokofrekvenčnej ventilácie – Vt                                                   | ml                 | min. v rozsahu 0,2 - 40 ml               |  |
| frekvencia ventilácie – f                                                                               | dych/min           | min. v rozsahu 5 - 150 dych/min          |  |
| frekvencia vysokofrekvenčnej ventilácie – f                                                             | Hz                 | min. v rozsahu 5 - 20 Hz                 |  |
| čas inspiria – Ti                                                                                       | s                  | min. v rozsahu 0,1 - 3 s                 |  |
| inspiračný prietok                                                                                      | l/min              | minimálne v rozsahu 3 – 30 l/min         |  |
| inspiračný tlak – P <sub>insp</sub> (ponad P <sub>EEP</sub> )                                           | mbar               | min. v rozsahu 5 – 60 mbar               |  |
| stredný tlak počas vysokofrekvenčnej ventilácie                                                         | cmH <sub>2</sub> O | min. v rozsahu 5 - 40 cmH <sub>2</sub> O |  |
| tlak na konci výdychu – P <sub>EEP</sub>                                                                | mbar               | min. v rozsahu 2 – 35 mbar               |  |
| kontinuálny tlak – CPAP                                                                                 | mbar               | min. v rozsahu 2 – 20 mbar               |  |
| pomer I:E                                                                                               |                    | 1:4 – 4:1                                |  |
| pomer počas vysokofrekvenčnej ventilácie I:E                                                            |                    | 1:2 – 1:1                                |  |
| amplitúda počas vysokofrekvenčnej ventilácie                                                            | cmH <sub>2</sub> O | min. v rozsahu 5 - 90 cmH <sub>2</sub> O |  |
| nastavenie FiO <sub>2</sub>                                                                             | %                  | min. v rozsahu 21 – 100 %                |  |
| čas pre Apnoe                                                                                           | s                  | min. v rozsahu 2 - 45 s                  |  |
| čas pre Apnoe počas automatického režimu ventilácie                                                     | s                  | min. v rozsahu 2 - 15 s                  |  |
| <b>Ventilačné režimy:</b>                                                                               |                    |                                          |  |

|                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| riadené režimy                                                                                                        | áno/nie | PC (tlakovo riadená ventilácia),<br>VC (objemovo riadená),<br>VG (s garantovaným objemom tlakovo regulovaná)                                         |  |
| automatická ventilácia v uzavretej slučke s automatickým prechodom z riadenej do spontánnej ventilácie a naopak       | áno/nie | PC – PS,<br>VC – VS,<br>VG - VS                                                                                                                      |  |
| kombinované ventilačné režimy                                                                                         | áno/nie | SIMV(VC)+PS,<br>SIMV(PC)+PS,<br>SIMV(PRVC)+PS,<br>BiVent/DuoPAP/BiPAP                                                                                |  |
| špeciálny ventilačný režim                                                                                            | áno/nie | vysokofrekvenčná ventilácia                                                                                                                          |  |
| špeciálny ventilačný režim                                                                                            | áno/nie | vysokofrekvenčná ventilácia s objemovou garanciou                                                                                                    |  |
| špeciálny ventilačný režim                                                                                            | áno/nie | proporcionálna podpora patientskeho úsilia podľa jeho potreby s meniteľnou dĺžkou a veľkosťou podpory s nepravidelnou frekvenciou riadenou pacientom |  |
| neinvazívne ventilačné režimy                                                                                         | áno/nie | NIV-PC,<br>nasalCPAP.<br>NIV (proporcionálna ventilácia s presnou synchronizáciou snímaním elektrickej aktivity z respiračného centra)               |  |
| ventilácia počas apnoickej pauzy s automatickým návratom do podpornej ventilácie pri detekcii snahy pacienta o nádych | áno/nie | min. áno                                                                                                                                             |  |
| <b>Funkcie servoventilátora:</b>                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |  |
| nastavenie citlivosti triggeru - prietok                                                                              | l/min   | 0,2 – 5 l/min                                                                                                                                        |  |
| funkcia manuálneho dychu                                                                                              | áno/nie | min. áno                                                                                                                                             |  |
| statické merania (určenie Rstat, Cstat a Elasticity)                                                                  | áno/nie | min. áno                                                                                                                                             |  |
| funkcia preoxygenácie pacienta s nastavením koncentrácie O <sub>2</sub> a času                                        | áno/nie | min. áno                                                                                                                                             |  |
| funkcia odsávania pacienta s integrovanou funkciou                                                                    |         | min. áno                                                                                                                                             |  |
| preoxygenácie/odsávania/postoxygenácie s                                                                              | áno/nie |                                                                                                                                                      |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| automatickou detekciou znova pripojeného pacienta                                                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                   |  |
| funkcia zastavenie obrazovky pri analýze zmien resp. udalostí                                                                                                                                                                                       | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| funkcia vysoko prietokovej kyslíkovej terapie                                                                                                                                                                                                       | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Monitoring a zobrazenie parametrov servoventilátora:</b>                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                   |  |
| minimálne monitorované a kalkulované parametre pacienta O <sub>2</sub> senzorom nespotrebného charakteru                                                                                                                                            | áno/nie | Ppeak, Pplat, Pmean, Peep, CPAP, RRsp., RR, MVe sp, MVi, Vti, Vte, Flow ee, etCO <sub>2</sub> , VCO <sub>2</sub> , VTCO <sub>2</sub> , Cdyn, Cstat, Ri, Re, WOBvent, WOBpat, E, P0.1, SBI, VT/IBW |  |
| trendy - grafické a numerické pre všetky monitorované parametre, udalosti a pod.                                                                                                                                                                    | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| zobrazenie na obrazovke užívateľom konfigurovateľné s voľbou zobrazenia potrebných parametrov                                                                                                                                                       | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| užívateľ musí mať možnosť prepnutia obrazovky do nočného/denného režimu ako aj do režimu minimalistického zobrazenia, kedy je na obrazovke zobrazený len základný parameter, bez kriviek, slúčiek a ostatných parametrov (tzv. súkromné zobrazenie) | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| prístroj musí mať alarmové funkcie delené podľa priority alarmu s uvedením nápovery pre odstránenie a príčiny alarmu                                                                                                                                | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| prístroj musí mať jednoducho vyberateľnú expiračnú vetvu pre sterilizáciu                                                                                                                                                                           | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| prístroj musí mať jednoducho zostaviteľný dýchací okruh s prietokovým snímačom                                                                                                                                                                      | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| prietokový snímač na Y kuse musí byť resterilizovateľný                                                                                                                                                                                             | ml      | s max. mŕtvym priestorom ≤ 1 ml                                                                                                                                                                   |  |
| prietokový snímač pre väčších pacientov - integrovaný do tela prístroja, nespotrebného charakteru                                                                                                                                                   | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| servoventilátor musí mať možnosť uloženia snímky obrazovky ako aj krátkeho úseku priebehu terapie priamo na pamäťové médium                                                                                                                         | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |
| Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do informačnej siete pre budúcu elektronickú archiváciu údajov                                                                                                                                            | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                           |         |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
| Servoventilátor musí mať akusticky aj vizuálne rozdelené alarmové hlásenia podľa priority                                                 | áno/nie | min. áno    |  |
| Prístroj musí mať integrovaný systém nápovery s grafickým zobrazením pre alarmové hlásenia ako aj pre jednotlivé ventilačné režimy a pod. | áno/nie | min. áno    |  |
| Prístroj musí byť kompatibilný s NO dávkovačmi rôznych výrobcov                                                                           | áno/nie | min. áno    |  |
| <b>Zostava prístroja v množstve pre 2 ks servoventilátorov:</b>                                                                           |         |             |  |
| - ventilačná jednotka                                                                                                                     | ks      | 2 ks        |  |
| - farebná dotyková obrazovka                                                                                                              | ks      | 2 ks        |  |
| - mobilný podvozok s postrannými eurolišťami pre uchytanie pomôcok                                                                        | ks      | 2 ks        |  |
| - aktívny zvlhčovač                                                                                                                       | ks      | 2ks         |  |
| - rameno pre aktívny autonómny zvlhčovač                                                                                                  | ks      | 2 ks        |  |
| - rameno pre dýchacie okruhy vrátane jednorázových dýchacích okruhov s komorou v počte minimálne (10ks/prístroj)                          | sada    | 2 sady      |  |
| - košík na príslušenstvo                                                                                                                  | ks      | 2ks         |  |
| <b>Záručná doba</b>                                                                                                                       |         | 24 mesiacov |  |
| <b>Záručný a pozáručný autorizovaný servis prístroja</b>                                                                                  |         | áno         |  |

## ČASŤ Č.2

|                                                                                                      |                 |                                                          |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou v počte 3 ks</b>             |                 |                                                          |                                                                                                        |
| <b>Typ zariadenia:</b>                                                                               |                 |                                                          |                                                                                                        |
| <b>Výrobca:</b>                                                                                      |                 |                                                          |                                                                                                        |
| <b>Technická špecifikácia prístroja</b>                                                              | <b>jednotka</b> | <b>Kvalifikačné hodnoty</b>                              | <b>Ponúkaná hodnota<br/>Požadujeme uviesť, či spĺňa požiadavku resp. uviesť konkrétny číselný údaj</b> |
| Servoventilátor určený pre ventiláciu novorodencov a detí s telesnou hmotnosťou v minimálnom rozsahu | kg              | Neonatal: od 0,4 kg do 10 kg<br>Pediatric: od 5 do 20 kg |                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ventilačná jednotka s farebným dotykovým displejom s veľkosťou uhlopriečky                                                                                              | palcov  | $\geq 15"$                                                                                                                                                                |  |
| Displej prístroja s farebnou dotykovou obrazovkou vybavenou svetelnou signalizáciou alarmových stavov s viditeľnosťou v celom rozsahu 360°                              | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Displej prístroja upevnený na otočnom a sklopnom ramene pre prispôsobenie jeho polohy podľa potrieb personálu                                                           | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Displej prístroja ako aj ventilačná jednotka odoberateľný od tela ventilátora s možnosťou jeho samostatného umiestnenia na držiak pre uchytienie na stenu/policu/statív | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Prístroj na mobilnom podvozku s bočnými koľajnicami pre uchytienie príslušenstva                                                                                        | áno/nie | -rameno pre dýchacie hadice a káble senzorov<br>-rameno pre zvlhčovač s otočným kĺbom aktívneho zvlhčovača<br>-tlakových fliaš (O <sub>2</sub> ) a ďalšieho príslušenstva |  |
| Mobilný podvozok pre uchytienie ventilačnej jednotky                                                                                                                    | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Mobilný podvozok musí mať možnosť doplnenie uchytienia držiaka tlakových fliaš priamo na podvozok                                                                       | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Mobilný podvozok s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia proti pohybu                                                                                                   | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Napájanie prístroja elektrické:                                                                                                                                         | VAC/Hz  | 200 – 240 VAC/50Hz                                                                                                                                                        |  |
| Prístroj vybavený integrovaným záložným zdrojom elektrického napájania                                                                                                  | minút   | $\geq 45$ minút                                                                                                                                                           |  |
| Napájanie prístroja plynne - z centrálnych rozvodov na stlačený medicínsky vzduch a kyslík                                                                              | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Ovládanie v slovenskom resp.českom jazyku                                                                                                                               | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Prístroj musí umožniť sledovanie priebehu terapie grafické a numerické trendy monitorovaných parametrov                                                                 | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Analýza zmeny pľúcnej mechaniky v reálnom čase (voľba referenčnej slučky)                                                                                               | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Prístroj musí umožňovať uloženie snímky obrazovky                                                                                                                       | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |
| Prístroj musí umožňovať uloženie záznamu                                                                                                                                | s       | $\geq 30$ sekúnd                                                                                                                                                          |  |
| Základné nastavenia parametrov, alarmových                                                                                                                              | áno/nie | min. áno                                                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                 |                    |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|
| hraníc a vyhodnocovacích algoritmov v skupinách pre novorodeneckých pacientov (nízkeho gestačného veku) až po deti s telesnou (ideálnou) hmotnosťou 20 kg                                       |                    |                                  |  |
| Servoventilátor umožňujúci prednastavenie ventilačných parametrov na základe zadania kategórie pacienta                                                                                         | áno/nie            | min. áno                         |  |
| Servoventilátor vybavený senzormi pre monitoring nastavených parametrov a pľúcnej mechaniky                                                                                                     | áno/nie            | min. áno                         |  |
| Ventilačná jednotka vybavená inspiračnou a expiračnou vetvou s možnosťou pripojenia dýchacieho okruhu pre novorodencov a deti                                                                   | áno/nie            | min. áno                         |  |
| Servoventilátor umožňujúci použitie jednorázových a opakovane resterilizovateľných okruhov s aktívnym zvlhčovaním                                                                               | áno/nie            | min. áno                         |  |
| Prístroj kompletne testujúci vlastnosti a tesnosť interného systému ako aj pripojených dýchacích okruhov so zobrazením (ilustráciou) stavu aktuálne kontrolovanej časti pre jasnú identifikáciu | áno/nie            | min. áno                         |  |
| Servoventilátor umožňujúci zapnutie alebo vypnutie kompenzácie dýchacieho tubusu                                                                                                                | áno/nie            | min. áno                         |  |
| <b>Ventilačné parametre:</b>                                                                                                                                                                    |                    |                                  |  |
| Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas invazívne ventilovaného pacienta                                                                                                               | l/min              | min. rýchlosťou 25 l/min         |  |
| Servoventilátor schopný kompenzácie únikov počas neinvazívne ventilovaného pacienta                                                                                                             | l/min              | min. rýchlosťou 30 l/min         |  |
| Prístroj vybavený integrovaným pneumatickým nebulizátorom s časovým intervalom                                                                                                                  | minút              | min. v rozsahu 5 - 30 min        |  |
| Vyžaduje sa možnosť vypnutia nežiaducich režimov pre určitú kategóriu pacientov, najmä pre novorodencov                                                                                         | áno/nie            | min. áno                         |  |
| dychový objem – V <sub>t</sub>                                                                                                                                                                  | ml                 | min. v rozsahu 2 - 300 ml        |  |
| dychový objem počas vysokofrekvenčnej ventilácie – V <sub>t</sub>                                                                                                                               | ml                 | min. v rozsahu 0,2 - 40 ml       |  |
| frekvencia ventilácie – f                                                                                                                                                                       | dych/min           | min. v rozsahu 5 - 150 dych/min  |  |
| frekvencia vysokofrekvenčnej ventilácie – f                                                                                                                                                     | Hz                 | min. v rozsahu 5 - 20 Hz         |  |
| čas inspiria – T <sub>i</sub>                                                                                                                                                                   | s                  | min. v rozsahu 0,1 - 3 s         |  |
| inspiračný prietok                                                                                                                                                                              | l/min              | minimálne v rozsahu 3 – 30 l/min |  |
| inspiračný tlak – P <sub>insp</sub> (ponad Peep)                                                                                                                                                | mbar               | min. v rozsahu 5 – 60 mbar       |  |
| stredný tlak počas vysokofrekvenčnej ventilácie                                                                                                                                                 | cmH <sub>2</sub> O | min. v rozsahu 5 -               |  |

|                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                 |                    | 40 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                                           |  |
| tlak na konci výdychu – Peep                                                                                    | mbar               | min. v rozsahu 2 – 35 mbar                                                                                                                      |  |
| kontinuálny tlak – CPAP                                                                                         | mbar               | min. v rozsahu 2 – 20 mbar                                                                                                                      |  |
| pomer I:E                                                                                                       |                    | 1:4 – 4:1                                                                                                                                       |  |
| pomer počas vysokofrekvenčnej ventilácie I:E                                                                    |                    | 1:2 – 1:1                                                                                                                                       |  |
| amplitúda počas vysokofrekvenčnej ventilácie                                                                    | cmH <sub>2</sub> O | min. v rozsahu 5 - 90 cmH <sub>2</sub> O                                                                                                        |  |
| nastavenie FiO <sub>2</sub>                                                                                     | %                  | min. v rozsahu 21 – 100 %                                                                                                                       |  |
| čas pre Apnoe                                                                                                   | s                  | min. v rozsahu 5 - 45 s                                                                                                                         |  |
| čas pre Apnoe počas automatického režimu ventilácie                                                             | s                  | min. v rozsahu 5 - 15 s                                                                                                                         |  |
| <b>Ventilačné režimy:</b>                                                                                       |                    |                                                                                                                                                 |  |
| riadené režimy – základné                                                                                       | áno/nie            | tlakovo riadené PC,<br>asistované PC-AC (IPPV),<br>synchronizované (PC-SIMV)<br>s opačným pomerom I:E (PC-APRV)<br>s vysokou frekvenciou PC-HFV |  |
| podporné ventilačné režimy                                                                                      | áno/nie            | CPAP+PS (kontinuálny pozitívny tlak+tlaková podpora),<br>CPAP+VS (kontinuálny pozitívny tlak+objemová podpora)                                  |  |
| automatická ventilácia v uzavretej slučke s automatickým prechodom z riadenej do spontánnej ventilácie a naopak | áno/nie            | PC <-> PS s kontrolou minútového objemu a riadením-udržiavaním dychového objemu                                                                 |  |
| ventilačné rozšírenia                                                                                           | áno/nie            | objemová                                                                                                                                        |  |



|                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                        |         | garancia pre<br>vybrané<br>ventilačné<br>režimy,<br>ventilácia počas<br>apnoickej pauzy<br>automatické<br>uvoľnenie-<br>výdych počas<br>APRV |  |
| špeciálny ventilačný režim                                                                                                                             | áno/nie | vysokofrekvenčná<br>ventilácia<br>s riadením<br>stredného tlaku,<br>amplitúdy kmitov                                                         |  |
| špeciálny ventilačný režim                                                                                                                             | áno/nie | vysokofrekvenčná<br>ventilácia s<br>objemovou<br>garanciou                                                                                   |  |
| neinvazívne ventilačné režimy                                                                                                                          | áno/nie | NIV-PC, NIV-PS,<br>nasalCPAP                                                                                                                 |  |
| ventilácia počas apnoickej pauzy s automatickým<br>návratom do podpornej ventilácie pri detekciisna hy<br>pacienta o nádych                            | áno/nie | min. áno                                                                                                                                     |  |
| <b>Funkcie servoventilátora:</b>                                                                                                                       |         |                                                                                                                                              |  |
| nastavenie citlivosti trigeru - prietok                                                                                                                | l/min   | 0,2 – 5 l/min                                                                                                                                |  |
| funkcia manuálneho dychu                                                                                                                               | áno/nie | min. áno                                                                                                                                     |  |
| meranie rezistencie (R ) a compliance (C )                                                                                                             | áno/nie | min. áno                                                                                                                                     |  |
| funkcia preoxygenácie pacienta s nastavením<br>koncentrácie O <sub>2</sub> a času preoxygenácie                                                        | áno/nie | min. áno                                                                                                                                     |  |
| funkcia odsávania pacienta s integrovanou<br>funkciou preoxygenácie/odsávania/postoxygenácie<br>s automatickou detekciou znova pripojeného<br>pacienta | áno/nie | min. áno                                                                                                                                     |  |
| funkcia zastavenie obrazovky pri analýze zmien<br>resp. udalostí                                                                                       | áno/nie | min. áno                                                                                                                                     |  |
| funkcia vysoko prietokovej kyslíkovej terapie                                                                                                          | áno/nie | min. áno                                                                                                                                     |  |
| <b>Monitoring a zobrazenie parametrov servoventilátora:</b>                                                                                            |         |                                                                                                                                              |  |
| minimálne monitorované a kalkulované parametre<br>pacienta O <sub>2</sub> senzorom nespotrebného charakteru                                            |         | Ppeak, EIP,<br>Pmean, Peep,                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                     | áno/nie | CPAP, RRsp., RR, MVe sp, MV <sub>i</sub> , V <sub>ti</sub> , V <sub>te</sub> , Flow, etCO <sub>2</sub> , DCO <sub>2</sub> , C, R, P0.1, VT/IBW |  |
| trendy - grafické a numerické pre všetky monitorované parametre, udalosti a pod.                                                                                                                                                                    | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| Zobrazenie na obrazovke musí byť užívateľom konfigurovateľné s voľbou zobrazenia potrebných parametrov a musí umožňovať konfigurácie minimálne troch zostáv zobrazení parametrov (obrazoviek), medzi ktorými je možné prepínať sa počas ventilácie  | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| užívateľ musí mať možnosť prepnutia obrazovky do nočného/denného režimu ako aj do režimu minimalistického zobrazenia, kedy je na obrazovke zobrazený len základný parameter, bez kriviek, slučiek a ostatných parametrov (tzv. súkromné zobrazenie) | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| prístroj musí mať alarmové funkcie delené podľa priority alarmu s uvedením nápovery pre odstránenie a príčiny alarmu                                                                                                                                | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| prístroj musí mať jednoducho vyberateľnú expiračnú vetvu pre sterilizáciu                                                                                                                                                                           | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| prístroj musí mať jednoducho zostaviteľný dýchací okruh s prietokovým snímačom                                                                                                                                                                      | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| prietokový snímač na Y kuse musí byť resterilizovateľný s max. mŕtvym priestorom                                                                                                                                                                    | ml      | ≤ 1 ml                                                                                                                                         |  |
| prietokový snímač pre väčších pacientov - integrovaný do tela prístroja, nespotrebného charakteru                                                                                                                                                   | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| servoventilátor musí mať možnosť uloženia snímky obrazovky ako aj krátkeho úseku priebehu terapie priamo na pamäťové médium                                                                                                                         | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| Servoventilátor musí umožňovať prepojenie do informačnej siete pre budúcu elektronickú archiváciu údajov                                                                                                                                            | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| Servoventilátor musí mať akusticky aj vizuálne rozdelené alarmové hlásenia podľa priority                                                                                                                                                           | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |
| Prístroj musí mať integrovaný systém nápovery s grafickým zobrazením pre alarmové hlásenia ako aj pre jednotlivé ventilačné režimy a pod. v                                                                                                         | áno/nie | min. áno                                                                                                                                       |  |

|                                                                                                                  |         |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--|
| slovenskom jazyku                                                                                                |         |             |  |
| Prístroj musí byť kompatibilný s NO dávkovačmi rôznych výrobcov                                                  | áno/nie | min. áno    |  |
| <b>Zostava prístroja v množstve pre 3 ks servoventilátorov:</b>                                                  |         |             |  |
| - ventilačná jednotka                                                                                            | ks      | 3 ks        |  |
| - farebná dotyková obrazovka                                                                                     | ks      | 3 ks        |  |
| - mobilný podvozok s postrannými eurolišťami pre uchytenie pomôcok                                               | ks      | 3 ks        |  |
| - aktívny zvlhčovač s automatickým riadením teploty a vlhkosti                                                   | ks      | 3 ks        |  |
| - rameno na aktívny autonómny zvlhčovač                                                                          | ks      | 3 ks        |  |
| - rameno pre dýchacie okruhy vrátane jednorázových dýchacích okruhov s komorou v počte minimálne (10ks/prístroj) | sada    | 3 sady      |  |
| - košík na príslušenstvo                                                                                         | ks      | 3 ks        |  |
| <b>Záručná doba</b>                                                                                              |         | 24 mesiacov |  |
| <b>Záručný a pozáručný autorizovaný servis prístroja</b>                                                         |         | áno         |  |

#### Požiadavky a špecifikácie:

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétného výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok/ parameter ekvivalentným výrobkom/parametrom pod podmienkou, že takýto ekvivalent spĺňa úžitkové charakteristiky a je porovnateľnej alebo vyššej kvality.

## 1. Technické a dokumentárne požiadavky na predmet zákazky

Uchádzač musí pre jednotlivé časti, na ktoré predkladá ponuku, preukázať, že ním ponúkaný predmet zákazky spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na technicko-medicínske a funkčné parametre zdravotníckej techniky, nainštaluje zariadenie, zaškolí obsluhu a poskytne autorizovaný záručný v rozsahu uvedenom v súťažných podkladoch.

Túto skutočnosť preukáže uchádzač prostredníctvom nasledovných dokladov, ktoré budú predložené ako súčasť ponuky a z ktorých bude zrejmé splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa:

- a) podrobný technický opis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením výrobcu, obchodného názvu resp. typového označenia zariadení a údajmi deklarujúcimi technicko-medicínske parametre ponúkaných zariadení, vrátane prospektových materiálov ponúkaných zariadení v slovenskom alebo českom jazyku,
- b) uchádzač k jednotlivým požiadavkám verejného obstarávateľa uvedie, či danú požiadavku zariadenie spĺňa, v prípade požiadaviek vyjadrených číselnými hodnotami, uvedie číselné hodnoty/parametre svojho zariadenia. Opis ponúkaného predmetu zákazky bude predložený na samostatnom liste podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a s pečiatkou uchádzača,
- c) ES Vyhlásenie o zhode s dopĺňujúcimi dokladmi k nemu podľa § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. požadovaný pre splnenie technickej a odbornej spôsobilosti v rámci podmienok účasti.
- d) platný ŠUKL kód prístroja,
- e) prospektový materiál resp. manuál, užívateľská príručka v slovenskom alebo českom jazyku.

## 2. Hodnotenie splnenia minimálnych technicko–medicínskych parametrov, technických a dokumentárnych požiadaviek

Komisia splnenie požadovaných minimálnych technicko – medicínskych a funkčných parametrov a základných parametrov zadaných verejným obstarávateľom, technických a dokumentárnych požiadaviek preverí porovnaním údajov, ktoré uchádzač uvedie:

- v ponuke,
- v podrobnom technickom opise s údajmi,
- v prospektových materiáloch,
- vo vyhláseniach o zhode s dopĺňujúcimi podkladmi k nemu,
- v platnom ŠUKL kóde prístroja
- návrhu záväzných zmluvných podmienok.

Komisia na vyhodnotenie ponúk bude splnenie technických požiadaviek posudzovať spôsobom:

**A** – požiadavka splnená,

**N** – požiadavka nesplnená.

Uchádzač, ktorého splnenie minimálnych technicko – medicínskych parametrov zadaných verejným obstarávateľom, technických a dokumentárnych požiadaviek na predmet zákazky bolo aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom **N** – požiadavka nesplnená, nesplnil technické požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a bude v súlade s § 53 ods. 5 ZoVO zo súťaže vylúčená.

## D. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK

### 1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- 1.1 Celková cena za jednotlivé časti predmetu zákazky - vyjadrená v EUR vrátane DPH (celková cena predmetu zákazky za každú jednotlivú časť samostatne)

## 2. Spôsob hodnotenia kritérií na vyhodnotenie ponúk:

- 2.1 Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je **najnižšia cena celkom za predpokladané množstvo MJ v EUR vrátane DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta za každú časť samostatne uvedená v prílohe „G - Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií“**
- 2.2 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača, že ceny, ktoré uvedie v prílohe „G - Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií“ musia byť zhodné s cenami, ktoré uchádzač uvedie v elektronickom ponukovom formulári systému JOSEPHINE.
- 2.3 Komisia v úvodnom vyhodnotení ponúk zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa celkových cien predmetu zákazky (vyjadrených v EUR vrátane DPH) za každú časť samostatne. Ponuku s najnižšou celkovou cenou vrátane DPH za každú časť samostatne zaradí komisia na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky zoradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou celkovou cenou vrátane DPH za každú časť samostatne zaradí komisia na posledné miesto poradia.
- 2.4 Na hodnotenie kritéria cena predmetu zákazky samostatne na každú časť sa použije cena ponuky uchádzača vyjadrená podľa časti „E - Spôsob určenia ceny“ a uvedená časti „G - Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií“ ako cena za MJ v EUR bez DPH zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, ktorá bude predmetom úpravy v elektronickej aukcii.
- 2.5 Jednotkové ceny uchádzača uvedené v cenovej ponuke budú použité verejným obstarávateľom ako východiskové ceny do elektronickej aukcie.
- 2.6 Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH za každú časť predmetu zákazky uvedená v časti „G - Tabuľka návrhov uchádzača na plnenie kritérií“ sa vynásobí požadovaným množstvom a k tomu sa pripočítava výška DPH.  
Takto vyčíslená cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH za požadované množstvo v danej časti, bude použitá na vyhodnotenie kritéria cena celkom predmetu zákazky danej časti predmetu zákazky.
- 2.7 Konečné poradie ponúk bude zostavené automatickým vyhodnotením ponúk – elektronicou aukciou. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka splní kritérium – najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH samostatne pre každú časť predmetu zákazky. Ostatní uchádzači budú neúspešní.
- 2.8 Uchádzač tabuľku „G - Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ **predloží vyplnenú pre tie časti, na ktoré predkladá ponuku. Ostatné časti, na ktoré uchádzač nepredkladá ponuku, ponechá v tabuľke nevyplnené bez úprav.**

## E. SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za obstarávaný tovar musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť uvedená v EUR, matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta, musí byť konečná, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky – pre každú ponúknutú časť osobitne a vrátane súvisiacich služieb v rozsahu podrobne vymedzenom v časti „C - Opis predmetu zákazky“ a za podmienok uvedených v časti „F - Obchodné podmienky“ a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola ponuka podaná.
3. Uchádzač na tú časť, na ktorú predkladá ponuku uvedie jednotkovú cenu za každú položku predmetu zákazky a celkovú cenu za celý predmet zákazky (súčin jednotkovej ceny položky a množstva položky). Celková cena predmetu zákazky za príslušnú časť je daná súčtom celkových cien všetkých položiek predmetu zákazky.

Do ceny jednotlivých položiek je potrebné zahrnúť celkové náklady spojené so splnením jednotlivých častí predmetu zákazky a zmluvných podmienok, t.j. najmä náklady na činnosti súvisiace s dodaním a dovozom zariadení do miesta plnenia, ich vyloženie v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov, kompletizáciu a inštaláciu zariadení, funkčnú skúšku a uvedenie zariadení do trvalej prevádzky, odborné

zaškolenie zamestnancov, obchodnú prirážku, balenie, bankové náklady, dane, clá a ostatné odvody v krajine verejného obstarávateľa, správne poplatky ako aj všetky všeobecné riziká, záväzky, náklady na opravy a údržbu v lehote po dobu min. 24 mesiacov, spoluprácu a koordináciu s prípadnými subdodávateľmi.

Verejný obstarávateľ výrazne apeluje na uchádzačov, aby si pozorne prečítali priloženú zmluvu, podľa ktorej bude prebiehať realizácia a podľa ktorej bude prebiehať aj financovanie.

Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ponuky za predmet zákazky.

4. Ak uchádzač je platiteľom DPH v Slovenskej republike, navrhovanú cenu pre každú časť uvedie v zložení:
- cena za MJ v EUR bez DPH,
  - cena celkom v EUR bez DPH,
  - výška DPH v EUR,
  - cena celkom v EUR s DPH.

Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento uchádzač nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Verejný obstarávateľ je zdaniteľnou osobou a je registrovaný pre DPH podľa par. 4 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v ponuke uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.

6. V prípade, že ponuka nebude v súlade so zákonom o DPH, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorých porušenie alebo nedodržanie by malo vplyv na konečnú cenu zákazky, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o opravu. Takýto úkon sa nebude považovať za zmenu ponuky.
7. Jednotkové ceny uchádzača uvedené v tabuľke „G - Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritérií“ budú použité verejným obstarávateľom ako východiskové ceny do elektronickej aukcie uskutočnenej v zmysle časti „A – Pokyny na vypracovanie ponuky“.

Nové jednotkové ceny samostatne za každú časť predmetu zákazky upravené smerom nadol získané ako výsledok elektronickej aukcie sa stanú pre uchádzača aj pre verejného obstarávateľa záväznými a budú použité pri uzatváraní kúpnej zmluvy ako aj v CENOVEJ PONUKE, vrátane nacenení zariadení tvoriacich samostatné funkčné celky, ktorá bude tvoriť Prílohu č. 2 k zmluve pre jednotlivé časti

8. Podmienky úpravy ceny:  
Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej kúpnej/zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (*zmena výšky zákonnej sadzby DPH*).
9. Platobné podmienky:
- 9.1. Predmet zákazky bude financovaný z účelovo vyčlenených kapitálových výdavkov ŠR alebo z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúry v prípade poskytnutia kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu bude 60 dní odo dňa jej doručenia.
- 9.2. V prípade ak finančné prostriedky zo strany poskytovateľa nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo predmet zákazky financovať z prostriedkov verejného obstarávateľa formou nákupu na splátky – 18 po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátok splatných k 25. dňu príslušného kalendárneho mesiaca podľa splátkového kalendára za každú časť osobitne. Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry a splátkového kalendára – rozpisu splátok. V prípade, že verejný



obstarávateľ získa finančné prostriedky z kapitálových prostriedkov ŠR, bude financovanie upravené v súlade s pokynmi poskytovateľa zdrojov.

## F. OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky uvedie do nižšie uvedených záväzných zmluvných podmienok, ktoré musia byť obsiahnuté v kúpnej zmluve. Súčasťou kúpnej zmluvy budú aj dokumenty, resp. prílohy zahŕňajúce aj požiadavky uvedené v časti „C – Opis predmetu zákazky“ a v časti „E – Spôsob určenia ceny“ týchto SP.

Verejný obstarávateľ uzavrie kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.

2. Text jednotlivých ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopĺňať alebo akokoľvek upravovať. Návrh zmluvy je prípustné doplniť len v častiach vyznačených v návrhu zmluvy v súlade s podmienkami súťaže a to v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok, že pozmenený návrh nebude v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, týmito súťažnými podkladmi a nebude sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam znevýhodňujúcim verejného obstarávateľa.

V prípade existencie všeobecných obchodných podmienok, alebo akýchkoľvek iných interných podmienok uchádzača/predávajúceho sa tieto nebudú aplikovať na zmluvný vzťah vyplývajúci z uzatvorenej zmluvy a nebudú akceptované kupujúcim/objednávateľom.

3. Uchádzač je povinný predložiť ako neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy OPIS PREDMETU ZÁKAZKY tzn. podrobný technický opis všetkých položiek predmetu kúpy s uvedením všetkých údajov deklarujúcich technicko – medicínske a funkčné parametre, ktorý bude tvoriť Prílohu č. 1 Kúpnej zmluvy, CENOVÚ PONUKU vypracovanú v minimálnej štruktúre požadovanej verejným obstarávateľom v časti „E – Spôsob určenia ceny“ týchto SP, ktorá bude tvoriť Prílohu č. 2 kúpnej zmluvy a bude aktualizovaná po elektronickej aukcii, Prílohu č. 3 – Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach, V zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní úspešný uchádzač v predloženej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v rozsahu príl. č. 3 v rozsahu min. obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt subdodávateľa, IČO, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadaný subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko).
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť ani jednu z predložených ponúk, ak zmluvné podmienky uvedené v návrhu záväzných zmluvných podmienok predložených uchádzačom budú v rozpore s oznámením, prostredníctvom ktorého bol postup verejného obstarávania vyhlásený a týmito súťažnými podkladmi a ak sa budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa.
5. Verejný obstarávateľ bude pri hodnotení uchádzačom predloženého návrhu záväzných zmluvných podmienok postupovať podľa časti "A – Pokyny na vypracovanie ponuky" a časti "D – Kritériá na hodnotenie ponúk" týchto SP.

### Kúpna zmluva - návrh

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2018  
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)

### Zmluvné strany

#### Predávajúci:

Názov:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Bankové spojenie:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Telefón / fax:

Zapísaný v obchodnom registri:

(ďalej len „**predávajúci**“)

#### **Kupujúci:**

Názov: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Sídlo: Námestie L. Svobodu č. 1, 975 17 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: Ing. Miriam Lapuníková, MBA, generálna riaditeľka

Ing. Ivana Sklenková, ekonomická riaditeľka

IČO: 00 165 549

IČ DPH: SK 2021 095 670

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK35 8180 0000 0070 0027 8282

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Zriadená Zriaďovacou listinou: MZ SR č. 1842/90-A/II-I z 18.12.1990 v znení neskorších zmien

(ďalej len „**kupujúci**“)

(ďalej len „**zmluvné strany**“)

### **Článok I.**

#### **Úvodné ustanovenia**

- 1.1 Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ZoVO. Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania pre nadlimitnú zákazku - **zverejnenú vo vestníku EU pod číslom .....a vo vestníku č. ..../2020, zo dňa..... (doplní predávajúci)**
- 1.2 Predávajúci je podľa ZoVO uchádzačom, ktorý predložil ponuku na predmet zákazky, a ktorý bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a jeho ponuka bola prijatá.

### **Článok II.**

#### **Predmet kúpnej zmluvy**

- 2.1 Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu **Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks** vrátane súvisiacich služieb pre potreby **Neonatalogickej kliniky SZU FNsp FDR BB. .... (uviesť presný názov, typ a výrobcu zariadenia)**, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a špecifikovaných v prílohách k tejto zmluve: Príloha č. 1 - Podrobný technický opis predmetu zmluvy, Príloha č. 2 - Cenová ponuka, Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy – (ďalej aj len „tovar“ alebo „zariadenie“ alebo „predmet kúpy“).
- 2.2 Kupujúci sa zaväzuje tovar dodaný v súlade s dojednanými zmluvnými podmienkami prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje previesť vlastnícke práva k tovaru na kupujúceho

### **Článok III.**

### Spôsob, čas a miesto plnenia

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou dodania tovaru sú aj služby spojené s dodaním tovaru do miesta plnenia, jeho vyloženie, inštalácia, vykonanie funkčnej skúšky, odovzdanie kompletnej dokumentácie, uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky a odborného zaškolenia zamestnancov kupujúceho k obsluhu tovaru a plné servisné pokrytie vrátane preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a predpísané výrobcom na ponúkané zariadenie.
- 3.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu kompletný tovar, vrátane služieb s tým súvisiacich, najneskôr do 10 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
- 3.3 Presný dátum a čas dodania tovaru a vykonania služieb s tým súvisiacich oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr 3 pracovné dni vopred. Kupujúci je na tento účel povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, ktorou sa rozumie najmä zabezpečenie funkčného výťahu pre transport tovaru do určených priestorov a umožnenie vstupu do priestorov.
- 3.4 Predávajúci je povinný zabezpečiť odborné zaškolenie zamestnancov kupujúceho najneskôr do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia tovaru. Zaškolenie bude pozostávať zo zaškolenia obsluhy zariadenia a zo zaškolenia do aplikácií. O oboch zaškoleniach budú vyhotovené protokoly, v ktorých bude uvedený minimálne počet vyškolených osôb, ich mená a podpisy, rozsah a druh školenia, termín a dĺžka trvania, miesto zaškolenia a meno/mená osoby/osôb zodpovedných za školenie vrátane ich podpisov. Presný termín a miesto školenia budú určené po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
- 3.5 Záväzok predávajúceho dodať tovar vrátane služieb s tým súvisiacich sa považuje za splnený riadnym dodaním tovaru a vykonaním služieb s tým súvisiacich. Za riadne dodaný tovar sa považuje bezchybný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky kvality a akosti podľa tejto zmluvy, technicko-medicínske parametre podľa platnej legislatívy SR, ak sa na tento tovar vzťahujú a písomné požiadavky kupujúceho v súlade s touto zmluvou.
- 3.6 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu spolu s tovarom faktúru a dodací list a dokumenty vzťahujúce sa k tovaru, najmä:
  - sprievodná a technická dokumentácia a návod na obsluhu v Slovenskom jazyku,
  - EC Declaracion conformity – ES vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov,
  - záručný list, potvrdenia záruky na jednotlivé funkčné celky tovaru a ich komponenty,
  - inštalačný protokol na daný tovar s uvedením presného názvu a výrobcu zariadenia vrátane vykonania preberacej funkčnej skúšky zariadenia, v protokole budú rozpísané položky, z ktorých predmet zákazky pozostáva, vrátane uvedenia výrobných čísel jednotlivých funkčných celkov a ich komponentov,
  - ďalšie relevantné doklady.
- 3.7 Pri dodaní tovaru bude zmluvnými stranami spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol bude vyhotovený v 2 rovnopisoch, s určením pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení.
- 3.8 Miestom plnenia bude Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.
- 3.9 Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby bol tovar pri dodaní chránený a balený obvyklým spôsobom u dodávok tohto druhu tovaru tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, zničeniu alebo znehodnoteniu.
- 3.10 Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie tovaru a vrátiť ho na náklady predávajúceho v prípade, že predmet plnenia sa nezhoduje so špecifikáciou tovaru podľa tejto zmluvy.
- 3.11 Predávajúci je vzhľadom na rozsah plnenia oprávnený plniť svoje záväzky z tejto zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, subdodávateľov. V takom prípade predávajúci v prílohe ku kúpnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uvedie, údaje o všetkých známych subdodávateľoch a to v rozsahu údajov uvedených v prílohe č.3 ku kúpnej zmluve a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 3.12 Predávajúci v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb.
- 3.13 Pokiaľ predávajúci použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy tretiu osobu, subdodávateľa, zodpovedá tak, akoby záväzok z tejto zmluvy plnil sám.
- 3.14 Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.
- 3.15 Predávajúci je povinný písomne predložiť kupujúcemu na odsúhlasenie každého subdodávateľa.
- 3.16 Ak sa na predávajúceho a/alebo jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predávajúci je povinný dodržať túto povinnosť počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje rovnako zabezpečiť plnenie tejto povinnosti všetkými jeho subdodávateľmi. V prípade, ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu niektorého subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je predávajúci povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.

#### Článok IV.

##### Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Kúpna cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávajúcej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 4.2 Kúpna cena je zmluvnými stranami dohodnutá ako konečná kúpna cena, vrátane všetkých služieb spojených s dodaním tovaru a vrátane poskytovania záručného servisu, tak ako je uvedené v tejto zmluve v článku V. a VI., a to vo výške ..... eur bez DPH (slovom: ..... eur), t.j. .... eur s DPH (slovom: .....). Presná špecifikácia kúpnej ceny je uvedená v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.
- 4.3 Predávajúcemu vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny na základe riadneho dodania tovaru a všetkých služieb s tým súvisiacich, v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Predávajúci je oprávnený požadovať len také zmeny dohodnutej kúpnej/zmluvnej ceny, ktoré vyplývajú zo zmien daňových predpisov (*zmene výšky zákonnej sadzby DPH*). Úprava ceny sa bude riešiť rokovaním zmluvných strán, výsledkom ktorého bude písomný dodatok k zmluve.
- 4.5 Kupujúci uhradí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu po dodaní tovaru, na základe vystavenej a doručenej faktúry. Preddavky z kúpnej ceny kupujúci neposkytuje.
- 4.6 Predávajúci doručí faktúru kupujúcemu v 2 vyhotoveniach v listinnej podobe spolu s prílohami. Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi, musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu a jej prílohou musí byť potvrdený dodací list a protokol o odovzdaní a prevzatí tovaru. Každá faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo tejto zmluvy.
- 4.7 Lehota splatnosti faktúry je:
- 4.7.1 **v prípade poskytnutia kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu kupujúcemu 60 dní odo dňa jej doručenia** kupujúcemu,
- 4.7.2 v prípade ak kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu nebudú schválené a **ak sa kúpa bude realizovať z vlastných zdrojov kupujúceho**, ustanovenie bodu 4.7.1 sa neuplatní, a kúpna cena bude uhradená v 18-ich po sebe nasledujúcich rovnomerných mesačných splátkach po riadnom dodaní tovaru a služieb s tým súvisiacich. Splátky budú splatné vždy k 25. dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry a splátkového kalendára – rozpisu splátok. V prípade, že verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z kapitálových prostriedkov ŠR, bude financovanie upravené v súlade s pokynmi poskytovateľa zdrojov.

- 4.8 Ak faktúra obsahuje formálne, vecné alebo číselné chyby, alebo ak faktúra nemá náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy a kupujúci na túto skutočnosť upozorní predávajúceho, ten je povinný zaslať kupujúcemu opravený doklad. Lehota splatnosti faktúry, začína v tomto prípade plynúť až okamihom doručenia opravenej faktúry, resp. faktúry ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu.

## Článok V.

### Záručné podmienky a reklamácia väd tovaru

- 5.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v množstve, sortimente a akosti určenej príslušnými predpismi vzťahujúcimi sa na daný predmet tovaru, platnou legislatívou SR a podľa požiadaviek kupujúceho zadanych v tejto zmluve a v špecifikácii predmetu zákazky.
- 5.2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovar na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 5.3. Predávajúci poskytne na dodaný tovar ako celok záruku v dĺžke ..... mesiacov (*uvedie uchádzač/predávajúci – požiadavka verejného obstarávateľa/kupujúceho min 24 mesiacov*) odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia tovaru, ktorý je vyznačený na protokole o odovzdaní a prevzatí tovaru. V prípade, ak sa jednotlivé komponenty vzťahuje kratšia záručná doba, predávajúci je povinný tieto komponenty opraviť alebo vymeniť bezplatne v rámci záručnej lehoty na tovar ako celok.
- 5.4. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez väd.
- 5.5. Ak nie je uvedené v tomto článku zmluvy inak, prípadné reklamácie a nároky z väd tovaru budú riešené v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, ustanovenia § 428 ods. 1 písm. b) a c) Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
- 5.6. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu písomne poštou alebo emailom.
- 5.7. V prípade podanej reklamácie sa predávajúci zaväzuje rozhodnúť o jej oprávnenosti do 15 pracovných dní od jej doručenia a to písomne alebo na email kupujúceho.
- 5.8. V prípade ak predávajúci dodá kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá nezodpovedá požiadavkám kupujúceho alebo tovar, ktorý má vady, je poškodený alebo znehodnotený, je predávajúci povinný vymeniť tento tovar tovarom v zodpovedajúcej kvalite a bez väd alebo odstrániť vady tovaru, a to najneskôr do 10 pracovných dní od uznania reklamácie. Právo voľby medzi výmenou tovaru alebo odstránením vady je na strane kupujúceho. V prípade ak reklamáciu nie je možné vyriešiť podľa tohto ustanovenia zmluvy v stanovenej lehote, z objektívnych dôvodov, ktoré predávajúci oznámi kupujúcemu písomne, určí kupujúci písomne novú lehotu na výmenu tovaru alebo odstránenie väd. Ak nie je možné reklamáciu vyriešiť odstránením vady alebo výmenou tovaru, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zľave z ceny tovaru formou dobropisu alebo na odstúpení od zmluvy, pričom voľba práva je na strane kupujúceho.
- 5.9. V prípade vzniku alebo zistenia vady tovaru, ktorá robí tovar neupotrebiteľným alebo funkčne len čiastočne upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim, záručná doba sa automaticky predĺži o túto dobu.
- 5.10. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru a neodbornou manipuláciou s tovarom v rozpore s návodom na obsluhu, v tomto prípade nie je predávajúci povinný odstrániť vady alebo vykonať servisný zásah na vlastné náklady, avšak predávajúci je povinný na základe žiadosti kupujúceho predložiť cenovú ponuku na opravu tovaru alebo výmenu chybného komponentu a na základe osobitnej objednávky vystavenej kupujúcim vady odstrániť.
- 5.11. Akékoľvek náklady spojené s oprávnenou reklamáciou kupujúceho znáša v plnom rozsahu predávajúci.



- 5.12. Uplatnením nárokov podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

## Článok VI. Servisné podmienky

- 6.1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu počas plynutia celej záručnej doby **t.j. .... mesiacov (uvedie uchádzač/predávajúci podľa bodu 5.3 Zmluvy)** - komplexný autorizovaný záručný servis na tovar a jeho súčasti, za účelom jeho bezporuchovej prevádzky, a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácii.
- 6.2. Autorizovaný záručný servis zahŕňa najmä:
- 6.2.1. opravu väd a porúch predmetu kúpy, t.j. uvedenie predmetu kúpy do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom;
  - 6.2.2. dodávku a výmenu všetkých potrebných náhradných dielov a súčastí v prípade ich poruchy;
  - 6.2.3. dodávku a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke predmetu kúpy, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov;
  - 6.2.4. v prípadoch ak je to relevantné, vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčenia výrobcu zariadenia;
  - 6.2.5. vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú preventívnu prehliadku je predávajúci povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej lehoty a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky, ktoré spadajú pod záruku. Tieto prehliadky a opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál autorizovaný výrobcom s doložením osvedčenia (certifikát servisného technika na konkrétny typ prístroja);
  - 6.2.6. vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami;
  - 6.2.7. práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie predmetu zmluvy v rámci zabezpečenia záručného servisu;
  - 6.2.8. vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky zariadenia, vrátane generálnej opravy;
  - 6.2.9. údržba software vrátane vykonania aktualizácií, t.j. update softwarového vybavenia predmetu kúpy, ak sú k dispozícii.
- 6.3. Autorizovaný záručný servis tovaru, ako je uvedený v predchádzajúcom bode, bude predávajúci zabezpečovať na vlastné náklady, a to vrátane dopravy technika na miesto opravy, prác spojených s odstránením väd, náhradných dielov a poradenskej starostlivosti o inštalovaný tovar.
- 6.4. Ak kupujúci nahlási predávajúcemu poruchu alebo znefunkčnenie tovaru, predávajúci je povinný zabezpečiť, že servisný technik sa dostaví na opravu prístrojového vybavenia do max. 24 hodín od nahlásenia poruchy v pracovný deň medzi 7:00 a 16:00 hod. resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 16:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa. Pod nástupom technika na opravu sa rozumie osobná návšteva technika na pracovisku oznámenom kupujúcim, pričom dni pracovného voľna a pracovného pokoja sa do uvedenej lehoty nezapočítavajú.
- 6.5. Inštaláciu zariadenia a záručný servis bude zabezpečovať ..... (uchádzač/predávajúci uvedie názov servisného strediska, sídlo, telefón, e-mail a meno kontaktnej osoby centrály servisného strediska)



- 6.6. Kupujúci nahlási poruchu alebo znefunkčnenie tovaru **na email predávajúceho** .....  
(*uchádzač/predávajúci uvedie email, na ktorý sa budú zasielať informácie o poruchách*)
- 6.7. Predávajúci je povinný zabezpečiť odstránenie vady prístrojového vybavenia v zmysle jeho plného sfunkčnenia, s odbornou starostlivosťou:
- 6.7.1. najneskôr do 3 pracovných dní od nahlásenia poruchy v prípade ak ide o odstránenie poruchy s náhradnými dielmi,
- 6.7.2. najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy v prípade ak ide o odstránenie poruchy bez náhradných dielov.
- 6.8. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci právo požadovať od predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
- a) nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady podľa bodu 6.4. tejto zmluvy: 100,- eur za každú aj začatú hodinu omeškania,
- b) nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 6.7.1. tejto zmluvy: 100,- eur za každú aj začatú hodinu omeškania,
- c) nedodržanie lehoty na odstránenie vady podľa bodu 6.7.2. tejto zmluvy: 100,- eur za každú aj začatú hodinu omeškania.
- 6.9. Predávajúci garantuje uptime prístroja: minimálne  $D = 95\%$  pričom pre výpočet percentuálnej funkčnosti sa ako základ berie počet kalendárnych dní v roku.

Výpočet parametra D – dostupnosti prevádzky zariadenia je nasledovná:

$$D = \frac{(T - V)}{T} \times 100$$

D – dostupnosť prevádzky zariadenia v percentách

T – počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky, počítané ako počet kalendárnych dní v roku \* 24 hodín

V – výpadok prevádzky zariadenia v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky, pričom výpadkom prevádzky zariadenia sa rozumie taký prevádzkový stav zariadenia, kedy v dôsledku výskytu vady na tomto zariadení je nedostupná alebo chybná funkčnosť jednej alebo viacerých funkcionalít zariadenia nevyhnutných na jeho používanie dohodnutým spôsobom popísaným v dodanej prevádzkovej dokumentácii, pričom chybná alebo nedostupná funkcionálna má negatívne dopady na činnosť kupujúceho a zariadenie nie je možné použiť vôbec alebo v požadovanej kvalite, alebo v požadovanom rozsahu.

- 6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania minimálnej dostupnosti prevádzky predmetu zmluvy uvedenej v bode 6.9. tejto zmluvy, má kupujúci právo uplatniť nárok na náhradu škody a ušlého zisku v tomto rozsahu:

Ak D je v danom kalendárnom roku menej ako 95 % vzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody a ušlého zisku vypočítaného dosadením hodnôt do nasledovného vzorca:

$$N = (DD - DV) \times PV \times PP, \text{ v ktorom}$$

N je výška nároku na náhradu škody a náhradu ušlého zisku v eurách,

DD je 5 % počtu dní, počas ktorých môže mať zariadenie výpadok v kalendárnom roku (t.j. rozdiel medzi 100% dostupnosťou zariadenia v roku a povoleným minimálnym parametrom dostupnosti zariadenia stanoveným na 95%). Počet dní sa určí vzorcom  $(5\% \times T)/24$ , pričom T je počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho roka prevádzky zariadenia,

DV je počet dní výpadku zariadenia, pričom tento údaj sa vypočíta vzorcom  $(V/24)$ , pričom V je výpadok prevádzky zariadenia v hodinách počas sledovaného obdobia jedného kalendárneho roka prevádzky zariadenia,

PV je priemerný denný počet výkonov, ktorý sa určí ako počet výkonov, ktoré boli na zariadení urobené a vyúčtované za čas trvania prevádzky zariadenia počas príslušného kalendárneho roka,

PP je priemerná platba za 1 výkon urobený na zariadení v eurách prijatá kupujúcim, ktorá sa určí ako podiel počtu výkonov urobených na zariadení v príslušnom kalendárnom roku a súčtu sumy prijatých platieb za všetky výkony urobené na zariadení v príslušnom kalendárnom roku.

Uplatnenie nároku na náhradu škody a ušlého zisku sa uplatňuje na základe vyhodnotenia dostupnosti prevádzky zariadenia vždy za predchádzajúci kalendárny rok trvania kúpnej zmluvy. Prvým obdobím, za ktoré sa vyhodnocuje dostupnosť prevádzky zariadenia je obdobie začínajúce kalendárnym dňom nasledujúcim po dni nasadenia zariadenia do prevádzky a končiace 31. decembrom kalendárneho roka v ktorom bolo zariadenie nasadené do prevádzky. Nasledujúce obdobia vždy začínajú 1. januárom daného kalendárneho roka platnosti kúpnej zmluvy a končia 31. decembrom daného kalendárneho roka alebo dňom ukončenia platnosti kúpnej zmluvy ak zmluva skončí platnosť pred 31. decembrom daného kalendárneho roka.

Uplatnenie nároku na náhradu škody a ušlého zisku sa uplatňuje na základe vyhodnotenia dostupnosti prevádzky zariadenia vždy za predchádzajúci kalendárny rok trvania kúpnej zmluvy. Prvým obdobím, za ktoré sa vyhodnocuje dostupnosť prevádzky zariadenia je obdobie začínajúce kalendárnym dňom nasledujúcim po dni uvedenia zariadenia do prevádzky a končiace 31. decembrom kalendárneho roka v ktorom bolo zariadenie uvedené do prevádzky. Nasledujúce obdobia vždy začínajú 1. januárom daného kalendárneho roka platnosti kúpnej zmluvy a končia 31. decembrom daného kalendárneho roka alebo dňom ukončenia platnosti kúpnej zmluvy ak zmluva skončí platnosť pred 31. decembrom daného kalendárneho roka.

## Článok VII. Sankcie

- 7.1 V prípade ak bude kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku v zmysle tejto zmluvy, je predávajúci oprávnený účtovať si úrok z omeškania vo výške podľa ustanovení § 369 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení, v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 7.2 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu dodania. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu plnenia.
- 7.3 Kupujúci je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur za každú, aj začatú hodinu omeškania v prípade, že predávajúci nedodrží zmluvne dohodnutú lehotu, na nástup technika na servis, na výmenu vadného tovaru alebo odstránenie väd tovaru podľa tejto zmluvy. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla nedodržaním dohodnutého termínu výmeny vadného tovaru alebo odstránenia väd.
- 7.4 Predávajúci sa zaväzuje, že si nebude voči kupujúcemu nárokovat' iné, než vyššie uvedené sankcie.

## Článok VIII. Prechod rizika a prechod vlastníckeho práva

- 8.1. Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania a prevzatia tovaru, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak.
- 8.2. Prechod vlastníckeho práva k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia tovaru.

## Článok IX.

### Postúpenie a započítanie pohľadávok

- 9.1. Zmluvné strany sa v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje predávajúci voči kupujúcemu, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho.
- 9.2. V zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo dňa 25. septembra 2017 sa na predchádzajúci písomný súhlas kupujúceho s postúpením pohľadávky na tretiu osobu vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
- 9.3. V prípade ak predávajúci postúpi pohľadávky na tretiu osobu v rozpore s týmto ustanovením zmluvy, je takéto postúpenie podľa ustanovenia § 39 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka neplatné.
- 9.4. Predávajúci berie na vedomie, že jednostranné započítanie pohľadávok nie je možné. Započítanie pohľadávok kupujúceho je možné len na základe písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu, v zmysle § 8 zák. č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu v platnom znení.

## Článok X.

### Skončenie kúpnej zmluvy

- 10.1. Táto zmluva sa skončí jej riadnym plnením po dodaní požadovaného množstva tovaru a uplynutím záručnej doby.
- 10.2. Túto zmluvu je možné ukončiť aj na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán k dátumu, ktorý si dohodnú.
- 10.3. Predávajúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa kupujúci omešká s úhradou faktúry o viac ako 3 mesiace.
- 10.4. Kupujúci môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru o viac ako 1 mesiac, v prípadoch výslovne uvedených v tejto zmluve alebo v prípade opakovaného omeškania predávajúceho s odstránením väd tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnení.
- 10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zásahy úradných miest a zásahy vis major, ktorých dôsledkom je nemožnosť plnenia zmluvy niektorou zo zmluvných strán, sú dôvodom pre ukončenie zmluvy. Ak v tomto prípade nedôjde k dohode zmluvných strán o ukončení zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť.
- 10.6. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, v prípade ukončenia tejto zmluvy, podľa tohto článku, si zmluvné strany bezodkladne vrátia poskytnuté plnenia.

## Článok XI.

### Platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy

- 11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR.

## Článok XII.

### Mlčanlivosť

- 12.1. Všetky skutočnosti, informácie, podklady, stanoviská a údaje, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v súvislosti so zmluvou, jej plnením, okrem skutočností, informácií a údajov, ktoré podliehajú zverejneniu a/alebo sprístupneniu podľa osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, sú dôvernými informáciami. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych

predpisov vyplývalo niečo iné. Poskytnúť dôverné informácie tretej osobe môže niektorá zo zmluvných strán len po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany budú zodpovedné za akékoľvek straty a škody, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržania tejto povinnosti.

### **Článok XIII. Licencia**

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ku všetkým dielam chráneným zákonom č. 185/2015 Z.z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, ktoré dodá predávajúci kupujúcemu v rámci dodávky tovaru podľa tejto zmluvy alebo v rámci poskytovania služieb záručného autorizovaného servisu k dodanému predmetu zmluvy (najmä, nie však výlučne k dielam charakteru individualizovaný softvér, štandardný (krabicový) softvér, operačný systém a pod.), platí, že predávajúci dňom podpisu dodacieho listu udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu/sublicenciu na jeho použitie, v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu trvania majetkových práv autora a na účel, na ktorý bol softvér alebo dielo vytvorené alebo dodané kupujúcemu. predávajúci súhlasí, aby kupujúci udelil sublicenciu tretím osobám na použitie softvéru alebo diela rovnakým spôsobom, v rovnakom rozsahu, na rovnaký čas a za rovnakých podmienok, ako je licencia/sublicencia udelená na základe tejto zmluvy kupujúcemu. Licencia/sublicencia sa udeľuje odplatne, pričom odmena za jej poskytnutie ako aj odmena za udelenie súhlasu na udelenie sublicencie je už zahrnutá v cene dohodnutej v bode 4.2 tejto zmluvy. Udelená licencia/sublicencia a právo udeliť sublicenciu nebudú skončením platnosti tejto zmluvy dotknuté a licencia/sublicencia udelená podľa tejto zmluvy sa považuje za licenciu/sublicenciu vyplatenú počas celej doby trvania licencie/sublicencie. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu upgrade alebo update softvéru/diela, resp. iné zmeny softvéru/diela, alebo ak predávajúci počas platnosti tejto zmluvy nahradí pôvodne dodaný softvér/dielo novým softvérom/dielom alebo inou verziou (spravidla vyššou verziou) pôvodného softvéru/diela, platí že dodaním takéhoto upgrade, update, alebo dodaním inej zmeny softvéru/diela alebo inej verzie softvéru/diela udelil predávajúci kupujúcemu licenciu/sublicenciu k takémuto upgrade, update, inej zmene alebo vyššej verzii v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako bola udelená k pôvodnému softvéru/dielu.
- 13.2. V prípade ak sa preukáže, že vyššie uvedené ustanovenia o udelení licencie nie sú postačujúce na riadne udelenie platnej licencie nevyhnutnej na používanie tovaru na účel, na ktorý bol kúpený, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne uzavrieť s kupujúcim samostatnú bezodplatnú licenčnú zmluvu v minimálnom rozsahu uvedenom v predchádzajúcom bode tejto zmluvy.

### **Článok XIV. Záverečné ustanovenia**

- 14.1. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 14.2. Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 14.3. Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, ako dodatok k zmluve, pri dodržaní ustanovení § 18 ZoVO, ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto zmluvy, za ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu a pokiaľ to nie je vylúčené právnymi predpismi. V prípade, ak by došlo k situácii uvedenej

v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie zmluvných podmienok v súlade s Obchodným zákonníkom a ZoVO tak, aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného ustanovenia. Uvedené doplnenie nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu.

- 14.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu sa primerane použijú ustanovenia § 111 až § 113 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov.
- 14.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že pri plnení zmluvných záväzkov, ktoré vznikli z tejto zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy. V prípade skutočností, ktoré nie sú v zmluve výslovne upravené, majú prednosť požiadavky vyplývajúce zo súťažných podkladov kupujúceho v postavení verejného obstarávateľa, zadané v procese verejného obstarávania a v prípade skutočností, ktoré nie sú upravené v zmluve a nevyplývajú ani z predzmluvných požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, má prednosť zákonná úprava. V prípade vzniku skutočností, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve, nevyplývajú zo súťažných podkladov alebo zo zákona, uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve, prípadne osobitnú písomnú dohodu v súlade s ustanoveniami ZoVO.
- 14.7. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
- 14.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kúpnu zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými podmienkami súhlasia a že sú spôsobilé k zmluvným prejavom v tejto zmluve, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
- 14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto kúpnej zmluvy sú:
- Príloha č. 1 – *Podrobný technický opis predmetu zmluvy,*  
Príloha č. 2 – *Cenová ponuka č. \_\_\_\_\_ zo dňa \_\_\_\_\_ vrátane nacenenia jednotlivých samostatných funkčných celkov,*  
Príloha č. 3 – *Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach.*

|                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| V Banskej Bystrici, dňa .....                                                                                                                                    | V ..... dňa ..... |
| <p>.....</p> <p><b>Ing. Miriam Lapuníková, MBA</b></p> <p>generálna riaditeľka</p> <p>Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.<br/>Roosevelta Banská Bystrica</p> | <p>.....</p>      |



|                                                                                                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>.....</p> <p><b>Ing. Ivana Sklenková</b><br/>ekonomická riaditeľka<br/>Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D.<br/>Roosevelta Banská Bystrica</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## G. TABUĽKA NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Postup verejného obstarávania: **NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – VEREJNÁ SÚŤAŽ**

Obchodné meno uchádzača: \_\_\_\_\_ (doplň uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: \_\_\_\_\_ (doplň uchádzač)

Predmet zákazky: **Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb**

|                                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Predmet zákazky                                           | časť č.1: Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s presnou synchronizáciou pre úsek Jednotky vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov (JVSN) | časť č. 2: Novorodenecký vysokofrekvenčný servoventilátor s objemovou garanciou pre úsek Jednotky intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIRS) |
| Počet ks                                                  | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                   |
| Cena za 1ks bez DPH                                       |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Cene celkom v Eur bez DPH                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Výška DPH v Eur                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Cena celkom v Eur s DPH (kritérium na vyhodnotenie ponúk) |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi v ostatných častiach ponuky.  
Uchádzač vyplní len za tú časť na ktorú predkladá ponuku.

.....  
meno a priezvisko štatutárneho orgánu  
podpis a pečiatka



Príloha č.1 k SP

## Identifikačné údaje uchádzača

|                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Obchodné meno alebo názov uchádzača<br>(úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača<br>(úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača) |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|        |  |
|--------|--|
| IČO    |  |
| DIČ    |  |
| IČ DPH |  |

|                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Právna forma                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Uchádzač ja malý, stredný podnik (áno/nie)                                                                                                                                                                                          |  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri<br>(označenie OR alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie) |  |
| Štát (názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený)                                                                                                                                                           |  |

|                                                                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu<br>(štatutárnych zástupcov) uchádzača |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky) |  |
| Číslo bankového účtu                                            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Kontaktná osoba pre elektronickú aukciu: <ul style="list-style-type: none"><li>- meno a priezvisko kontaktnej osoby</li><li>- telefónne číslo, číslo faxu</li><li>- e-mail na ktorý bude zaslaná pozvánka do elektronickej aukcie</li></ul> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

V....., dňa:.....

.....  
meno a priezvisko štatutárneho  
zástupcu / poverenej osoby uchádzača  
(podpis a pečiatka)



Príloha č. 3 k návrhu KZ

## Zoznam subdodávateľov

**Obchodné meno uchádzača:**

**Sídlo:**

**IČO:**

**Predmet zákazky:** „Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb“

-časť č. \_\_\_\_\_ (doplní uchádzač)

uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania [doplniť číslo Vestníka] zo dňa [doplniť dátum zverejnenia vo Vestníku] pod číslom [doplniť číslo značky vo Vestníku]

| Por. č. | Subdodávateľ<br>(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO) | Kontaktná osoba<br>(meno, priezvisko, tel. č., email, osoby oprávnenej konať za subdodávateľa) | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v € bez DPH |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                     |                                                                                                |                    |                           |                                   |
|         |                                                                     |                                                                                                |                    |                           |                                   |
|         |                                                                     |                                                                                                |                    |                           |                                   |
|         |                                                                     |                                                                                                |                    |                           |                                   |
|         |                                                                     |                                                                                                |                    |                           |                                   |
|         |                                                                     |                                                                                                |                    |                           |                                   |

V ....., dňa .....

.....  
meno a priezvisko štatutárneho orgánu  
podpis a pečiatka

Príloha č.2 k SP

## Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Verejné obstarávanie zákazky na predmet nadlimitnej zákazky s názvom:

**„Novorodenecký servoventilátor v počte 5 ks vrátane súvisiacich služieb“**

-časť č \_\_\_\_\_ (doplní uchádzač)

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač:

[.....obchodné meno, sídlo, IČO uchádzača], zastúpený [.....titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu / poverenej osoby uchádzača],

**týmto čestne vyhlasujem, že**

v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akejkolvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkolvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie.

V ....., dňa .....

.....  
meno a priezvisko štatutárneho orgánu  
podpis a pečiatka