

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Predmet zákazky:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Dokument:

Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Uchádzač/Predávajúci:

Cardio Medical,s.r.o. Teslova 15, 821 02 Bratislava , IČO 55 373 356

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

**Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
1.1	hrúbka stentu: 65µm	áno
1.2	dĺžka stentu: 8-48mm	áno
1.3	priemer stentu: 2-4,5mm	áno
1.4	hybridný stent s liečivom Sirolimus	áno
1.5	materiál stentu: zliatina kobaltu a chrómu	áno
1.6	dizajn stentu v kombinácii otvorených a zatvorených buniek	áno
1.7	postupné uvoľňovanie aktívnej látky	áno

**Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus – kónický tvar**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
2.1	hrúbka stentu: 65µm	áno
2.2	dĺžka stentu: 30-60mm	áno
2.3	priemer stentu: 2,25-3,50mm	áno
2.4	hybridný stent s liečivom Sirolimus	áno
2.5	materiál stentu: zliatina kobaltu a chrómu	áno
2.6	kónický dizajn stentu - kužeľovitý tvar	áno
2.7	hrúbka podpery (strut): menej ako 65 µm	áno
2.8	postupné uvoľňovanie aktívnej látky	áno

**Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Everolimus**

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
3.1	hrúbka stentu: 50µm	áno
3.2	dĺžka stentu: 8-48mm	áno
3.3	priemer stentu: 2,0-4,5mm	áno
3.4	stent s liečivom Everolimus	áno
3.5	materiál stentu: zliatina kobaltu a chrómu	áno
3.6	postupné uvoľňovanie aktívnej látky - pomocou bio absorbovateľného polyméru	áno

## PTCA balónikový dilatačný katéter, PTCA balóny – non-compliant

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
4.1	Priemer balónikového dilatačného katétra: 1,25-4,50mm	áno
4.2	Priemer balónikového non-compliant katétra: 2,0-4,0mm	áno
4.3	Dĺžka balónikového dilatačného katétra: 6-41mm	áno
4.4	Dĺžka balónikového non-compliant katétra: 8-23mm	áno
4.5	vodiaci drôt: max.0,014"	áno
4.6	celková dĺžka shaftu katétra: max.142cm	áno
4.7	min I.D. zavadzača: 0,056"	áno
4.8	kompatibilita so zavadzačom: 5F	áno
4.9	balenie: sterilné	áno

## RX PTCA balónikový dilatačný katéter uvoľňujúci sirolimus

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
5.1	Priemer balónikového dilatačného katétra: 2,00-4,50mm	áno
5.2	Dĺžka balónikového dilatačného katétra: 9-30mm	áno
5.3	vodiaci drôt: max.0,014"	áno
5.4	celková dĺžka shaftu katétra: max.142cm	áno
5.5	min I.D. zavadzača: 0,056"	áno
5.6	kompatibilita so zavadzačom: 5F	áno
5.7	balenie: sterilné	áno

Systém transkatérovej protézy		
P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/ hodnota parametra)
6.1	transkatérová chlopňa s balónikovým expandérom	áno
6.1.1	konštrukcia z kobaltovej zliatiny MP35N	áno
6.1.2	trojcípa chlopňa vyrobená z bovinného perikardu	áno
6.1.3	vnútorná a vonkajšia textilná vrstva	áno
6.2	zavádzací systém na transkatetrálnu srdcovú chlopňu	áno
6.3	balónikový dilatačný katéter	áno
6.4	zavádzací plášť	áno
6.5	krimpovací nástroj na krimpovanie THV chlopne	áno
6.6	stenóze	áno

V Bratislave, dňa

Ing. Roman Jošt, konateľ spoločnosti Cardio Medical, s.r.o.

(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)