

PRÍLOHA Č. 1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Názov skupiny dodávateľov: <i>v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku</i>		
Obchodné meno alebo názov uchádzača:	Cardio Medical,s.r.o.	
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	Teslova 15, 821 02 Bratislava	
IČO:	55 373 356	
DIČ:	2121962194	
IČ DPH:	SK2121962194	
Bankové spojenie:		
Číslo účtu IBAN:		
BIC / SWIFT:		
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným	
Internetová adresa (web):	www.cardio-medical.sk	
Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom:	Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 171750/B	
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:	meno a priezvisko	štátna príslušnosť
	Roman Jošt	SR
	Juraj Mastela	SR
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:	Roman Jošt	
Telefón a e-mail:		
Je uchádzač mikropodnik, malý alebo stredný podnik? /nehodiace sa preškrtnite/:	MIKROPODNIK	

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR

PRÍLOHA Č. 10

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ PRE ČASŤ 10

Identifikácia uchádzača: Názov skupiny dodávateľov: Obchodné meno / Názov: Sídlo / Miesto podnikania: IČO:	Cardio Medical, s.r.o. Teslova 15, 821 02 Bratislava 55 373 356	
Identifikácia verejného obstarávateľa:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. , so sídlom: Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 331 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)	
Identifikácia predmetu zákazky a postupu zadávania zákazky:	zákazka pod názvom „ ŠPECIÁLNY ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL PRE INTERVENČNÚ KARDIOLÓGIU, RÁDIOLÓGIU A KARDIOCHIRURGIU “ zadávaná postupom verejnej súťaže podľa ust. § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare), v súlade s ust. § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní s vyhodnotením ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotením splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní po vyhodnutí ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 23.12.2024 pod značkou 2024/S249-790045 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 253/2024 zo dňa 27.12.2024 pod značkou 31932-MST (ďalej ako „verejná súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare)	
Je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike?	<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	najnižšia cena príslušnej časti za nákup a dodanie Špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu, vypočítaná a vyjadrená v EUR s DPH, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta	
Návrh na plnenie kritéria:	1512833,60 EUR s DPH	

V Bratislave , dňa 17.01.2025

.....
 Ing. Roman Jošt

Cardio Medical, s.r.o., konateľ

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 12 súťažných podkladov/Príloha č. 1 Rámcovej dohody

Uchádzač/Predávajúci:

Cardio Medical, s.r.o. Teslova 15, 821 02 Bratislava, IČO 55 373 356

Minimálne technické vlastnosti/parametre požadovaného predmetu zákazky/časti predmetu zákazky:

Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
1.1	hrúbka stentu: 65µm	áno	katalóg výrobcu str. 4
1.2	dĺžka stentu: 8-48mm	áno	katalóg výrobcu str. 4
1.3	priemer stentu: 2-4,5mm	áno	katalóg výrobcu str. 4
1.4	hybridný stent s liečivom Sirolimus	áno	katalóg výrobcu str. 4
1.5	materiál stentu: zliatina kobaltu a chrómu	áno	katalóg výrobcu str. 4
1.6	dizajn stentu v kombinácii otvorených a zatvorených buniek	áno	katalóg výrobcu str. 4
1.7	postupné uvoľňovanie aktívnej látky	áno	katalóg výrobcu str. 4

Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus – kónický tvar

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
2.1	hrúbka stentu: 65µm	áno	katalóg výrobcu str.4
2.2	dĺžka stentu: 30-60mm	áno	katalóg výrobcu str.4
2.3	priemer stentu: 2,25-3,50mm	áno	katalóg výrobcu str.4
2.4	hybridný stent s liečivom Sirolimus	áno	katalóg výrobcu str.4
2.5	materiál stentu: zliatina kobaltu a chrómu	áno	katalóg výrobcu str.4
2.6	kónický dizajn stentu - kužeľovitý tvar	áno	katalóg výrobcu str.4
2.7	hrúbka podpery (strut): menej ako 65 µm	áno	katalóg výrobcu str.4
2.8	postupné uvoľňovanie aktívnej látky	áno	katalóg výrobcu str.4

Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Everolimus

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
3.1	hrúbka stentu: 50µm	áno	katalóg výrobcu str.4
3.2	dĺžka stentu: 8-48mm	áno	katalóg výrobcu str.4
3.3	priemer stentu: 2,0-4,5mm	áno	katalóg výrobcu str.4
3.4	stent s liečivom Everolimus	áno	katalóg výrobcu str.4
3.5	materiál stentu: zliatina kobaltu a chrómu	áno	katalóg výrobcu str.4
3.6	postupné uvoľňovanie aktívnej látky - pomocou bio absorbovateľného polyméru	áno	katalóg výrobcu str.4

PTCA balónikový dilatačný katéter, PTCA balóny – non-compliant

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
4.1	Priemer balónikového dilatačného katétra: 1,25-4,50mm	áno	katalóg výrobcu str.4
4.2	Priemer balónikového non-compliant katétra: 2,0-4,0mm	áno	katalóg výrobcu str.4
4.3	Dĺžka balónikového dilatačného katétra: 6-41mm	áno	katalóg výrobcu str.4
4.4	Dĺžka balónikového non-compliant katétra: 8-23mm	áno	katalóg výrobcu str.4
4.5	vodiaci drôt: max.0,014"	áno	katalóg výrobcu str.4
4.6	celková dĺžka shaftu katétra: max.142cm	áno	katalóg výrobcu str.4
4.7	min I.D. zavádzača: 0,056"	áno	katalóg výrobcu str.4
4.8	kompatibilita so zavádzačom: 5F	áno	katalóg výrobcu str.4
4.9	balenie: sterilné	áno	katalóg výrobcu str.4

RX PTCA balónikový dilatačný katéter uvoľňujúci sirolimus

P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
5.1	Priemer balónikového dilatačného katétra: 2,00-4,50mm	áno	katalóg výrobcu str.4
5.2	Dĺžka balónikového dilatačného katétra: 9-30mm	áno	katalóg výrobcu str.4
5.3	vodiaci drôt: max.0,014"	áno	katalóg výrobcu str.4
5.4	celková dĺžka shaftu katétra: max.142cm	áno	katalóg výrobcu str.4
5.5	min I.D. zavádzača: 0,056"	áno	katalóg výrobcu str.4
5.6	kompatibilita so zavádzačom: 5F	áno	katalóg výrobcu str.4
5.7	balenie: sterilné	áno	katalóg výrobcu str.4

Systém transkatérovej protézy			
P.č.	Požadované technické vlastnosti/parametre	Ponúknutá (navrhovaná) hodnota (áno-nie/hodnota parametra)	Identifikácia resp. odvolávka na dokument (názov dokumentu, strana), ktorá potvrdzuje plnenie parametra
6.1	transkatérová chlopňa s balónikovým expandérom	áno	katalóg výrobcu str.4
6.1.1	konštrukcia z kobaltovej zliatiny MP35N	áno	katalóg výrobcu str.4
6.1.2	trojcípa chlopňa vyrobená z bovinného perikardu	áno	katalóg výrobcu str.4
6.1.3	vnútorná a vonkajšia textilná vrstva	áno	katalóg výrobcu str.4
6.2	zavádzací systém na transkatetrálnu srdcovú chlopňu	áno	katalóg výrobcu str.4
6.3	balónikový dilatačný katéter	áno	katalóg výrobcu str.4
6.4	zavádzací plášť	áno	katalóg výrobcu str.4
6.5	krimpovací nástroj na krimpovanie THV chlopne	áno	katalóg výrobcu str.4
6.6	stenóze	áno	katalóg výrobcu str.4

V Bratislave, dňa 17.01.2025

Ing. Roman Jošt, konateľ spoločnosti Cardio Medical, s.r.o.

(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie podkladov)

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Postup:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Verejná súťaž

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu, rádiológiu a kardiochirurgiu

Príloha č. 13 Súťažných podkladov/Príloha č. 2 zmluvy

ČASŤ 10

Uchádzač/Predávajúci:

Cardio Medical, s.r.o. Teslova 15, 821 02 Bratislava , IČO 55 373 356

Časť	Pol. číslo	Opis položky	Merná jednotka (MJ)	Predpokladané množstvo MJ	ŠUKL kód	Kód MZ SR (ak bol pridelený)	Názov položky/typ/popis/výrobca	Cena za MJ (EUR)				Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky		
								bez DPH	Sadzba DPH	DPH	sDPH	bez DPH	DPH	s DPH/MJ
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	I/100xJ	I+K	I*E	M/100*J	L*E
Časť 10	1.	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus	ks	200	P89907	X02290	Biomime	659,00	5	32,95	691,95	131 800,00	6 590,00	138 390,00
	2.	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Sirolimus – kónický tvar	ks	100	P95511	X03896	Biomime morph	659,00	5	32,95	691,95	65 900,00	3 295,00	69 195,00
	3.	Chrómkobaltový stent uvoľňujúci Everolimus	ks	200	P0486A	X05234	Evermine50 stent	659,00	5	32,95	691,95	131 800,00	6 590,00	138 390,00
	4.	PTCA balónikový dilatčný katéter, PTCA balóny – non-compliant	ks	220	P90044	X02289	Mozec / Mozec NC	227,60	23	52,35	279,95	50 072,00	11 516,56	61 589,00
	5.	RX PTCA balónikový dilatčný katéter uvoľňujúci sirolimus	ks	240	P6851A	X05752	Mozec SEB	756,50	23	174,00	930,50	181 560,00	41 758,80	223 320,00
	6.	Systém transkatérovej protézy	ks	48	P0484A	X05074	Myval	17 499,00	5	874,95	18 373,95	839 952,00	41 997,60	881 949,60
												1 401 084,00	1 512 833,60	

Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov:

Údaje vyplní uchádzač

Kritérium

V Bratislave, dňa 17.01.2025

Ing. Roman Jošt, ~~konateľ~~ spoločnosti Cardio Medical, s.r.o.
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)