

Všetkým záujemcom

V Bratislave, dňa 09. júla 2018

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Základné medicínske zariadenia** (NsP Spišská Nová Ves) **časť č. 6.: Artroskopická veža**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Základné medicínske zariadenia** (NsP Spišská Nová Ves) uverejnenej dňa 8.6.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 108-245505.

**Otázka č. 1:**

V časti položky „Duálna artroskopická pumpa“ p.č. 46-50 neuvádzate požiadavku na nožné ovládanie ani kombináciu ovládania pedálov.

Požaduje obstarávateľ dodanie nožnej ovládanie pomocou pedálov? Ak áno, v kombinácii s ovládaním shaver alebo solo?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku na ovládanie zariadenia. Úprava technickej požiadavky, ktorú verejný obstarávateľ vykonal, je farebne zvýraznená.

Nové znenie pol. č 41: Komunikácia shaver pumpa, s ovládaním shavera min. na rúčke shavera a ovládanie pumpy nožné.

**Otázka č. 2:**

V časti položky „Duálna artroskopická pumpa“ v bode č. 50 uvádzate „Vrátane setu hadíc“.

Aký typ hadíc obstarávateľ požaduje? V akom množstve?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku. Úprava technickej požiadavky, ktorú verejný obstarávateľ vykonal, je farebne zvýraznená.

Nové znenie pol. č. 50: Vrátane setu hadíc, min. 10 ks celodenný set a min. 10 ks hadíc na jednu operáciu.

**Otázka č. 3:**

V časti položky „Shaver min.“ v bode č. 41 uvádzate nasledovné: Násadec na shaver rúčku min. 10 ks.  
Aký typ násadca obstarávateľ požaduje (mäkotkanivový, sinoviálny, frézový atď.) a v akých veľkostiach?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku. Úprava technickej požiadavky, ktorú verejný obstarávateľ vykonal, je farebne zvýraznená.

Nové znenie po. č. 41: Násadec na shaver rúčku min. 10 ks, štartovací balík 2 základných typov: min. 5 ks synoviálny nádstavec 5mm, min. 5 ks kostný nádstavec (fréza) 5mm.

**Otázka č. 4:**

V časti položky „Artroskopická optika“ v bode č. 26 obstarávateľ požaduje „Vrátane artroskopického trokara s 2 ventilmi“.

Podľa nášho názoru je nevyhnutnou súčasťou artroskopického trokara pre správne fungovanie aj artroskopický obturátor pre 4 mm artroskop (podľa bodu č. 24). Požaduje obstarávateľ dodanie artroskopického obturátora?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ upravuje technickú požiadavku. Úprava technickej požiadavky, ktorú verejný obstarávateľ vykonal, je farebne zvýraznená.

Nové znenie po. č. 26: Vrátane artroskopického trokara s 2 ventilmi, kompatibilného s obturátorom

**Otázka č. 5:**

V časti položky „Artroskopická technika“ neuvádzate požiadavku na 4K Arthroskop 4mm 30 st. Ktorý je potrebný pre ideálny 4K zobrazovací reťazec ( 4K hlave , 4K kamere a 4K monitoru).

Ak obstarávateľ nepožaduje túto techniku, môže dodávateľ dodať v rámci požiadaviek vyššiu triedu daného produktu alebo si obstarávateľ vyslovene žiada konkrétny typ modelu v popise požiadaviek?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Verejný obstarávateľ je toho názoru, že pre ideálne 4K zobrazenie je nutné používať v 4K rozlíšení všetky súčasti optického reťazca, **preto je nutné použiť aj 4K artroskop.**

**Otázka č. 6:**

V časti položky "Monitor väčší" požaduje obstarávateľ v bode č. 20 "Samostatný pojazdný stojan".

Máme za to, že takýto stojan nie je štandardnou súčasťou artroskopickej zostavy. Trvá obstarávateľ na bode č. 20?

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia.

Na základe dotazu záujemcu verejný obstarávateľ verejný obstarávateľ **vypúšťa požiadavku uvedenú v pol. č. 20.**

Príloha: Upravený opis predmetu zákazky pre časť 6 Artroskopická veža

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO