

VEC

Vysvetlenie zverejnených dokumentov k zákazke s názvom **Základné medicínske zariadenia** (NsP Spišská Nová Ves)

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom **Základné medicínske zariadenia** (NsP Spišská Nová Ves) uverejnenej dňa 8.6.2018 vo Ú. vestníku EU pod číslom 2018/S 108-245505.

Otázka č. 1:

V prílohe č. 1 SP – Špecifikácia predmetu zákazky, časť č. 7 Intubačný videobronchoskop, p. č. 11 požaduje verejný obstarávateľ „Nabíjateľné batérie min. 2 ks“.

Bude verejný obstarávateľ akceptovať batériu, ktorá je integrovaná/vstavaná v monitore? Batéria sa nabíja káblom a zariadenie je schopné prevádzky aj keď je nabíjačka pripojená. Nami navrhovaná hodnota/parameter spĺňa všetky technicko-medicínske požiadavky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ preskúmal jasnosť uvedenej technickej požiadavky vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia. Verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky neuvádza požiadavky na umiestnenie zdroja energie.

Pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ spresňuje technické požiadavky na zdroj energie. Úpravy technických požiadaviek, ktoré verejný obstarávateľ vykonal sú v opise predmetu zákazky farebne zvýraznené.

Nové znenie pol. č. 11: Zdroj energie pre prevádzku zariadenia (napr. potrebný počet nabíjateľných batérií)¹

Nové znenie pol. č. 12: Nabíjačka zdroja energie

Otázka č. 2:

Súčasťou kúpnej zmluvy má byť Príloha č. 2 – Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk. Vzhľadom na to, že sa upravovali súťažné podklady, domnievame sa, že ide o Súhrnnú cenovú ponuku, ktorá tvorí Prílohu č. 3 SP.

Príloha č. 2 Kalkulácia ceny (rozpis jednotlivých položiek tovaru) sa uvádza na str. 4 a str. 11 kúpnej zmluvy. Taktiež je uvedená v poznámkach pod čiarou.

Prosíme o zosúladenie Návrhu kúpnej zmluvy so súťažnými podkladmi.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky pre príslušné časti predmetu zákazky v súlade so súťažnými podkladmi a jej prílohami.

Pre odstránenie pochybností verejný obstarávateľ potvrdzuje, že príloha súťažných podkladov s názvom „Súhrnná cenová ponuka“ je zároveň aj Prílohou č. 2 ku Kúpnej zmluve.

Verejný obstarávateľ zdôrazňuje požiadavky na obsah ponuky uvedené v kap. 20 Súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje všetkým záujemcom, že v priebehu posledných dní poskytovateľ aplikácie Josephine, spoločnosť Nar marketing s.r.o., zaregistroval výpadok zasielania emailových notifikácií záujemcom. Tento výpadok bol plošný, preto e-mailové notifikácie po odoslaní verejné správy záujemcom neboli doručované. Poskytovateľ aplikácie po zistení tohto výpadku opravil chybu a v týchto dňoch už e-mailové notifikácie odchádzajú.

Uvedený výpadok nemal vplyv na odosielanie verejnej správy aplikácii Josephine, ktorá má vlastnosť garantovanej správy a je v systéme Josephine ihneď po odoslaní k dispozícii všetkým záujemcom, nepretržite a bez obmedzení.

S úctou

v. r.

Osoba poverená realizáciou procesu VO