

Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia

Časť č. 1: Výchrevné lôžko

Špecifikácia predmetu zákazky

Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vyplňa ak je to relevantné

uchádzačom ponúkaný produkt musí SPLŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
(verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)

Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č.1 predmetu zákazky			Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu		Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1	POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu			(áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov"		(napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu)	(napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
Položka predmetu zákazky - Výchrevné lôžko požadovaný počet: 6 ks			Požadovaný formát ponúkaných parametrov	1. TU UVEĎTE ponúkané parametre	2.	3.
P. č.	Parameter/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks výchrevného lôžka)	Doplňujúce informácie				
1	Dĺžka ložnej plochy min. 700 mm		uvedte hodnotu			
2	Šírka ložnej plochy min. 450 mm		uvedte hodnotu			
3	Výška vnútorných ochranných panelov min. 65 mm		uvedte hodnotu			
4	Nastaviteľný sklon lôžka v rozsahu min. (±12) ° stupňov	Väčší rozsah akceptovaný, min. rozsah (±12) stupňov musí byť dodržaný	uvedte hodnotu			
5	Rozsah merania teploty pokožky min. (32 - 38) °C	Väčší rozsah akceptovaný, min. rozsah (32 - 38) °C musí byť dodržaný	uvedte hodnotu			
6	Rozsah nastavenia hodnôt teploty pokožky pre horný ohrev (35 - 37,5) °C	Väčší rozsah akceptovaný, min. rozsah (35 - 37,5) °C musí byť dodržaný	uvedte hodnotu			
7	Nastavenia hodnôt teploty pokožky pre spodný ohrev		áno / nie			
8	Termolôžko vybavené ovládacím panelom s displejom		áno / nie			
9	Zobrazujúce informácie na displeji: meraná a nastavená teplota, zobrazujúca alarmové hlásenia, úroveň výkonu vyhrievacieho telesa		áno / nie			
10	Vyhrievací režim nastavenie úrovne ohrevu pacienta		áno / nie			
11	Režim kontroly teploty pacienta		áno / nie			
12	Režim ohrevu matracu - riadený mikropočítačom pre tepelnú terapiu.		áno / nie			
13	Meranie abdominálnej teploty súčasne so zobrazením na obrazovke		áno / nie			
14	Automatické riadenie ohrevu		áno / nie			
15	Kompatibilný matrac pre ideálne rozloženie teploty v mieste dotyku pokožky pacienta s matracom		áno / nie			
16	Integrovaná zásuvková skrinka na podvozku		áno / nie			
17	Vyšetrovacie osvetlenie, ktoré je integrované v hornej časti ohrievacieho telesa		áno / nie			
18	Nočné osvetlenie, ktoré je integrované v hornej časti ohrievacieho telesa		áno / nie			
19	Minimálne 1 výškovu polohovateľná polica na odkladanie vecí		uvedte hodnotu			
20	Nosnosť police min. 20 kg		uvedte hodnotu			
21	Držiak infúzných fliaš		áno / nie			
22	Integrované infúzne tyče pre uchytenie infúznej techniky		áno / nie			
23	Matrac, odolný voči prerazeniu s rovnomerným rozložením tepla		áno / nie			
24	Priehľadné steny lôžka		áno / nie			
25	Lôžko ohraničené dvomi bočnými a minimálne jedným koncovým panelom		áno / nie			
26	Voľné sklápanie bočných a koncových panelov		áno / nie			
27	Steny vybavené vstupmi pre uchytenie hadičiek a káblov		áno / nie			
Osobitné požiadavky na plnenie:			Osobitné požiadavky na plnenie:			
27	Záruka 24 mesiacov		áno / nie			
28	Doprava na miesto dodania		áno / nie			
29	Montáž a inštalácia na mieste dodania		áno / nie			
30	Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky		áno / nie			
31	Prvé zaškolenie obsluhy		áno / nie			

Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

V:
Dňa:

.....
Pečiatka a podpis