

Príloha č. 4/5B k Zápisnici z vyhodnotenia ponúk

| | |
|---|--|
| Verejný obstarávateľ: | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika |
| Postup: | Zadávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže s uplatnením § 66 ZVO |
| Predmet zákazky: | „Vybavenie elektrofyziologických sál a pracoviska oddelenia arytmií“ |
| Označenie vo Vestníku verejného obstarávania: | Ú. v. EÚ: 2025/S 017-52584 zo dňa 24.01.2025 Vestník VO č. 18/2025, 1818 – MST zo dňa 27.01.2025 |
| Uchádzač: | Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:46378979, SK – časť 4 |

Vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch:

| | POŽIADAVKA | SPLNIL/NESPLNIL/IRELEVANTNÉ | POPIS PLNENIA |
|----|--|-----------------------------|--|
| 1. | Príloha č. 1 <u>Všeobecné informácie o uchádzačovi</u> - identifikačné údaje uchádzača v rozsahu odporúčaného vzoru v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov. | NESPLNIL | Komisia v ponuke uchádzača neidentifikovala vyplnenú prílohu č. 1 súťažných podkladov (uchádzač ju deklaroval v dokumente „Obsah cenovej ponuky“). Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie. |
| 2. | Príloha č. 2 <u>Identifikácia osoby, ktorej služby alebo podklady uchádzač využil pri vypracovaní ponuky.</u> Vypracuje uchádzač, ak ponuku nevypracoval sám v rozsahu podľa prílohy č. 2. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | IRELEVANTNÉ | Uchádzač vo svojej ponuke nepredložil prílohu č. 2 „Identifikácia osoby, ktorej služby alebo podklady uchádzač využil pri vypracovaní ponuky“. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač vypracoval ponuku sám a nevyužil ďalšie osoby pri jej vypracovaní. |

| | | | |
|----|---|-------------|---|
| 3. | Príloha č. 3 <u>Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov</u> v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov v rozsahu podľa prílohy č. 3. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | IRELEVANTNÉ | Uchádzač vo svojej ponuke nepredložil prílohu č. 3 „Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov“. Z uvedeného vyplýva, že uchádzač nepredkladá ponuku v rámci skupiny dodávateľov. |
| 4. | Príloha č. 4 <u>Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov</u> , v prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov v rozsahu podľa prílohy č. 4. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | IRELEVANTNÉ | Uchádzač vo svojej ponuke nepredložil prílohu č. 4 „Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov“, ponuku nepredkladá skupina dodávateľov a plná moc pre jedného z členov sa neuplatňuje. |
| 5. | Príloha č. 5 <u>Čestné vyhlásenie o akceptovaní obchodných podmienok dodania predmetu zákazky</u> , že uchádzač v celom rozsahu bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa, týkajúce sa verejnej súťaže. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | SPLNIL | Uchádzač vo svojej ponuke predložil prílohu č. 5 „Čestné vyhlásenie o akceptovaní obchodných podmienok dodania predmetu zákazky“. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál zo dňa 22.04.2025 podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovu – na základe splnomocnenia. Dátum vystavenia – komisia požiada o zosúladenie. |
| 6. | Príloha č. 6 <u>Zoznam dôverných informácií</u> v rozsahu podľa prílohy č. 6. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | SPLNIL | Uchádzač vo svojej ponuke predložil prílohu č. 6 „Zoznam dôverných informácií“. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál zo dňa 22.02.2025 podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. Uchádzač neoznačil žiadne informácie/doklad za dôverné. |
| 7. | Príloha č. 7 <u>Čestné vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov</u> v rozsahu podľa prílohy č. 7. súťažných podkladov. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | SPLNIL | Uchádzač vo svojej ponuke predložil prílohu č. 7 „Čestné vyhlásenie k spracúvaniu osobných údajov“. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál zo dňa 22.02.2025 podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou na základe splnomocnenia. |

| | | | |
|-----|---|----------|--|
| 8. | Príloha č. 8 <u>Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača</u> v rozsahu podľa prílohy č. 8 súťažných podkladov. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | SPLNIL | Uchádzač vo svojej ponuke predložil prílohu č. 8 „Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača“. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál zo dňa 22.02.2025 podpísaný konateľom spoločnosti – Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. |
| 9. | Príloha č. 9 <u>Vyhlásenie o subdodávkach</u> – uchádzač predloží vyhlásenie, že celý predmet zákazky dodá vlastnými kapacitami alebo uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok v rozsahu podľa prílohy č. 9 súťažných podkladov. Požadovaný doklad musí záujemca predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf. | SPLNIL | Uchádzač vo svojej ponuke predložil prílohu č. 9 „Vyhlásenie o subdodávkach“. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál zo dňa 22.02.2025 podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. Uchádzač nevyužije subdodávky/subdodávateľov a celý predmet zákazky dodá vlastnými kapacitami. Predložený dokument bol súčasťou Kúpnej zmluvy. |
| 10. | Príloha č. 10 <u>Návrh na plnenie kritérií pre príslušnú časť</u> v rozsahu podľa Prílohy č. 10 v nadväznosti na prílohu č. 12 súťažných podkladov, vypracovaný podľa Kapitoly F. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia súťažných podkladov a Kapitoly D. Spôsob určenia ceny súťažných podkladov. | NESPLNIL | Uchádzač vo svojej ponuke predložil prílohu č. 10 „Návrh na plnenie kritérií“ pre časť 4. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál zo dňa 22.02.2025 podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. Údaje uvedené v prílohe č. 10 sa nezhodujú s ponukou cenou uvedenou v systéme JOSEPHINE. Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie. |
| 11. | Príloha č. 11 Návrh rámcovej dohody – nevyžaduje sa predloženie zo strany uchádzača pokiaľ uchádzač predložil prílohu č. 5, kde vyjadril svoj súhlas so všetkými zmluvnými podmienkami. | SPLNIL | Uchádzač predložil vyplnený návrh Kúpnej zmluvy – prílohu č. 11B – pre časť 4. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál zo dňa 22.02.2025 podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. Uchádzač svoj súhlas so zmluvnými podmienkami zároveň vyjadril podpísaním prílohy č. 5 Súťažných podkladov. |

| | Doklady preukazujúce naplnenie požiadaviek na predmet zákazky | | |
|-----|---|----------|---|
| 12. | <p>Príloha č. 12 <u>Opis a cena predmetu zákazky</u> Vyplnenú Prílohu č. 12 týchto SP, v ktorej uchádzač uvedie informáciu, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu). Uchádzač uvedie informáciu, kde sa parametre ním ponúkaného produktu nachádzajú v priloženom prospektovom materiály (resp. inom predloženom doklade, napr. číslo strany alebo vyznačenie farebne v texte prospektového materiálu a pod.) pre účely overenia správnosti uchádzačom uvedených údajov. Z vyplnenej Prílohy č. 12 týchto SP musí jednoznačne vyplývať, že všetky ponúkané produkty spĺňajú verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty položky predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný – ekvivalentný výrobok, za predpokladu, že má kvalitatívne výhodnejšie parametre a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Pri predložení ekvivalentných výrobkov je dôkazné bremeno na strane uchádzača. V prípade nepreukázania kvalitatívne výhodnejších parametrov uchádzačom si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neakceptovať takýto ekvivalentný výrobok.</p> | NESPLNIL | <p>Uchádzač vo svojej ponuke predložil Prílohu č. 12 „Opis a cena predmetu zákazky“ pre časť 4 vo formáte pdf – sken. Sken zo dňa 22.02.2025 je podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia.</p> <p>Uchádzač v špecifikácii farebne vyznačil parametre, ktoré sa nezhodujú s požiadavkou verejného obstarávateľa.</p> <p>V zmysle súťažných podkladov je uvedené, že verejný parametre a hodnoty položky predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj iný – ekvivalentný výrobok, za predpokladu, že má kvalitatívne výhodnejšie parametre a výkonnostné charakteristiky, technické vlastnosti, parametre a hodnoty ako tie, ktoré požaduje verejný obstarávateľ. Pri predložení ekvivalentných výrobkov je dôkazné bremeno na strane uchádzača. V prípade nepreukázania kvalitatívne výhodnejších parametrov uchádzačom si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neakceptovať takýto ekvivalentný výrobok.</p> <p>Komisia nemá za preukázané, že navrhované parametre predstavujú kvalitatívne výhodnejší parameter.</p> <p>Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky.</p> <p>V zmysle súťažných podkladov „Uchádzač uvedie informáciu, kde sa parametre ním ponúkaného produktu nachádzajú v priloženom prospektovom materiály (resp. inom predloženom doklade, napr. číslo strany alebo vyznačenie farebne v texte prospektového materiálu a pod.) pre účely overenia správnosti uchádzačom uvedených údajov.</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>Komisia ani v jednom z predložených prospektových materiálov, referenčných príručiek pre používateľa neidentifikovala vyznačenie plnenia parametra – rovnako tak uchádzač uvedenú informáciu – odvolávku neuviedol ani v prílohe č. 12 súťažných podkladov.</p> <p>Cena vložená do systému JOSEPHINE nie je zhodná s cenou uvedenou v príloha č. 10 a 12 ponuky uchádzača.</p> <p>Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky.</p> |
| 13. | <p>Vyhlásenie o zhode - Ponúkaný produkt musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň musí byť označený značkou CE, čím dané označenie deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a rovnako deklaruje, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad musí uchádzač predložiť vo forme naskenovaného originálu, vo formáte .pdf s názvom „Vyhlásenie o zhode“. Vyhlásenie o zhode musí byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku, ale nevyžaduje sa úradný preklad. Uchádzač zároveň prehlási, že ním ponúkaný tovar je označený značkou CE resp. predloží iný doklad o označení ponúkaného tovaru značkou CE.</p> | <p>NESPLNIL</p> <p>Uchádzač vo svojej ponuke predložil dokumenty Carescape ONE EU DoC DOC2094753. pdf, Carestation 750_750c EU DoC _DOC2318242 19.MAY.2020.pdf (vyhlásenie o zhode je bez prekladu)</p> <p>Declaration of conformity Carescape ONE.pdf</p> <p>DeclarationOfConformity CANVAS 1000.pdf</p> <p>EC-declaration-of-conformity-Neurolight- 0459_Accessories_listing-rev-E.pdf</p> <p>Uvedené dokumenty sú predložené len v anglickom jazyku. Verejný obstarávateľ požadoval predloženie vyhlásení o zhode aj v slovenskom alebo českom jazyku.</p> <p>Uchádzač zároveň prehlási, že ním ponúkaný tovar je označený značkou CE resp. predloží iný doklad o označení ponúkaného tovaru značkou CE. Komisia v ponuke uchádzača neidentifikovala predloženie dôkazu o označení tovaru značkou CE ani prehlásenie uchádzača, že tovar je uvedenou značkou označený.</p> <p>Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky.</p> |

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| 14. | <p>Prospektový materiál (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkané produkty spĺňajú verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty položky predmetu zákazky a prostredníctvom ktorého bude môcť verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie ním definovaných požiadaviek na predmet zákazky. Prospektový materiál (resp. iný doklad) musí obsahovať popis všetkých funkcií a technických parametrov ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt. Prospektový materiál musí byť predložený v slovenskom alebo českom jazyku, ale nevyžaduje sa úradný preklad.</p> | NESPLNIL | <p>Uchádzač vo svojej ponuke predložil prospektový materiál resp. iný doklad, prostredníctvom ktorého preukazuje splnenie špecifikácie.</p> <p>Uchádzač vo svojej ponuke predložil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carestation™ 750/750c (A1) Referenčná príručka používateľa, 2. AlgiScan Pupillary algesimeter; 3. AlgiScan Pupillary algesimeter – dokument predložený len v anglickom jazyku; 4. CARESCAPE CANVAS™ 1000 Monitor pacienta; 5. CARESCAPE™ ONE Monitoring System All in ONE; 6. CARESCAPE™ ONE Monitoring System All in ONE; 7. CARESCAPE Canvas™ 1000 a CARESCAPE Canvas™ Smart Display Používateľská príručka CARESCAPE Softvérová verzia 3 (3.3); 8. Carestation™ 750 Anaesthesia Delivery System; CARESCAPE™ Respiratory Modules E-sCO(V), E-sCAiO(V), E-sCAiO(V)E, E-sCOVX, E-sCAiOVX CARESCAPE Canvas™ 1000 a CARESCAPE. <p>Chýba prospektový materiál na prenosnú stanicu NMT s bezdrôtovým pripojením senzorov s príslušenstvom. WiTOF /Idmed/</p> <p>Dokument „analgesia-algiscan.pdf“ je uvedený len v anglickom jazyku bez slovenského prekladu.</p> <p>Komisia zároveň konštatuje, že v zmysle bodu 17.1.11.1 uchádzač ani v prospektovom materiály nevyznačil</p> |
|-----|--|----------|--|

| | | | |
|-----|---|----------|---|
| | | | plnenie jednotlivých parametrov – komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky. |
| 15. | <u>Potvrdenie ŠUKL</u> , resp. iné doklady , ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie vo vzťahu ku všetkým produktom (neoverená kópia). | NESPLNIL | <p>Uchádzač vo svojej ponuke predložil kód ŠUKL pre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor patientsky CARESCAPE Canvas Smart Display / 1000 / D19 - P4751A; 2. Prístroj Carescape ONE so softvérom a príslušenstvom – P0402A; 3. Stanica centrálna monitorovacia CARESCAPE – P97247; 4. Prístroj oftalmologický AlgiScan – P98653; 5. Prístroj anestetický Carestation 750 / 750c – P2057A <p>Komisia neidentifikovala v ponuke uchádzača pridelenie ŠUKL kódu pre prenosnú stanicu NMT s bezdrôtovým pripojením senzorov s príslušenstvom WiTOF (Idmed).</p> <p>Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky.</p> |
| 16. | <u>Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov</u> (neoverenú kópiu), ktorým uchádzač preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. Ak uchádzač nemá uvedené potvrdenie, predloží neoverenú kópiu zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá požadované potvrdenie má a zároveň potvrdenia o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu (neoverenú kópiu) servisnej organizácie. | NESPLNIL | <p>Komisia v ponuke uchádzača neidentifikovala potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaných produktov.</p> <p>V ponuke uchádzača bola identifikovaná anglická verzia dokumentu: „Messer Medical Home Care Slovakia s.r.o. PCS_EXT_e-signed_250331.pdf“, ktorá hovorí o predĺžení medzinárodnej distribučnej dohody v Európe, ktorá je potvrdená GE Medical System Polska Sp. Z. o. o., pričom platnosť tejto dohody je do 31.03.2025 a z dohody nie je jasné, či sa uvedené týka aj autorizovaného servisu, alebo tento zabezpečí uchádzač sám.</p> <p>Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky.</p> |
| 17. | <u>Zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy.</u> | SPLNIL | <p>Uchádzač vo svojej ponuke predložil „Zoznam servisných stredísk predávajúceho pre potreby plnenia zmluvy predmetu kúpy“, kde uchádzač uviedol meno, priezvisko, telefonický</p> |

| | | | |
|-----|--|----------|--|
| | | | a mailový kontakt a miesto výkonu piatich servisných technikov. Doklad je vo formáte pdf – sken podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. |
| 18. | <u>Kontaktné údaje na Klientske pracovisko uchádzača – tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum“ pre potreby plnenia zmluvy.</u> | SPLNIL | Uchádzač v rovnakom dokumente ako je bod 17. tohto hárku uviedol „Klientske pracovisko predávajúceho – tzv. „Hotline“, „Helpdesk“, „Call centrum“ – klientským pracoviskom je pracovisko v Novom Meste nad Váhom, kde uchádzač uviedol aj mailový kontakt na pracovníka. Doklad je vo formáte pdf – sken podpísaný konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. |
| 19. | Príloha č. 13 súťažných podkladov – čestné vyhlásenie uchádzača, že žiadna z osôb/subjektov na strane uchádzača/dodávateľa nie je uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach. | SPLNIL | Uchádzač vo svojej ponuke predložil prílohu č. 13 v súlade so súťažnými podkladmi. Doklad je vo formáte pdf – sken podpísaný dňa 22.02.2025 konateľom spoločnosti Ing. Jaroslavom Tonkovičom a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. |
| 20. | Iné dokumenty | NESPLNIL | Uchádzač predložil „Obsah cenovej ponuky“. Doklad je vo formáte pdf – naskenovaný originál podpísaný Ing. Jaroslavom Tonkovičom – konateľom spoločnosti a Ing. Margitou Vernerovou – na základe splnomocnenia. Ing. Margita Vernerova – koná v mene spoločnosti na základe splnomocnenia, ktoré komisia neidentifikovala v ponuke uchádzača. Komisia požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky. |
| | CELKOVÉ HODNOTENIE | | NESPLNIL – uchádzač nedoručil vysvetlenie svojej ponuky pre časť 4 |

Uchádzač: **Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o., Piešťanská 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO:46378979, SK** nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa 03.03.2025

Meno, priezvisko:

Podpis:

MUDr. Adrian Bystriansky, MSc., MPH

.....

MUDr. Vladimír Fedorák

.....

MUDr. Martin Škamla

.....

Ing. Miroslava Majchútová

.....