

VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

Verejný obstarávateľ realizoval prípravnú trhovú konzultáciu (ďalej len "PTK") na predmet zákazky "Doplnenie prístrojového vybavenia RTG 1-rovinny angiografický prístroj vrátane príslušenstva" v období 02/2025 za účelom prehľadu o možných dodávateľoch a nimi ponúkaných tovaroch (prístrojov)

Týmto Vás žiadam o posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk vo vzťahu k Vami definovaným pôvodným požiadavkám na predmet zákazky a tým o stanovenie (konečných) súťažných požiadaviek na predmet zákazky.

1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1.1 Názov predmetu zákazky: 1-rovinny angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM

1.2 CPV:
33111000-1 - Röntgenové prístroje
33111721-1 - Digitálne angiografické prístroje
 50421000-2 Opravy a údržba lekárskeho zariadenia
 51410000-9 Inštalácia lekárskeho zariadenia

1.3 Druh:
 tovar

1.4 Výzva:
 Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"

Kód výzvy: 11102-21-V11
 Komponent: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
 Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie

1.5 Financovanie
 1.5.Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospícov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.

2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1-rovinny angiografický prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, pracovisko Tr. SNP 1 Košice, multifunkčný diagnostický prístroj pre skiaskopicko-skiografické a intervenčné zákroky s plochým detektorom a 3D zobrazením

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY

3.1 Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.

Zoznam položiek:

Poradové číslo	Názov položky predmetu zákazky	MJ	MJ
1.	1-rovinny angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre potreby Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód,	ks	1

4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky					Siemens Healthcare s. r. o.	Inmed Slovakia s.r.o.	AXIANS Slovakia s.r.o.	Definitívne min.technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky							
					Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru	Uchádzač uviedol informáciu, či ním ponúkaný tovar spĺňa požiadavky požadované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty stanovené verejným obstarávateľom resp. neslúha a uviedol navrhované min. technické vlastnosti, parametre a hodnoty ním ponúkaného tovaru								
					parametre	Ponúkaný prístroj	Ponúkaný prístroj	Ponúkaný prístroj	parametre						
					MJ	min.	max.	presne	Artis Q ceiling	Alphenix Sky Canon Medical Systems	Philips Azurion 7 M20	MJ	min.	max.	presne
Minimálne medicínske - technické požiadavky					Minimálne medicínske - technické požiadavky										
1.	Jednorovinné angiografické zariadenie na strope montované so zameraním na intervenčnú angiografiu a onkológiu			áno	spĺňa/Artis Q ceiling	spĺňa	spĺňa	1.	Jednorovinné angiografické zariadenie na strope montované so zameraním na intervenčnú angiografiu a onkológiu				áno		
2.	Antikolízny systém			áno	spĺňa/integrovaný kolízny senzor	spĺňa	spĺňa	2.	Antikolízny systém				áno		
3.	Vzdialenosť izocentra od podlahy	cm	105		spĺňa/108 cm	spĺňa	spĺňa/106,50	3.	Vzdialenosť izocentra od podlahy	cm	105				
4.	Ukladanie naprogramovaných pozícií Cramena do pamäte prístroja pre jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu so zariadením	ks	50		spĺňa/50	spĺňa	spĺňa	4.	Ukladanie naprogramovaných pozícií Cramena do pamäte prístroja pre jednoduchšiu a rýchlejšiu manipuláciu so zariadením	ks	50				
5.	Nastavenie pozície na základe vybraného referenčného obrazu a nastavenie referenčného obrazu podľa aktuálnej pozície			áno	spĺňa/Automap	spĺňa	spĺňa	5.	Nastavenie pozície na základe vybraného referenčného obrazu a nastavenie referenčného obrazu podľa aktuálnej pozície				áno		
6.	Bezdrôtový programovateľný nožný spínač pre ovládanie min. fluoroskopie, akvizície, nízkodávkového snímokovania a iné			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	6.	Bezdrôtový programovateľný nožný spínač pre ovládanie min. fluoroskopie, akvizície, nízkodávkového snímokovania a iné				áno		
7.	Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo vyšetrovací stôl kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán			áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	7.	Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo vyšetrovací stôl kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán				áno		
Minimálne požiadavky na C-rameno namontované na strope					Minimálne požiadavky na C-rameno namontované na strope										
8.	Hĺbka C-ramena	cm	92		spĺňa/94cm	nesplňa/89	nesplňa/90cm	8.	Hĺbka C-ramena	cm	90				
9.	Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor	cm	min. 90 až 120		spĺňa/90-120cm	spĺňa	spĺňa/89,5-119,50cm	9.	Možnosť zmeny vzdialenosti ohnisko ↔ detektor	cm	min. 90 až 120				
10.	Rýchlosť rotácie C-ramena	°/s	50		spĺňa/60°/s	spĺňa	spĺňa	10.	Rýchlosť rotácie C-ramena	°/s	50				
11.	Rotácia C-ramena LAO pre vyšetrenia tela	°	od 27 do 100		spĺňa/0 až 135°	spĺňa	nesplňa/klinický ekvivalent - head-end position: 120° LAO, in side position: 90° LAO,	11.	Rotácia C-ramena LAO pre vyšetrenia tela	°	90				
12.	Rotácia C-ramena RAO pre vyšetrenia tela	°	od 27 do 100		spĺňa/0 až 140°	spĺňa	nesplňa/klinický ekvivalent - head-end position: 185° RAO, in side position: 90° RAO	12.	Rotácia C-ramena RAO pre vyšetrenia tela	°	90				
13.	Rozsah pohybu C-ramena do šikmých projekcií	°	220		spĺňa/330°	nesplňa/210	žadame vysvetliť čo sa tým pohybom myslí/klinický ekvivalent - In head-end position: 90° cranial, 90° caudal up to 25°/sec. In side position: 185° cranial, 120° caudal up to 25°/sec.	13.	Rozsah pohybu C-ramena do šikmých projekcií	°	180				

14.	Pohyb C-ramena musí byť umožnený pozíciou celého pacienta, musí byť možné nastaviť akúkoľvek pozíciu v longitudinálnom smere	cm	rozsah pohybu C-ramena longitudinálne min. 266			spĺňa/266cm	spĺňa	nespĺňa/260cm	14.	Pohyb C-ramena musí byť umožnený pozíciou celého pacienta, musí byť možné nastaviť akúkoľvek pozíciu v longitudinálnom smere	cm	rozsah pohybu C-ramena longitudinálne min. 260		
15.	Možnosť vizualizácie uhla C-ramena na monitore vo vyšetrovacej miestnosti				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	15.	Možnosť vizualizácie uhla C-ramena na monitore vo vyšetrovacej miestnosti				áno
Minimálne požiadavky na generátor														
16.	Vysokofrekvenčný generátor, maximálny výkon generátora	kW	100			spĺňa/100kW	spĺňa	spĺňa/100	16.	Vysokofrekvenčný generátor, maximálny výkon generátora	kW	100		
17.	Maximálny skiagrafický prúd	mA	1000			spĺňa/1000mA	spĺňa	spĺňa/1000	17.	Maximálny skiagrafický prúd	mA	1000		
18.	Maximálny prúd pulznej fluoroskopie	mA	250			spĺňa/250mA	spĺňa	spĺňa	18.	Maximálny prúd pulznej fluoroskopie	mA	250		
19.	Rozsah skiagrafického napätia	kV	min. od 40-125			spĺňa/40-125kV	nespĺňa/50-125	spĺňa	19.	Rozsah skiagrafického napätia	kV	min. od 40-125		
20.	Maximálny kontinuálny výkon časovo neobmedzený pri skiaskopickom režime	W	2500			spĺňa/3500W	nespĺňa/2200	nespĺňa/klinický ekvivalent 2500W po dobu 15 min, kontinuálna skiaskopia (bez ohľadu na veľkosť skiaskopického výkonu) nie je možná, lebo pri kontinuálnej skiaskopii v zmysle legislatívy v radiáčnej ochrane sa po 5 minútach zapne akustická signalizácia a po 10 minútach sa automaticky skiaskopia preruší. Požiadavku na časovo neobmedzený skiaskopický výkon 2500 W možno chápať len ako izolovaný technický parameter charakterizujúci limitné tepelné vlastnosti (kapacitu) röntgenovej lampy, nie ako klinickú potrebu	20.	Maximálny kontinuálny výkon časovo počas doby, ktorý je v súlade s legislatívou o radiáčnej ochrane	W	2500		
21.	Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie v rozsahu	pulzov/s	min. od 0,5 do min. 30			spĺňa/0,5 až 30 p/s	nespĺňa/1-30	spĺňa/0,25-30	21.	Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie v rozsahu	pulzov/s	min. od 0,5 do min. 30		
Minimálne požiadavky na RTG lampa														
22.	Vysokoobrátkový mriežkou spínaný RTG žiarič s anódou uloženou v ložiskách so špirálovou drážkou s tekutým kovom				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	22.	Vysokoobrátkový mriežkou spínaný RTG žiarič s anódou uloženou v ložiskách so špirálovou drážkou s tekutým kovom				áno
23.	Počet ohnísk	ks	2			spĺňa/3ks	spĺňa	spĺňa/2	23.	Počet ohnísk	ks	2		
24.	Veľkosť malého ohníska	mm	max. 0,4			spĺňa/0,3 mm najmenšie ohnísko, 0,4 malé ohnísko	spĺňa	spĺňa/0,4	24.	Veľkosť malého ohníska	mm		max. 0,4	
25.	Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnísko	mA	140			spĺňa/250mA	spĺňa	spĺňa	25.	Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnísko	mA	140		
26.	Veľkosť veľkého ohníska	mm	max. 1			spĺňa/0,9 mm	spĺňa	spĺňa	26.	Veľkosť veľkého ohníska	mm		max. 1	
27.	Maximálna tepelná kapacita anódy	MHU	4			spĺňa/5,2 MHU	nespĺňa/3	spĺňa/6,4	27.	Maximálna tepelná kapacita anódy	MHU	4		
28.	Celková tepelná kapacita	MHU	6,5			spĺňa/7,3 MHU	nespĺňa/3,8	spĺňa/9,4	28.	Celková tepelná kapacita	MHU	6,5		
29.	Chladiaci výkon žiariča	MHU/min	1,2			spĺňa/1,52 MHU/min.	nespĺňa/0,296	spĺňa/1,75	29.	Chladiaci výkon žiariča	MHU/min	1,2		
30.	Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	30.	Integrovaná mriežka pre spínanie pulznej fluoroskopie (grid-switch) pre odstránenie mäkkých zložiek žiarenia				áno
31.	Max. kontinuálne fluoroskopické zaťaženie röntgenky pre čas viac ako 30 min.	W	3000			spĺňa/3500W pre ako 30 min.	nespĺňa/2200	spĺňa?nespĺňa?, čo je viac?klinický ekvivalent - výrobca udáva 4000W pre čas 20min, alebo 4500W pre čas 10 min	31.	Max. kontinuálne fluoroskopické zaťaženie röntgenky pre čas viac ako min. 20 min.	W	3000		
Minimálne požiadavky na detektor														
32.	Materiál scintilátora		CsI			spĺňa/CsI	spĺňa	spĺňa	32.	Materiál scintilátora		CsI		
33.	Aktívna plocha detektora	cm	38x29			spĺňa/38,2 x 29,3cm	spĺňa	spĺňa	33.	Aktívna plocha detektora	cm	38x29		
34.	Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke	bit	16			spĺňa/16 bit	spĺňa	spĺňa	34.	Rozlíšenie stupňa šedosti obrazu v bitovej hĺbke	bit	16		
35.	Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel)	µm	max. 154			spĺňa/154 µm	nespĺňa/194	spĺňa/154	35.	Maximálna veľkosť obrazového bodu (pixel)	µm		max.154	
36.	Vyberateľná antirozptyľová mriežka	-	áno			spĺňa	spĺňa	spĺňa	36.	Vyberateľná antirozptyľová mriežka	-	áno		
37.	Rýchlosť 3D snímokovania s conebeam technológiou	obr/s	60			spĺňa/60 obr./s	spĺňa	spĺňa	37.	Rýchlosť 3D snímokovania s conebeam technológiou	obr/s	60		
38.	Automatické synchronné otáčanie clón a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojíťých šikmých projekcií aj pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke, týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu.				áno	spĺňa/áno Straight View	spĺňa	nespĺňa/Parameter popisuje technické riešenie konkrétneho výrobcu. Otáčaním kolimátora do polôh nie kolmých na os ohníska sa navyše môže deformovať aj homogénita a symetria RTG zväzku spôsobená efektom päty RTG lampy, čo môže negatívne ovplyvniť kvalitu obrazu	38.	Automatické synchronné otáčanie clón a detektora pri ľubovoľných pohyboch C ramena, pri nastaveniach šikmých alebo dvojíťých šikmých projekcií aj pri objektoch, ktoré nie sú paralelné s osou vyšetrovacieho stola (napr. pri radiálnom prístupe alebo pri vytočenej úložnej dosky pacienta okolo vertikálnej osi) kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke, týmto sa eliminuje potreba opätovného nastavenia polohy obrazu.				áno/nie, nie nevylučuje
39.	Ovládacie prvky na otáčanie detektora, nastavenie sklonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore	áno/nie				spĺňa	nespĺňa/Ovládacie prvky nie sú umiestnené priamo na detektore	nespĺňa/klinický ekvivalent - ponúkame možnosť ovládania posuvu gantry pomocou ovládacieho prvku ergonomicky umiestneného priamo na oboch bočných stranách C-ramena, čím je zaradená bezproblémová manipulácia v zmysle odsunutia C-ramena. Toto riešenie sa javí ako ekvivalentné a máme za to, že je praktickejšie z dôvodu menšej závislosti na uhle nastavenia gantry.	39.	Ovládacie prvky na otáčanie detektora, nastavenie sklonu C ramena a posuvu C ramena v pozdĺžnom smere priamo na detektore				áno/nie, nie nevylučuje
Minimálne požiadavky na patientsky stôl														
40.	Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot v rozsahu	°	240			spĺňa/± 120 °	nespĺňa/Ponúkame pivot rozsahu od +90° do -90°	spĺňa /270	40.	Katetrizačný stôl s „plávajúcou“ úložnou doskou s možnosťou otáčania – pivot v rozsahu	°	240		
41.	Nastaviteľná výška stolu v rozsahu	cm	min. v rozsahu 87 do 110			spĺňa/77,5 až 110 cm	nespĺňa/Ponúkame rozsah nastavenia výšky stola od 75,4 do 105,4 cm	nespĺňa/79-104	41.	Nastaviteľná výška stolu v rozsahu	cm	min. v rozsahu 79 do 104		
42.	Dĺžka patientskej dosky stola prispôbenej na angiografiu a onkologické intervencie	cm	220			spĺňa	spĺňa	spĺňa /319	42.	Dĺžka patientskej dosky stola prispôbenej na angiografiu a onkologické intervencie	cm	220		

43.	Šírka pacientskej dosky stola	cm	50			spĺňa/52,5cm	nespĺňa/45	spĺňa /50	43.	Šírka pacientskej dosky stola	cm	45		
44.	Longitudálny pohyb pacientskej dosky stola	cm	120			spĺňa/125 cm	spĺňa	spĺňa /120	44.	Longitudálny pohyb pacientskej dosky stola	cm	120		
45.	Transverzálny pohyb pacientskej dosky stola	cm	35			spĺňa/± 17,5 cm	spĺňa	spĺňa /36	45.	Transverzálny pohyb pacientskej dosky stola	cm	35		
46.	Náklon pacientského stola	°	30			spĺňa/± 15 °	spĺňa	spĺňa /±16,5°	46.	Náklon pacientského stola	°	30		
47.	Softvér na zachovanie projekcie počas náklonu pacientského stola				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	47.	Softvér na zachovanie projekcie počas náklonu pacientského stola				áno
48.	Maximálne dovolené zaťaženie stola vrátane doplnkov	kg	325			spĺňa/340	spĺňa/Spĺňa v podobe 250 kg + 100 kg	spĺňa /325	48.	Maximálne dovolené zaťaženie stola vrátane doplnkov	kg	325		
49.	Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	49.	Fixačné pomôcky pre fixovanie pacienta				áno
50.	Úložná doska, ktorú je možné pripievať na stôl pre odkladanie spotrebného materiálu a nástrojov				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	50.	Úložná doska, ktorú je možné pripievať na stôl pre odkladanie spotrebného materiálu a nástrojov				áno
51.	Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	51.	Držiak pre podporu ramena pri prístupe z radiálnej alebo brachiálnej tepny				áno
52.	Stojan infúzných roztokov a držiak káblov k stolu				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	52.	Stojan infúzných roztokov a držiak káblov k stolu				áno
53.	Štípcy/držiaky EKG káblov pre ich priporenie na patientsky stôl				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	53.	Štípcy/držiaky EKG káblov pre ich priporenie na patientsky stôl				áno
Minimálne požiadavky na technológie na redukcii dávky														
54.	Integrovaný DAP meter				áno	spĺňa/CAREwatch	spĺňa	spĺňa	54.	Integrovaný DAP meter				áno
55.	Zobrazenie kumulatívnej dávky priebežne počas zákroku na monitore				áno	spĺňa/CAREwatch	spĺňa	spĺňa	55.	Zobrazenie kumulatívnej dávky priebežne počas zákroku na monitore				áno
56.	Nastavenie prahovej hodnoty dávky, pričom pri jej prekročení zariadenie audiovizuálne upozorní na jej prekročení				áno	spĺňa/CAREguard	spĺňa	spĺňa	56.	Nastavenie prahovej hodnoty dávky, pričom pri jej prekročení zariadenie audiovizuálne upozorní na jej prekročení				áno
57.	Automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie v reálnom čase v závislosti od útlmu vyšetřovaného objektu pre redukcii dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu (0 sa neráta ako úroveň filtrácie)	ks	3			spĺňa/CAREfilter	spĺňa	nespĺňa /3 - filter sa zvolí automaticky na začiatku zvoleného výkonu a nemení sa počas výkonu. zmena filtrácie, hlavne jej zníženie môže negatívne ovplyvniť dávku pacienta aj personálu	57.	vypúšťa sa				
58.	V detektore zabudovaný laserový kríž				áno	spĺňa/Laser crosshairs for as40HDR	spĺňa	spĺňa	58.	Zabudovaný laserový marker				áno
59.	Automatické nastavenie parametrov na základe angulácie				áno	spĺňa/Automatic exposure control	spĺňa	spĺňa	59.	Automatické nastavenie parametrov na základe angulácie				áno
60.	Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia niekoľkých parametrov súčasne :napätie a prúd rtg žiarica, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiarica a denzita vyšetřovaného orgánu	áno/nie				spĺňa/Automatic exposure control: prúd, ohnisko, filtrácia, dĺžka pulzu, napätie	spĺňa	spĺňa	60.	Automatická optimalizácia dávky pomocou riadenia niekoľkých parametrov súčasne :napätie a prúd rtg žiarica, spektrálna filtrácia, dĺžka pulzu a ohnisko, pričom musia byť zohľadnené reálne nastavenia polohy C ramena, vzdialenosť objektu od detektora a žiarica a denzita vyšetřovaného orgánu				áno
61.	Nízkodávkové protokoly pre akvizíciu aj fluoro mód (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)				áno	spĺňa/Low-dose acquisition, Low-dose fluoroscopy, Low-dose syngo DynaCT	spĺňa	spĺňa	61.	Nízkodávkové protokoly pre akvizíciu aj fluoro mód (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)				áno
62.	Nízkodávkové 3D protokoly, dedikované pre 3D snímkovanie detí (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)				áno	spĺňa/Low-dose syngo DynaCT	spĺňa	spĺňa	62.	Nízkodávkové 3D protokoly, dedikované pre 3D snímkovanie detí (uvedené aj v oficiálnom produktovom liste výrobcu)				áno
63.	Pulzná skioskopia so zníženou pulznou frekvenciou min. 0,5 až 3 p/s				áno	spĺňa/CAREvision	nespĺňa/od 1 do 30 p/s	spĺňa	63.	Pulzná skioskopia so zníženou pulznou frekvenciou min. 0,5 až 3 p/s				áno
64.	Možnosť naprogramovania jedného z tlačidiel nožného spínača pre tzv. nízkodávkové snímkovanie pomocou protokolov s najnižšou možnou dávkou				áno	spĺňa/Low-dose acquisition	spĺňa	nespĺňa /klinický ekvivalent - nízko dávkove protokoly sa nastavujú na TSM module na stole pacienta, požadované je popis riešenia konkrétneho výrobcu		vypúšťa sa				
65.	Tvorba štrukturovaných reportov vo formáte DICOM o dávke pacienta				áno	spĺňa/CAREreport	spĺňa	spĺňa	65.	Tvorba štrukturovaných reportov vo formáte DICOM o dávke pacienta				áno
66.	Nastavenie primárnych a polotransparentných clón bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze -LIH bez žiarenia				áno	spĺňa/CAREprofile	spĺňa	spĺňa	66.	Nastavenie primárnych a polotransparentných clón bez žiarenia na poslednom zapamätanom obraze -LIH bez žiarenia				áno
67.	Nastavenie polohy vyšetřovaného objektu na stole na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie, sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetřovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie				áno	spĺňa/CAREposition	spĺňa	spĺňa	67.	Nastavenie polohy vyšetřovaného objektu na stole na základe posledného snímku (LIH) pomocou grafických značiek, bez použitia fluoroskopie, sledovanie skutočnej polohy RTG zväzku voči vyšetřovaciemu stolu, bez nutnosti použitia fluoroskopie				áno
Technológie pre vylepšenie kvality obrazu														
68.	Automatické spracovanie a kompenzácia pixel shift počas Roadmap a DSA založené na detekcii pohybu v reálnom čase	áno/nie				spĺňa/CLEARmatch	spĺňa	spĺňa	68.	Automatické spracovanie a kompenzácia pixel shift počas Roadmap a DSA založené na detekcii pohybu v reálnom čase				áno
69.	Softvérové vybavenie pre účinné potlačenie šumu v obraze a zlepšenie ostrosti aj pri akvizícii s nízkou dávkou v reálnom čase				áno	spĺňa/CLEAR MAX	spĺňa	spĺňa	69.	Softvérové vybavenie pre účinné potlačenie šumu v obraze a zlepšenie ostrosti aj pri akvizícii s nízkou dávkou v reálnom čase				áno
70.	Zvýraznenie hrán objektov v reálnom čase				áno	spĺňa/CLEAR MAX	spĺňa	spĺňa	70.	Zvýraznenie hrán objektov v reálnom čase				áno
71.	Automatická analýza samostatných pixelov v reálnom čase pre dosiahnutie vyššieho kontrastu pri vizualizácii ciev a jemných štruktúr v reálnom čase	áno/nie				spĺňa/CLEARvessel	spĺňa	spĺňa	71.	Automatická analýza samostatných pixelov v reálnom čase pre dosiahnutie vyššieho kontrastu pri vizualizácii ciev a jemných štruktúr v reálnom čase				áno
72.	Detekcia jemných štruktúr a kompenzácia pohybových artefaktov v reálnom čase				áno	spĺňa/CLEARmotion	spĺňa	spĺňa	72.	Detekcia jemných štruktúr a kompenzácia pohybových artefaktov v reálnom čase				áno
73.	Automatické zvýšenie kvality snímok aj pri obéznych pacientoch v reálnom čase				áno	spĺňa/CLEAR MAX	spĺňa	spĺňa	73.	Automatické zvýšenie kvality snímok aj pri obéznych pacientoch v reálnom čase				áno
74.	Automatická úprava obrazu pre zvýšenie homogenity obrazu na základe histogramovej analýzy v reálnom čase	áno/nie				spĺňa/CLEARcontrol	spĺňa	spĺňa	74.	Automatická úprava obrazu pre zvýšenie homogenity obrazu na základe histogramovej analýzy v reálnom čase				áno
75.	Softvér na redukcii pohybových artefaktov počas fluoroskopie				áno	spĺňa/CLEARmotion	spĺňa	spĺňa	75.	Softvér na redukcii pohybových artefaktov počas fluoroskopie				áno
76.	Softvér na zlepšenie kvality obrazu Roadmap s možnosťou využitia vopred nasnímaných DSA obrazov				áno	spĺňa/CLEARmap	spĺňa	spĺňa	76.	Softvér na zlepšenie kvality obrazu Roadmap s možnosťou využitia vopred nasnímaných DSA obrazov				áno
Softvérová výbava zariadenia po celú dobu životnosti zariadenia														
77.	Software pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (min. meranie priemeru ciev, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia)	áno/nie				spĺňa/QVA	spĺňa	spĺňa	77.	Software pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (min. meranie priemeru ciev, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia)				áno
78.	DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C ramena alebo posunom úložnej dosky v reálnom čase				áno	spĺňa/peristepping and perivision	spĺňa	spĺňa	78.	DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C ramena alebo posunom úložnej dosky v reálnom čase				áno
79.	DSA - subtrahčná rotačná angiografia v reálnom čase				áno	spĺňa/DSA	spĺňa	spĺňa	79.	DSA - subtrahčná rotačná angiografia v reálnom čase				áno

80.	DR - natívna rotačná angiografia	áno/nie				spĺňa/DR	spĺňa	spĺňa	80.	DR - natívna rotačná angiografia				áno
81.	3D roadmapping, vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modalít			áno		spĺňa/syngo 3D Roadmap	spĺňa	spĺňa	81.	3D roadmapping, vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modalít				áno
82.	Funkcia 3D Roadmap s automatickým aktualizovaním v reálnom čase v prípade zmeny polohy C-ramena, stola, zväčšenia			áno		spĺňa/CLEARmatch	spĺňa	spĺňa	82.	Funkcia 3D Roadmap s automatickým aktualizovaním v reálnom čase v prípade zmeny polohy C-ramena, stola, zväčšenia				áno
83.	3D rotačná angiografia	áno/nie				spĺňa/syngo Dyna3D	spĺňa	spĺňa	83.	3D rotačná angiografia				áno
84.	3D snímokovanie s vysokým kontrastom pre snímky podobné CT snímkom, zobrazenie 3D-objemov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, znázornenie obrazu v MPR, MIP, VRT			áno		spĺňa/syng o DynaCT	spĺňa	spĺňa	84.	3D snímokovanie s vysokým kontrastom pre snímky podobné CT snímkom, zobrazenie 3D-objemov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, znázornenie obrazu v MPR, MIP, VRT				áno
85.	SW pre automatickú detekciu ciev vyživujúcich tumor pre cieľnú embolizáciu pečene. Cievny stron musí byť možné manuálne meniť- cievny pridávať alebo mazať.			áno		spĺňa/syng o Embolization Guidance	spĺňa	spĺňa	85.	SW pre automatickú detekciu ciev vyživujúcich tumor pre cieľnú embolizáciu pečene. Cievny stron musí byť možné manuálne meniť- cievny pridávať alebo mazať.				áno
86.	SW na segmentáciu a výpočet objemu tumoru pre správny výpočet množstva chemoembolizačnej látky. Segmentovanú léziu musí byť možné sfúzať so živým fluoroskopickým obrazom.			áno		spĺňa/syng o Embolization Guidance	spĺňa	spĺňa	86.	SW na segmentáciu a výpočet objemu tumoru pre správny výpočet množstva chemoembolizačnej látky. Segmentovanú léziu musí byť možné sfúzať so živým fluoroskopickým obrazom.				áno
87.	2D perfúzia s farebne odlišenými prietokmi krvi s vytvorením farebne odlišenými mapami objemu krvi			áno		spĺňa/fflow	spĺňa	spĺňa	87.	2D perfúzia s farebne odlišenými prietokmi krvi s vytvorením farebne odlišenými mapami objemu krvi				áno
88.	Telová perfúzia 3D – softvér na funkčné znázornenie prekrvenia časti tela v 3D farebne odlišenými mapami objemu krvi. Umožňuje meranie parenchýmu objemu krvi (PBV) s cieľom vyhodnotiť zmeny v prekrvení spôsobené liečením alebo biologickými procesmi. Napr. ako kontrola správnosti ukončenia embolizácie tumorov.			áno		spĺňa/syng o DynaPBV	spĺňa	nespĺňa	88.	Telová perfúzia 3D – softvér na funkčné znázornenie prekrvenia časti tela v 3D farebne odlišenými mapami objemu krvi.				áno
89.	Integrované softvérové vybavenie pre automatickú 2D/3D aj 3D/3D fúziu obrazu z angiografického zariadenia s inými modalitami (napr. CT, MR, PET)			áno		spĺňa/syng o 3D/3D Fusion, syng o 2D/3D Fusion	nespĺňa/Spĺňame okrem požiadavky pre fúziu s PET	spĺňa	89.	Integrované softvérové vybavenie pre automatickú 2D/3D aj 3D/3D fúziu obrazu z angiografického zariadenia s inými modalitami (napr. CT, MR, PET)				áno
90.	Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri perkutánných intervenciách, ktorý podporuje registráciu vstupných dát z angiografického prístroja, CT, MR alebo PET-CT. Dynamické sledovanie ihly vo fluoroskopickom móde so súčasným prekrytím tohto živého obrazu s plánovanou dráhou ihly. Registrácia plánovanej dráhy ihly na základe individuálnej anatómie pacienta so 6 stupňami voľnosti.			áno		spĺňa/syng o Needle Guidance	nespĺňa/Spĺňame okrem požiadavky pre podporu pre PET	spĺňa	90.	Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri perkutánných intervenciách, ktorý podporuje registráciu vstupných dát z angiografického prístroja, CT, MR alebo PET-CT. Dynamické sledovanie ihly vo fluoroskopickom móde so súčasným prekrytím tohto živého obrazu s plánovanou dráhou ihly. Registrácia plánovanej dráhy ihly na základe individuálnej anatómie pacienta so 6 stupňami voľnosti.				áno
91.	Duálne zobrazenie 3D objektov. Softvér na rozlíšenie 2 rovnakých kontrastných anatomických štruktúr napr. tumorov a ich vyživujúcich ciev pomocou rekonštruktívneho algoritmu kombinujúceho anatomický obraz a obraz ciev s kontrastom.			áno		spĺňa/syng o DualVolume	spĺňa	spĺňa	91.	Duálne zobrazenie 3D objektov. Softvér na rozlíšenie 2 rovnakých kontrastných anatomických štruktúr napr. tumorov a ich vyživujúcich ciev pomocou rekonštruktívneho algoritmu kombinujúceho anatomický obraz a obraz ciev s kontrastom.				áno
92.	Ovládanie pokročilých 3D aplikácií priamo od vyšetrovacieho stola.			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	92.	Ovládanie pokročilých 3D aplikácií priamo od vyšetrovacieho stola.				áno
93.	Ukladanie a prehrávanie dynamických fluoroskopických slučiek			áno		spĺňa/Fluoro Loop	spĺňa	spĺňa	93.	Ukladanie a prehrávanie dynamických fluoroskopických slučiek				áno
94.	Pripojenie k počítačovej sieti a plna funkčnosť s PACS a NIS			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	94.	Pripojenie k počítačovej sieti a plna funkčnosť s PACS a NIS				áno
95.	Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicke po dátovej sieti z PACSu. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládacej a aj vyhodnocovacej konzoly			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	95.	Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicke po dátovej sieti z PACSu. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládacej a aj vyhodnocovacej konzoly				áno
96.	Obrazová záznamová kapacita pre matricu min.1024x1024/12 bit	obrazov	25000			spĺňa/25000 obrazov v 1k/12 bit maticí	spĺňa	spĺňa /100000	96.	Obrazová záznamová kapacita pre matricu min.1024x1024/12 bit	obrazov	25000		
Minimálne vybavenie vyšetrovacej miestnosti														
97.	Medicínsky 1ks LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svetivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1 s možnosťou pripojenia min. 9 externých video vstupov			áno		spĺňa/large display 55", rozlíšenie 3840x2160 s typickou svetivosťou 400 cd/m2, kontrast 1450:1	nespĺňa/Spĺňame okrem požiadavky pre min. 9 externých videovstupov. Ponúkame 8	spĺňa	97.	Medicínsky 1ks LCD HD farebný monitor s technológiou IPS s uhlopriečkou min. 55" s natívnym formátom min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svetivosť min. 400 cd/m2, kontrast min. 1000:1 s možnosťou pripojenia min. 8 externých video vstupov				áno
98.	Ochrana obrazovky veľkého displeja			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	98.	Ochrana obrazovky veľkého displeja				áno
99.	Radiačná ochrana upevnená na stropnom závесе - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závесе			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	99.	Radiačná ochrana upevnená na stropnom závесе - ochranný štít z oloveného skla na otočnom a výškovo nastaviteľnom stropnom závесе				áno
100.	Operačné LED svetidlo inštalované na nastaviteľnom kĺbovom stropnom závесе, so svetivosťou	LUX	70000			spĺňa/LED Exam Light	spĺňa	spĺňa /70000	100.	Operačné LED svetidlo inštalované na nastaviteľnom kĺbovom stropnom závесе, so svetivosťou	LUX	70000		
101.	Radiačná ochrana upevnená z boku stola			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	101.	Radiačná ochrana upevnená z boku stola				áno
102.	Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM alebo ekvivalent			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	102.	Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM alebo ekvivalent				áno
103.	Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skioskopie min. 10 min			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	103.	Krátkodobý záložný zdroj elektrickej energie pre možnosť pokračovania prevádzky systému vrátane núdzovej skioskopie min. 10 min				áno
104.	Ovládací panel alebo dotykový displej s joystickom, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	104.	Ovládací panel alebo dotykový displej s joystickom, umiestnený na diagnostickom stole s možnosťou umiestniť ho vpravo alebo vľavo podľa postavenia obsluhy pre ovládanie systémových funkcií, funkcií zobrazovacieho systému a funkcií vybraných prídavných				áno
Minimálne vybavenie ovládača														
105.	Min. 1 display s 30" uhlopriečkou s typickou svetivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2x27" s typickou svetivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600			áno		spĺňa/Artis Cockpit 30", 2560*1600	spĺňa	nespĺňa /klinický ekvivalent 2x 24" 1980x1024	105.	Min. 1 display s 30" uhlopriečkou s typickou svetivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo 2x27" s typickou svetivosťou min. 400 cd/m2 s natívnym formátom minimálne 2560x1600 alebo min. 2x24" s natívnym formátom minimálne 1980x1024				áno
106.	Display v ovládacej miestnosti musí vedieť zobrazíť min.8 externých zdrojov, ktoré je možné ovládať min.1 klávesnicou a myšou z ovládača			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	106.	Display v ovládacej miestnosti musí vedieť zobrazíť min.8 externých zdrojov, ktoré je možné ovládať min.1 klávesnicou a myšou z ovládača				áno
107.	Duálne ovládanie systému z obsluhovne			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	107.	Duálne ovládanie systému z obsluhovne				áno
108.	Sekundárny ovládací panel v ovládači pre kontrolu pohybov C-ramena a kolimátora			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	108.	Sekundárny ovládací panel v ovládači pre kontrolu pohybov C-ramena a kolimátora				áno
109.	Sekundárne ovládanie vyšetrovacieho stola z ovládača			áno		spĺňa	spĺňa	spĺňa	109.	Sekundárne ovládanie vyšetrovacieho stola z ovládača				áno

110.	Sekundárny kábový nožný spínač v ovládači pre spustenie snímkovania				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	110.	Sekundárny kábový nožný spínač v ovládači pre spustenie snímkovania				áno	
110.	Sekundárny ovládanie pre ovládanie obrazového systému, výber orgánových programov a post-processngových aplikácií z miestnosti ovládača				áno	spĺňa	spĺňa	spĺňa	110.	Sekundárny ovládanie pre ovládanie obrazového systému, výber orgánových programov a post-processngových aplikácií z miestnosti ovládača				áno	
Servisné podmienky															
111.	Poskytnutie prehľadového reportovacieho a plánovacieho servisného online systému výrobcu (prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android) (uchádzač uvedie názov web rozhrania a aplikácie)	áno/nie				spĺňa/áno	spĺňa	nespĺňa		vylučuje sa					
112.	Poskytnutie prístupu k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný Angio prístroj v rozsahu pre min. 3 užívateľov ročne (uchádzač uvedie názov vzdelávacej platformy a link na ňu)	áno/nie				spĺňa/áno	spĺňa	nespĺňa		vylučuje sa					
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY															
Požaduje sa:															
						Siemens Healthcare s. r. o. Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Inmed Slovakia s.r.o. Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	AXIANS Slovakia s.r.o. Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu							Definitívne min. osobitné zmluvné požiadavky na predmet zákazky
1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.					
2.	Požaduje sa dodanie 1-rovinového angiografického prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")					akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Požaduje sa dodanie 1-rovinového angiografického prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")					
2.1	do 90 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.1	do 90 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.					
2.2	v pracovných dňoch,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.2	v pracovných dňoch,					
2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.3	v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,					
2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.4	do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,					
2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.5	po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskytnúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,					
2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).					akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.6	s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzovníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).					
3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu					akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu					
3.1.	Pred dodaním prístroja a najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy dodávateľ doručí kompletný návrh priestorového usporiadania dodávky prístroja a technologický projekt k potrebným stavebným úpravám vypracovaný tak, aby objednávateľ na základe tohto dokumentu dokázal pripraviť miesto inštalácie prístroja					akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.1.	Pred dodaním prístroja a najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy dodávateľ doručí kompletný návrh priestorového usporiadania dodávky prístroja a technologický projekt k potrebným stavebným úpravám vypracovaný tak, aby objednávateľ na základe tohto dokumentu dokázal pripraviť miesto inštalácie prístroja					
4.	Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.					
5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne					akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.	Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne					
5.1	návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),					akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.1	návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),					
5.2	záručný list,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.2	záručný list,					
5.3	preberací (akceptačný) protokol,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.3	preberací (akceptačný) protokol,					
5.4	inštalčný protokol,					akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.4	inštalčný protokol,					
5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja					akceptujem	akceptujem	akceptujem	5.5	protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja					
6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	6.	Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.					
7.	Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.					akceptujem	akceptujem	akceptujem	7.	Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.					
8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:					akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.	Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržiavania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácii prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:					
8.1	oprava väd a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám					akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.1	oprava väd a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám					

8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.2	dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
8.3	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.3	vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.4	dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu a vykonanie upgradu softvérových funkcionalít prístroja	akceptujem -nie upgrade	akceptujem	akceptujem	8.5	vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporúčenia výrobcu
8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.6	vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.7	vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.8	práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp. dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.9	vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10	technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	8.10	technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichtyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroj. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem, ak -do lehoty sa započítavajú pracovné dni 8:00-16:30	akceptujem	akceptujem	9.	Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichtyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroj, ak vada na prístroji bola nahlásená v čase od 08:00 - 16:30 hod. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroj. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.	akceptujem, ak -do lehoty sa započítavajú pracovné dni 8:00-16:30	akceptujem	akceptujem	9.1	V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroj, ak vada na prístroji bola nahlásená v čase od 08:00 - 16:30 hod. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:	-	-	-	10.	Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,	akceptujem, ak -do lehoty sa započítavajú pracovné dni 8:00-16:30	akceptujem	akceptujem	10.1	oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.	akceptujem, ak -do lehoty sa započítavajú pracovné dni 8:00-16:30	akceptujem	akceptujem	10.2	oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	11.	Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientskeho pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12.	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podpore nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	12.	Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podpore nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelného pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	13.	Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelného pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	14.	Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	15.	Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	16.	Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
17.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	17.	Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	18.	Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
19.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj, ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	19.	Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj, ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	20.	Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicke na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	21.	Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.

22.	Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc", Kód Výzvy: 11102-21-V11. link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/10257083/	akceptujem	akceptujem	akceptujem	22.	Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc", Kód Výzvy: 11102-21-V11
23.	Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/ v súvislosti s dodávaným prístrojom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	23.	Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/ v súvislosti s dodávaným prístrojom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
24.	Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretia zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	24.	Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretia zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
25.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	25.	Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.

6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY

Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:		Siemens Healthcare s. r. o.	Inmed Slovakia s.r.o.	Axians Slovakia s.r.o.	Definitívne minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:	
		Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu	Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady. V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu		
1.	Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobu, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	1.	Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobu, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2.	Potvrdenie ŠUKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácii prístroja vystavený ŠUKL.	akceptujem	akceptujem	akceptujem	2.	Potvrdenie ŠUKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácii prístroja vystavený ŠUKL.
3.	Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsluhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky	akceptujem	akceptujem	akceptujem	3.	Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsluhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
4.	Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).	akceptujem	akceptujem	akceptujem	4.	Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).