

24504 - VST

Vestník č. 189/2019 - 19.09.2019

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV A ADRESY

Univerzitná nemocnica Bratislava

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31813861

Pažitková 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Kód NUTS: SK010

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Ján Mlynarčík

Telefón: +421 248234088

Email: jan.mlynarcik@unb.sk

Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavná adresa(URL): <http://www.unb.sk>

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): <https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/8698/zakazky>

I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Organizácia riadená verejným právom

I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ

Zdravotníctvo

ODDIEL II: PREDMET

II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1) Názov:

Dvojrovinný angiografický prístroj

Referenčné číslo: R1-9/001-72/2019

II.1.2) Hlavný kód CPV

33111000-1

II.1.3) Druh zákazky

Tovary

II.1.4) Stručný opis:

Predmetom zákazky je Dvojrovinný Angiografický prístroj v počte 2 ks (zostavy) s plnou digitalizáciou obrazu s vysokým rozlíšením obrazu určený pre vyšetrenia v oblasti celého tela pacienta s výbavou pre výkony intervenčnej neurorádiológie, intervenčnej rádiológie aj intervenčnej onkológie s možnosťou vzájomného pohybu C- ramena oproti stolu do strán aj pozdĺž tak, aby bolo možné vyšetriť pacienta v celej dĺžke.

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

II.1.6) Informácie o častiach

Táto zákazka sa delí na časti: Nie

II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)

1 674 000,00 EUR bez DPH

II.2) OPIS

II.2.2) Dodatočné kódy CPV

33111721-1

60000000-8

II.2.3) Miesto vykonania

Kód NUTS:

SK010

Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom plnenia sa rozumie miesto dodania tovaru. Miestom dodania a inštalácie prístrojov sú zdravotnicke zariadenia kupujúceho na území Bratislavy.

II.2.4) Opis obstarávania:

2 ks (súpravy).

II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Kritériá kvality

Názov: Naklápanie stola hlavou dole a hore, spolu v stupňoch

Relatívna váha: 0,2

Názov: Počet ohnísk vysokovýkonného rtg žiariča v ks

Relatívna váha: 0,2

Názov: Tepelná kapacita anódy v MHU

Relatívna váha: 0,5

Názov: Tepelná kapacita rtg žiariča v MHU

Relatívna váha: 0,5

Názov: Veľkosť najmenšieho ohniska (priemerná hodnota veľkostí najmenšieho ohniska oboch rontgeniek) v mm

Relatívna váha: 0,3

Názov: Minimálna rýchlosť odvodu tepla z anódy žiariča v kHU / min.

Relatívna váha: 0,5

Názov: Aktívna plocha detektorov v 1. rovine v cm²

Relatívna váha: 0,75

Názov: Aktívna plocha detektorov v 2. rovine v cm²

Relatívna váha: 0,75

Názov: Hĺbka digitalizácie detektorov 16 bit, áno / nie (áno=0,5, nie=0)

Relatívna váha: 0,5

Názov: Rozlišovacia schopnosť detektora v 1. rovine v Lp / mm

Relatívna váha: 0,5

Názov: Rozlišovacia schopnosť detektora v 2. rovine v Lp / mm

Relatívna váha: 0,5

Názov: Možnosť zobrazovania pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2048 x 2048 v oboch rovinách súčasne (áno=10 / nie=0)

Relatívna váha: 10,00

Názov: Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matici 2048 x 2048 v oboch rovinách súčasne v obr. / s

Relatívna váha: 0,5

Názov: Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pre rotačnú angiografiu techn. CBCT v obr. / s

Relatívna váha: 0,25

Názov: Max. počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pri natívnej rotačnej angiografii, pri zobrazovaní mäkkých častí v obr. / s

Relatívna váha: 0,25

Názov: 3D rotačná angiografia s vyhotovením VRT rekonštrukcií v reálnom čase v časovej slučke (intervale)

Relatívna váha: 0,5

Názov: Pracovná stanica pozostávajúca z 2 ks 30 diagnost. monitorov v ovládacej miestnosti

Relatívna váha: 0,5

Názov: USG pulzný doppler, áno / nie (áno=0,1, nie=0)

Relatívna váha: 0,1

Názov: Nožný spínač skiaskopie cez WIFI, áno / nie (áno=0,2, nie=0)

Relatívna váha: 0,2

Názov: Termín plnenia (dodania) v týždňoch

Relatívna váha: 0,5

Cena

Relatívna váha: 82,00

II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) OPIS

IV.1.1) Druh postupu

Verejná súťaž

IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii

Použila sa elektronická aukcia

IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 159-364060

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY

Názov: Kúpna zmluva č. 314/UNB/2019

V.2) ZADANIE ZÁKAZKY

V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy

10.09.2019

V.2.2) Informácie o ponukách

Počet prijatých ponúk: 3

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3

Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0

Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0

Počet ponúk prijatých elektronicke: 3

V.2.3) Názov a adresa dodávateľa

S&T Slovakia s. r. o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31349935

Mlynské Nivy 71 , 821 05 Bratislava

Kód NUTS: SK010

Slovensko

Email: Branislav.Lajcak@snt.sk

Internetová adresa (URL): <http://snt.sk>

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 2 800 000,00 EUR bez DPH

Celková hodnota zákazky/časti:

1 674 000,00 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.

Verejný obstarávateľ pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupoval v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkol'vek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, uchádzačmi.

K súťažným podkladom bol umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronicke prostredkami prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese <https://josephine.proebiz.com>.

VI.4) POSTUPY PRESKÚMAVANIA

VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Podľa § 163 a nasledujúci zákona o verejnom obstarávaní.

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa (URL): <http://www.uvo.gov.sk>

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

16.09.2019