



Všetci uchádzači zaradení do
D36478
(prostredníctvom systému JOSEPHINE)

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
	SVO-RVO2-2025/000804-003	Mgr. Nikola Šimunová	03.07.2025

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „**Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS**“, v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „**Analytické, technické váhy a predvážky (laboratórne váhy) pre rôzne rozpätie a presnosť váženia**“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSEPHINE, na Elektronicknej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch uvádza: "Verejný obstarávateľ požaduje predložiť na všetky položky predmetu zákazky v rámci ponuky:

- predloženie certifikátu CE o zhode s európskymi technickými normami alebo ekvivalent
- predloženie prvotného metrologického overenie merania
- predloženie potvrdenia prístroja o poskytovaní autorizovaného servisu dodávaných zariadení a servisné stredisko, potvrdenie musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ"

Keďže predloženie prvotného metrologického overenie merania je možné vydať až k existujúcim váham, máme za to, že tieto doklady bude stačiť dodať až pri dodávke zariadenia. Žiadame verejného obstarávateľa, aby túto požiadavku modifikoval tak, že všetky doklady stačí predložiť až spolu s tovarom.

Ďakujeme

Otázka č. 2

Verejný obstarávateľ akceptuje vami navrhovanú zmenu a upravuje Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia nasledovne:

pôvodne znenie:

Ostatné požiadavky na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť na všetky položky predmetu zákazky v rámci ponuky:

- predloženie certifikátu CE o zhode s európskymi technickými normami alebo ekvivalent
- predloženie prvotného metrologického overenie merania
- predloženie potvrdenia prístroja o poskytovaní autorizovaného servisu dodávaných zariadení a servisné stredisko, potvrdenie musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ

V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady, priame aj nepriame, ktoré sú spojené s plnením zákazky. V cene musí byť započítaná doprava, balné, vykládka v mieste dodania tovaru, ako aj odborná inštalácia zariadenia na presné miesto merania, určené odberateľom. V cene predmetu zákazky taktiež požadujeme zaškolenie obsluhy zariadenia minimálne 2 zamestnancov na každom mieste plnenia Ministerstva vnútra SR a dodanie návodu v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ bude požadovať pri dodaní tovaru od dodávateľa, vystavenie certifikátu od Slovenskej legálnej metrológií alebo ekvivalent s pečiatkou o overení meradla a jeho uvedeníu do prevádzky.

nové znenie:

Ostatné požiadavky na predmet zákazky

Verejný obstarávateľ bude požadovať pri dodaní tovaru od dodávateľa predložiť na všetky položky predmetu zákazky:

- predloženie certifikátu CE o zhode s európskymi technickými normami alebo ekvivalent
- vystavenie certifikátu od Slovenskej legálnej metrológií alebo ekvivalent s pečiatkou o overení meradla a jeho uvedeníu do prevádzky
- predloženie potvrdenia prístroja o poskytovaní autorizovaného servisu dodávaných zariadení a servisné stredisko, potvrdenie musí byť v SR alebo inej členskej krajine EÚ

V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady, priame aj nepriame, ktoré sú spojené s plnením zákazky. V cene musí byť započítaná doprava, balné, vykládka v mieste dodania tovaru, ako aj odborná inštalácia zariadenia na presné miesto merania, určené odberateľom. V cene predmetu zákazky taktiež požadujeme zaškolenie obsluhy zariadenia minimálne 2 zamestnancov na každom mieste plnenia Ministerstva vnútra SR a dodanie návodu v slovenskom alebo českom jazyku.

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie podkladov k ponuke v dynamickom nákupnom systéme bude upravená výzva na predkladanie ponúk.. Zmena výzvy na predkladanie ponúk bude oznámená na elektronickej tabuli.

S pozdravom

.....

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ sekcie verejného obstarávania MV SR