



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO3-2025/000888-04

Vybavuje/linka
Matej Gál /44579

Miesto/dátum
Bratislava/22.10.2025

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Skúšobné zariadenia a stolný spektrometer**“ zadávanej v rámci DNS „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok DNS“, uskutočňovanej prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE pod ID zákazky 70212.

Otázka č. 1

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ pre časť 1 požaduje v Opise predmetu zákazky napájanie/spotrebu 230V/50 Hz, /100 W. Náš výrobca nám potvrdil, že zariadenie je v praxi napájané zo štandardnej siete 230 V AC, ktorá je následne konvertovaná na 24 V DC / 10 W, čo plne zodpovedá jeho prevádzkovým potrebám a je v súlade s konštrukciou zariadenia.

Žiadame preto o potvrdenie, že verejný obstarávateľ akceptuje tento spôsob napájania (230 V AC → 24 V DC / 10 W) ako rovnocenný pôvodne uvedenému napájaniu 230 V, 50 Hz / 100 W, keďže zariadenie nevyžaduje vyšší výkon a z technického hľadiska je táto konfigurácia plne postačujúca pre jeho správnu funkciu.

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ bude vo vzťahu k časti predmetu zákazky č. 1 akceptovať aj spôsob napájania 230 V AC → 24 V DC / 10 W.

Vzhľadom na zmenu požiadaviek na predmet zákazky verejný obstarávateľ vo vzťahu k časti predmetu zákazky č. 1 s názvom Skúšobné zariadenia pre prostriedky individuálnej ochrany (PIO) rozhodol o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk.

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 23.10.2025 10.00 hod.

Predĺžená lehota na predkladanie ponúk: 30.10.2025 10.00 hod.

Upozornenie:

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk sa vzťahuje len a výlučne k časti predmetu zákazky č. 1 s názvom Skúšobné zariadenia pre prostriedky individuálnej ochrany (PIO). V časti predmetu zákazky č. 2 s názvom Stolný röntgenofluorescenčný spektrometer s využitím vlnovej disperzie ostáva lehota na predkladanie ponúk nedotknutá.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sekcie verejného obstarávania MV SR