



- **všetkým záujemcom**

**Váš list číslo/zo dňa**

**Naše číslo**  
R1-9 / 051-17 / 2018

**Vybavuje/linka**  
Ing. Ján Mlynarčík  
02/48234088  
[jan.mlynarcik@unb.sk](mailto:jan.mlynarcik@unb.sk)

**Bratislava**  
30. 07. 2018

**Vec:** Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie

---

V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných podkladov č. R1-9 / 051-07 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom - Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 128-291093 zo 06. 07. 2018 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2018 z 09. 07. 2018 pod zn. 9251-MST, realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky „**USG PRÍSTROJE**“ pre zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.

S úctou

**Ing. Ján Mlynarčík, v.r.**



## **VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV**

### Otázka č. 1:

V časti C. súťažných podkladov, Príloha č. 1 zmluvy „Technická a medicínska špecifikácia „USG prístroje“, časť VI. 6. kategória: USG – TOP GYNEKOLOGICKÝ (aj 3D zobr. a diagn. rizikovej gravidity), je uvedené:

Počet portov pre zapojenie sond min. 4

Chceli by sme verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie, či by v záujme zachovania nediskriminačných podmienok obstarávania súhlasil s úpravou tejto požiadavky nasledovne:

„Počet portov pre zapojenie sond min. 3“

### **Odpoveď:**

**V prílohe č. 1 kúpnej zmluvy „Technická a medicínska špecifikácia „USG prístroje“, v časti C. súťažných podkladov, je u časti VI. 6. kategória: USG – TOP GYNEKOLOGICKÝ (aj 3D zobr. a diagn. rizikovej gravidity), nesprávne uvedený počet portov pre zapojenie sond (min. 4).**

**Správne má byť:**

**Počet portov pre zapojenie sond min. 3**

**tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 k časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov „Technická a medicínska špecifikácia „USG prístroje“, časť VI. 6. kategória: USG – TOP GYNEKOLOGICKÝ (aj 3D zobr. a diagn. rizikovej gravidity), kde sa požaduje:**

**„Počet portov pre zapojenie sond min. 3“**