

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_RTG_03Vybavuje / linka
Mikuščák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 30.04.2020

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 2**

Svet zdravia Nemocnica Topolčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topolčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S67 zo dňa 03.04.2020 pod značkou 2020/S 067-158989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **75/2020 z 06.04.2020 pod zn. 12762 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**RTG prístroj**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Otázka č. 3:

Požadovaná hodnota:

12. 1 Hĺbka C ramena min. 680 mm

Navrhovaná hodnota:

12. 1 Hĺbka C ramena min. 660 mm

Otázka - Bude verejný obstarávateľ akceptovať hĺbku C ramena 660mm?

Odpoveď č. 3:

Verejný obstarávateľ, preskúmal dopady navrhovanej zmeny par. č. 2 „Hĺbka C ram. min. 680 mm“ vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a nesúhlasí so zmenou parametra na navrhovaných 660 mm. Zmenšenie hodnoty v parametri Hĺbka C ramena obmedzuje pohyb a manipuláciu a tým aj použitie prístroja v obmedzených priestoroch napríklad na operačnej sále počas operačného výkonu.

Otázka č. 4:

Požadovaná hodnota:

Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi s uhlopriečkou min. 19 palcov s min. rozlíšením 10. 1280x1024 pixelov, alebo s 1 ks TFT monitorom min. 32 palcov s min. rozlíšením 2560 x 1024 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímok vedľa seba.

Navrhovaná hodnota:

Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi s uhlopriečkou min. 19 palcov s min. rozlíšením 10. 1280x1024 pixelov, alebo s 1 ks TFT monitorom min. 27 palcov s min. rozlíšením 2560 x 1024 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímok vedľa seba.

Otázka - Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj samostatný monitorový vozík s 1 ks TFT monitorom 27 palcov s rozlíšením 3840 x 2160 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímok vedľa seba? Z klinického hľadiska Vám ponúkame monitor s lepším rozlíšením (3840x2160) ako požadujete (2560x1024), avšak s mierne menšou uhlopriečkou. 27" monitor je presný ekvivalent dvoch 19" monitorov.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ, preskúmal dopady navrhovanej zmeny par. č.10 „Samostatný monitorový vozík s 2 ks TFT monitormi s uhlopriečkou min. 19 palcov s min. rozlíšením 1280x1024 pixelov, alebo s 1 ks TFT monitorom min. 32 palcov s min. rozlíšením 2560 x 1024 s možnosťou zobrazenia dvoch RTG snímok vedľa seba“ vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a nesúhlasí so zmenou parametrov týkajúcich sa návrhu na zmenu počtu monitorov z 2 na jeden, uhlopriečky na 27 palcov. Jeden 27 palcový monitor nepovažujeme za plnohodnotnú alternatívu 32 palcového monitora.

Otázka č. 5:

Požadovaná hodnota:

13.4 Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) rozmery ohnisk max.(0,6 -1) mm

Navrhovaná hodnota:

13.4 Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) rozmery ohnisk max.(0,6 -1,4) mm

Otázka - Bude verejný obstarávateľ akceptovať aj ohniskové body žiariča: malý ohniskový bod 0,6 mm a veľký ohniskový bod 1,4 mm? Z diagnostického hľadiska je výhodne mať dva ohniskové body malý pre jemnejšie štruktúry a lepší detail a väčší pre štandardné snímky.

Odpoveď č. 5:

Verejný obstarávateľ, preskúmal dopady navrhovanej zmeny par. č.13.4 „Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) rozmery ohnisk max.(0,6 -1) mm.“ vo vzťahu k svojim potrebám a účelu nakupovaného zariadenia a nesúhlasí s navrhovanou zmenou parametra na 0,6 – 1,4 mm. Väčšie hodnoty ohniska žiariča negatívne ovplyvňujú ostrosť obraz snímanej lokality.

Otázka č. 6:

Vaše vysvetlenie požadujeme aj k podmienkam účasti uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania k časti - Technická a odborná spôsobilosť: kde je uvedené:

1. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie minimálnej požadovanej úrovne štandardov uspokojivým dodaním (pod uspokojivým dodaním sa rozumie dodanie v zmysle obchodných a technických podmienok): dodanie aspoň 1 ks - Mobilný RTG prístroj s C ramenom s fiat panelom."

Otázka - Bude verejný obstarávateľ akceptovať pre splnenie uvedenej podmienky účasti predloženie zoznamu dodávok a referencií aj inej RTG zdravotníckej techniky - t.j. CT prístroja najvyššej kategórie? Dodanie, inštalácia CT prístroja a zaškolenie personálu je technicky náročnejšie v porovnaní s mobilným RTG prístrojom sC ramenom s fiat panelom. Uspokojivé dodanie v zmysle obchodných a technických podmienok je možné preukázať aj iným RTG prístrojom zobrazovacej techniky, napr. CT prístrojom. Naša spoločnosť sa v predchádzajúcich 3 rokoch zaoberala výhradne distribúciou CT prístrojov najvyššej kategórie svetoznámeho výrobcu, v roku 2020 sme získali distribúciu RTG prístrojov. Podmienka predloženia zoznamu dodávok len mobilného RTG prístroja s C ramenom je podľa nášho názoru diskriminačná, keďže „uspokojivé dodanie“ je možné preukázať aj prostredníctvom iného prístroja zobrazovacej techniky využívajúcej RTG žiarenie.

Odpoveď č. 6:

Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti v súlade s §38 ods. (5) ZVO (*Podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia na preukázanie splnenia finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musia byť primerané a musia súvisieť s predmetom zákazky*). Nie je teda možné akceptovať dodávku takých prístrojov, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky napriek tomu, že ich dodanie je technicky náročnejšie. Uvedené by mohlo byť považované za porušenie predmetného ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ktorý jasne definuje vzťah medzi podmienkou účasti a predmetom zákazky.

Upriamujeme pozornosť záujemcov na §34 ods. (3) ZVO alebo §37 ZVO a teda možnosť využiť kapacity iných subjektov alebo členov skupiny dodávateľov na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej a odbornej spôsobilosti.

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikuščák

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie