

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SZ_TO_RTG_04Vybavuje / linka
Mikušák/ 0918 600 969Miesto odoslania / Dátum
Trnava/ 11.05.2020

Vec: **Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti 3**

Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., so sídlom Pavlova 17, 955 20 Topoľčany (ďalej len „verejný obstarávateľ“) uverejnil v Dodatku k Úradnému vestníku EÚ č. S67 zo dňa 03.04.2020 pod značkou 2020/S 067-158989 a vo Vestníku verejného obstarávania č. **75/2020 z 06.04.2020 pod zn. 12762 – MST** oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „**RTG prístroj**“.

V súlade s §48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Otázka č. 7:

a) V súťažných podkladoch Príloha č. 1.: Špecifikácia predmetu zákazky: RTG prístroj P.č. 13.4 požadujete Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový)

rozmary ohnisk max. (0,6 - 1) mm. Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča musí byť maximálne 1 mm.

A na základe Vašej zmeny bodu na:

b) V súťažných podkladoch Príloha č. 1.1.: Špecifikácia predmetu zákazky: RTG prístroj P. č. 13.3 „RTG- žiarič s jedným alebo dvomi ohniskami s pevnou alebo rotačnou anódou.

Táto zmena umožňuje prístup už väčšine výrobcov C ramien s výkonom okolo 2 kW a viac s pevnou anódou.

Historicky je overené, že väčšina C ramien s Obrazovým zosilňovačom (II) ale i Flat panelom (FPD) s výkonom 2 až 5 kW už roky používa nasledovné röntgenky s pevnou anódou a ich rozdelenie sa u výrobcov ustálilo nasledovne:

- i) malé ohnisko v rozmedzí 0,6 mm a menej,
- ii) veľké ohnisko v rozmedzí 1,4 mm a menej, pri výkonoch do 5 kW,
- iii) veľké ohnisko v rozmedzí 1,8mm a menej, pri výkonoch 5 kW až 12 kW.

Naša spoločnosť by chcela dodať prístroj s výkonom 4,5 kW, ktorý vo všetkých bodoch spĺňa Vaše požiadavky a to nasledovne:

- výkon 2,1 kW s ohniskom 0,5 mm

- výkon 4,5 kW s ohniskom 1,4 mm

Bude verejný obstarávateľ akceptovať nasledovnú úpravu požiadavky v bode 13.4 v rámci špecifikácie predmetu zákazky?

P.č. 13.4 „Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa jednofokusový alebo dvojfokusový) min. (0,6 -1,0) mm“ pri výkone 2 kW. „Zadávateľ pripúšťa väčšie rozmedzie, ale len pre spodnú hranicu ohniskového žiariča, pričom vrchná hranica rozmedzia ohniskového žiariča môže byť maximálne 1,4 mm“ ak je na tomto ohnisku bude vykonávané zobrazovanie pre výkon 2,1 kW a viac.

Odpoveď č. 7:

Vid' odpoveď č. 5 (zo dňa 30.4.2020).

S pozdravom

v.r.

Daniel Mikušček

Osoba splnomocnená vykonávať verejné obstarávanie