

Verejný obstarávateľ/Kupujúci:

Typ zákazky:

Postup:

Predmet zákazky:

Dokument:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Verejná súťaž

Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostiku a intervenčnú rádiológiu

Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy

ČASŤ 18

Uchádzač/Predávajúci:

ARID obchodná spoločnosť, s.r.o., Boženy Němcovej 14, 811 04 Bratislava

Časť	Pol. Číslo	Opis položky	Merná jednotka (MJ)	Predpokladané množstvo MJ	ŠUKL kód	Kód MZ SR (ak bol pridelený)	Názov položky/typ/popis/výrobca	Cena za MJ (EUR)				Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky			
								bez DPH	Sadzba DPH	DPH	sDPH	bez DPH	DPH	s DPH/MJ	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Časť 18		Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu periférnej vaskulatúry pomocou podporných vodiacich katétrov - Špeciálne podporné vodiace koaxiálne katétre, ktoré sú určené na zaistenie podpory vodiča a pre uľahčenie jeho priechodu okolo aterosklerotických plátov aj cez úplné uzávery pri vaskulárnych intervenčných výkonoch, alebo tiež pre oporu pri priechode vodiča vnútornou vrstvou steny tepny pri subintimálnej rekanalizácii. Celé tieto zariadenia sú nízko profilové, čím zaisťujú ľahký priechod. Sú v celej svojej dĺžke vystužené oceľovou konštrukciou, ktorá zaisťuje dostatočnú oporu a je odolná proti zalomeniu. Táto konštrukcia musí byť potiahnutá polymérom hydrofilným materiálom, ktorý uľahčuje pohyb vo vinutom cievnom riečisku. Hrot tohto katétra je kónický atraumatický a má na sebe röntgenkontrastné markery (4 Fr kompatibilný s vodičmi 0,035, dĺžky 90 až 150 cm s distálnym koncom rovným a zahnutým a tiež 2,3 Fr a 2,6 Fr. Kompatibilný s vodičmi 0,014 a 0,018 inch, v dĺžke 90 až 150 cm). Ďalej požadujeme embolizačné špirálky vyrobené z platiny alebo z oceli s dakronovými vláknami pre vyšší trombogénny efekt, voľne vložené. Spôsob implantácie vstrekom malého množstva fyziologického roztoku event. dotlačením coilpusherom. Rozmery 0,018 – 0,035inch, dĺžka natiahnutého coilu od 2 do 20 cm.Ďalej požadujeme embolizačné špirálky s tvarovou pamäťou stáčajúca sa do tvaru valca; Embolizačné špirálky pre periférne embolizácie ciev a žíl – vyrobené z platiny a pokryté dakronovými vláknami pre vyšší trombogénny efekt, držaná na zavádzacom vodiči, odpútateľná mechanicky. Rozmer 0,018 a 0,035inch, dĺžka natiahnutého coilu od 2 do 20 cm, pokrytá fibrinogennými vláscami. Ďalej požadujeme embolizačné špirálky s 3D tvarovou pamäťou stáčajúca sa do tvaru kužela. Veľkosť priemeru kuželovej základni v rozmedzí od 4 mm do 10 mm, Embolizačná špirálka do krátkych úsekov vyrobená z ocele alebo platiny a pokrytá dakronovými vláknami pre vyšší trombogénny efekt, voľne vložená. Spôsob implantácie vstrekom malého množstva fyziologického roztoku event. dotlačenia coilpusherem. Rozmery 0,018– 0,038 inch, dĺžka natiahnutého coilu od 2 do 14,2 cm.Ďalej požadujeme embolizačné špirálky pre oklúziu úsekov s pomalým tokom krvi vyrobená z platiny s dakronovými vláknami pre vyšší trombogénny efekt, mechanicky odnateľná. Špirála sa dá znovu zasunúť do zavádzača a znovu uvoľniť, aby sa lepšie umiestnila. Rozmery 0,035 inch, dĺžka natiahnutého coilu od 7 do 14 cm. Priemer stočenej špirály od 6mm do 20 mm.													
	1.		Špeciálne podporné vodiace koaxiálne katétre požadovaných vlastností	ks	40	P89553	X03377	CXI SUPPORT CATHETER/podporný katéter/koaxiálny/Cook	167,48	23	38,52	206,00	6 699,20	1 540,82	8 240,02
	2.		Embolizačná špirálka vyrobená z platiny a pokrytá dakronovými vláknami požadovaných vlastností	ks	40	P72712	X03334	MREYE EMBOLIZATION COIL/embolizačná špirálka/s dakronom/Cook	190,00	5	9,50	199,50	7 600,00	380,00	7 980,00
	3.		Embolizačná špirálka do krátkych úsekov požadovaných vlastností	ks	30	P72712	X03334	NESTER PLATINUM EMBOLIZATION COIL/embolizačná špirálka/do krátkych úsekov/Cook	190,00	5	9,50	199,50	5 700,00	285,00	5 985,00
	4.		Embolizačné špirálky pre oklúziu dlhých úsekov s pomalým tokom krvi požadovaných vlastností	ks	20	P72712	X03334	TORNADO PLATINUM EMBOLIZATION COIL/embolizačná špirálka/do dlhých úsekov/Cook	190,00	5	9,50	199,50	3 800,00	190,00	3 990,00
	5.		Embolizačné špirálky pre periférne embolizácie ciev a žíl držané, mechanicky odpútateľné požadovaných vlastností	ks	30	P72712	X03336	RETRACTA DETACHABLE EMBOLIZATION COIL/embolizačná špirálka/odpútateľná/Cook	450,00	5	22,50	472,50	13 500,00	675,00	14 175,00
												37 299,20	3 070,82	40 370,02	

Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov:

Údaje vyplní uchádzač

Kritérium

Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.

(uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)

Uchádzač: Bc. Tomáš Drozd MBA

(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)