

## Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 13. 11.2025:

### Otázka č. 1

---

časť: Digitálny mamografický prístroj s tomosyntézou: „Rozsah rotácie C ramena - minimum  $\pm 160^\circ$ “

Nami ponúkaný digitálny mamografický prístroj má rozsah rotácie C-ramena v rozsahu pre 2D mamografiu:  $+195^\circ/-155^\circ$ , čo predstavuje celkový rozsah rotácie  $350^\circ$ , čo je o  $30^\circ$  viac ako požaduje verejný obstarávateľ v technickej špecifikácii.

Daný parameter umožňuje plnohodnotné využitie prístroja v klinickej praxi bez obmedzenia a nemá žiadny vplyv na kvalitu medicínskeho vyšetrenia.

Preto sa chceme opýtať, či bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný technický parameter: „Rozsah rotácie C ramena - minimum  $+160^\circ/-155^\circ$  ?

#### Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ trvá na splnení parametra tak, ako je uvedený Opise predmetu zákazky. Pričom rozsah rotácie C-ramena:  $+195^\circ/-155^\circ$ , nie je splnením parametra tak, ako je uvedený v Opise predmetu zákazky.

### Otázka č. 2:

---

Časť: Prístroj vákuovej biopsie (OPCIA): „Držiak sondy pre USG prístroj“

Nami ponúkaný vákuový systém nedisponuje držiakom na sondu pre USG prístroj, čo ale neznižuje kvalitu a funkčnosť daného prístroja.

Preto sa chceme opýtať, či bude verejný obstarávateľ akceptovať nami ponúkaný vákuový systém bez požadovaného technického parametra „Držiak sondy pre USG prístroj“, prípadne si dovoľujeme požiadať o bližšiu špecifikáciu požadovaného parametra.

#### Odpoveď č. 2:

Verejný obstarávateľ trvá na splnení parametra tak, ako je uvedený Opise predmetu zákazky.

## Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 17. 11.2025:

### Otázka č. 1

---

verejný obstarávateľ stanovil lehotu na predkladanie ponúk do 28.11.2025 a dodanie zariadenia požaduje do 17.12.2025.

Verejný obstarávateľ tak neposkytuje na dodanie ani 3 týždne, nakoľko nie je známe, ako dlho bude trvať vyhodnotenie ponúk a podpísanie zmluvy. V takto krátkej lehote môže byť dodané len zariadenie, ktoré je už vopred hotové a pripravené na dodanie.

Nakoľko výroba tohto zariadenia trvá minimálne 1 mesiac, v záujme zachovania hospodárnosti súťaže a nediskriminácie potenciálnych uchádzačov žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na dodanie predmetu zákazky aj vzhľadom na vianočné sviatky spojené s celozávodnými dovolenkami zatvorením aspoň do konca januára 2026.

Zároveň žiadame, aby ŠÚKL kód bol postačujúci pred dodaním predmetu zmluvy, nakoľko na jeho pridelenie je potrebný minimálne 1 mesiac.

#### **Odpoveď č. 1:**

Verejný obstarávateľ má predmet zákazky financovaný z kapitálových výdavkov viazaných na predmetný účel do konca roka 2025. Lehota dodania bola stanovená s prihliadnutím na túto okolnosť, tak aby verejný obstarávateľ včas vedel administrovať všetky úkony spojené s prebratím zariadenia vrátane úhrady, nakoľko Štátna pokladnica sa zatvára koncom roka 2025. Na základe vyššie uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Ak by verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do konca januára 2026 nemal by zabezpečené finančné krytie a verejné obstarávanie by musel zrušiť.

### **Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 18.11.2025:**

#### **Otázka č. 1**

---

Predkladanie ponuky na predmet obstarávania je 28.11.2025.

V návrhu Kúpnej zmluvy č. .... /UNB/2025 je uvedené

Čl. V.

Dodacie podmienky, odovzdanie a prevzatie tovaru a prechod vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa článku III. tejto zmluvy do 17.12.2025

Sme presvedčení, že k požadovanému termínu nebudú ani vyhodnotené ponuky, alebo ak áno tak dodacia doba bude dni.

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica Identifikátor ÚVO: 1373534

je uvedená Predpokladaná hodnota Hodnota: 303 572.91 EUR

Obvyklá dodacia doba takto špeciálnych zdravotníckych prostriedkov, obstarávaný tovar pozostáva z viacerých prístrojov, je obvykle 2 až 3 mesiace.

Žiadame Vás o opravu termínu dodávky predmetu obstarávania čo sa iste stalo nedopatrením. Ale ak ie tak Vás dôrazne žiadame o zmenu Čl. V bod 1 nasledovne

Čl. V.

Dodacie podmienky, odovzdanie a prevzatie tovaru a prechod vlastníckeho práva k tovaru na kupujúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa článku III. tejto zmluvy do 17.03.2026

**Odpoveď č. 1**

Verejný obstarávateľ má predmet zákazky financovaný z kapitálových výdavkov viazaných na predmetný účel do konca roka 2025. Lehota dodania bola stanovená s prihliadnutím na túto okolnosť, tak aby verejný obstarávateľ včas vedel administrovať všetky úkony spojené s prebratím zariadenia vrátane úhrady, nakoľko Štátna pokladnica sa zatvára koncom roka 2025. Na základe vyššie uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ nepredlžuje lehotu na predkladanie ponúk. Ak by verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do konca januára 2026 nemal by zabezpečené finančné krytie a verejné obstarávanie by musel zrušiť.