

Verejný obstarávateľ na základe vyhodnotenia PTK rozhodol, že predmetom centrálneho nákupu pre zabezpečenie potrieb podriadených organizácií v pôsobnosti MZ SR budú nižšie uvedené položky.

Definitívne minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky					
		parametre			
		MJ	min.	max.	presne
časť 1. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť XS, S - spoločné požiadavky					
1.	Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu.				vyžaduje sa
2.	Nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
3.	Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny)				vyžaduje sa
4.	Absorpčné jadro: min. trojvrstvové savé jadro				vyžaduje sa
5.	Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky.				vyžaduje sa
6.	Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín,				vyžaduje sa
7.	Balené v PE obale				vyžaduje sa
8.	V 1 balení max. 30 ks				vyžaduje sa
	Veľkosť XS položka 1				
	obvod (bez natiiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí	cm	40-60		
	savosť	ml	1300		
	Veľkosť S -položka 2				
	obvod bokov (bez natiiahnutia)	cm	55-80		
	savosť	ml	1500		
	Veľkosť S -položka 3				
	obvod bokov (bez natiiahnutia)	cm	55-80		
	savosť	ml	2000		

časť 2. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť M - spoločné požiadavky					
1.	Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu.				vyžaduje sa
2.	Nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
3.	Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny)				vyžaduje sa
4.	Absorpčné jadro: min. trojvrstvé savé jadro				vyžaduje sa
5.	Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky.				vyžaduje sa
6.	Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín,				vyžaduje sa
7.	Balené v PE obale				vyžaduje sa
8.	V 1 balení max. 30 ks				vyžaduje sa
	Veľkosť M -položka 1				
	obvod bokov (bez natiiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí	cm	70-90		
	obvod bokov (natiiahnuté) - prípustný rozmer v rozpätí	cm	110-125		
	savosť min.	ml	2000		
	Veľkosť M -položka 2				
	obvod bokov (bez natiiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí	cm	70-90		
	obvod bokov (natiiahnuté) - prípustný rozmer v rozpätí	cm	110-125		
	savosť min.	ml	2900		
časť 3. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť L,XL - spoločné požiadavky					
1.	Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu.				vyžaduje sa
2.	Nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
3.	Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny)				vyžaduje sa
4.	Absorpčné jadro: min. trojvrstvé savé jadro				vyžaduje sa
5.	Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky.				vyžaduje sa
6.	Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín,				vyžaduje sa
7.	Balené v PE obale				vyžaduje sa
8.	V 1 balení max. 30 ks				vyžaduje sa
	Veľkosť L -položka 1				
	obvod bokov (bez natiiahnutia) - prípustný rozmer v rozpätí	cm	90-110		
	obvod bokov (natiiahnuté) - prípustný rozmer v rozpätí	cm	120-150		
	savosť min.	ml	2500		
	Veľkosť L - položka 2				
	obvod bokov (bez natiiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	90-110		
	obvod bokov (natiiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí	cm	120-150		
	savosť min.	ml	3100		

	Veľkosť XL-položka 3				
	obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	130-150		
	obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí	cm	160-170		
	savosť	ml	2700		
	Veľkosť XL - položka 4				
	obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	130-150		
	obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí	cm	160-175		
	savosť	ml	3200		
časť 4. Nohavičky plienkové pre dospelých, veľkosť XXL - spoločné požiadavky					
1.	Plienkové nohavičky pre mobilných aj imobilných pacientov s ťažkými formami inkontinencie a/alebo fekálnu inkontinenciu.				vyžaduje sa
2.	Nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
3.	Materiál: hypoalergénny, dermatologicky testovaný , priedušný, zabezpečuje pocit sucha, ochrana proti úniku moču. (tzn. hypoalergénny)				vyžaduje sa
4.	Absorpčné jadro: min. trojvrstvové savé jadro				vyžaduje sa
5.	Jednoduchá manipulácia - 4 lepiace pásiky na suchý zips na bezpečné uchytenie plienky.				vyžaduje sa
6.	Minimalizácia nepríjemného zápachu, neutralizácia tekutín,				vyžaduje sa
7.	Balené v PE obale				vyžaduje sa
8.	V 1 balení max. 30 ks				vyžaduje sa
	Veľkosť XXL - položka 1				
	obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	150-190		
	savosť	ml	4000		
časť 5 Nohavičky plienkové ťahovacie pre dospelých, veľkosť S-spoločné požiadavky					
1.	Ťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov				vyžaduje sa
2.	Vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencii stolice				vyžaduje sa
3.	Anatomicky tvarované, vnútorné pásiky a polyetylénová fólia chrániace pred pretakaním po bokoch				vyžaduje sa
4.	Nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
5.	Balené v PE obale				vyžaduje sa
6.	Materiál: Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky, priedušný, spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií				vyžaduje sa
7.	Bočná, zadná, horná vrstva a manžety sú polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela. Gumičky: na báze polyuretánu na zipsy na nohaviaciach, manžety, pás a bok.				vyžaduje sa

8.	Absorpčné jadro: Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielennej bez chlóru. Druhá vrstva sulfátová buničina so superabsorpčným polymérom (SAP) - Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej preniku späť. Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre. Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“.				vyžaduje sa
9.	V 1 balení max. 30 ks				vyžaduje sa
	Veľkosť S-položka 1				
	obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	55-80		
	savosť	ml	1475		
časť 6 Nohavičky plienkové ťahovacie pre dospelých, veľkosť M,L - spoločné požiadavky					
1.	Ťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov				vyžaduje sa
2.	vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencii stolice				vyžaduje sa
3.	Anatomicky tvarované, vnútorné pásiky a polyetylénová fólia chrániace pred pretekaním po bokoch				vyžaduje sa
4.	Nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
5.	Balené v PE obale				vyžaduje sa
6.	Materiál: Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky, priedušný, spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií				vyžaduje sa
7.	Bočná, zadná, horná vrstva a manžety sú polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela. Gumičky: na báze polyuretánu na zipsy na nohavičiach, manžety, pás a bok.				vyžaduje sa
8.	Absorpčné jadro: Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielennej bez chlóru. Druhá vrstva sulfátová buničina so superabsorpčným polymérom (SAP) - Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej preniku späť. Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre. Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“.				vyžaduje sa
9.	V 1 balení max. 30 ks				vyžaduje sa
	Veľkosť M-položka 1				
	obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	70-90		
	obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí	cm	100-125		
	savosť	ml	1880		
	Veľkosť L-položka 2				
	obvod bokov (bez natiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	90-120		
	obvod bokov (natiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí	cm	130-150		
	savosť	ml	2100		

časť 7 Nohavičky plienkové naťahovacie pre dospelých, veľkosť XL-spoločné požiadavky					
1.	Naťahovacie nohavičky určené na starostlivosť o inkontinentných mobilných a čiastočne mobilných pacientov				vyžaduje sa
2.	vhodné na použitie pri močovej inkontinencii a inkontinencii stolice				vyžaduje sa
3.	Anatomicky tvarované, vnútorné pásiky a polytylénová fólia chrániace pred pretekaním po bokoch				vyžaduje sa
4.	Nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
5.	Balené v PE obale				vyžaduje sa
6.	Materiál: Hypoalergénny a dermatologicky testovaný materiál, ktorý pôsobí proti zvyšovaniu pH pokožky, priedušný, spoľahlivo zaručuje prevenciu alergických reakcií				vyžaduje sa
7.	Bočná, zadná, horná vrstva a manžety sú polypropylén - netkaná textília, hydrofilná, biela. Gumičky: na báze polyuretánu na zipsy na nohavičiach, manžety, pás a bok.				vyžaduje sa
8.	Absorpčné jadro: Prvá vrstva 100% sulfátovej buničiny bielennej bez chlóru. Druhá vrstva sulfátová buničina so superabsorpčným polymérom (SAP) - Mení tekutinu na gél a zabraňuje tak jej preniku späť. Rozmiestňuje moč rovnomerne po celom absorpčnom jadre. Tretia vrstva kraftová buničina „zvlnené vlákno“.				vyžaduje sa
9.	V 1 balení max. 30 ks				vyžaduje sa
	Veľkosť XL-položka 1				
	obvod bokov (bez natiiahnutia) prípustný rozmer v rozpätí	cm	130-150		
	obvod bokov (natiiahnuté) prípustný rozmer v rozpätí	cm	160-175		
	savosť	ml	2500		
časť 8 Elastické nohavičky na vložky/vložkové plienoky pre dospelých veľkosť M, L XL, 2XL - spoločné požiadavky					
1.	elastické nohavičky				vyžaduje sa
2.	obliekajú sa a nosia ako bežná spodná bielizeň				vyžaduje sa
3.	prispôsobujú sa telesným tvarom, zabezpečujú komfortné nosenie, bezpečné držanie vložky alebo plienky, a tým zabezpečujú pohodlie a ochranu pacienta				vyžaduje sa
4.	nohavičky je možné prať pri teplote 60 °C a po vypraní znova použiť				vyžaduje sa
5.	vhodné pre ležiacich aj mobilných pacientov				vyžaduje sa
	Veľkosť M				
	Obvod bokov - prípustný rozmer v rozpätí	cm	60-100		
	Veľkosť M-položka 1				
	Veľkosť L				
	Obvod bokov -prípustný rozmer v rozpätí	cm	80-120		

	Veľkosť L- položka 2				
	Veľkosť XL Obvod bokov - prípustný rozmer v rozpätí	cm	100-160		
	Veľkosť XL- položka 3				
	Veľkosť 2XL - položka č. 4 Obvod bokov - prípustný rozmer v rozpätí	cm	100-180		
časť 9. Plienky detské určené pre detských pacientov					
1.	Plienky detské (určené pre detských pacientov s váhou min. 0-2 kg) - položka 1				
1.1.	určené pre detských pacientov s váhou až do 2 kg				vyžaduje sa
1.2.	Priedušné absorpčné jadro, špeciálne navrhnuté gumičky v páse,manžetky umiestnené na vonkajšej strane, ktoré zaisťujú prispôsobenie detskému telu a udržanie obsahu plienky				vyžaduje sa
1.3.	distribučná vrstva signalizujúca prijatú vlhkosť (vnútorná vrstva sa zafarbí),				vyžaduje sa
1.4.	pevné suché zipsy umožňujúce opakované zapínanie plienky				vyžaduje sa
1.5.	nohavičky pre predčasne narodené deti s výrezom na pupok				vyžaduje sa
1.6.	nesterilné, určené na jednorazové použitie				vyžaduje sa
1.7.	balené v PE obale				vyžaduje sa
2.	Plienky detské - položka č. 2- spoločné požiadavky				
2.1.	určené pre detských pacientov s váhou min.2 až do 5 kg				vyžaduje sa
2.2.	Priedušné absorpčné jadro, špeciálne navrhnuté gumičky v páse, manžetky umiestnené na vonkajšej strane, ktoré zaisťujú prispôsobenie detskému telu a udržanie obsahu plienky				vyžaduje sa
2.3.	distribučná vrstva signalizujúca prijatú vlhkosť (vnútorná vrstva sa zafarbí),				vyžaduje sa
2.4.	pevné suché zipsy umožňujúce opakované zapínanie plienky				vyžaduje sa
2.5.	nohavičky pre predčasne narodené deti s výrezom na pupok				vyžaduje sa
2.6.	nesterilné, určené na jednorazové použitie				vyžaduje sa
2.7.	balené v PE obale				vyžaduje sa
3.	Plienky detské - spoločné požiadavky pre položky 3-7				
3.1.	Priedušné absorpčné jadro, špeciálne navrhnuté gumičky v páse, manžetky umiestnené na vonkajšej strane, ktoré zaisťujú prispôsobenie detskému telu a udržanie obsahu plienky				vyžaduje sa
3.2.	distribučná vrstva signalizujúca prijatú vlhkosť (vnútorná vrstva sa zafarbí),				vyžaduje sa
3.3.	pevné suché zipsy umožňujúce opakované zapínanie plienky				vyžaduje sa
3.4.	nesterilné, určené na jednorazové použitie				vyžaduje sa
3.5.	balené v PE obale				vyžaduje sa
	Predpokladaný počet a veľkosti:				
	veľ. 2 - určené pre detských pacientov s váhou min.4 kg				
	veľ. 3 -určené pre detských pacientov s váhou min.5 kg				
	veľ. 4 určené pre detských pacientov s váhou min.8 kg				

	veľ. 5 - určené pre detských pacientov s váhou min.12 kg.				
	veľ. 6 - určené pre detských pacientov s váhou min.15 kg.				
časť 10 Vložky					
1 Vložky inkontinenčné pre mužov - položka č. 1 spoločné požiadavky					
1.1.	Inkontinenčné vložky tvarované pre mužov				vyžaduje sa
1.2.	priedušné, absorpčné jadro				vyžaduje sa
1.3.	nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
1.4.	balené v PE obale				vyžaduje sa
1.5.	veľkosť				uni
1.6.	savosť	ml	500		
2. Vložky pôrodnice menšie - položka 2 spoločné požiadavky					
2.1.	rozmer - min. 6,5 x 22 cm do max. do rozmeru 10 x 22 cm				vyžaduje sa
2.2.	Vysoko absorpčné buničité jadro				vyžaduje sa
2.3.	obalené iba sieťovým pletivom, bez fólie, neparfumované resp. (ekvivalent) vyrobené z buničiny tvarovanej do absorpčného jadra, z vonkajšej a vnútornej strany je nanosená priepustná netkaná textília				vyžaduje sa
2.4.	vďaka vysoko priedušnému materiálu zaisťujú optimálny prísun vzduchu na pokožku, a tým znižujú riziko vzniku infekcie				vyžaduje sa
2.5.	možnosť sterilizácie, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
2.6.	balené v PE obale				vyžaduje sa
3. Vložky pôrodnice -typ I. - položka 3 spoločné požiadavky					
3.1.	rozmer min. 6,5x22 cm max.do 27x7,5 cm				vyžaduje sa
3.2.	pôrodnice vložky s povrchom z netkaného textilu a s jadrom z drvenej celulózy				vyžaduje sa
3.3.	poskytujú príjemný pocit pri nosení				vyžaduje sa
3.4.	drážky na povrchu pomáhajú rozvodu a odvodu tekutiny do savého jadra alebo povrch vyrobený z materiálu, ktorý zabezpečuje rozvod a odvod tekutiny do savého jadra				vyžaduje sa
3.5.	sterilizovateľné parou				vyžaduje sa
3.6.	bez krídielok				vyžaduje sa
3.7.	na jedno použitie				vyžaduje sa
3.8.	balené v PE obale				vyžaduje sa
4. Vložky pôrodnice - položka 4 a 5- spoločné požiadavky					
4.1.	pôrodnice vložky s povrchom z jemnej netkanej textílie, vnútorná vrstva zo savého papiera s buničinovým absorpčným vankúšikom zaisťujúcim vysokú absorpčnú schopnosť, bez fólie				vyžaduje sa
4.2.	priedušné				vyžaduje sa
4.3.	bez prírodného latexu				vyžaduje sa
4.4.	nesterilné				vyžaduje sa
4.5.	na jedno použitie				vyžaduje sa

4.6.	balené v PE obale				vyžaduje sa
4.7.	predpokladaný počet				
	položka 4 - rozmer min. 22x9 cm max do 25x10cm				
	položka 5 - rozmer min. 33x9 cm max.35x10cm				
5. Vložky extra savé - požiadavky pre položku 6					
5.1.	rozmer -min. 33x12 cm max.35x15cm				vyžaduje sa
5.2.	savosť	ml	500		
5.3.	vložky s antibakteriálnou úpravou, systém trojitej ochrany proti pretečeniu, vlhkosti a zápachu				vyžaduje sa
5.4.	rýchlo absorbujúce moč a uzatvorenie vo vnútri absorbného jadra				vyžaduje sa
5.5.	šetriace pokožku a bez parfumácie				vyžaduje sa
5.6.	nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
5.7.	balené v PE obale				vyžaduje sa
6. Vložky inkontinenčné mini - požiadavky pre položku 7					
6.1.	rozmer-26,5 cm (tolerancia + / - 10%)				vyžaduje sa
6.2.	savosť	ml	300		
6.3.	vložky pre ľahký únik moču				vyžaduje sa
6.4.	fixujú sa o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom				vyžaduje sa
6.5.	zabraňujú zápachu				vyžaduje sa
6.6.	nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
6.7.	balené v PE obale				vyžaduje sa
7. Vložky inkontinenčné - (typ - 3 kvapky) - požiadavky pre položku 8					
7.1.	rozmer 33,5 cm (tolerancia + / - 10%)				vyžaduje sa
7.2.	savosť	ml	480		
7.3.	absorpčné vložky sa fixujú o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom alebo sa fixujú pomocou fixačných nohavičiek				vyžaduje sa
7.4.	nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
7.5.	balené v PE obale				vyžaduje sa
8. Vložky inkontinenčné - (typ 4 kvapky) - požiadavky pre položku 9					
8.1.	rozmer - 40 cm (tolerancia + / - 10%)				vyžaduje sa
8.2.	savosť	ml	800		
8.3.	absorpčné vložky sa fixujú o spodnú bielizeň samolepiacim pásikom alebo sa fixujú pomocou fixačných nohavičiek				vyžaduje sa
8.4.	určené pre inkontinentných pacientov na ľahký až stredný stupeň inkontinencie, ale aj ako ochrana po vaginálnych zákrokoch (vložky pre ženy v šestonedelí)				vyžaduje sa
8.5.	nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
8.6.	balené v PE obale				vyžaduje sa
časť 11 Podložka pod pacienta I.-spoločné požiadavky					
1	rozmer min.20x40 cm				vyžaduje sa

2	jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík, kreslo				vyžaduje sa
3	doplňok k iným absorpčným pomôckam, jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
4	Bez obsahu latexu				vyžaduje sa
5	nesterilné, na jednorazové použitie				vyžaduje sa
6	balené v PE obale				vyžaduje sa
7	Materiál - vrchná vrstva: PP netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál jadro: absočné jadro z celulózy. Materiál spodná vrstva: podložky je pokrytá nepriedušnou a protišmykovou vrstvou, ktorá chráni proti presakovaniu. Materiál podložky vyrobený tak, že rýchlo odvádza tekutinu z podložky a zabezpečuje pevné jadro				vyžaduje sa
8	vysoká absorpčná schopnosť				vyžaduje sa
časť 12 Podložka pod pacienta II. - spoločné požiadavky					
1	Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov				vyžaduje sa
2	jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
3	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4	nesterilné				vyžaduje sa
5	balené v PE obale				vyžaduje sa
6	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro.				vyžaduje sa
8	rozmer min. 40x60 cm				vyžaduje sa
9	savosť	ml	350		
časť 13 Podložka pod pacienta III. - spoločné požiadavky					
1	Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov				vyžaduje sa
2	jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
3	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4	nesterilné				vyžaduje sa
5	balené v PE obale				vyžaduje sa

	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP 6 Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro.				vyžaduje sa
8	rozmer min. 40x60 cm				vyžaduje sa
9	savosť	ml	590		
časť 14 Podložka pod pacienta IV. - spoločné požiadavky					
1	Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov				vyžaduje sa
2	jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareníu pokožky				vyžaduje sa
3	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4	nesterilné				vyžaduje sa
5	balené v PE obale				vyžaduje sa
	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP 6 Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro.				vyžaduje sa
8	rozmer min. 60x60 cm				vyžaduje sa
9	savosť	ml	500		
časť 15 Podložka pod pacienta V. - spoločné požiadavky					
1	Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov				vyžaduje sa
2	jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareníu pokožky				vyžaduje sa
3	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4	nesterilné				vyžaduje sa
5	balené v PE obale				vyžaduje sa

	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP 6 Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro.				vyžaduje sa
8	rozmer min. 60x60 cm				vyžaduje sa
9	savosť	ml	950		
časť 16 Podložka pod pacienta VI. - spoločné požiadavky					
1	Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov				vyžaduje sa
2	jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
3	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4	nesterilné				vyžaduje sa
5	balené v PE obale				vyžaduje sa
	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP 6 Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro.				vyžaduje sa
8	rozmer min. 58x90 cm				vyžaduje sa
9	savosť	ml	850		
časť 17 Podložka pod pacienta VII. - spoločné požiadavky					
1	Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov				vyžaduje sa
2	jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
3	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4	nesterilné				vyžaduje sa
5	balené v PE obale				vyžaduje sa

	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP 6 Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro.				vyžaduje sa
8	rozmer min. 58x90 cm				vyžaduje sa
9	savosť	ml	1400		
časť 18 Podložka pod pacienta VIII. - spoločné požiadavky					
1	Jednorazové absorpčné podložky pod pacienta, dodatočná ochrana na lôžko, vozík a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov				vyžaduje sa
2	jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
3	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4	nesterilné				vyžaduje sa
5	balené v PE obale				vyžaduje sa
	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: 100 % drvená buničina s vysokou absorpčnou schopnosťou, superbsorbent (SAP): mení tekutinu na gel a zabraňuje tak jej prenikaniu späť resp. ekvivalent - celulóza- superabsorbčný polymer SAP 6 Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP - nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Spojovací materiál: Lepidlo na hygienické účely. Vyrobená z povrchu, ktorý rýchlo odvádza tekutinu z povrchu podložky. Podložka obsahuje pevné jadro.				vyžaduje sa
8	rozmer min. 58x90 cm				vyžaduje sa
9	savosť	ml	1900		
časť 19 Podložka pod pacienta IX.					
1	rozmer min.70 x170cm (prípustný väčší rozmer)				vyžaduje sa
2	savosť	ml	2000		
3	jednorazové absorpčné podložky na ochranu lôžka a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov, jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
4	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
5	nesterilné				vyžaduje sa
6	balené v PE obale				vyžaduje sa

7	Materiál- vrchná vrstva: netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: min. celulóza s vysokou absorpčnou schopnosťou Materiál- spodná vrstva - PE resp. PP, nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu. Materiál podložky vyrobený tak, že rýchlo odvádza tekutinu z podložky a zabezpečuje pevné jadro				vyžaduje sa
časť 20 Podložka pod pacienta X.-spoločné požiadavky položka 1,2					
1	jednorazové absorpčné podložky na ochranu lôžka a posteľného prádla pod inkontinentných pacientov, jemný a priedušný materiál, ktorý zabraňuje zapareniu pokožky				vyžaduje sa
2	bez obsahu latexu				vyžaduje sa
3	nesterilné				vyžaduje sa
4	balené v PE obale				vyžaduje sa
5	Materiál- vrchná vrstva:PP netkaná textília odolná voči odieraniu. Materiál- jadro: drvená celulóza s vysokou absorpčnou schopnosťou, superabsorbent s neutralizátorom zápachu Materiál- spodná vrstva - PE nepriepustná protišmyková fólia. Materiál- okraje - Celá plocha podložky je obalená po obvode uzavretou netkanou textíliou zabraňujúcou pretekaniu.Testované na záťaž 150kg/1 min. Obsahuje látku proti zápachu. Materiál podložky vyrobený tak, že rýchlo odvádza tekutinu z podložky a zabezpečuje pevné jadro				vyžaduje sa
	položka č. 1 - rozmer min. 80x210 cm				vyžaduje sa
	savosť	ml	2800		vyžaduje sa
	položka č. 2 - rozmer min. 100x220 cm				vyžaduje sa
	savosť	ml	4500		vyžaduje sa