

Verejný obstarávateľ na základe vyhodnotenia PTK rozhodol, že predmetom centrálneho nákupu pre zabezpečenie potrieb podriadených organizácií v pôsobnosti MZ SR budú nižšie uvedené položky.

Minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky				
	parametre			
	MJ	min.	max.	presne
časť 1. Močový katéter Nelaton bez balónika s rovným zaobleným koncom I. - spoločné požiadavky				
1. Jednorazový močový katéter bez balónika s rovným zaobleným koncom				vyžaduje sa
2. 2 bočné otvory, Nelaton - rovný				vyžaduje sa
3. Materiál: PVC, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
4. Dĺžka katétra	mm	180		
5. Farebné značenie konektorov podľa veľkosti				vyžaduje sa
6. Transparentný				vyžaduje sa
7. Sterilne jednotlivo balený				vyžaduje sa
8. Použitie: na katetrizáciu močového mechúra zavedením do uretry				vyžaduje sa
časť 2. Močový katéter Nelaton bez balónika s rovným zaobleným koncom II. - spoločné požiadavky				
1. Jednorazový močový katéter bez balónika s rovným zaobleným koncom				vyžaduje sa
2. 2 bočné otvory, Nelaton - rovný				vyžaduje sa
3. Materiál: PVC, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
4. Dĺžka katétra	mm	385		
5. Farebné značenie konektorov podľa veľkosti				vyžaduje sa
6. Transparentný				vyžaduje sa
7. Sterilne jednotlivo balený				vyžaduje sa
8. Použitie: na katetrizáciu močového mechúra zavedením do uretry				vyžaduje sa
časť 3. Močový katéter Tiemann bez balónika so zahnutým zaobleným hrotom - spoločné požiadavky				
1. Jednorazový močový katéter bez balónika so zahnutým zaobleným hrotom				vyžaduje sa
2. Špeciálne tvarovaný (atraumatická zaoblená špeciálna špička, ktorá uľahčuje zavedenie katétra do močového mechúra)				vyžaduje sa
3. 2 bočné otvory				vyžaduje sa
4. Materiál: PVC, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
5. Dĺžka katétra	mm	385		
6. Farebné značenie konektorov podľa veľkosti				vyžaduje sa
7. Transparentný				vyžaduje sa
8. Sterilne jednotlivo balený				vyžaduje sa
časť 4. Katéter s balónikom a zahnutým koncom - Tiemann - spoločné požiadavky				
1. Foleyový permanentný katéter s balónikom a zahnutým koncom - Tiemann				vyžaduje sa

2.	2-cestný močový katéter				vyžaduje sa
3.	Atraumatická, mierne zaoblená špička uľahčujúca zavedenie katétra				vyžaduje sa
4.	Materiál: latex, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
5.	2 bočné otvory s mäkkými zaoblenými okrajmi				vyžaduje sa
6.	Povrch je potiahnutý 100% lekársym silikónom				vyžaduje sa
7.	Katéter sa jednoducho naplňa a vyprázdňuje				vyžaduje sa
8.	Kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami				vyžaduje sa
9.	Univerzálny koniec katétra kompatibilný s konektormi močových vreciek				vyžaduje sa
10.	Dvojité balenie				vyžaduje sa
11.	Obsahuje plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika				vyžaduje sa
12.	Sterilizovaný EO				vyžaduje sa
13.	Dĺžka katétra	mm	385		
14.	Farebné značenie konektorov podľa veľkosti				vyžaduje sa
15.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	5	10	
16.	V balení všetky potrebné označenia				vyžaduje sa
17.	Maximálna doba zavedenia 14 dní				vyžaduje sa
časť 5. Katéter s balónikom s rovným koncom - Nelaton I. - spoločné požiadavky					
1.	2-cestný močový katéter				vyžaduje sa
2.	Materiál: latex, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
3.	Atraumatická, rovná špička uľahčujúca zavedenie katétra				vyžaduje sa
4.	2 bočné otvory s mäkkými zaoblenými okrajmi				vyžaduje sa
5.	Povrch je potiahnutý 100% lekársym silikónom				vyžaduje sa
6.	Katéter sa jednoducho naplňa a vyprázdňuje				vyžaduje sa
7.	Kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami				vyžaduje sa
8.	Univerzálny koniec katétra kompatibilný s konektormi močových vreciek				vyžaduje sa
9.	Dvojité balenie				vyžaduje sa
10.	Obsahuje plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika				vyžaduje sa
11.	Sterilizovaný EO				vyžaduje sa
12.	V balení všetky potrebné označenia				vyžaduje sa
13.	Maximálna doba zavedenia 14 dní				vyžaduje sa
14.	Dĺžka katétra	mm	270		
15.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	1,5	3	
časť 6. Katéter s balónikom s rovným koncom - Nelaton II. - spoločné požiadavky					
1.	2-cestný močový katéter				vyžaduje sa
2.	Materiál: latex, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
3.	Atraumatická, rovná špička uľahčujúca zavedenie katétra				vyžaduje sa
4.	2 bočné otvory s mäkkými zaoblenými okrajmi				vyžaduje sa
5.	Povrch je potiahnutý 100% lekársym silikónom				vyžaduje sa
6.	Katéter sa jednoducho naplňa a vyprázdňuje				vyžaduje sa
7.	Kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami				vyžaduje sa
8.	Univerzálny koniec katétra kompatibilný s konektormi močových vreciek				vyžaduje sa
9.	Dvojité balenie				vyžaduje sa
10.	Obsahuje plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika				vyžaduje sa
11.	Sterilizovaný EO				vyžaduje sa
12.	V balení všetky potrebné označenia				vyžaduje sa
13.	Maximálna doba zavedenia 14 dní				vyžaduje sa
14.	Dĺžka katétra	mm	270		
15.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	3	5	
časť 7. Katéter s balónikom s rovným koncom - Nelaton III. - spoločné požiadavky					
1.	2-cestný močový katéter				vyžaduje sa

2.	Materiál: latex, flexibilný, mäkký, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
3.	Atraumatická, rovná špička uľahčujúca zavedenie katétra				vyžaduje sa
4.	2 bočné otvory s mäkkými zaoblenými okrajmi				vyžaduje sa
5.	Povrch je potiahnutý 100% lekársym silikónom				vyžaduje sa
6.	Katéter sa jednoducho naplní a vyprázdňuje				vyžaduje sa
7.	Kompatibilný/plne funkčný s luer-lock aj luer-slip striekačkami				vyžaduje sa
8.	Univerzálny koniec katétra kompatibilný s konektormi močových vreciek				vyžaduje sa
9.	Dvojité balenie				vyžaduje sa
10.	Obsahuje plastový ventil na zaistenie tesnosti balónika				vyžaduje sa
11.	Sterilizovaný EO				vyžaduje sa
12.	V balení všetky potrebné označenia				vyžaduje sa
13.	Maximálna doba zavedenia 14 dní				vyžaduje sa
14.	Dĺžka katétra	mm	385		
15.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	5	10	
časť 8. Katéter s balónikom s rovným koncom - Nelaton IV. - spoločné požiadavky					
1.	Foleyový permanentný katéter s balónikom a rovným koncom - Nelaton				vyžaduje sa
2.	Vhodný aj pre deti				vyžaduje sa
3.	2-cestný katéter				vyžaduje sa
4.	Povrch je potiahnutý 100% lekársym silikónom, bez latexu, bez DEHP, pri veľkosti CH06 je možné predložiť ekvivalentný materiál - vyrobené zo silikónového latexu				vyžaduje sa
5.	Dĺžka katétra	mm	200		
6.	Maximálna doba zavedenia min. 14 dní				vyžaduje sa
7.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa
8.	Použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra				vyžaduje sa
	Veľkosť CH06 - položka č. 1				
	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	1,5	3	
	Veľkosť CH08 a CH10 - položka č. 2 a 3				
	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	3	5	
časť 9. Katéter s balónikom s rovným koncom - Nelaton V. - spoločné požiadavky					
1.	Foleyový permanentný katéter s balónikom a rovným koncom - Nelaton				vyžaduje sa
2.	Vhodný aj pre deti				vyžaduje sa
3.	2-cestný katéter				vyžaduje sa
4.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP, pri veľkosti CH06 - možné predložiť ekvivalent - materiál vyrobený zo silikónového latexu				vyžaduje sa
5.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa
6.	Použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra				vyžaduje sa
7.	Dĺžka katétra	mm	300		
8.	Maximálna doba zavedenia min. 25 dní				vyžaduje sa
9.	Spevnená dilatčná RTG kontrastná špička + RTG kontrastný prúžok pozdĺž celej dĺžky katétra				vyžaduje sa
	Veľkosť CH06 - položka č. 1				
	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	1,5	3	
	Veľkosť CH08 a CH10 - položka č. 2 a 3				
	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	3	5	
časť 10. Katéter močový pediatrický s balónikom a zavadzačom CH06					
1.	Foleyový permanentný katéter s balónikom a zavadzačom, s rovným koncom – Nelaton				vyžaduje sa
2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa
3.	2-cestný katéter				vyžaduje sa
4.	Určený pre deti				vyžaduje sa
5.	Objem balónika 1,5 ml				vyžaduje sa
6.	Dĺžka katétra	mm	200		
7.	Maximálna doba zavedenia min. 25 dní				vyžaduje sa

8.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa
9.	Použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra				vyžaduje sa
časť 11. Katéter močový pediatrický s balónikom a zavádzačom CH08					
1.	Foleyový permanentný katéter s balónikom a zavádzačom, s rovným koncom – Nelaton				vyžaduje sa
2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa
3.	2-cestný katéter				vyžaduje sa
4.	Určený pre deti				vyžaduje sa
5.	Objem balónika 3 ml				vyžaduje sa
6.	Dĺžka katétra	mm	200		
7.	Maximálna doba zavedenia min. 25 dní				vyžaduje sa
8.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa
9.	Použitie: určené na katetrizáciu močového mechúra				vyžaduje sa
časť 12. Katéter s balónikom a rovnou špičkou, s plastovým ventilom I.					
1.	Foley jednorazový močový katéter s balónikom a rovnou špičkou (štandard)				vyžaduje sa
2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa
3.	Biokompatibilný, s vlastnosťami odolnými proti usadzovaniu minerálnych nánosov (encrustation)				vyžaduje sa
4.	Vyhladená špička zabezpečuje atraumatické zavedenie				vyžaduje sa
5.	Röntgenová špička				vyžaduje sa
6.	Plastový ventil pre efektívne napúšťanie a vypúšťanie balónika				vyžaduje sa
7.	Farebne odlíšený rukáv pre jednoduchú identifikáciu veľkosti				vyžaduje sa
8.	Symetrický balónik pre dobré udržanie katétra v močovom mechúre				vyžaduje sa
9.	Mäkký lievik pre flexibilné a efektívne pripojenie, zabraňuje úniku moču				vyžaduje sa
10.	Perforovaný vnútorný rukáv pre aseptickú manipuláciu				vyžaduje sa
11.	Vhodné pre deti				vyžaduje sa
12.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	1,5	3	
13.	Dĺžka katétra	mm	310		
časť 13. Katéter s balónikom a rovnou špičkou, s plastovým ventilom II. - spoločné požiadavky					
1.	Foley jednorazový močový katéter s balónikom a rovnou špičkou (štandard)				vyžaduje sa
2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa
3.	Biokompatibilný, s vlastnosťami odolnými proti usadzovaniu minerálnych nánosov (encrustation)				vyžaduje sa
4.	Vyhladená špička zabezpečuje atraumatické zavedenie				vyžaduje sa
5.	Röntgenová špička				vyžaduje sa
6.	Plastový ventil pre efektívne napúšťanie a vypúšťanie balónika				vyžaduje sa
7.	Farebne odlíšený rukáv pre jednoduchú identifikáciu veľkosti				vyžaduje sa
8.	Symetrický balónik pre dobré udržanie katétra v močovom mechúre				vyžaduje sa
9.	Mäkký lievik pre flexibilné a efektívne pripojenie, zabraňuje úniku moču				vyžaduje sa
10.	Perforovaný vnútorný rukáv pre aseptickú manipuláciu				vyžaduje sa
11.	Vhodné pre deti				vyžaduje sa
12.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	3	5	
13.	Dĺžka katétra	mm	310		
časť 14. Katéter s balónikom a rovnou špičkou, s plastovým ventilom III. - spoločné požiadavky					
1.	Foley jednorazový močový katéter s balónikom a rovnou špičkou (štandard)				vyžaduje sa
2.	Materiál: 100% lekársky silikón, bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa
3.	Biokompatibilný, s vlastnosťami odolnými proti usadzovaniu minerálnych nánosov (encrustation)				vyžaduje sa
4.	Vyhladená špička zabezpečuje atraumatické zavedenie				vyžaduje sa
5.	Röntgenová špička				vyžaduje sa
6.	Plastový ventil pre efektívne napúšťanie a vypúšťanie balónika				vyžaduje sa

7.	Farebne odlišený konektor pre jednoduchú identifikáciu veľkosti				vyžaduje sa
8.	Symetrický balónik pre dobré udržanie katétra v močovom mechúre				vyžaduje sa
9.	Mäkký lievik pre flexibilné a efektívne pripojenie, zabraňuje úniku moču				vyžaduje sa
10.	Perforovaný vnútorný rukáv pre aseptickú manipuláciu				vyžaduje sa
11.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	10	15	
12.	Dĺžka katétra	mm	385		
časť 15. Katéter s balónikom a zahnutou špičkou, s plastovým ventilom - spoločné požiadavky					
1.	Foley jednorazový močový katéter s balónikom a zahnutou špičkou (Tiemann)				vyžaduje sa
2.	Materiál: 100% lekárske silikón, bez latexu, bez DEHP				vyžaduje sa
3.	Biokompatibilný, s vlastnosťami odolnými proti usadzovaniu minerálnych nánosov (encrustation)				vyžaduje sa
4.	Vyhladená špička zabezpečuje atraumatické zavedenie				vyžaduje sa
5.	Röntgenová špička				vyžaduje sa
6.	Plastový ventil pre efektívne napúšťanie a vypúšťanie balónika				vyžaduje sa
7.	Farebne odlišený konektor pre jednoduchú identifikáciu veľkosti				vyžaduje sa
8.	Symetrický balónik pre dobré udržanie katétra v močovom mechúre a zníženie diskomfortu				vyžaduje sa
9.	Mäkký lievik pre flexibilné a efektívne pripojenie, zabraňuje úniku moču				vyžaduje sa
10.	Perforovaný vnútorný rukáv pre aseptickú manipuláciu				vyžaduje sa
11.	Dĺžka katétra	mm	385		
12.	Objem balónika - prípustný rozmer v rozpätí	ml	5	10	
časť 16. Katéter močový s teplotnou sondou (senzorom) - spoločné požiadavky					
1.	Katéter urologický typu Foley				vyžaduje sa
2.	2-cestný katéter				vyžaduje sa
3.	Suprapubický katéter (Curity Mon-a-Therm)				vyžaduje sa
4.	S teplotným senzorom				vyžaduje sa
časť 17. Katéter ureterálny centrálny otvor rovný - spoločné požiadavky					
1.	Katéter ureterálny centrálny otvor rovný				vyžaduje sa
2.	Tenká sterilná hadička				vyžaduje sa
3.	Materiál: PU alebo silikón				vyžaduje sa
4.	Sterilný				vyžaduje sa
5.	Zúžená špička				vyžaduje sa
6.	Použitie: na dočasnú drenáž moču z obličiek pri urologických zákrokoch a navigáciu močovodu				vyžaduje sa
časť 18. Katéter ureterálny centrálny otvor zahnutý - spoločné požiadavky					
1.	Katéter ureterálny centrálny otvor zahnutý				vyžaduje sa
2.	Tenká sterilná hadička				vyžaduje sa
3.	Materiál: PU alebo silikón				vyžaduje sa
4.	Sterilný				vyžaduje sa
5.	Zúžená špička				vyžaduje sa
6.	Použitie: na dočasnú drenáž moču z obličiek pri urologických zákrokoch a navigáciu močovodu				vyžaduje sa
časť 19. Močový katéter lubrikovaný bez balónika so zahnutým zaobleným koncom detský - spoločné požiadavky					
1.	Jednorazový močový katéter bez balónika so zahnutým zaobleným koncom				vyžaduje sa
2.	Špeciálne tvarovaný (atraumatická zaoblená špeciálna špička, ktorá uľahčuje zavedenie katétra do močového mechúra)				vyžaduje sa
3.	2 bočné otvory				vyžaduje sa
4.	Bez obsahu PVC a ftalátov				vyžaduje sa
5.	Flexibilný a mäkký materiál, odolný voči zalomeniu a skrúteniu				vyžaduje sa
6.	Dĺžka katétra	mm	260		
7.	Farebné farebné značenie koncoviek podľa veľkosti				vyžaduje sa
8.	Transparentný				vyžaduje sa
9.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa

10.	Katéter potiahnutý v roztoku na báze vody = fyziologický roztok				vyžaduje sa
11.	Použite: na katetrizáciu močového mechúra zavedením do uretry				vyžaduje sa
časť 20. Zberné vrečko na moč na meranie hodinovej diurézy					
1.	Uzavretý systém merania moča				vyžaduje sa
2.	Jednokomorový s odkvapavacou komorou s integrovaným spätným ventilom, krížový ventil, mikrofilter s hydrofóbnym povlakom, baktérie a kvapaliny				vyžaduje sa
3.	Neprepúšťací vak				vyžaduje sa
4.	Bezihlový port pre odber vzorky moča				vyžaduje sa
5.	Objem vrečka	ml	2000		
6.	Presnosť po každých 1 ml alebo každých 10 ml alebo každých 100 ml				vyžaduje sa
7.	Objem merača moču 500 ml				vyžaduje sa
8.	Dĺžka hadičky	cm	120		
9.	Bez latexu				vyžaduje sa
10.	Jednorázové použitie				vyžaduje sa
11.	Sterilné balenie				vyžaduje sa
časť 21. Močové vrečko s T-výpustou					
1.	Jednorázové močové vrečko				vyžaduje sa
2.	Objem vrečka	ml	2000		
3.	Materiál: PVC, bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4.	S dvojitým zapečatením fóliou proti roztrhnutiu a účinným spätným ventilom (nezávislom na spätnom prúde)				vyžaduje sa
5.	Dĺžka odtokovej hadice	mm	900		
6.	Odtoková hadica vyrobená z materiálu, ktorý zabraňuje jej ohýbaniu, krúteniu a zabezpečuje účinný a voľný odtok moču				vyžaduje sa
7.	Čitateľná stupnica na vrečku, ktorá je vhodná na meranie diurézy (s presnosťou merania po 100 ml)				vyžaduje sa
8.	Zosilnené otvory na štandardné zavesenie				vyžaduje sa
9.	Tesný rýchly uzatvárací ventil typu T ovládaný jednou rukou				vyžaduje sa
10.	Pripojovacia hadica s univerzálnym zúženým konektorom zabezpečeným krytom				vyžaduje sa
11.	Určené na 24-hodinové zhromažďovanie moču a iných telesných tekutín				vyžaduje sa
12.	Sterilné, sterilizované oxidom etylenovým				vyžaduje sa
časť 22. Močové vrečko s T-výpustou a odberným portom s hadicou					
1.	Jednorázové močové vrečko s objemom				vyžaduje sa
2.	Objem vrečka	ml	2000		
3.	Materiál: medicínsky PVC, bez obsahu latexu				vyžaduje sa
4.	T- ventil proti spätnému toku (naspäť neprepúšťajúci)				vyžaduje sa
5.	Ventil ovládateľný jednou rukou s možnosťou zavesenia do pevného puzdra				vyžaduje sa
6.	Kvapková komora typu Pasteur s 2 hydrofóbnymi filtermi				vyžaduje sa
7.	Odtoková hadica s univerzálnym stupňovitým konektorom				vyžaduje sa
	Dĺžka odtokovej hadice	mm	1200		
8.	Samotesniaci odberový port bez ihly na konci hadičky vybavený posuvnou svorkou				vyžaduje sa
9.	Sterilné				vyžaduje sa
10.	Vhodné na zber moču a telesných tekutín v uzavretom systéme min. 6 dní				vyžaduje sa
11.	Jednoduché vizuálne sledovanie moču, vak vhodný na zavesenie na rámy postelí s možnosťou dodatočného upevnenia šnúrkou				vyžaduje sa
časť 23. Zberné vrečko na moč detské I.					
1.	Jednorázové zberné vrečko určené na zachytávanie moču u detí				vyžaduje sa
2.	Materiál: jemná priehľadná PE fólie, bez obsahu latexu a ftalátov				vyžaduje sa
3.	S hypoalergénnou náplastou o veľkosti	mm	50 x 50		

4.	Lepiaci štvorec s predseknutými otvormi, v strede s min. 20 mm otvorom, ktorý je možné zväčšiť				vyžaduje sa
5.	Objem vrečka	ml	100		
6.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa
7.	Jednoducho čitateľná stupnica na meranie diurézy (presnosť po každých 10 ml)				vyžaduje sa
8.	Verzie chlapec alebo dievča				vyžaduje sa
24. Zberné vrečko na moč detské II. - spoločné požiadavky					
1. Zberné vrečko na moč detské II. - Položka č. 1					
1.1.	Jednorazové zberné vrečko určené na zachytávanie moču u detí				vyžaduje sa
1.2.	Materiál: jemná PE fólia, bez obsahu latexu a ftalátov				vyžaduje sa
1.3.	Antialergické tesnenie zabráňujúce prilepeniu stien vrečka				vyžaduje sa
1.4.	Jednoducho čitateľná stupnica, na meranie diurézy (presnosť po každých 10 ml)				vyžaduje sa
1.5.	objem vrečka	ml	100		
1.6.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa
2. Zberné vrečko na moč detské II. - Položka č. 2					
2.1.	Jednorazové zberné vrečko určené na zachytávanie moču u detí				vyžaduje sa
2.2.	Materiál: odolná PE fólia, bez obsahu latexu a ftalátov				vyžaduje sa
2.3.	Bezpečné pre pokožku dieťaťa				vyžaduje sa
2.4.	Jednoducho čitateľná stupnica, na meranie diurézy (presnosť po každých 10 ml)				vyžaduje sa
2.5.	Objem vrečka 100 ml				vyžaduje sa
2.6.	Lepiaca časť vrečka potiahnutá antialergickým lepidlom				vyžaduje sa
2.7.	Tesnenie z antialergickej peny chráni proti prilepeniu stien vrečka, umožňuje voľný tok moču optimálny pre odber u dojčiat a malých detí				vyžaduje sa
2.8.	Sterilné, jednotlivo balené				vyžaduje sa
2.9.	Verzie chlapec alebo dievča				vyžaduje sa