



FNsP F. D. Roosevelta
BANSKÁ BYSTRICA

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

FNsP FDR/RVO/210/2026/7205

Vybavuje/kontakt

Mgr. Anna Špitalská

+421 48 441 3240

aspitalska@nspbb.sk

Dátum

06.02.2026

Vec:

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky „Materiál na zastavenie krvácania“ pre **Časť č. 1: Želatínové vstrebatel'né hemostatikum - Želatínová hubka** a pre **Časť č. 2: Oxidovaná regenerovaná celulóza** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Zákazka bola zverejnená: v Úradnom vestníku Európskej únie č. . 12958-2026, číslo vydania série S úradného vestníka: 6/2026 zo dňa 09.01.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 6/2026 zo dňa 12.01.2026 s ozn. 313 – MST.

Časť č. 1: Želatínové vstrebatel'né hemostatikum - Želatínová hubka

Otázka č.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

V bode 8. požaduje obstarávateľ „Materiál: 100% purifikovaná prasacia želatína (prípustný aj iný živočíšny ekvivalent)“ Nami ponúkaná želatínová hubka je zložená z bravčovej želatíny a 0,7 % laurylsulfátu sodného. Laurylsulfát sodný je použitý ako pomocná látka, ktorej hlavnou klinickou úlohou je zlepšenie absorpcie krvi želatínovou hubkou, hubka sa rýchlejšie premáča a lepšie pril'ne ku tkanivu čím podporuje tvorbu krvnej zrazeniny v póroch špongie čo v konečnom dôsledku podporuje rýchlejší hemostatický účinok.

Na základe uvedeného požadujeme zmenu daného parametru nasledovne:

„Materiál: Min. 99% purifikovaná prasacia želatína (prípustný aj iný živočíšny ekvivalent)“.

Odpoveď k otázke č.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Verejný obstarávateľ po posúdení požiadavky v spolupráci s klinickými pracoviskami vyhodnotil, že trvá na požiadavke „100% purifikovaná prasacia želatína (prípustný aj iný živočíšny ekvivalent)“. Prídavné látky typu **laurylsíran sodný** sú surfaktanty so známym iritačným potenciálom a môžu mať potenciál ovplyvniť lokálnu toleranciu; z dôvodu predvídateľnosti zloženia a tolerancie nebudú výrobky s uvedenou prídavnou látkou akceptované ako ekvivalent.

Otázka č.2 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

V bode 11. požaduje obstarávateľ „Plne absorbovateľná v čase: 4-6 týždňov.“ Bude verejný obstarávateľ akceptovať rýchlejšiu úplnú absorbovateľnosť 3-4 týždne, čo z klinického hľadiska prináša benefity v podobe nižšieho rizika tvorby granulómu, kompresie tkanív, pooperačných komplikácií a hlavne úspory času pri operácii.

Na základe uvedeného požadujeme zmenu daného parametru nasledovne:

„Plne absorbovateľná v čase: 3 - 6 týždňov.“



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
aspitalska@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Odpoveď k otázke č.2 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Verejný obstarávateľ **akceptuje** požadovanú úpravu parametra v bode 11 pre Časť č. 1 a **mení** technickú požiadavku nasledovne: „**Plne absorbovateľná v čase: 3 – 6 týždňov.**“

Úpravu technickej špecifikácie v rámci „Opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“ vyznačil verejný obstarávateľ červeným písmom.

Mení sa:

Technické a funkčné vlastnosti	Požadovaný parameter	Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj
11 Plne absorbovateľná v čase:	4 až 6 týždňov	

Mení sa na:

Technické a funkčné vlastnosti	Požadovaný parameter	Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj
11 Plne absorbovateľná v čase:	3 až 6 týždňov	

Otázka č.3 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

V bode 12. požaduje obstarávateľ „Účinné zastavenie krvácania do 3 – 6 minút“. Správne rozumieme zadanému parametru "Účinné zastavenie krvácania do 3 až 6 minút"? Ak nami ponúkaná želatínová hubka zastaví krvácanie do 3 minút, spĺňa požadovaný parameter?

Odpoveď k otázke č.3 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že požiadavka v bode 12 „Účinné zastavenie krvácania do 3 – 6 minút“ vyjadruje **časový interval 3 až 6 minút**. Hodnota 3 minúty predstavuje dolnú hranicu požadovaného intervalu, požiadavku verejného obstarávateľa **spĺňa**. Splnenie požiadavky bude posudzované podľa technickej dokumentácie výrobcu.

Časť č. 2: Oxidovaná regenerovaná celulóza

Otázka č.4 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

V bode 6. položka A a B požaduje obstarávateľ „Nízka hladina pH 2,5 - 3,5“. Správne rozumieme tomu, že uvedený parameter predstavuje interval, ktorý by mal uchádzač spĺňať? Ak nami ponúkaná Oxidovaná regenerovaná celulóza má pH 2,7 - 3,5, čo je v medziach požadovaného intervalu spĺňa danú podmienku?

Odpoveď k otázke č.4 v žiadosti o vysvetlenie SP č.1:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že požiadavka v bode 6 položka A aj v bode 7 položka B „Nízka hladina pH 2,5 – 3,5“ predstavuje **intervalovú požiadavku**. Ak ponúkaná oxidovaná regenerovaná celulóza má deklarované pH **2,7 – 3,5**, t. j. v rámci intervalu **2,5 – 3,5**, požadovaný parameter **spĺňa**. Splnenie požiadavky bude posudzované podľa technickej dokumentácie výrobcu.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
aspitalska@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

Na základe uvedeného dochádza k zmene v súťažných podkladoch, a to v editovateľnej prílohe „Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 1 (Príloha č. 1 Rámcovej dohody)“.
Uvedená zmena je v predmetnej prílohe vyznačená červeným písmom.

Ďalej verejný obstarávateľ v zmysle § 21 ods. 4 ZoVO predkladá zmenu informácií v súťažných podkladoch, a to konkrétne v časti „A – Pokyny na vypracovanie ponuky“ nasledovne:

v bode 17.2. súťažných podkladov:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **12.02.2026 o 09:00 hod.** miestneho času.“

sa mení predlžuje lehota na predkladanie ponúk nasledovne:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **26.02.2026 o 09:00 hod.** miestneho času.“

a zároveň

v bode 19.1. súťažných podkladov:

„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **12.02.2026 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.“

sa mení dátum otvárania ponúk nasledovne:

„Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa **26.02.2026 o 13:00 hod.** v mieste sídla verejného obstarávateľa.“

Ostatné údaje v súťažných podkladoch ostávajú nezmenené.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 3240



www.fnsfdr.sk
aspitalska@nspbb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670