



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
R-781/OVO-249/26/Ko

v Martine, dňa:
25.02.2026

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2

Vážený záujemca,

na základe žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov k nadlimitnej zákazke „**Ultrasonografický prístroj pre Oddelenie cievnej chirurgie**“, ktorá bola uverejnená v Dodatku k úradnému vestníku EÚ zo dňa 19.01.2026 pod číslom 2026/S 12-34682 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 13/2026 zo dňa 20.01.2026 pod označením 797-MST, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

„Podpora sond typu single crystal a matrix“ sa chceme informovať, či verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ultrasonografický prístroj podporujúci sondy typu Single Crystal bez podpory sond typu Matrix, za predpokladu, že ponúkané riešenie spĺňa účel využitia s dostatočnou kvalitou zobrazenia. Zároveň si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že technológia Single Crystal predstavuje moderné technologické riešenie zabezpečujúce vysokú kvalitu zobrazenia, dostatočnú citlivosť a rozlišovaciu schopnosť pre diagnostiku v oblasti cievnej chirurgie a je plnohodnotne využívaná v klinickej praxi.

Odpoveď:

*Verejný obstarávateľ nebude akceptovať úpravu v technickom parametri č.13 a **trvá na požadovanej špecifikácii v tomto bode** „Podpora sond typu „single crystal“ a „matrix““*

Prístroj, ktorý plánujeme používať na Oddelení cievnej chirurgie UNM, mal byť v čo najvyššej požadovanej kvalite dnes dostupných prístrojov, pričom aj z tohto dôvodu požadujeme sondy s využitím aj matrix technológie, ktorá využíva maticové usporiadanie kryštálov v hlavici sondy. Toto usporiadanie má lepšie laterálne rozlíšenie, pretože kryštály dokážu zaostriť vysielané a prijímané vlnenie v oboch smeroch súčasne. Monokryštál je principiálne inou technológiou ako matrix technológiou a nie jej náhradou a ani vylepšením.

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje všetkým záujemcom, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním, v zmysle § 21 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 10.03.2026 do 10,00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční 11.03.2026 o 10,00 hod.

S pozdravom

.....
MUDr. Ján Mikler, PhD., MPH
riaditeľ UNM