



**Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

**Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29**

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III

oddiel: Sa, vložka č.: 3080/B

IČO: 35850370, DIČ: 2020263432, IČ DPH: SK2020263432

## Oznámenie o začatí PTK - Analyzátor na meranie MBR

### IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

IČO: 35 850 370

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3080/B (ďalej len „obstarávateľ“)

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Vinceová

tel. č.: +421 903 483 629

e-mail: [adriana.vinceova@bvsas.sk](mailto:adriana.vinceova@bvsas.sk)

**Názov predmetu : Analyzátor na meranie MBR**

**Druh obstarávania : tovar**

**Hlavný CPV : 38434000-6 analyzátory**

### Stručný opis :

Predmetom zákazky je dodanie prenosného analyzátora slúžiaceho na kontinuálne monitorovanie kvality vody v mikrobiologických ukazovateľoch Črevné enterokoky, Escherichia coli a celkovej mikrobiologickej aktivity, resp. zaťaženia vody. Analyzátor má byť využiteľný pre kontrolu mikrobiologického oživenia surových vôd, kontrolu účinnosti dezinfekcie (UV žiarením, chlóróm a/alebo chlórdioxidom) a procesov úpravy vody, pri mimoriadnych situáciách (mimoriadne klimatické javy ako napr. suchá, povodne, atď.) a pri podozrení na možnosť kontaminácie vody v rozvodnom systéme verejných vodovodov (vodojemy, čerpacie stanice, hydranty, šachty atď.).

### Technické parametre :

#### Spôsob merania:

Metódy stanovenia na báze kultivácie alebo enzymatickej metódy, prípadne iná metóda stanovenia zodpovedajúca požiadavkám prílohy č. 5 vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z.z. Metóda počítania častíc nebude akceptovaná.

#### Frekvencia merania:

Požadujeme nastaviteľnú frekvenciu merania, pričom maximálny rozostup medzi meraniami nesmie byť dlhší ako 1 hodina (požadovaný výsledok merania maximálne do 1 hodiny).

#### Zaznamenanie údajov z merania:

Prenosný analyzátor musí byť schopný archivovať záznam z merania (minimálne 500 meraní na integrovanej alebo pripojiteľnej pamäťovej jednotke), zobrazovať výsledok merania pre potreby jeho odčítania na zobrazovacej jednotke (displej alebo tablet, či iné zariadenie umožňujúce odčítanie údajov).

**Call centrum:** 0850 123 122, pracovné dni: 8<sup>00</sup>–18<sup>00</sup> **Poruchový dispečing:** 0800 121 333, nonstop

**E-mail:** [sluzby@bvsas.sk](mailto:sluzby@bvsas.sk), **Web:** [www.bvsas.sk](http://www.bvsas.sk)

#### **Bankové spojenie:**

VÚB, a.s., **IBAN:** SK68 0200 0000 3500 0100 4062, BIC: SUBASKBX

SLSP, a.s., **IBAN:** SK20 0900 0000 0050 1740 3407, BIC: GIBASKBX

### Prenos údajov:

Údaje musia byť uchované vo formáte umožňujúcom ich zálohovanie (prenos na pamäťovú kartu, USB kľúč, atď.). Zariadenie musí umožniť diaľkový prístup (cez cloud alebo IP adresu, atď.).

### Odber vzorky:

Analyzátor žiadame dodať v prevedení umožňujúcom odber vzorky

- zo vzorkovacieho ventilu (prevedene pri vysokom aj nízkom tlaku)
- z voľnej hladiny
- zo vzorkovnic pri meraní v teréne

### **Účasť a priebeh PTK :**

Záujemcovia o účasť na PTK vyplnia prílohu č.1.

PTK budú prebiehať písomne formou zaslania vyplnenej prílohy č.1.

### **Termíny :**

Lehota predkladania je stanovená do 28.01.2026 do 10.00hod..