

## Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti – časť 2

**Predmet zákazky:** Elektrochirurgický generátor  
Elektrochirurgický generátor pre neurochirurgické disciplíny – časť 2

**Druh postupu:** Nadlimitná zákazka, Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO („superreverz“)

**Označenie vo V EU:** 51339-2026 OJ S 16/2026 zo dňa 23/01/2026

**Označenie vo VVO:** 1132-MST vo vestníku č. 17/2026 dňa 26.01.2026  
(ďalej len „verejné obstarávanie“)

### a) Zoznam členov komisie

P. č.:	Titul, meno a priezvisko člena komisie	Právo vyhodnocovať ponuky
1.	doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH	áno
2.	MUDr. Milan Liška, PhD., MPH	áno
3.	Ing. Iveta Cigáňová	áno
4.	Mgr. Veronika Dobiášová	nie

### b) Zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku:

P. č.:	Identifikácia uchádzača
1	INAMED, s.r.o. (IČO: 44484275, SK)
2	TIMED, s.r.o. (IČO: 00602175, SK)

### c) Zoznam vybraných záujemcov a dôvody ich vybratia

Neaplikuje sa.

### d) Zoznam záujemcov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovanie s uvedením dôvodu

Neaplikuje sa.

### e) Zoznam vylúčených ponúk/uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia

TIMED, s.r.o. (IČO: 00602175, SK)

Odôvodnenie: podľa § 53 ods. 4 písm. b) ZVO, ponuka vylúčená z dôvodu, že nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, konkrétne požiadavky na stanovené technické vlastnosti prístroja - „Frekvenčná vlna zabezpečujúca cielenú a rovnomernú koaguláciu vďaka prenikaniu do intracelulárneho priestoru 4 MHz“ a „Modulácia 33 kHz“.

INAMED, s.r.o. (IČO: 44484275, SK)

Odôvodnenie: podľa § 53 ods. 4 písm. b) ZVO, ponuka vylúčená z dôvodu, že nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, konkrétne uchádzač nepreukázal, že ponúkaný prístroj spĺňa technické vlastnosti prístroja požadované verejným obstarávateľom (Max. výkon pre monopolárny rez 500 W, Prístroj umožňujúci efektívne monopolárne a bipolárne chirurgické aplikácie, ako aj aplikácie tkanivovej fúzie a utesnenia ciev pomocou vysokofrekvenčnej (RF) energie, Prednastavený režim monopolárnej koagulácie min. 8x, Prednastavený režim bipolárnej koagulácie min. 3x, Ovládanie nožným aj ručným spínačom pri monopolárnej, bipolárnej, pokročilej bipolárnej koagulácií a pri bipolárnej resekcii, Rozhranie umožňujúce pripojenie na jednotku argónovej koagulácie, Možnosť pripojenia 2 neutrálnych (pacientskych) elektród alebo možnosť použitia simultánnej bipolárnej koagulácie, Možnosť pripojenia laparoskopického prístroja s integrovaným nožom a vysúvateľným monopolárnym háčikom, ktorý je kombináciou riadenej bipolárnej koagulácie a monopolárneho nástroja alebo ekvivalent, Prístrojový vozík na kolieskach kompatibilný s elektrochirurgickým generátorom a jednotkou odsávania dymu.).

### f) Dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk

Neaplikuje sa.

### g) Hodnotenie ponúk

Komisia zložená z členov uvedených vyššie po otvorení ponúk vyhodnotila ponuky v zmysle časti A.3 *Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidiel ich uplatnenia* súťažných podkladov a na základe celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR bez DPH určila nasledovné poradie uchádzačov:

P. č.:	Identifikácia uchádzača	Návrh na plnenie kritéria	Poradie
		Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH	
1	INAMED, s.r.o. (IČO: 44484275, SK)	42 042,02	2.
2	TIMED, s.r.o. (IČO: 00602175, SK)	41 927,24	1.

V zmysle § 66 ods. 7 písm. b) ZVO a v súlade so súťažnými podkladmi komisia pristúpila po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria k vyhodnocovaniu ponúk a podmienok účasti u uchádzača, ktorého ponuka sa umiestnila na prvom mieste v poradí.

Členovia komisie vyhodnocovali ponuku uchádzača č. 2. Uchádzač vo Vlastnom návrh na plnenie predmetu zákazky ponúkol prístroj Elektrochirurgická platforma Valleylab VLFT10GEN, v ktorom uviedol pre požadované technické vlastnosti „Frekvenčná vlna zabezpečujúca cielenú a rovnomernú koaguláciu vďaka prenikaniu do intracelulárneho priestoru 4 MHz“ a „Modulácia 33 kHz“ slovo „NIE“. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ požiadal uchádzača č. 2 dňa 23.02.2026 prostredníctvom IS Josephine o vysvetlenie ponuky aby uviedol, ako ponúknuté technické riešenie spĺňa stanovené minimálne technické vlastnosti „Frekvenčná vlna zabezpečujúca cielenú a rovnomernú koaguláciu vďaka prenikaniu do intracelulárneho priestoru 4 MHz“ a „Modulácia 33 kHz“, keďže ponúkaný prístroj nedisponuje týmito požadovanými vlastnosťami. Uchádzač dňa 23.02.2026 prostredníctvom IS Josephine v stanovenej lehote odpovedal na žiadosť o vysvetlenie verejného obstarávateľa, kde sa vyjadril, že v ponuke síce uviedol, že požadované technické parametre nespĺňa, avšak ponúkané generátory disponujú pre rovnaký požadovaný efekt inou postačujúcou technológiou „TissueFect“. Komisia pristúpila k posúdeniu predloženého vysvetlenia a konštatovala, že technológia „TissueFect“ nie je technicky ekvivalentná požadovanému systému (4 MHz / 33 kHz), nie je plnohodnotnou náhradou za vysokofrekvenčnú aperiodickú koaguláciu, a teda ani nespĺňa úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, tak, aby bol naplnený účel, na ktorý bolo toto riešenie určené (celé odôvodnenie v Oznámení o vylúčení zo dňa 25.02.2026). Komisia tak doručené vysvetlenie neakceptovala. Na základe uvedených skutočností pristúpil verejný obstarávateľ dňa 25.02.2026 k vylúčeniu ponuky uchádzača č. 2 a prostredníctvom IS Josephine mu zaslal Oznámenie o vylúčení ponuky podľa § 53 ods. 4 písm. b) ZVO.

Komisia na základe vyhodnotenia ponuky uchádzača č. 2 pristúpila aj k vyhodnocovaniu ponuky uchádzača č. 1. Uchádzač vo Vlastnom návrh na plnenie predmetu zákazky ponúkol prístroj Generátor elektrochirurgický Codman, irigátor elektrochirurgický Codman. Uchádzač č. 1 v ponuke uviedol pre overenie splnenia stanovených parametrov odkaz na „Návod na použitie“. V ponuke sa však dokument s takýmto názvom, resp. žiaden dokument, ktorý by obsahoval Návod na použitie / Katalógový alebo Produktový list k ponúkanému prístroju nenachádzal. Na základe uvedeného verejný obstarávateľ požiadal uchádzača č. 1 dňa 23.02.2026 prostredníctvom IS Josephine o vysvetlenie, resp. doplnenie predloženého Vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky tak, aby komisia vedela vyhodnotiť splnenie všetkých stanovených parametrov. Uchádzač č. 1 dňa 23.02.2026 prostredníctvom IS Josephine v stanovenej lehote doplnil svoju ponuku a predložil verejnému obstarávateľovi Návod na použitie. Komisia tak pristúpila k vyhodnocovaniu predloženého Vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky uchádzača č. 1. Komisia v návodoch na použitie neidentifikovala splnenie niekoľkých parametrov. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti požiadal uchádzača č. 1 prostredníctvom IS Josephine dňa 06.03.2026 o vysvetlenie a doplnenie Vlastného návrhu na plnenie predmetu zákazky tak, aby verejný obstarávateľ vedel vyhodnotiť splnenie týchto parametrov. Dňa 10.03.2026 uchádzač č. 1 prostredníctvom IS Josephine požiadal o predĺženie stanovenej lehoty na vysvetlenie, v čom mu verejný obstarávateľ vyhovel a predĺžil lehotu na vysvetlenie do 16.03.2026. Dňa 16.03.2026 uchádzač č. 1 v stanovenej lehote odpovedal, že vzhľadom na to, že výrobca nepotvrdil niektoré požadované parametre, vlastný návrh na plnenie nepredloží. Na základe uvedeného komisia konštatovala, že uchádzač č. 1 nepreukázal, že ponúkaný prístroj Generátor elektrochirurgický Codman, irigátor elektrochirurgický Codman spĺňa všetky minimálne technické vlastnosti prístroja požadované verejným obstarávateľom (viď Príloha - Vyhodnotenie technickej špecifikácie). Na základe uvedených skutočností

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a podmienok účasti  
Elektrochirurgický generátor pre neurochirurgické disciplíny

pristúpil verejný obstarávateľ dňa 18.03.2026 k vylúčeniu ponuky uchádzača č. 1 a prostredníctvom IS Josephine mu zaslal Oznámenie o vylúčení ponuky podľa § 53 ods. 4 písm. b) ZVO.

#### **h) Informácia o vyhodnotení splnenia podmienok účasti**

Nakoľko ponuka uchádzača č. 2 umiestneného na prvom mieste v poradí bola z verejného obstarávania vylúčená, komisia na základe § 40 ZVO pristúpila k vyhodnocovaniu splnenia podmienok účasti u uchádzača č. 1, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v novo zostavenom poradí.

Uchádzač č. 1 je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov pod Registračným číslom: 2025/7-PO-H1663 a predložil čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 ZVO, v ktorom uviedol iba osoby zapísané v ORSR ako štatutárny zástupcovia spoločnosti. Na základe uvedených skutočností komisia konštatovala, že uchádzač č. 1 splnil stanovené podmienky účasti.

#### **i) Poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s uvedením dôvodov úspešnosti**

Komisia vyhodnotila ponuky a podmienky účasti v súlade so ZVO a s pravidlami stanovenými v súťažných podkladoch a stanovila nasledovný výsledok vyhodnotenia ponúk vo vyššie uvedenom verejnom obstarávaní:

P. č.:	Identifikácia uchádzača	Návrh na plnenie kritéria	Poradie	Identifikácia uchádzača
		Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH		
1	INAMED, s.r.o. (IČO: 44484275, SK)	42 042,02	-	<b>Vylúčený</b>
2	TIMED, s.r.o. (IČO: 00602175, SK)	41 927,24	-	<b>Vylúčený</b>

#### **j) Dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s výhradou**

Neaplikuje sa.

#### **Záver:**

V súlade s informáciami uvedenými v tejto zápisnici odporúča komisia verejnému obstarávateľovi **zrušiť postup zadávania zákazky z dôvodu podľa § 57 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní**, že ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 – nespĺňa požiadavky na predmet zákazky, upraviť opis predmetu zákazky a zopakovať použitý postup verejného obstarávania.

Podpisy členov komisie:

P. č.:	Meno a priezvisko člena komisie s právom vyhodnocovať ponuky	Podpis
1.	doc. MUDr. Andrej Šteňo, PhD., MPH	
2.	MUDr. Milan Liška, PhD., MPH	
3.	Ing. Iveta Cigáňová	

V Bratislave, 31.03.2026

Zapísal: Mgr. Veronika Dobiášová, procesný garant .....

Prílohy:

1. Hodnotiace hárky ponúk
2. Vyhodnotenie technickej špecifikácie – uchádzač č. 1
3. Hodnotenie splnenia podmienok účasti – uchádzač č. 1

*Poznámka:*

*Celý proces verejného obstarávania je zdokumentovaný prostredníctvom elektronického nástroja systému Josephine pod ID zákazky 73887.*