

Názov predmetu zákazky: Fluorescenčný zobrazovací prístroj

Identifikačné údaje uchádzača	
Obchodné meno:	Surgitech, s.r.o.
Sídlo:	Zárubova 1, 841 06 Bratislava
IČO:	50197975
DIČ:	2120238736
IČ DPH:	SK2120238736
Zapísaný v registri:	ORSR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vl.č. 109841/B
V mene ktorého koná:	Ing. Peter Šumichrast, konateľ
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK68 0200 0000 0038 2699 3655
Uchádzač je MSP: MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov. (Mikropodniky, podniky ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR). Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a /alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR)	malý podnik

Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobu)	FLUOBEAM® LX , výrobca Fluoptics
Cena za 1 kus v EUR bez DPH	78 940,00
Cena za 1 kus v EUR s DPH	97 096,20
Celková cena za celý predmet zákazky (3 ks) v EUR bez DPH	236 820,00
Sadzba DPH 23%	54 468,60
Celková cena za celý predmet zákazky (3 ks) v EUR s DPH	291 288,60

Technická špecifikácia

Predmet zákazky		Fluorescenčný zobrazovací prístroj				
Identifikácia ponúkaného zariadenia (názov/označenie výrobu)		FLUOBEAM® LX				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne	Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)	Presné označenie v predložnom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)
Počet	ks			3	3	

Detekcia fluorescencie vo vlnových dĺžkach, minimálne	nm	od 700 do 900			700 – 900 nm	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 11</i>
Vlnová dĺžka pre svetla (laser) pre vybudenie fluorescencie v rozsahu	nm	680	690		690 nm	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 11</i>
Výkon lasera v rozsahu	mW	1,7	2		1,7 mW	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 11</i>
Kamera s veľkou hĺbkou zaostrenia, minimálne	cm	od 8 do 13			8 – 13 cm	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 4 a 10</i>
Nízka hmotnosť optickej hlavy	g		800		500 g	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 5</i>
Vizualizácia v reálnom čase, bez prerušenia práce chirurga s frekvenciou zobrazenia	obrázkov/s	25			25 obr/s	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 10</i>
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika		Váš návrh (parametre, resp. áno/nie v prípade, ak je požadovaný parameter uvedený slovom)		Presné označenie v predložennom dokumente k tovaru, ktorý je predložený v ponuke (produktový/katalógový list k tovaru, v tvare – názov dokladu a strana)	
Prístrojové vybavenie pre vizualizáciu lokalizácie a perfúzie prištítnych teliesok štítnej žľazy počas a po operačných výkonoch	áno		áno		Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 2</i>	
Kompatibilný systém s štandardným osvetlením operačnej sály a s filtráciou svetla operačnej lampy	áno		áno		Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 3 a 17</i>	
Prístrojové vybavenie umožňujúce zobrazenie prirodzene emitovanej fluorescencie prištítnych teliesok ako aj zobrazenie fluorescencie za pomoci injektovania indokyanínovej zelenej s identifikáciou prištítnych teliesok aj ciev vyživujúcich prištítnu telieska	áno		áno		Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 2</i>	

Optická hlava s integrovanou kamerou a zdrojmi svetla s ergonomickým tvarom pre uchytienie do ruky a ovládanie jedným prstom	áno	áno	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 4 , Strana 5</i>
Integrovaný ovládač na optickej hlave pre ovládanie funkcií zobrazenia na zobrazovacej jednotke	áno	áno	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 6</i>
Ovládanie zobrazenia: uloženie videosekvencie, uloženie snímku obrazovky, nastavenie zaostreniam, nastavenie jasu	áno	áno	Fluoptics-FluobeamLX prospekt <i>Strana 10</i>
Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (v prípade, ak ide o zdravotnícke zariadenia II. a vyššie)	áno (ak je registrovaný- uvedie sa číslo)/ nie (ak je v procese registrácie - uvedie sa stav)	V procese registrácie: ŠÚKL číslo spisu: SUKL/2025/12212, zo dňa 3.11.2025 Pod názvom zdravotnej pomôcky: Fluobeam LX/LM, Fluosoft LX/LM	

- Dodávaný tovar musí byť nový/nepoužívaný podľa technickej špecifikácie
- Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt, alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, teda za ekvivalent nebude môcť byť považovaný každý ekvivalentný produkt, ale len taký, ktorý bude rovnakej, alebo vyššej kvality, ako požadovaný predmet zákazky.

