

HODNOTIACI HÁROK - POŽIADAVKY NA PONUKU - VŠEOBECNÁ ČASŤ

Predmet zákazky:	Operačná 2-ramenná LED lampa (ID zákazky: 73924)
Číslo obstarávania:	ÚV EÚ č. OJ S 16/2026 zo dňa 23.01.2026 pod zn. 49936-2026 VVO č. 17/2026 zo dňa 26.01.2026 pod zn. 1156 - MST
Verejný obstarávateľ:	Univerzitná nemocnica Bratislava Pažitková 4, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Uchádzač MedTech Innovations, s.r.o. Kalinčiakova 33 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 55 589 766	Uchádzač č. 2
---	----------------------

Všeobecná časť		Doklad	Poznámky
1.	Uchádzač predložil ponuku prostredníctvom systému IS JOSEPHINE do 23.02.2026, 10:00	Splnil	20.02.2026 13:37:03
2.	Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;	Splnil	Výpis z obchodného registra SR konateľ Pavol Rajčan V mene Spoločnosti koná a navonok ju zastupuje konateľ samostatne.
3.	Uchádzač nepredložil variantné riešenia;	Splnil	

4.	Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.	Splnil	
5.	Všetky sumy uvedené v ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch sú vyjadrené v mene euro;	Splnil	
6.	Ponuka obsahuje vyplnený formulár „ Všeobecné informácie o uchádzačovi “ uvedený v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 14)
7.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov , podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov, v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov;	N/A	
8.	Ponuka obsahuje plnú moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov podľa Prílohy č. 3 súťažných podkladov, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v súlade s formulárom uvedeným v Prílohe č. 3 súťažných podkladov;	N/A	
9.	Ponuka obsahuje doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti , uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, v súlade s Prílohou č. 4, Prílohou č. 6 a Prílohou č. 12 súťažných podkladov a Prílohou č. 13.1-13.3 súťažných podkladov (pozn.: je potrebné predložiť samostatne za uchádzača, navrhovaného subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 6 súťažných podkladov, navrhované iné (tretie) osoby prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov) alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, alebo Jednotný európsky dokument podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní;	Splnil	Osobné postavenie za uchádzača: 1. Zoznam hospodárskych subjektov - ÚVO 2. Prílohy.pdf (str. 25 - 26) P13.1 Osobné postavenie za subdodávateľa: 1. Zoznam hospodárskych subjektov - ÚVO 2. Prílohy.pdf (str. 27 - 29) P13.2 3. Prílohy.pdf (str. 30 - 31) P13.3 Prílohy.pdf (str. 33) P4 Prílohy.pdf (str. 17) P6 Prílohy.pdf (str. 23 - 24) P12 Prílohy.pdf (str. 01 - 12) JED
10.	Ponuka obsahuje zoznam iných (tretích) osôb , prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov;	Splnil	Príloha č. 4 - Zoznam tretích osôb.pdf

11.	Ponuka obsahuje zoznam dôverných informácií v zmysle bodu 22.3 a podľa Prílohy č. 5 súťažných podkladov;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 16) Ponuka neobsahuje dôverné informácie.
12.	Ponuka obsahuje vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 6 súťažných podkladov, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami, alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má plniť);	Splnil	Prílohy.pdf (str. 17) Budú sa podieľať subdodávatelia: Unique Medical s. r. o. Stará Vajnorská 1367/4 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO: 46 729 429 % podiel na zákazke: 2 Predmet: servisný technik
13.	Uchádzač predložil doklad o zložení zábezpeky v zmysle podmienok určených v Súťažných podkladoch. (15.000,00 EUR); Lehota viazanosti ponúk: 26.07.2026	Splnil	Platba zábezpeky Medtech Innovations, s.r.o..pdf
14.	Ponuka obsahuje vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 8 súťažných podkladov, že súhlasí s obchodnými podmienkami uskutočnenia predmetu zákazky uvedenými vo Zväzku 2 súťažných podkladov;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 19)
15.	Uchádzač predložil vyplnený formulár „ Návrh na plnenie kritérií “ uvedený v Prílohe č. 7 súťažných podkladov, vypracovaný podľa časti 1.2 – „Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ Zväzku 1 súťažných podkladov;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 18)
16.	Ponuka obsahuje informáciu či uchádzač vypracoval ponuku sám , ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil; údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené podľa Prílohy č. 9 súťažných podkladov;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 13)
17.	Ponuka obsahuje Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov , Príloha č. 10 súťažných podkladov;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 21)
18.	Ponuka obsahuje Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 11 súťažných podkladov;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 22)
19.	Ponuka obsahuje vyplnený dokument Opis predmetu zákazky podľa Zväzku 3 súťažných podkladov (podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu dodávateľov);	Splnil	Prílohy.pdf (str. 39 - 44)

20.	Ponuka obsahuje dôkaz o vhodnosti ekvivalentných zariadení , ak je potrebný (alebo iných vhodných dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať právo predložiť ekvivalentné zariadenie a požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných zariadení, vrátane podrobných špecifikácií	N/A	
21.	Ponuka obsahuje vyplnený formulár „ Súhlas so spracúvaním osobných údajov “ uvedený v Prílohe č. 14 Súťažných podkladov;	Splnil	Prílohy.pdf (str. 32)
22.	Uchádzač predložil Produktový list / Manuál , resp. iné informačné materiály k ponúkanému zariadeniu preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených vo Zväzku 3 súťažných podkladov	Splnil	Prílohy.pdf (str. 34 - 36)

HODNOTIACI HÁROK - POŽIADAVKY NA PONUKU – POSÚDENIE SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

Predmet zákazky	Operačná 2-ramenná LED lampa				
Požadované množstvo	14 ks				
Návrh na plnenie kritéria:	203 000,00 EUR bez DPH				
Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom				Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom.	HODNOTENIE (splnil/nesplnil)
Identifikácia ponúkaného zariadenia (výrobca / typové označenie výrobku):				HFMED/HF-L4+4C LED	
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum		
Hlavné svietidlo:					
Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 1m	lx	160 000		16 000lx	Splnil
Priemer svetelného poľa satelitného svietidla	mm	250		120 – 250mm	Splnil
Voliteľná chromatičnosť svietidla	K	3 500		3200 – 5300K	Splnil
Počet LED diód (1 svietidlo)	počet	112		112ks	Splnil
Životnosť zdroja LED svietidla	hod.	60 000		60 000hod.	Splnil
Satelitné svietidlo:					
Intenzita osvetlenia vo vzdialenosti 1m	lx	160 000		16 000lx	Splnil
Priemer svetelného poľa satelitného svietidla	mm	250		120 – 250mm	Splnil
Voliteľná chromatičnosť svietidla	K	3 500		3200-5300k	Splnil
Životnosť zdroja LED svietidla	hod.	60 000		60 000hod.	Splnil

Počet LED diód (1 svietidlo)	počet	112	112	Splnil
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
Hlavné svietidlo:				
Index podania farieb – Ra min. 96		áno	Ra min. 96	Splnil
Index podania farieb – R9 min. 97		áno	R9 min. 97	Splnil
Index podania farieb – R13 min. 98		áno	R13 min. 98	Splnil
Mód endoskopického osvetlenia		áno	áno	Splnil
100% intenzita osvetlenia záložného zdroja svietidla		áno	áno	Splnil
Automatické prepnutie zálohy svietidla		áno	áno	Splnil
Regulácia intenzity od 30-100%		áno	30-100%	Splnil
Ovládanie – odnímateľné sterilizovateľné madlo 56ks		áno	Áno, 56ks	Splnil
Plynulé nastavenie veľkosti poľa		áno	áno	Splnil
Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia		áno	áno	Splnil
ENDO		áno	áno	Splnil
Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia		áno	áno	Splnil
Kompletná stropná inštalačná konštrukcia		áno	áno	Splnil
Napájanie AC 110-240V 50-60Hz		áno	AC 110-240V 50-60Hz	Splnil
Príkon 100W		áno	Áno, 100W	Splnil
Zvýšenie teploty pri hlave chirurgia ≤ 1		áno	Max. ≤ 1	Splnil
Dialľkový bezdrôtový ovládač		áno	áno	Splnil
Satelitné svietidlo:				
Index podania farieb - Ra min. 96		áno	Ra min. 96	Splnil
Index podania farieb – R9 min. 97		áno	R9 min. 97	Splnil
Index podania farieb – R13 min. 98		áno	R13 min. 98	Splnil
Mód endoskopického osvetlenia		áno	áno	Splnil
100% intenzita osvetlenia záložného zdroja svietidla		áno	áno	Splnil
Automatické prepnutie zálohy svietidla		áno	áno	Splnil
Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia		áno	áno	Splnil

ENDO	áno	áno	Splnil
Regulácia intenzity od 30-100%	áno	30-100%	Splnil
Ovládanie – odnímateľné sterilizovateľné madlo 56ks	áno	Áno, 56ks	Splnil
Napájanie AC 110-240V 50-60Hz	áno	AC 110-240V 50-60Hz	Splnil
Príkonnosť 100W	áno	Áno, 100W	Splnil
Zvýšenie teploty pri hlave chirurgia ≤ 1	áno	Max. ≤ 1	Splnil
Kompletná stropná inštalačná konštrukcia	áno	áno	Splnil
Plynulé nastavenie veľkosti poľa	áno	áno	Splnil
Plynulé nastavenie intenzity osvetlenia	áno	áno	Splnil
Diaľkový bezdrôtový ovládač	áno	áno	Splnil
Kamera:			
Integrovaná kamera v svietidle	áno	áno	Splnil
Bezkáblková	áno	áno	Splnil
Vysokovýkonný WIFI systém	áno	áno	Splnil
Rozlíšenie 4K Ultra HD	áno	áno	Splnil
Optický zoom min. 20x	áno	20x	Splnil
Digitálny zoom min. 12x	áno	12x	Splnil
Maximálny možný zoom pri zachovaní UHD rozlíšenia min. 30x	áno	Max.30x	Splnil
Maximálny možný zoom pri zachovaní Full HD rozlíšenia min. 40x	áno	Max. 40x	Splnil
Maximálny možný dosiahnuteľný zoom min. 240x	áno	Max. 240x	Splnil
Rozsah nastavenia snímkovej frekvencie kamery 1-10 000Hz	áno	1/1 - 1/10 000 s	Splnil, na základe pripustenia ekvivalentného riešenia zo dňa 10.02.2026 prijatého v lehote na predkladanie ponúk (LPP)
Video rozlíšenie min. 3 840 x 2 160	áno	3 840 x 2 160	Splnil
Stabilizácia obrazu	áno	áno	Splnil
Auto IRC mód	áno	áno	Splnil

Režimy fokusácie: - automatická, - jednotlačidlová, - manuálna	áno	áno	Splnil
Nastaviteľné presety pre záznam obrazu s možnosťou vloženia preddefinovaného textu do obrazu	áno	áno	Splnil
Jednorazový návlak na madlo, 100ks	áno	Áno, 100ks	Splnil

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:

Názov	Požadované parametre	Vlastný návrh plnenia Požaduje sa uviesť ÁNO/NIE, resp. skutočnú špecifikáciu ponúkaného tovaru. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu číslom a/alebo slovom.	HODNOTENIE (splnil/nespnil)
Doprava na miesto inštalácie:	požaduje sa; miestom inštalácie je sídlo verejného obstarávateľa	ÁNO	Splnil
Záručná doba na predmet zákazky	minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky	ÁNO, 24 mesiacov od prebratia	Splnil
Nástup na servis do 24 hod.	požaduje sa; nástup do 24 hod. v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy	ÁNO, do 24 hod.	Splnil
Odborná údržba - pravidelný servis - bezpečnostno-technické prehliadky, opravy, údržba a testovanie v intervaloch predpísaných výrobcom musia byť vykonávané v záručnej dobe bezplatne	požaduje sa	ÁNO	Splnil
Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ	požaduje sa	ÁNO	Splnil

odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.			
Certifikát vydaný príslušnou certifikačnou spoločnosťou (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého jazyka)	požaduje sa	ÁNO	Splnil
Vyhlásenie výrobcu o zhode výrobku (SVK jazyk, prípadne úradný preklad, ak je v inom jazyku okrem českého jazyka). (Toto vyhlásenie o zhode musí deklarovať, že zdravotnícke zariadenie je vyrobené v súlade s normami: SMERNICA RADY 93/42/EHS zo dňa 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach alebo SMERNICA 98/79/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27. októbra 1998 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro)	požaduje sa	ÁNO	splnil
Zariadenie je registrované slovenskou autoritou pre registráciu zdravotníckych pomôcok (kód ŠÚKL)	požaduje sa	ÁNO- P 6668A	Splnil