



UNIVERZITNÁ NEMOCNICA MARTIN
KOLLÁROVA 2, 036 59 MARTIN



všetkým záujemcom

Váš list zn./ zo dňa:

Naša značka:
GR-*184*OVO-725/20/Baš

v Martine, dňa:
26.06.2020

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov

Vážený záujemca,

na základe žiadosti jedného zo záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov v rámci výzvy č. 1 „Plášť návštevnícky“ a výzvy č. 2 „Plášť nepremokavý“ k zriadenému dynamickému nákupnému systému s názvom „Osobné ochranné pracovné pomôcky potrebné v súvislosti s ochorením COVID-19“, ktorá bola uverejnená 24.04.2020 v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2020/S 081-190495 a dňa 27.04.2020 vo Vestníku verejného obstarávania č. 88/2020 pod značkou 15767-MUT, v zmysle ustanovenia § 58 až § 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) podávame nasledovné vysvetlenie:

Otázka:

Žiadame o vysvetlenie a o dop. informácie k zákazke, nakoľko požadujete certifikát k materiálu, ale neuvádzate normu, podľa akej normy má byť materiál certifikovaný?

Odpoveď:

Plášť návštevnícky a plášť nepremokavý - materiál by mal spĺňať požiadavky na ochranu proti biologickému nebezpečenstvu (slúžia na ochranu proti infekčným agensom) podľa platnej Európskej normy EN14126.

S pozdravom

doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
medicínsky riaditeľ UNM

Ing. Stanislav Škoňa
ekonomický riaditeľ UNM

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin