



FNsP F. D. Roosevelta
BANSKÁ BYSTRICA

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

FNsP FDR/RVO/3580/2026/37373

Vybavuje/kontakt

Ing. Zuzana Varmuzeková
+421 48 441 38 86
zvarmuzekova@nspb.sk

Dátum

07.07.2026

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č. 3 k predmetu zákazky: „**Rukavice lekárske jednorazové**“ pre **Časť č. 1: Rukavice jednorazové nesterilné latexové bez púdro** a pre **Časť č. 7: Rukavice jednorazové nitrilové extra silné** v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).

Zákazka bola zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie č. 404203-2026, číslo vydania série S úradného vestníka: 112/2026 zo dňa 12.06.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 117/2026 zo dňa 15.06.2026 s ozn. 8260 – MST.

Otázka č. 1 sa týka časti č. 1:

Časť č. 1: Rukavice jednorazové nesterilné latexové bez púdro

Otázka č. 1.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 3:

Poradové číslo 5: Anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými manžetami, univerzálny tvar pre pravú aj ľavú ruku

V súvislosti s bodom 5 OPISU A ŠPECIFIKÁCIE ZÁKAZKY by sme vás chceli požiadať o upresnenie požiadavky „anatomicky tvarované s rovnomerne rolovanými manžetami, univerzálny tvar pre pravú aj ľavú ruku“. Podľa nášho chápania sú anatomicky tvarované rukavice spravidla určené osobitne pre pravú a ľavú ruku a zvyčajne ide o chirurgické rukavice. Vyšetrovacie nitrilové rukavice sú naopak štandardne obojstranné/univerzálne, a teda nie sú anatomicky tvarované v rovnakom zmysle. Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či majú byť požadované rukavice obojstranné vyšetrovacie rukavice, alebo anatomicky tvarované rukavice určené osobitne pre pravú a ľavú ruku?

Odpoveď k otázke č. 1.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 3:

Požiadavka na „anatomický tvar“ bola použitá v zmysle ergonomického vyhotovenia rukavice, avšak vzhľadom na súčasne uvedenú požiadavku na univerzálny tvar pre pravú a ľavú ruku spresňujeme, že požadujeme **obojstranné (ambidextrické) nitrilové rukavice**, použiteľné na pravú aj ľavú ruku, s rovnomerne rolovanou manžetou. Uvedené spresnenie nemení predmet zákazky ani okruh potenciálnych hospodárskych subjektov.

Otázka č. 1.2 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 3:

Veľkostná tabuľka

V súvislosti s veľkostnou tabuľkou uvedenou v technickej špecifikácii by sme vás chceli požiadať o potvrdenie, či budú akceptované rukavice s rozmermi v súlade s EN 455-2, aj keď ich stredná šírka



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 38 86



www.fnspsdr.sk
zvarmuzekova@nspb.sk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670

mierne presahuje konkrétne intervaly uvedené v tendrovej dokumentácii. Nami ponúkané rukavice spĺňajú EN 455-2 a zodpovedajú štandardnému číslovaniu vyšetrovacích rukavíc. Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či budú tieto veľkosti považované za akceptovateľné, pokiaľ sú splnené všetky ostatné technické, medicínske a bezpečnostné požiadavky?

Veľkosti našich ponúkaných rukavíc:

XS – 75 mm

S – 86 mm

M – 96 mm

L – 106 mm

XL – 115 mm

Odpoveď k otázke č. 1.2 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 3:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať rukavice, ktorých rozmery zodpovedajú požiadavkám normy EN 455-2, za predpokladu, že uchádzač preukáže ich súlad s touto normou a budú splnené všetky ostatné technické, funkčné, medicínske a bezpečnostné požiadavky uvedené v súťažných podkladoch. Za akceptovateľné budú považované aj rukavice, ktorých stredná šírka sa mierne odlišuje od hodnôt uvedených v technickej špecifikácii, pokiaľ sa pohybuje v medziach stanovených normou EN 455-2 a nemá negatívny vplyv na funkčnosť, bezpečnosť ani použiteľnosť požadovaných zdravotníckych pomôcok.

Otázka č. 2 sa týka časti č. 7:

Časť č. 7: Rukavice jednorazové nitrilové extra silné

Otázka č. 2.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 3:

Poradové číslo 11:

Požadovaná štandardná veľkosť	6 až 9
-------------------------------	--------

V súvislosti s bodom 11 OPISU A ŠPECIFIKÁCIE ZÁKAZKY by sme vás chceli požiadať o upresnenie požadovaného formátu veľkostí „6 až 9“.

Keďže predmetom tejto časti sú nesterilné extra pevné jednorazové nitrilové rukavice vhodné pre pravú aj ľavú ruku, štandardné číslovanie pre tento typ vyšetrovacích/ochranných rukavíc je zvyčajne XS, S, M, L a XL.

Číselné veľkosti, ako napríklad 6 až 9, sa typicky používajú pri sterilných chirurgických rukaviciach s rozlíšením pravej a ľavej ruky. Mohli by ste, prosím, potvrdiť, či budú akceptované rukavice ponúkané v štandardnom číslovaní XS–XL?

Odpoveď k otázke č. 2.1 v žiadosti o vysvetlenie SP č. 3:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že pri predmetnej položke budú akceptované jednorazové nesterilné nitrilové rukavice ponúkané v štandardnom veľkostnom označení **XS, S, M, L a XL**, ktoré je bežne používané pre vyšetrovacie a ochranné rukavice.

Požiadavka uvedená v bode 11 OPISU A ŠPECIFIKÁCIE ZÁKAZKY na veľkosti „6 až 9“ predstavuje administratívnu nepresnosť. Za splnenie tejto požiadavky sa bude považovať ponuka rukavíc vo veľkostiach **XS až XL**, za predpokladu, že rozmery jednotlivých veľkostí sú v súlade s požiadavkami normy **EN 455-2** a zároveň sú splnené všetky ostatné technické, funkčné, medicínske a bezpečnostné požiadavky uvedené v súťažných podkladoch.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.



Nám. L Svobodu 1
Banská Bystrica 975 17



+ 421 48/441 38 86



www.fnsfdr.sk
zvarmuzekova@nspbbsk

IČO: 00165549

DIČ: 2021095670

IČDPH: SK2021095670