



•
•
Všetkým záujemcom
•
•

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO2-2026/000683 -005

Vybavuje/linka
Ondračka/445 42

Bratislava
17. 9. 2026

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

Na žiadosti o vysvetlenie od uchádzačov/záujemcov potrebných na vypracovanie ponuky podľa § 48 ZVO verejný obstarávateľ poskytuje vysvetlenie, ktoré uverejnil v profile verejného obstarávateľa dostupnej pre každého záujemcu/uchádzača v zákazke s názvom **Zdravotnícke a záchranné vybavenie, prístroje a príslušenstvo**. V zadávaní zákazky bola doručená verejnému obstarávateľovi žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov (ďalej len ako „SP“).

Otázka č. 33

V Časti 1 v položke 1. verejný obstarávateľ neakceptoval batériu s množstvom výbojov 140 a požaduje naďalej 200 výbojov. Bude obstarávateľ akceptovať zariadenie ktoré bude dodané s dvomi batériami, čo by v súčte znamenalo počas piatich rokov až 280 výbojov? Pričom nebude potrebná náhradná batéria. Položka 4 a 17 nakoľko výdrž batérie je v našom prípade 5 rokov.

Odpoveď na otázku č. 33:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať záujemcom navrhované riešenie a trvá na prístroji s 1 batériou, ktorej kapacita umožňuje 200 výbojov. Požiadavka na minimálnu kapacitu jednej batérie vo výške 200 výbojov bola stanovená s cieľom zabezpečiť dostatočnú prevádzkovú pripravenosť zariadenia počas celej doby jeho používania bez potreby výmeny alebo manipulácie s batériami. Dodanie zariadenia s dvomi batériami nie je podľa názoru verejného obstarávateľa ekvivalentným riešením.

Otázka č. 34

Bude rovnaký princíp akceptovať verejný obstarávateľ aj pri položke č. 15 Zásahový prístroj AED II?

Odpoveď na otázku č. 34:

Verejný obstarávateľ trvá na opise k prístroju k AED II, tak ako je uvedený v prílohe SP a neakceptuje navrhované riešenie. Viď odpoveď na otázku č. 33.

Otázka č. 35:

Vážený verejný obstarávateľ,
v súvislosti s položkou Ultrasonografický prístroj kde je pre Mikrokonvexnú sondu požadovaný frekvenčný rozsah 4,2 – 10 HHZ, vyšetrovacia plocha: 16,9 x 21,2 mm, FOV 128°, si dovoľujeme požiadať o vysvetlenie, resp. potvrdenie, či bude verejný obstarávateľ akceptovať aj mikrokonvexnú sondu s vyšetrovacou plochou 26 x 11mm pri zachovaní požadovaného, resp. porovnateľného frekvenčného rozsahu a zorného poľa. Uvedený rozmer vyšetrovacej plochy predstavuje odlišné konštrukčné riešenie sondy, avšak sám o sebe nepredstavuje parameter, ktorý by určoval jej diagnostickú kvalitu alebo klinickú využiteľnosť. Pri posudzovaní vhodnosti mikrokonvexnej sondy je relevantné najmä jej frekvenčné pásmo, zorné pole, hĺbkový dosah, kvalita výsledného obrazu a možnosti klinického využitia.

Odpoveď na otázku č. 35:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať mikrokonvexnú sondu s vyšetrovacou plochou 26 x 11 mm. Dôvodom je, že pri veterinárnej praxi v ambulancii Ministerstva vnútra SR sú často diagnostikované ochorenia najmenších šteniatok, preto je potrebná sonda s čo najkratšou dĺžkou vyšetrovacej plochy. Kombinácia minimálnej dĺžky zobrazovacej plochy a požadovaný zobrazovací uhol, ktorý je potrebný pre rýchlu orientáciu v tkanivách pacienta pri vyšetrení, skracuje čas vyšetrenia, čo je pri pacientoch veterinárnej ambulancie potrebné pre minimalizáciu stresu počas vyšetrenia.

Otázka č. 36:

Vážený verejný obstarávateľ,
v súvislosti s položkou Ultrasonografický prístroj kde je pre konvexnú sondu frekvencia 2 – 5 HHZ, vyšetrovacia plocha : 18,3 x 66,2 mm, snímací uhol FOV 58° fr, si dovoľujeme požiadať o vysvetlenie, resp. potvrdenie, či bude verejný obstarávateľ akceptovať aj konvexnú sondu s vyšetrovacou plochou 73 x 16mm pri zachovaní požadovaného, resp. porovnateľného frekvenčného rozsahu a zorného poľa.

Uvedený rozmer vyšetrovacej plochy predstavuje odlišné konštrukčné riešenie sondy, avšak sám o sebe nepredstavuje parameter, ktorý by určoval jej diagnostickú kvalitu alebo klinickú využiteľnosť. Pri posudzovaní vhodnosti konvexnej sondy je relevantné najmä jej frekvenčné pásmo, zorné pole, hĺbkový dosah, kvalita výsledného obrazu a možnosti klinického využitia.

Odpoveď na otázku č. 36:

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať konvexnú sondu s rozmermi vyšetrovacej plochy 73 x 16 mm. Dôvodom je že sonda s kratšou dĺžkou vyšetrovacej plochy požadovaná verejným obstarávateľom je z pohľadu praxe veterinárnej ambulancie Ministerstva vnútra SR vhodnejšia, keďže umožňuje lepšiu manévrovateľnosť v priestore na tele vyšetrovaných zvierat.

Z osobnej praxe pri služobných zvieratách hodnotíme ako vhodnejšiu taktiež väčšiu šírku vyšetrovacej plochy, ktorá zabezpečuje stabilnejší obraz pri nepokojných zvieratách, ktorými sú veľmi aktívne služobné psy alebo služobné suky počas gravidity alebo počas sťažených pôrodov. Sonda s požadovaným rozmerom zobrazovacej plochy nepotrebuje oproti ponúknutej pre kvalitné zobrazenie diagnostikovanej časti tela zvieraťa, tak veľkú a rovnú plochu bez srsti, čo je pre potreby veterinárnej starostlivosti o služobné zvieratá vhodnejšie.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektie verejného obstarávania MV SR