



Všetkým zájemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎
Mgr. Dana Kapáková
055/789 1625

Košice
17.08.2026

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. ako verejný obstarávateľ (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil prostredníctvom Európskeho vestníka č. S 138/2026 č. 502711-2026 zo dňa 21.07.2026 a Vestníka pre verejné obstarávanie č. 145/2026 zo dňa 22.07.2026 pod označením 10324- MST verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky zadávanej postupom verejnej súťaže podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorej predmetom sú „**Extravaskulárne implantovateľné kardioverter-defibrilátory vrátane príslušenstva**“.

Verejnému obstarávateľovi bola od jedného zo záujemcov doručená žiadosť vysvetlenie súťažných podkladov, na ktorú verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní v zákonnej lehote poskytuje nasledovnú odpoveď:

Otázka č. 1

po preskúmaní technickej špecifikácie pre časť týkajúcu sa extravaskulárneho implantovateľného kardiovertera-defibrilátora (EV-ICD) si dovoľujeme požiadať o vysvetlenie a prehodnotenie niektorých technických požiadaviek.

1. Požiadavka na možnosť incízneho krytia

Domnievame sa, že požiadavka na možnosť incízneho krytia nepredstavuje funkčnú ani technickú vlastnosť samotného implantovateľného kardiovertera-defibrilátora, ale ide o samostatný spotrebný zdravotnícky materiál, ktorý môže byť podľa preferencie zdravotníckeho pracoviska zabezpečený nezávisle od implantovaného systému. Požiadavka na incízne krytie neprináša žiadnu dodatočnú terapeutickú ani diagnostickú hodnotu zariadenia a nemá vplyv na jeho základné funkcie, ako sú detekcia arytmií, defibrilácia, ATP terapia alebo stimulácia. Podľa našich vedomostí výrobcovia implantovateľných kardioverterov-defibrilátorov štandardne nedodávajú incízne krytie ako súčasť originálneho balenia zariadenia. Z uvedeného dôvodu sa domnievame, že predmetná požiadavka nesúvisí s podstatnými technickými vlastnosťami obstarávaného zdravotníckeho prostriedku a môže viesť k neprimeranému obmedzeniu hospodárskej súťaže.

Odpoveď na otázku č. 1

Verejný obstarávateľ vypúšťa požiadavku na možnosť incízneho krytia. V dokumente „Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky“ Položka č. 1 sa vypúšťa hodnota/bod 10 „Možnosť incízneho krytia“.

Otázka č. 2

2. Požiadavka na dodávku katérovej slučky

Rovnako žiadame o vysvetlenie požiadavky na dodávku katérovej slučky. Katérová slučka nemá pri štandardnej implantácii extravaskulárneho ICD (EV-ICD) klinické ani technické využitie. Implantácia EV-ICD sa vykonáva pomocou špecializovaných tunelovacích nástrojov určených pre zavedenie extravaskulárnej elektródy a nevyžaduje použitie katérovej slučky. Katérová slučka je určená predovšetkým na zachytávanie alebo extrakciu cudzích telies a materiálov z cievneho riečiska, prípadne na riešenie špecifických intervenčných situácií. Nejde o štandardnú súčasť implantačného výkonu EV-ICD ani o príslušenstvo potrebné na správne fungovanie systému.

Z uvedeného dôvodu sa domnievame, že požiadavka na katérovú slučku vecne nesúvisí s predmetom obstarávania a nie je nevyhnutná pre implantáciu, prevádzku ani terapeutické využitie extravaskulárneho ICD systému. Jej požadovanie by tak mohlo predstavovať neopodstatnené obmedzenie hospodárskej súťaže.

Odpoveď na otázku č. 2

Verejný obstarávateľ vypúšťa Položku č. 3 – Katérová slučka. Z dokumentu Príloha č. 5 - Špecifikácia predmetu zákazky sa vypúšťa Položka č. 3 – Katérová slučka.