



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO3-2026/000712-005

Vybavuje/linka
Ing. Milan Varga/44569

Bratislava
20.08.2026

VEC: Vysvetlenie č.3 informácií potrebných na vypracovanie ponuky

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) verejný obstarávateľ zverejňuje v elektronickom systéme Josephine vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky na predmet zákazky „Podvodný sonar 360°“ zadávanej v rámci DNS na predmet „Laboratórna, analytická a detekčná technika a vybavenie DNS“, uskutočňovanej prostredníctvom elektronického systému Josephine pod ID zákazky 79734.

Otázka č.1:

Potvrdzuje verejný obstarávateľ, že ponúkaný systém musí povinne umožňovať 3D skenovanie a vytváranie 3D modelu reliéfu dna nielen počas pohybu plavidla, ale zároveň aj zo stacionárnej polohy sonarovej hlavy?

V prípade kladnej odpovede upozorňujeme, že pri nami preverovanom riešení je podľa získaného technického vysvetlenia na splnenie požiadavky na 3D skenovanie zo stacionárnej polohy potrebné doplniť systém o samostatné rotačné zariadenie (Rotator), ktoré predstavuje samostatný a finančne významný komponent systému a významne ovplyvňuje výslednú cenu ponúkaného riešenia.

Odpoveď na otázku č.1:

Verejný obstarávateľ potvrdzuje požiadavku, že ponúkaný systém musí povinne umožňovať 3D skenovanie a vytváranie 3D modelu reliéfu dna nielen počas pohybu plavidla, ale zároveň aj zo stacionárnej polohy sonarovej hlavy, tak ako je uvedené v opise predmetu zákazky. Je na uchádzačovi, aký návrh na plnenie požiadaviek na predmet zákazky predloží. V prípade, ak zvolí riešenie s rotatorom, verejný obstarávateľ požaduje, aby to osobitne uviedol vo vlastnom návrhu plnenia pri položke č. 1 Sonarová hlava a zároveň cenu za ňu premietol v rozpočte v rámci položky č. 1.

Otázka č.2:

Bez ohľadu na to, či bude súčasťou systému samostatné rotačné zariadenie (Rotator), bude verejný obstarávateľ akceptovať kombinovanú sonarovú hlavu FAN/CONE s výrobcom deklarovaným frekvenčným rozsahom 600 – 1 500 kHz, pričom frekvencia 1 500 kHz patrí CONE prevodníku používanému na 3D profilovanie, za predpokladu splnenia ostatných požadovaných technických a funkčných parametrov systému?

Dovoľujeme si v tejto súvislosti zdôrazniť, že technická špecifikácia stanovuje požiadavku na frekvenčný rozsah vo vzťahu k FAN prevodníku, zatiaľ čo hodnota 1 500 kHz sa vzťahuje na CONE prevodník používaný na profilovanie.

Prosíme o jednoznačné zodpovedanie oboch uvedených otázok, keďže tieto skutočnosti priamo určujú konečnú technickú konfiguráciu systému, rozsah potrebného príslušenstva a výslednú cenu ponúkaného riešenia.

Odpoveď na otázku č.2:

Verejný obstarávateľ upravuje požiadavku na frekvenčný rozsah fan prevodníka, pričom maximálna hodnota sa mení z 1 300 kHz na 1 500 kHz a ostatné požadované technické a funkčné parametre systému sa nemenia.

Verejný obstarávateľ Vás v súvislosti s vysvetlením ďalej informuje o vykonaní zmeny lehôt vo verejnom obstarávaní nasledovne:

Lehota na predkladanie ponúk

Namiesto:

21.08.2026 do 11:00 hod.

Má byť:

26.08.2026 do 11:00 hod.

Otváranie ponúk

Namiesto:

21.08.2026 o 11:15 hod.

Má byť:

26.08.2026 o 11:15 hod.

.....

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektie verejného obstarávania
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky