



[všetkým známým zájemcom]

Brezno
31.08.2020

VEC

Zmena súťažných podkladov a Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ **Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „**Zákon**“) oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejneným vo vestníku EÚ zo dňa 07.08.2020 pod zn. 2020/S 152-370244 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 169/2020 zo dňa 10.08.2020 pod značkou 30676 – MST (obe oznámenia ďalej spoločne ako „**Oznámenie**“) verejnú súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „**Sonografické prístroje**“ (ďalej len „**Verejná súťaž**“).

Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že sa rozhodol vykonať nižšie uvedené zmeny súťažných podkladov, ktoré sú výsledkom vybavenia žiadostí o nápravu zo dňa 31.08.2020.

1. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť I. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG PRÍSTROJ VYŠŠEJ TRIEDY CELOTELOVÝ, tabuľka bodu 1.2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
2	Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou	min. 13"	
4	Snímková frekvencia na 2D	min. 2 000 Hz	
51	Lineárna sonda č.2	s frekvenčným rozsahom min. 2-12 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 12) MHz musí

ZNENIE PO ZMENE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť I. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG PRÍSTROJ VYŠŠEJ TRIEDY CELOTELOVÝ. tabuľka bodu 1.2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
2	Farebný LCD dotykový displej pre ovládanie ďalších konfiguračných funkcií s uhlopriečkou	min. 12"	
4	Snímková frekvencia na 2D	min. 1 940 Hz	
51	Lineárna sonda č.2	s frekvenčným rozsahom min. 2-11 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (2 - 11) MHz musí byť zachovaný

2. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť II. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG prístroj s adekvátnymi sondami. tabuľka bodu 2.2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
3	Dynamický rozsah	min. 260 dB	
47	Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde	min. 380 mm	

ZNENIE PO ZMENE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť II. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG prístroj s adekvátnymi sondami, tabuľka bodu 2.2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
3	Dynamický rozsah	min. 256 dB	
47	Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde	min. 350 mm	

3. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť III. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - PLNE DIGITÁLNY ULTRAZVUKOVÝ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM VYŠŠEJ KATEGÓRIE, tabuľka bodu 3.2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
3	Dynamický rozsah		min. 260 dB	
44	Maximálna zobrazovacia hĺbka na sektorovej sonde		min. 360 mm	

ZNENIE PO ZMENE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť III. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - PLNE DIGITÁLNY ULTRAZVUKOVÝ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM VYŠŠEJ KATEGÓRIE, tabuľka bodu 3.2 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
3	Dynamický rozsah		min. 256 dB	
44	Maximálna zobrazovacia hĺbka na sektorovej sonde		min. 270 mm	

4. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť IV. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG prístroj, tabuľka bodu 4.3 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
33	Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde		min. 360 mm	

ZNENIE PO ZMENE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť IV. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG prístroj, tabuľka bodu 4.3 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
33	Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde		min. 350 mm	

5. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť V. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG echokardiograf -prístroj high-end triedy, tabuľka bodu 5.3 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
48	Lineárna sonda č.1		s frekvenčným rozsahom min. 6-16 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6 - 16) MHz musí byť zachovaný
61	Počet elementov na kardiologickej sonde		min. 128	
62	Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde		min. 400 mm	

ZNENIE PO ZMENE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť V. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - USG echokardiograf -prístroj high-end triedy, tabuľka bodu 5.3 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
48	Lineárna sonda č.1		s frekvenčným rozsahom min. 6-14 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (6 - 14) MHz musí byť zachovaný
61	Počet elementov na kardiologickej sonde		min. 96	
62	Maximálna zobrazovacia hĺbka na kardiologickej sonde		min. 300 mm	

6. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť VI. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy, tabuľka bodu 6.3 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
39	Abdominálna konvexná sonda		s frekvenčným rozsahom min. 1-8 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 8) MHz musí byť zachovaný
45	Vaginálna sonda 3D/4D		s frekvenčným rozsahom min. 3-10 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3 - 10) MHz musí byť zachovaný
46	Maximálna zobrazovacia hĺbka na vaginálnej 3D/4D sonde		min. 175 mm	

ZNENIE PO ZMENE

Časť B. Opis predmetu zákazky, ODDIEL I. Osobitné podmienky pre všetky položky tvoriace jednotlivé Časti predmetu zákazky, Časť VI. predmetu zákazky, POLOŽKA Č. 1 - Sonografický prístroj 3D-4D plne digitálny celotelový ultrazvukový prístroj strednej triedy, tabuľka bodu 6.3 súťažných podkladov a v Prílohe č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor)

P. č.	Parameter/Funkcia/Časť (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks)	položky	Požadovaná hodnota	Doplňujúce informácie
39	Abdominálna konvexná sonda		s frekvenčným rozsahom min. 1-7 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (1 - 7) MHz musí byť zachovaný
45	Vaginálna sonda 3D/4D		s frekvenčným rozsahom min. 3-9 MHz	väčší rozsah je prípustný, ale rozsah min. (3 - 9) MHz musí byť zachovaný
46	Maximálna zobrazovacia hĺbka na vaginálnej 3D/4D sonde		min. 155 mm	

7. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **09.09.2020** o 10:00 hod. miestneho času.“

ZNENIE PO ZMENE

Bod 21.3 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne :„21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **05.10.2020** o 10:00 hod. miestneho času.“



8. ZMENA

PÔVODNÉ ZNENIE

Bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne (cit.):

„23.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **09.09.2020** o 12:00 hod. miestneho času na adrese: Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno.“

ZNENIE PO ZMENE

Bod 23.2 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov znie nasledovne: „21.3 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **05.10.2020** o 10:00 hod. miestneho času.“

Verejný obstarávateľ v kontexte s vyššie uvedeným vykoná opravu vyššie uvedených lehôt aj v Oznámení formou redakčnej opravy.

Verejný obstarávateľ prikladá i aktualizované znenie súťažných podkladov vrátane Prílohy č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor) pre Časť I., Časť II., Časť III., Časť IV., Časť V., Časť VI. predmetu zákazky súťažných podkladov, kde sú vyššie uvedené zmeny už zapracované.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné zmeny súťažných podkladov a Oznámenia.

S pozdravom

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Bc. Monika Gondová, referent verejného obstarávania

Prílohy:

1. Aktualizované znenie súťažných podkladov
2. Aktualizovaná Príloha č. 5 Podrobný opis ponúkaného predmetu zákazky – tabuľky (vzor) pre Časť I., Časť II., Časť III., Časť IV., Časť V., Časť VI. predmetu zákazky súťažných podkladov