

Žiadosti

o vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní

Časť 6. 3A20 Dentálny mikroskop

- Stereo základňa: 113-25 mm

Otázka č. 1: Žiadame o vysvetlenie, čo sa uvedeným parametrom „Stereo základňa: 113-25 mm“ rozumie.

Odpoveď: Pod pojmom „stereo základňa“ sa rozumie vzdialenosť medzi optickými osami oboch stereoskopických pozorovacích kanálov mikroskopu, ktorá ovplyvňuje priestorové vnímanie a rozlíšenie hĺbky pozorovaného operačného poľa. Jedná sa o Vario focus od 150 - 500 mm.

- Objektívy:

Pevné ohniskové vzdialenosti od $f = 100$ mm do $f = 400$ mm

Jemne zaostrovacie šošovky s $f = 200, 250, 300$ mm

MultiFoc objektív s variabilnou pracovnou vzdialenosťou od 200 mm do 300 mm

Otázka č. 2: Z uvedeného opisu nie je zrejmé, aký typ objektívu zadávateľ požaduje, keďže sú uvedené objektívy s pevnou aj variabilnou pracovnou vzdialenosťou. Žiadame o upresnenie požiadavky na objektív, najmä aké vlastnosti má mať objektív zahrnutý v predkladanej cenovej ponuke a ktorý z uvedených objektívov je požadovaný.

Odpoveď: Požadujeme objektív s variaskopom od 150 - 500 mm, tzn. variabilná pracovná vzdialenosť.

- Okulár: $10 \times 21B$, $12,5 \times 17B$, $8,33 \times 22B$, $10 \times 21B$ s krížikom

Otázka č. 3: V opise sú uvedené rôzne typy okulárov, pričom nie je zrejmé, ktorý z nich zadávateľ požaduje. Žiadame o upresnenie požiadavky na okuláre, najmä aké vlastnosti majú mať okuláre zahrnuté v predkladanej cenovej ponuke a ktorý z uvedených parametrov je požadovaný.

Odpoveď: Žiadame o zahnutý typ binokuláru so 6,4-, 10-, 16-, 20-, 25- násobné zväčšenie s kontinuálnym plynulým zoomom, ideálne s pridaným binokulárom na bočnej strane (2 mikroskopy s pridaným okulárom), respektíve možnosť prenos obrazu na monitor/televízor. Okulár s krížikom/retikulom nie je požadovaný ako súčasť základnej cenovej ponuky.

- UV filter: UV a IR LED osvetlenie

Otázka č. 4: Domnievame sa, že pri prepise parametrov z brožúry výrobcu mohlo dôjsť k chybe. Žiadame o upresnenie, či zadávateľ požaduje osvetlenie bez UV a infračerveného žiarenia.

Odpoveď: Žiadame, aby mikroskopy obsahovali oranžový filter zabráňujúci tuhnutiu foto kompozitných materiálov pri aplikácii do kavít/na zub. 2 mikroskopy, aby obsahovali filter pre chirurgické odbory a 2 na rozlíšenie kompozitu a zuba (UV filter). Žiadame, aby mikroskop obsahoval prídavnú/náhradnú LED žiarovku.

- Videokamera a fotoaparát

Integrovaná videokamera 4K s rozlíšením videa 4K a rozlíšením 12 MP statických fotografií. Kamera má mať tiež funkciu prehrávania videa a fotografií a zobrazenia miniatúr. Ukladanie videa (MPEG-4) a fotografií (.jpg/.raw) na pamäťovú kartu SD (dodanie s pamäťovou kartou SD s kapacitou min. 64 GB) alebo ich prenos cez USB. Video signál cez HDMI (1 video konektor), ovládanie videa/fotografií pomocou infračerveného diaľkového ovládača a dvoch tlačidiel na tele kamery. Všetky nastavenia kamery nastaviteľné prostredníctvom ponuky na obrazovke.

Otázka č. 5: Videokamery 4K spravidla poskytujú rozlíšenie videa aj statických fotografií 8,3 MP. Domnievame sa preto, že požiadavka na rozlíšenie statických fotografií 12 MP môže byť nesprávne uvedená. Žiadame o potvrdenie, či zadávateľ akceptuje rozlíšenie statických snímok 8,3 MP.

Odpoveď: Áno, akceptujeme rozlíšenie 8,3 MP.

Časť 8. 3A23 Ultraľahké lupové objektívy

Otázka č. 6: Žiadame o upresnenie, či zadávateľ požaduje lupové okuliare typu TTL s fixnou pozíciou lúp, alebo lupové okuliare typu FLIP-UP s používateľom nastaviteľnou pozíciou lúp.

Odpoveď: Lupové okuliare typu FLIP-UP s používateľsky nastaviteľnou interpupilárnou vzdialenosťou a nastaviteľným uhlom sklonu optiky, vhodné na používanie viacerými používateľmi.

Časť 4. názov 3A19 Navigačný dynamický systém

Otázka č. 7: Žiadame o upresnenie, či zadávateľ požaduje prenosnú verziu na pojazdnom vozíku alebo verziu inštalovanú na stomatologickú súpravu. V prípade verzie na súpravu je nutné špecifikovať model a označenie súpravy pred objednaním.

Odpoveď: Požadujeme prenosnú verziu na pojazdnom vozíku.

Časť 6. 3A20 Dentálny mikroskop

Otázka č. 8: Žiadame o upresnenie, ktorú z uvedených možností inštalácie mikroskopu zadávateľ požaduje (zo stropu, na stene, na podlahe alebo mobilná verzia).

Odpoveď: Žiadame mobilnú verziu mikroskopov.

Otázka č. 9: Žiadame o upresnenie, či pri dodaní mikroskopu s integrovanou videokamerou 4K zadávateľ zároveň požaduje dodať aj Integrovaný videoadaptér na pripojenie externých kamier s bajonetom C. Domnievame sa, že funkcia video prenosu a tiež zhotovovania fotografií je plne zabezpečená samotnou integrovanou videokamerou.

Odpoveď: Nepožadujeme integrovaný video adaptér na pripojenie externých kamier s bajonetom C.

Otázka č. 10: Týmto chceme požiadať o poskytnutie odpovedí na zaslané žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Po poskytnutí odpovedí žiadame o predĺženie lehoty na spracovanie cenovej ponuky o 14 dní.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ zverejnil opravenú „Prílohu č. 1a_Opis predmetu zákazky, Časť 1-12“ a „Prílohu č. 1b_Opis Predmetu Zakazky_Časť č. 1-12“ v IS JOSEPHINE a súčasne v súlade s § 21 ods. 4 písm. b) ZVO uvádza, že predĺžil lehotu na predkladanie ponúk o 14 dní, nakoľko došlo k podstatnej zmene opisu predmetu zákazky a vysvetleniu súťažných podkladov podľa § 48 ZVO.