

Otázka č. 12

Produkcia odpadových vôd vs. technológia odvodu a filtrácie pár

V opise predmetu zákazky je stanovená požiadavka na spracovanie odpadu „bez produkcie odpadových vôd“. Zároveň sa v technickej špecifikácii požaduje odvedenie vznikajúcej pary do vonkajšieho prostredia prostredníctvom HEPA filtrov. Vzhľadom na to, že pri sterilizačnom procese s využitím nenasýtenej/nasýtenej pary dochádza k prirodzenej kondenzácii pár, vzniká pri filtrácii a odsávaní zostatkový kondenzát (odpadová voda v minimálnom objeme). Akceptuje verejný obstarávateľ zariadenie, pri ktorom v rámci technologického cyklu a kondenzácie odsávaných pár vzniká zostatkový kondenzát v malom objeme, alebo je podmienka neprítomnosti odpadových vôd myslená tak, že technológia nesmie vyžadovať trvalé napojenie na kanalizačnú sieť pre svoju bežnú prevádzku?

Odpoveď č. 12

Verejný obstarávateľ v súvislosti s Vašou otázkou poukazuje na svoju odpoveď č. 1 zo dňa 01. 10. 2026, ktorú zverejnil v karte tejto zákazky.

Ako správne uvádzate v druhej časti Vašej otázky, vznik zostatkového kondenzátu v malom objeme je očakávaný. Verejný obstarávateľ však opätovne zdôrazňuje, že napojenie na kanalizačný systém ani akékoľvek spracúvanie odpadovej vody, ktorá by mohla vzniknúť ako druhotný produkt ponúkaného technologického riešenia, nie sú v rámci tejto zákazky prípustné a **takéto technologické riešenie akceptované nebude**.

Otázka č. 13

Rozmery a výška zariadenia

V technickej špecifikácii je stanovená maximálna výška zariadenia na 2 500 mm, avšak zároveň sa uvádza požiadavka na inštaláciu v miestnosti s výškou stropu do 7 250 mm. Naša ponúkaná technológia dosahuje výšku 4 000 mm, čím plne vyhovuje požiadavke inštalácie v miestnosti s výškou stropu do 7 250 mm. Bude verejný obstarávateľ akceptovať zariadenie s výškou 4 000 mm, alebo je rozmer 2 500 mm striktným maximálnym limitom?

Odpoveď č. 13

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že maximálna prípustná výška zariadenia je 2 500 mm. Zariadenie s výškou 4 000 mm preto **nebude akceptované**.

Údaj o výške stropu miestnosti do 7 250 mm opisuje stavebný rozmer miestnosti. Priestor využiteľný na inštaláciu obstarávaného zariadenia je však obmedzený jej existujúcim technickým a priestorovým usporiadaním. V miestnosti sa nachádzajú ďalšie technológie, ktoré už využívajú jej výšku, a preto celková výška miestnosti nezodpovedá voľnému priestoru dostupnému v mieste určenom na umiestnenie požadovaného zariadenia.

Verejný obstarávateľ sa pred vyhlásením verejného obstarávania podrobne zaoberal možnosťami umiestnenia požadovanej technológie. Na základe posúdenia priestorových a technických možností identifikoval jediné vhodné a dostupné miesto na jej inštaláciu, ktoré umožňuje umiestnenie zariadenia s výškou najviac 2 500 mm. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ trvá na dodržaní maximálnej výšky stanovenej v technickej špecifikácii.

Otázka č. 14

Hmotnosť samotného zariadenia

V technickej špecifikácii je stanovená maximálna hmotnosť zariadenia na max. 2 000 kg. Prosím bude verejný obstarávateľ akceptovať ponuku zariadenia, ktorého samotná hmotnosť je 2 200 kg?

Odpoveď č. 14

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že **požiadavka na maximálnu hmotnosť zariadenia 2 000 kg je záväzná** a trvá na jej dodržaní.

Uvedený limit bol stanovený aj s prihliadnutím na možné manipulácie so zariadením v budúcnosti, jeho premiestňovanie a osadenie na mieste inštalácie. Vyššia hmotnosť zariadenia kladie zvýšené nároky na manipulačné prostriedky, zabezpečenie jeho presunu a samotné osadenie, pričom tieto úkony je potrebné realizovať v existujúcich priestorových podmienkach verejného obstarávateľa. Hmotnosť 2 000 kg bola preto vyhodnotená ako maximálna prípustná hodnota zodpovedajúca možnostiam aktuálneho a budúceho umiestnenia zariadenia a manipulácie s ním.

Verejný obstarávateľ preto nepristupuje k zvýšeniu stanoveného limitu ani nepripúšťa jeho prekročenie. **Zariadenie so samotnou hmotnosťou 2 200 kg nebude akceptované**, keďže nespĺňa požiadavku stanovenú v technickej špecifikácii.

Otázka č. 15

Hmotnosť externého príslušenstva / vyvíjača pary

Nadväzne na požiadavku maximálnej hmotnosti zariadenia (max. 2 000 kg) – nami ponúkaná technológia pozostáva zo samotnej dekontaminačnej jednotky a samostatného externého vyvíjača pary ako príslušenstva, pričom ich celková hmotnosť predstavuje 5 700 kg. Vzťahuje sa požadovaný hmotnostný limit 2 000 kg výhradne na samotnú hlavnú dekontaminačnú jednotku, alebo verejný obstarávateľ započítava do tohto limitu aj hmotnosť externého vyvíjača pary a ostatného príslušenstva?

Odpoveď č. 15

Verejný obstarávateľ uvádza, že požiadavku na maximálnu prípustnú hmotnosť zariadenia vysvetlil a odôvodnil v odpovedi na otázku č. 15, na ktorú týmto odkazuje. Uvedené stanovisko sa teda vzťahuje aj na ostatné podotázky obsiahnuté vo Vašej otázke.