# VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

## 1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

**1.1 Názov predmetu zákazky:**

**Substitučné a preplachové roztoky**

**1.2 CPV:**

33692100-8 Infúzne roztoky

33692000-7 Lekárske roztoky

33692800-5 Dialyzačné roztoky

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

**1.3 Druh:**
služba

## 2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Substitučné a preplachové roztoky k hemodialyzačným prístrojom

## 3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY

**3.1 Rozdelenie predmetu zákazky**

**3.1.a) Rozdelenie na časti:**

☐ Áno

☑ Nie

**3.1.b) Zoznam položiek:**

| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | MJ | Veľkosť MJ (v "ml") | Požadovaný počet MJ pre obdobie zazmluvnenia 36 mesiacov |
|---|---|---|---|---|
| Položka č. 1 | Roztok s obsahom citrónanu sodného | ks | 1 500 | 1 000 |
| Položka č. 2 | Roztok s obsahom chloridu vápenatého | ks | 1 500 | 800 |
| Položka č. 3 | Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu bez obsahu draslíka | ks | 5 000 | 5 000 |
| Položka č. 4 | Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu s 2 mmol/l draslíka | ks | 5 000 | 1 000 |
| Položka č. 5 | Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu s 4 mmol/l draslíka | ks | 5 000 | 3 000 |
| Položka č. 6 | Roztok dialyzačný pre použitie s regionálnou antikoaguláciou citrátom | ks | 5 000 | 15 000 |

**3.2 Dostupnosť na trhu:**

☑ Bežná dostupnosť

☐ Nie bežná dostupnosť

## 4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

**Dodávateľ č. 1**

| **Pôvodné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK** | **Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.**<br>Plynárenská 7/C<br>821 09 Bratislava | **DEFINITÍVNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY** |
|---|---|---|
| **Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky** | **Uchádzač uvedol informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky.**<br>V prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa verejným obstarávateľom požadované technické vlastnosti na predmet zákazky, uchádzač uviedol "nespĺňa" a NÁVRH ponúkanej ekvivaletnej hodnoty | **Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky** |

# VYHODNOTENIE PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCIE

STANOVENIE DEFINITÍVNYCH SÚŤAŽNÝCH POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY

| **Položka č. 1 - Roztok s obsahom citrónanu sodného** | | | **Položka č.1** | **Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | *liečivo a koncentrácia* | citrónan sodný 136 mmol/l | spĺňa | 1.1 | *liečivo a koncentrácia* | citrónan sodný 136 mmol/l |
| 1.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca 1000...používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius Multifiltrate PRO | spĺňa | 1.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca 1000...používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius Multifiltrate PRO |
| 1.3 | *určenie* | len na infúziu do mimotelového krvného obehu prostredníctvom špeciálneho zariadenia na mimotelové čistenie krvi | spĺňa | 1.3 | *určenie* | len na infúziu do mimotelového krvného obehu prostredníctvom špeciálneho zariadenia na mimotelové čistenie krvi |
| 1.4 | *použitie* | antikoagulant počas regionálnej citrátovej antikoagulácie pri CVVHD, CVVHDF | spĺňa | 1.4 | *použitie* | antikoagulant počas regionálnej citrátovej antikoagulácie pri CVVHD, CVVHDF |
| 1.5 | *vek pacienta* | dospelí | spĺňa | 1.5 | *vek pacienta* | dospelí |
| 1.6 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml roztoku obsahuje 40 g citrónanu sodného, čo je 408 mmol sodíka a 136 mmol citrátu | spĺňa | 1.6 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml roztoku obsahuje 40 g citrónanu sodného, čo je 408 mmol sodíka a 136 mmol citrátu |
| 1.7 | *objem vaku* | minimálne 1500 ml | spĺňa | 1.7 | *objem vaku* | minimálne 1500 ml |
| 1.8 | *teoretická osmolarita* | 544 mOsm/l | spĺňa | 1.8 | *teoretická osmolarita* | 544 mOsm/l |
| 1.9 | *pH* | 7,1 - 7,5 | spĺňa | 1.9 | *pH* | 7,1 - 7,5 |
| 1.10 | *príslušenstvo* | spojovacie hadičky a konektor | spĺňa | 1.10 | *príslušenstvo* | spojovacie hadičky a konektor |
| **Položka č. 2 - Roztok s obsahom chloridu vápenatého** | | | **Položka č.2** | **Položka č. 2 - Roztok s obsahom chloridu vápenatého** | | |
| 2.1 | *liečivo a koncentrácia* | dihydrát chloridu vápenatého 100 mmol/l | spĺňa | 2.1 | *liečivo a koncentrácia* | dihydrát chloridu vápenatého 100 mmol/l |
| 2.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca 1000.používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius Multifiltrate PRO | spĺňa | 2.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca 1000.používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius Multifiltrate PRO |
| 2.3 | *určenie* | len na infúziu do mimotelového krvného obehu prostredníctvom špeciálneho zariadenia na mimotelové čistenie krvi alebo cez samostatný centrálny venózny | spĺňa | 2.3 | *určenie* | len na infúziu do mimotelového krvného obehu prostredníctvom špeciálneho zariadenia na mimotelové čistenie krvi alebo cez samostatný centrálny venózny |
| 2.4 | *použitie* | na udržanie hladín vápnika v krvi počas CVVHD, CVVHDF | spĺňa | 2.4 | *použitie* | na udržanie hladín vápnika v krvi počas CVVHD, CVVHDF |
| 2.5 | *vek pacienta* | dospelí | spĺňa | 2.5 | *vek pacienta* | dospelí |
| 2.6 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml roztoku obsahuje 14,7g dihydrátu chloridu vápenatého, čo je 100 mmol Ca2+ a 200 mmol Cl- | spĺňa | 2.6 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml roztoku obsahuje 14,7g dihydrátu chloridu vápenatého, čo je 100 mmol Ca2+ a 200 mmol Cl- |
| 2.7 | *objem vaku* | minimálne 1500 ml | spĺňa | 2.7 | *objem vaku* | minimálne 1500 ml |
| 2.8 | *teoretická osmolarita* | 300 mOsm/l | spĺňa | 2.8 | *teoretická osmolarita* | 300 mOsm/l |
| 2.9 | *pH* | 5,0 - 7,0 | spĺňa | 2.9 | *pH* | 5,0 - 7,0 |
| 2.10 | *príslušenstvo* | spojovacie hadičky a konektor | spĺňa | 2.10 | *príslušenstvo* | spojovacie hadičky a konektor |
| **Položka č. 3 - Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu bez obsahu draslíka** | | | **Položka č.3** | **Položka č. 3 - Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu bez obsahu draslíka** | | |
| 3.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 0 mmol/l | spĺňa | 3.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 0 mmol/l |
| 3.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO Kit HDF 600, multifiltratePRO Kit HDF 1000,používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius | spĺňa | 3.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO Kit HDF 600, multifiltratePRO Kit HDF 1000,používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius |
| 3.3 | *určenie* | na intravenózne podávanie pri kontinuálnej eliminačnej terapii ako substitučný roztok pri HF a HDF a ako dialyzačný roztok pri HD a HDF | spĺňa | 3.3 | *určenie* | na intravenózne podávanie pri kontinuálnej eliminačnej terapii ako substitučný roztok pri HF a HDF a ako dialyzačný roztok pri HD a HDF |
| 3.4 | *vek pacienta* | dospelí | spĺňa | 3.4 | *vek pacienta* | dospelí |
| 3.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 140 mmol/l, K+ 0 mmol/l, Ca2x 1,5 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmol/l, Cl- 109 mmol/l, HCO3- 35 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l | spĺňa | 3.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 140 mmol/l, K+ 0 mmol/l, Ca2x 1,5 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmol/l, Cl- 109 mmol/l, HCO3- 35 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l |
| 3.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak | spĺňa | 3.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak |
| 3.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml | spĺňa | 3.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 | *teoretická osmolarita* | 292 mOsm/l | spĺňa | 3.8 | *teoretická osmolarita* | 292 mOsm/l |
| 3.9 | *pH* | 7,4 | spĺňa | 3.9 | *pH* | 7,4 |
| 3.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup | spĺňa | 3.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup |
| **Položka č. 4 - Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu s 2 mmol/l draslíka** | | | **Položka č.4** | **Položka č. 4 - Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu s 2 mmol/l draslíka** | | |
| 4.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 2 mmol/l | spĺňa | 4.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 2 mmol/l |
| 4.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO Kit HDF 600, multifiltratePRO Kit HDF 1000, používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius | spĺňa | 4.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO Kit HDF 600, multifiltratePRO Kit HDF 1000, používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius |
| 4.3 | *určenie* | na intravenózne podávanie pri kontinuálnej eliminačnej terapii ako substitučný roztok pri HF a HDF a ako dialyzačný roztok pri HD a HDF | spĺňa | 4.3 | *určenie* | na intravenózne podávanie pri kontinuálnej eliminačnej terapii ako substitučný roztok pri HF a HDF a ako dialyzačný roztok pri HD a HDF |
| 4.4 | *vek pacienta* | dospelí | spĺňa | 4.4 | *vek pacienta* | dospelí |
| 4.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 140 mmol/l, K+ 2 mmol/l, Ca2+ 1,5 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmol/l, Cl- 111 mmol/l, HCO3- 35 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l | spĺňa | 4.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 140 mmol/l, K+ 2 mmol/l, Ca2+ 1,5 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmol/l, Cl- 111 mmol/l, HCO3- 35 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l |
| 4.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak | spĺňa | 4.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak |
| 4.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml | spĺňa | 4.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml |
| 4.8 | *teoretická osmolarita* | 296 mOsm/l | spĺňa | 4.8 | *teoretická osmolarita* | 296 mOsm/l |
| 4.9 | *pH* | 7,4 | spĺňa | 4.9 | *pH* | 7,4 |
| 4.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup | spĺňa | 4.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup |
| **Položka č. 5 - Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu s 4 mmol/l draslíka** | | | **Položka č.5** | **Položka č. 5 - Roztok na hemodialýzu/hemofiltráciu s 4 mmol/l draslíka** | | |
| 5.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 4 mmol/l | spĺňa | 5.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 4 mmol/l |
| 5.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO Kit HDF 600, multifiltratePRO Kit HDF 1000, používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius | spĺňa | 5.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO Kit HDF 600, multifiltratePRO Kit HDF 1000, používaným na existujúcom hemodialyzačnom prístroji Fresenius |
| 5.3 | *určenie* | na intravenózne podávanie pri kontinuálnej eliminačnej terapii ako substitučný roztok pri HF a HDF a ako dialyzačný roztok pri HD a HDF | spĺňa | 5.3 | *určenie* | na intravenózne podávanie pri kontinuálnej eliminačnej terapii ako substitučný roztok pri HF a HDF a ako dialyzačný roztok pri HD a HDF |
| 5.4 | *vek pacienta* | dospelí | spĺňa | 5.4 | *vek pacienta* | dospelí |
| 5.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 140 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca2+ 1,5 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmol/l, Cl- 113 mmol/l, HCO3- 35 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l | spĺňa | 5.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 140 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca2+ 1,5 mmol/l, Mg2+ 0,5 mmol/l, Cl- 113 mmol/l, HCO3- 35 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l |
| 5.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak | spĺňa | 5.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak |
| 5.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml | spĺňa | 5.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml |
| 5.8 | *teoretická osmolarita* | 300 mOsm/l | spĺňa | 5.8 | *teoretická osmolarita* | 300 mOsm/l |
| 5.9 | *pH* | 7,4 | spĺňa | 5.9 | *pH* | 7,4 |
| 5.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup | spĺňa | 5.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup |
| **Položka č. 6 - Roztok dialyzačný pre použitie s regionálnou antikoaguláciou citrátom** | | | **Položka č.6** | **Položka č. 6 - Roztok dialyzačný pre použitie s regionálnou antikoaguláciou citrátom** | | |
| 6.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 2 mmol/l | spĺňa | 6.1 | *liečivo a koncentrácia* | K+ 2 mmol/l |
| 6.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca 1000, multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca HDF1000.používaným na existujúcom | spĺňa | 6.2 | *kompatibilita* | Musí byť kompatibilný so setom multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca 1000, multifiltratePRO SecuKit Ci-Ca HDF1000.používaným na existujúcom |
| 6.3 | *určenie* | roztok na hemodialýzu vo forme CVVHD a postCVVHDF s regionálnou antikoaguláciou citrátom | spĺňa | 6.3 | *určenie* | roztok na hemodialýzu vo forme CVVHD a postCVVHDF s regionálnou antikoaguláciou citrátom |
| 6.4 | *vek pacienta* | dospelí | spĺňa | 6.4 | *vek pacienta* | dospelí |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 133 mmol/l, K+ 2 mmol/l, Mg2+ 0,75 mmol/l, Cl- 116,5 mmol/l, HCO3- 20 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l, Ca2+- 0 mmol/l | spĺňa | 6.5 | *zloženie roztoku* | každých 1000ml obsahuje Na+ 133 mmol/l, K+ 2 mmol/l, Mg2+ 0,75 mmol/l, Cl- 116,5 mmol/l, HCO3- 20 mmol/l, Glukóza 5,55 mmol/l, Ca2+- 0 mmol/l |
| 6.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak | spĺňa | 6.6 | *zloženie vaku* | dvojkomorový vak |
| 6.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml | spĺňa | 6.7 | *objem vaku* | minimálne 5000 ml |
| 6.8 | *teoretická osmolarita* | 278 mOsm/l | spĺňa | 6.8 | *teoretická osmolarita* | 278 mOsm/l |
| 6.9 | *pH* | 7,0 - 7,6 | spĺňa | 6.9 | *pH* | 7,0 - 7,6 |
| 6.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup | spĺňa | 6.10 | *príslušenstvo* | 1 konektor so zalamovacím kónusom a injekčný prístup |

## 5. MINIMÁLNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

| **Pôvodné zmluvné požiadavky poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK** | | **Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. Plynárenská 7/C 821 09 Bratislava** | **DEFINITÍVNE ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY** | |
|---|---|---|---|---|
| **Požaduje sa:** | | **Uchádzač uvedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky**<br><br>V prípade, ak požiadavku neakceptuje, dodávateľ uviedol "neakceptujem" a NÁVRH nového znenia hodnoty | **Požaduje sa:** | |
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. | akceptujem | 1. | Požaduje sa uzatvorenie rámcovej dohody, a to na dohodnuté zmluvné obdobie tridsaťšesť (36) kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr. |
| 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb. | akceptujem | 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "objednávka") objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb. |
| 3. | Požaduje sa dodanie tovaru: | | 3. | Požaduje sa dodanie tovaru: |
| 3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi, | akceptujem | 3.1 | do štyridsiatichôsmich (48) hodín od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi, |
| 3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), | akceptujem | 3.2 | v pracovných dňoch (do termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky), |
| 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod., | akceptujem | 3.3 | v čase od 07:00 hod. do 14:00 hod., |
| 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody), | akceptujem | 3.4 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa (podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi upresnené bezprostredne po nadobudnutí účinnosti rámcovej dohody), |
| 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.<br><br>V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:<br>- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,<br>- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený). | akceptujem | 3.5 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky, číslo rámcovej dohody, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH.<br><br>V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj:<br>- kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka,<br>- údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:<br>- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo<br>- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:<br>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:<br>- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo<br>- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody. | akceptujem | 4. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane:<br>- Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo<br>- Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak:<br>Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ:<br>- uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo<br>- neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody. |
| 5. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.<br>Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ. | akceptujem | 5. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.<br>Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ. |
| 6. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou. | akceptujem | 6. | V prípade, ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto RD a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto RD je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto RD a nižšou cenou. |
| 6.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 6. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 6. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD. | akceptujem | 6.1 | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zistenia nižšej ceny podľa bodu 6. doručiť objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena zistená postupom podľa bodu 6. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok objednávateľovi doručený, vyhradzuje si objednávateľ právo odstúpiť od tejto RD. |
| 7. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: šzm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa. | akceptujem | 7. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: šzm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa. |
| 8. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. | akceptujem | 8. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. |
| 9. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):<br>- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),<br>- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov. | akceptujem | 9. | Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť vykonaných zmien):<br>- údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, zmena názvu tovaru a pod.),<br>- ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov. |
| 10. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky. | akceptujem | 10. | Požaduje sa, aby dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania rámcovej dohody bol oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky. |
| 11. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedenýchv zmluvných podmienkach. | akceptujem | 11. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedenýchv zmluvných podmienkach. |
| 12. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. | akceptujem | 12. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. |
| 13. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. | akceptujem | 13. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. | akceptujem | 14. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane. |
| 15. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa. | akceptujem | 15. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa. |
| 16. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy. | akceptujem | 16. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy. |

## 6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pôvodné minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady poskytnuté potencionálnym dodávateľom v rámci PTK** | | **Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o.<br>Plynárenská 7/C<br>821 09 Bratislava** | | **DEFINITÍVNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY / VZORKY** | |
| **Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady:** | | **Uchádzač uviedol informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady**<br><br>V prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uviedol dôvod a ním navrhovanú úpravu | | **Požaduje sa:** | |
| 1. | **Potvrdenie ŠÚKL** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie vo vzťahu ku všetkým ponúkaným produktom | akceptujem | 1. | **Potvrdenie ŠÚKL** (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie vo vzťahu ku všetkým ponúkaným produktom |
| 2. | **Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov** (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka. | akceptujem | 2. | **Prospektový materiál všetkých ponúkaných produktov** (resp. iný doklad), prostredníctvom ktorého uchádzač jednoznačne preukáže, že všetky ním ponúkaný produkt spĺňa verejným obstarávateľom požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky. Prospektový materiál nemusí byť preložený do slovenského jazyka. |
| 3. | V prípade ak je to relevantné **doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode** a podklady k nemu, resp. iné doklady ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | akceptujem | 3. | V prípade ak je to relevantné **doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode** a podklady k nemu, resp. iné doklady ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. |
| 4. | V prípade, ak je to relevantné **právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky/pomôcok v Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych pomôcok.** | akceptujem | 4. | V prípade, ak je to relevantné **právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky/pomôcok v Zozname kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych pomôcok.** |