



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa  
12.11.2020

Naše číslo  
FNsP FDR/RVO/813/2020/48142

Vybavuje/  
Mgr. Michal Bošela  
+421 48 441 3240

Banská Bystrica  
18.11.2020

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky: **Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb**

#### Otázka č.1

V súťažných podkladoch, časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, Požadovaná technická a funkčná špecifikácia, Časť 1 je uvedené:

1 A. Celotelová fixačná doska

1.1 Celotelová fixačná doska vrátane príslušenstva, určená na fixáciu hlavy, hlavy a krku, hrudníka, panvy a SBRT (Stereo Body Radio Therapy)

1.3 Kompatibilita celotelovej fixačnej dosky s fixačnými pomôckami uvedenými nižšie a to:

B. Fixácia hlavy a hlavy a krku (Intracranial, Head and Neck)

C. Fixácia hrudníka (Breast and Lung)

D. Fixácia panvy (Pelvis)

E. Celotelová fixácia (Whole Body Fixation), ďalej je v časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, Požiadavky a špecifikácie uvedené:

Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok/ parameter ekvivalentným výrobkom/parametrom pod podmienkou, že takýto ekvivalent spĺňa úžitkové charakteristiky a je porovnateľnej alebo vyššej kvality.

Riešenie fixácie pacienta pomocou jednej celotelovej dosky nie je veľmi rozšírené a je špecifické pre určitých výrobcov. Štandardne sa používajú rôzne zariadenia (dosky) pre fixáciu jednotlivých oblastí tela. Bude verejný obstarávateľ akceptovať náhradu (v zmysle požiadaviek uvedených vyššie) celotelovej dosky viacerými zariadeniami, ktoré plne pokryjú požiadavky špecifikované v požadovanej technickej a funkčnej špecifikácii, časť 1?

#### Odpoveď k otázke č.1

Po dôkladnom zvážení, verejný obstarávateľ trvá na zadefinovanej špecifikácii predmetu zákazky a nebude akceptovať náhradu celotelovej fixačnej dosky viacerými zariadeniami. Celotelová fixačná doska je z pohľadu jej využitia efektívnejšia a ponúka pre pacientov väčší komfort počas ožarovania.

Z hľadiska praktického používania, prinesie celotelová fixačná doska vyššiu efektivitu pri práci obslužného personálu nakoľko Onkologická klinika SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica patrí medzi najvyťaženejšie pracoviská v celom Banskobystrickom kraji.

.....  
MUDr. Vladimír Malec, PhD.  
Prednosta Onkologickej kliniky SZU